



Inter Medica

ΕΜΜ. Τ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 71
Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.: 142 35
ΤΗΛ.: 210 2724260
210 2723350
FAX: 210 2724261
www.intermedica.gr
info@intermedica.gr



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣΤΗΤΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Β & Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ



Αριθμ. Πρωτ.: (031)

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣ :
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΘΕΜΑ: «Αποστολή Τεχνικών Προδιαγραφών σε συνέχεια δημοσίευσης ανάρτησης 13-01-2017 με αριθμ. πρωτ.: 475/11-01-2017 για το είδος συντήρηση αναισθησιολογικών μηχανημάτων – Υπηρεσίες Επισκευής & Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού (CPV 50421000-2) του Οίκου GE HEALTHCARE»

Κύριοι,

Σε συνέχεια ανάρτησης αιτήματος στο διαδίκτυο με αριθμ. πρωτ.: 475/11-01-2017, για την ανακοίνωση-πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού (CPV 50421000-2), σας αποστέλλω τεχνική προδιαγραφή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή CD, για το είδος (Συντήρηση τεσσάρων αναισθησιολογικών μηχανημάτων EXCEL 210 με αναπνευστήρα 7900 & Monitor model RGM 5250 χωρίς ανταλλακτικά) του Οίκου GE Healthcare.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ EXCEL 210 ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 7900 & MONITOR MODEL RGM 5250 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

Τα τέσσερα (4) αναισθησιολογικά τύπου Excel 210 / RGM είναι πλέον μη λειτουργικά και δεν υποστηρίζονται από αναλώσιμα, Kit συντήρησης, ανταλλακτικά.

Προτείνουμε την αφαίρεση τους από το διαγωνισμό και την αντικατάστασή τους με τα εξής μηχανήματα :

- Αναισθησιολογικό μηχάνημα Μαγνητικού τομογράφου τύπου **AESTIVA MRI**
- Αναπνευστήρας νεογνών / παιδών /ενηλίκων τύπου **Engstrom GE HEALTHCARE**

**Προϋπολογισμός δαπάνης Συντήρησης με ανταλλακτικά
5.000 € (Πέντε χιλιάδες ευρώ)**

Με τις ακόλουθες προδιαγραφές :

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η συντήρηση θα γίνεται από εξουσιοδοτημένους & κατάλληλα εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστή οίκο GE HEALTHCARE, τεχνικούς της επιχείρησής μας. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά .

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή για πώληση και επισκευή των μηχανημάτων και διάθεση ανταλλακτικών . Να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό, ώστε να εξασφαλίζεται η ενημερότητα των τεχνικών και η εφαρμογή των τελευταίων οδηγιών του κατασκευαστή στις συντηρήσεις και την παροχή ανταλλακτικών καθώς και η γνησιότητα τους.

Μετά τη συντήρηση και επισκευή βλάβης, θα παρέχουμε στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στα οποία θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αποκατασταθεί, καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Αναλαμβάνουμε την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των μηχανημάτων.

Θα διατηρούμε και ενημερώνουμε το Νοσοκομείο, σχετικά με τις βελτιώσεις του μηχανήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.

Παρέχουμε εγγύηση ενός (1) έτους για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε από την ημέρα της τοποθέτησής τους.

Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού μας προσωπικού στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, βαρύνουν την επιχείρησή μα

Αναλυτικά η συντήρηση των μηχανημάτων θα περιλαμβάνει :

- Δυο επισκέψεις προληπτικής συντήρησης η οποία η μια θα περιλαμβάνει ελέγχους, ρυθμίσεις λειτουργιών αντικατάσταση των kit συντήρησης, βαθμονομήσεις, τεστ ηλεκτρικής ασφάλειας και η δεύτερη ελέγχους λειτουργιών και βαθμονόμηση και γενικά ότι προβλέπεται από τον κατασκευαστή Οίκο.
- Επισκευές βλαβών .

Να παρέχονται :

- Τα ανταλλακτικά
- Kit συντήρησης αναισθησιολογικού μηχανήματος p/n
- Οι γνήσιοι αισθητήρες O₂ και ροής αναισθησιολογικού p/n
- Τα σετ στεγανοποιητικών κλειστού κυκλώματος
- Οι μπαταρίες εφεδρικής λειτουργίας των αναπνευστήρων

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Βλάβες που οφείλονται σε κακό χειρισμό π.χ σπασίματα, πτώση κρούσης, μη ορθή λειτουργία σύμφωνα με το Κατασκευαστή Οίκο, χρήση αναλωσίμων υλικών μη εγκεκριμένων ή κλήσεις που αφορούν χειριστικά ζητήματα (π.χ. calibration O₂ ή αλλαγή αισθητήρων ροής και αισθητήρες , ακροδέκτες)

Ο ανάδοχος να πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008, 13485:2012 και ΔΥ8/1348/04, για Εισαγωγές- Εξαγωγές, Εμπορία Τεχνική Υποστήριξη Ιατρικών - Επιστημονικών Μηχανημάτων & Νοσοκομειακού Εξοπλισμού. (Να κατατίθενται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).

Παραμένοντες στη διάθεση σας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ



ΠΑΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ



INTER MEDICA
ΕΜΜ. ΤΗΑ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 71 - Ν. ΠΙΝΙΑ 142 35
ΤΗΛ: 210 27 24 260 - FAX: 210 27 24 261
ΑΦΜ: 011001003 - ΔΟΥ: Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΜΜ. Τ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ
INTER MEDICA