

Προς το
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ, Τ.Κ. 73 300, 7η ΥΠΕ

Υπ' όψιν: Γρ. Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Β ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την Κεντρική
Αποστείρωση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων
[ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42990000-2)]

Κατόπιν του αιτήματός σας με αριθμό πρωτοκόλλου 2660, σας αποστέλλουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας μας προκειμένου να διενεργηθεί διαγωνισμός για την προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την Κεντρική Αποστείρωση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων:

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θα θέλαμε να προτείνουμε:

- Η θερμοκρασία της αποστείρωσης στον θάλαμο να μην υπερβαίνει τους 55° C (**56° C**)

Και επίσης θα θέλαμε να προστεθούν τα παρακάτω :

- Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό αναγνώστη γραμμικού κώδικα, ώστε να διασφαλίζεται η ψηφιακή ιχνηλάτιση των εργαλείων προς αποστείρωση.
- Να διαθέτει δυνατότητα προσθήκης επιπλέον - ανεξάρτητων του συστήματος - αισθητήρων (Independent Monitoring System IMS) και επέκτασης του υπάρχοντος λογισμικού για την αξιολόγηση και αποθήκευση δεδομένων σύμφωνα με την πιστοποίηση κατά ISO 14937. Να προσφερθεί προαιρετικά.
- Να υπάρχει δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης μεταξύ του αποστειρωτή, του επωαστήρα και κεντρικού υπολογιστή του νοσοκομείου, για την καλύτερη διαχείριση του αρχείου των δεδομένων των κύκλων αποστείρωσης. Να αναφερθεί αναλυτικά προκειμένου να αξιολογηθεί.
- Να κατατεθεί επί ποινή απόρριψης ο πίνακας εγκατεστημένων κλιβάνων της προσφέρουσας εταιρείας στην Ελλάδα και να αξιολογηθούν οι παραδόσεις των 3 τελευταίων χρόνων.
- Να διαθέτει επίσης κύκλο ταχείας αποστείρωσης κάτω των 25'.

Με εκτίμηση,


Μπαρέα Μαρινέττα
Υπεύθυνη Τμήματος Διαγωνισμών
Johnson & Johnson Hellas AEBE
Τηλ.: 210 6875 756, 210 6875 506
Email: TendersGR@its.jnj.com