



## ΠΑΣΚΑΛ ΣΤΡΟΥΖΑ Α.Ε.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 36 • 143 43 Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ • ΤΗΛ: 210-2589665, FAX: 210-2589620  
• [www.pascalstrouza.gr](http://www.pascalstrouza.gr) • e-mail: [ps@pascalstrouza.gr](mailto:ps@pascalstrouza.gr), [support@pascalstrouza.gr](mailto:support@pascalstrouza.gr)

### ΠΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  
Μουρνιές Κυδωνίας  
Τ.Κ. 73300

Πληροφορίες: Συμνιανάκη Αργυρώ  
Τηλ. : 28210-22306  
e-mail : [supplies@chaniahospital.gr](mailto:supplies@chaniahospital.gr)

**Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2018**

Αξιότιμη κυρία Συμνιανάκη,

Σε συνέχεια της Διαβούλευσης του Νοσοκομείου σας, επί των τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την Κεντρική Αποστείρωση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων [ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42990000-2) –Miscellaneous special – rurpose machinery], με αρ. Πρωτ. 2660/01-02-2018, θα θέλαμε να προσθέσουμε 2 τεχνικές παραμέτρους για το είδος **ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ**, που μπορούν να βελτιστοποιήσουν την τωρινή και **μελλοντική λειτουργικότητα και χρήση του**.

Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι παρακάτω :

- Να διαθέτει θύρα USB ώστε να εξασφαλίζεται στο χρήστη η δυνατότητα :  
Α. Αποθήκευσης άνω των τελευταίων 100 κύκλων αποστείρωσης.  
Β. Αναβάθμισης του Software.
- Θα αξιολογηθεί θετικά αν ο κλίβανος διαθέτει ειδικό software μέσω του οποίου γίνεται ιχνηλοσιμότητα του αριθμού κύκλων αποστείρωσης στα ενδοσκόπια και ενημέρωση περι ανάγκης συντήρησης αυτών.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΑΣΚΑΛ ΣΤΡΟΥΖΑ Α.Ε.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 36 • 143 43 Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ  
ΤΗΛ. 210 2589665 • FAX: 210 2589620  
ΑΦΜ 094494357 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε 36858/01/Β/96/530

Θεόφιλος Στρούζας  
Αντιπρόεδρος

