



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ**  
**"Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"**

Χανιά 14 – 01- 2019

Αριθ. Πρωτοκ.: 1064

Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφορίες: Ντουσάκης Ελευθέριος  
Τηλ: 28210-22300  
E-mail: entousakis@chaniahospital.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ: Σχετικά με το ερώτημα της εταιρείας GE Healthcare ΑΕ για την Διακήρυξη 31/2018 (ΑΔΑ 6ΤΟΗ46907Τ-79Υ) - Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων (Τακτικού) Διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ 68579), για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού α)Ένα Πλήρες Σύστημα Μόνιτορ & Κεντρικής Κονσόλα Μονάδας Εμφραγμάτων (CPV 33195200-5) β)Ένας Υπερηχοτομογράφος με Διοισοφάγεια Κεφαλή (CPV:33112000-8)**

*Σχετικά:*

1. Το με αριθμό πρωτ. 677 / 09-01-2019 αίτημα διευκρινίσεων από την εταιρεία GE Healthcare ΑΕ
2. Το με αρ πρκ 1019 /14-01-2019 έγγραφο της επιτροπής διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματος από την εταιρεία **GE Healthcare**, το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων διευκρινίζει προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, ότι στις **Τεχνικές Προδιαγραφές Υπερηχοτομογράφου Καρδιολογικής Χρήσης με Διοισοφάγεια Κεφαλή**, στην ενότητα **ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**, σελίδα 43 της Διακήρυξης 31/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 68579), με την λέξη «περίπου» υπονοείται και γίνεται αποδεκτή απόκλιση **±1MHz**, στο εύρος συχνοτήτων της ηχοβόλου κεφαλής.

**Κατά συνέπεια η σχετική παράγραφος τροποποιείται ως εξής:**

**ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**

3.Διοισοφάγιο 3D ογκομετρική ηχοβόλο κεφαλή, ευρέως φάσματος συχνοτήτων **2 έως 8 MHz ±1MHz**, η οποία να καλύπτει όλο το φάσμα των δισδιάστατων και τρισδιάστατων ηχοκαρδιογραφικών εφαρμογών πραγματικού χρόνου.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ**