



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
"Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Χανιά 08 - 07 - 2019

Αριθ. Πρωτοκ.: 14859

Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Ντουσακής Ελευθέριος

Τηλ: 28210-22300

E-mail: entousakis@chaniahospital.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τα διευκρινιστικά ερωτήματα ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του δημοσίου, ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού – Διακήρυξη 13/2019 (ΑΔΑ 62ΘΔ46907Τ-ΡΞ3), για την προμήθεια: 300 ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ, ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΛΕΤΑ (CPV 33192130-2).

Σχετικά:

1. Το με αριθμό πρωτ. 14315 / 01-07-2019 αίτημα διευκρινήσεων από την εταιρεία ΨΗΛΙΑΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ
2. Το με αρ. πρκ 14500/03-07-2019 Απάντηση στο ερώτημα ΨΗΛΙΑΚΟΥ από το ΓΝ Χανίων
3. Το με αρ. πρκ 14673/04-07-2019 Αίτημα Διευκρινήσεων της εταιρείας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν ΑΕ
4. Το με αρ πρκ 14744 / 05-07-2019 Υπόμνημα της εταιρείας ΨΗΛΙΑΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις της εταιρείας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν ΑΕ
5. Το με αρ. πρκ 14803/ 05-07-2019 Διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρείας ΕΝΑ ΜΕΔ ΜΕΠΕ
6. Το με αρ πρκ 14804 / 05-07-2019 έγγραφο της επιτροπής διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών.
7. Το με αρ πρκ 14822/ 05/07/2019 Παρατηρήσεις της εταιρείας ΚΕΠΑ ΑΒΕΕ

Σε απάντηση των σχετικών αιτημάτων, το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων διευκρινίζει προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ότι:

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές Παράρτημα ΙΙ, Β. Ηλεκτρική Κλίνη Νοσηλείας Ασθενούς, Προδιαγραφή 11, σύμφωνα με την Διακήρυξη 13/2019 (19PROC005140419 2019-06-20) ισχύουν τα εξής:

Στην μεταβολή της επιφάνειας κατάκλισης (ανύψωση πλάτης ή κάτω άκρων) να παραμένουν οι μετώπες σταθερές.

Στις μεταβολές ύψους και Tre / Anti -Tre οι κινήσεις είναι ολόκληρης της κλίνης και ως εκ τούτου οι μετώπες ακολουθούν και αυτές την αντίστοιχη κίνηση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ