



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ**  
**"Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"**

Χανιά 08 – 09- 2020

Αριθ. Πρωτοκ.: 19383

Τμήμα Προμηθειών  
Πληροφορίες: Ντουσάκης Ελευθέριος  
Τηλ: 28210-22300  
E-mail: entousakis@chaniahospital.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**Θέμα: Σχετικά με το Διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρείας GE HEALTHCARE ΑΕ για την Διακήρυξη 13/2020**

Σχετικά:

1. Το με αρ 20-0111/VASC Διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρείας GE HEALTHCARE ΑΕ (αρ. πρκ 19285/08-09-2020)
2. Το με αρ. πρκ 19330/08-09-2020 Πρόσκληση προς την Επιτροπή Διαμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών
2. Το με αρ πρκ 19349 / 08-09-2020 Έγγραφο της Επιτροπής Διαμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Σε απάντηση του με αρ 20-0111/VASC Διευκρινιστικού ερωτήματος της εταιρείας GE HEALTHCARE ΑΕ στα πλαίσια της Διακήρυξης 13/2020 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενός Μικτού Ψηφιακής Συστήματος Ψηφιακής Κάρδιο - Αγγειογραφίας (CPV 33111721-1)» διευκρινίζεται ότι:

**Η ακτινολογική λυχνία συμπεριλαμβάνεται στα ανταλλακτικά, συνεπώς καλύπτεται τόσο κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, όσο και στο πλήρες συμβόλαιο συντήρησης με ανταλλακτικά, έως την συμπλήρωση δεκαετίας από την οριστική παραλαβή του Συστήματος.**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

- Γραφείο Διοικητή
- Γραφείο Αν. Διοικητή
- Τμήμα Προμηθειών
- Προϊστάμενο ΒΙΤ