



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ**  
**"Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"**

Χανιά 03- 07- 2019

Αριθ. Πρωτοκ.: 14500

Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφορίες: Ντουσάκης Ελευθέριος  
Τηλ: 28210-22300  
E-mail: entousakis@chaniahospital.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ: Σχετικά με το διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρείας ΨΗΛΙΑΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του δημοσίου, ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού – Διακήρυξη 13/2019 (ΑΔΑ 62ΘΔ46907Τ-ΡΞ3), για την προμήθεια: 300 ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ, ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΛΕΤΑ (CPV 33192130-2).**

*Σχετικά:*

1. Το με αριθμό πρωτ. 14315 / 01-07-2019 αίτημα διευκρινήσεων από την εταιρεία ΨΗΛΙΑΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ
2. Το με αρ πρκ 14421 /02-07-2019 έγγραφο προς την επιτροπή διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών
3. Το με αρ πρκ 14481/02-07-2019 έγγραφο της επιτροπής διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματος από την εταιρεία **ΨΗΛΙΑΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ**, το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων διευκρινίζει προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ότι:

Στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ** που αφορά τις **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** για την προμήθεια: **Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ**: αναφορικά με την **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11**:

«Να διαθέτει μετόπες κεφαλής και ποδιών οι οποίες να προσθαφαιρούνται εύκολα και να είναι από υλικό υψηλής αντοχής, πλενόμενο, απολυμαινόμενο και με καθόλου αιχμηρές επιφάνειες ή γωνίες. Να διαθέτουν σύστημα σταθεροποίησης στο σκελετό, ώστε να αντέχουν στις μηχανικές καταπονήσεις ως λαβές οδήγησης για την μεταφορά της κλίνης. Η μετόπη κεφαλής να είναι σταθερή ώστε να μην ακολουθεί τις κινήσεις της επιφάνειας κατάκλισης.»

Με την αναφορά, η μετόπη κεφαλής να είναι σταθερή ώστε να μην ακολουθεί τις κινήσεις της επιφάνειας κατάκλισης, **εννοούμε όλες τις κινήσεις συμπεριλαμβανομένου του ύψους και του Tre/ Anti-tre.**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ**