



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ**  
**"Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"**

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

Χανιά 17 - 07 - 2019

Αριθ. Πρωτοκ.: 15551

Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Ντουσακής Ελευθέριος

Τηλ: 28210-22300

E-mail: entousakis@chaniahospital.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ: Σχετικά με το υπόμνημα της εταιρείας ΨΗΛΙΑΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ, αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του δημοσίου, ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού – Διακήρυξη 13/2019 (ΑΔΑ 62ΘΔ46907Τ-ΡΞ3), για την προμήθεια: 300 ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ, ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΛΕΤΑ (CPV 33192130-2).**

Σχετικά:

1. Το με αριθμό πρωτ. 14315 / 01-07-2019 αίτημα διευκρινήσεων από την εταιρεία ΨΗΛΙΑΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ
2. Το με αρ. πρκ 14500/03-07-2019 Απάντηση στο ερώτημα ΨΗΛΙΑΚΟΥ από το ΓΝ Χανίων
3. Το με αρ. πρκ 14673/04-07-2019 Αίτημα Διευκρινήσεων της εταιρείας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν ΑΕ
4. Το με αρ πρκ 14744 / 05-07-2019 Υπόμνημα της εταιρείας ΨΗΛΙΑΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις της εταιρείας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν ΑΕ
5. Το με αρ. πρκ 14803/ 05-07-2019 Διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρείας ΕΝΑ ΜΕΔ ΜΕΠΕ
6. Το με αρ πρκ 14804 / 05-07-2019 έγγραφο της επιτροπής διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών.
7. Το με αρ πρκ 14822/ 05/07/2019 Παρατηρήσεις της εταιρείας ΚΕΠΑ ΑΒΕΕ
8. Το με αρ πρκ 14859/08-07-2019 Διευκρίνιση του ΓΝ Χανίων
9. Το με αρ. πρκ 15184/11-07-2019 Υπόμνημα – καταγγελία της εταιρείας ΨΗΛΙΑΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ.
10. Το με αρ πρκ 15533/17-07-2019 απόψεις της επιτροπής διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών.

Σε απάντηση του σχετικού υπομνήματος, αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές Παράρτημα ΙΙ, Β. Ηλεκτρική Κλίνη Νοσηλείας Ασθενούς, Προδιαγραφή 11, σύμφωνα με την Διακήρυξη 13/2019 (19PROC005140419 2019-06-20) και λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ πρκ 14500/03-07-2019 και 14859/08-07-2019 σχετικά με τα διευκρινιστικά ερωτήματα, ώστε να αποσαφηνιστεί η παρανόηση που έχει δημιουργηθεί, το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων διευκρινίζει προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ότι: **η μετόπη κεφαλής να είναι σταθερή ώστε να μην ακολουθεί τις κινήσεις της επιφάνειας κατάκλισης και επίσης θα εκτιμηθεί θετικά κατά την βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών (παράγραφος 2.3.2 της διακήρυξης 13/2019, Ομάδα Α, Υπερκάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών) εάν παραμένει σταθερή και δεν ακολουθεί τις κινήσεις του ύψους και του Tre/ Anti-tre.**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ**