



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
"Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Χανιά⁰³.....05-2018

Αριθ. Πρωτοκ.:⁹⁸²³.....

ΤΜΗΜΑ: ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΑΡΓ. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ
Τηλεφ: 28210-22306
FAX: 28210-22329
EMAIL: supplies@chaniahospital.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την Κεντρική Αποστείρωση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων [ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42990000-2) – Miscellaneous special – purpose machinery].

Σχετικά: με αριθμ. πρωτ. 9394/27-04-2018 έγγραφο αίτημα της εταιρείας **MEDIZINE TECHNIK Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού ερωτήματος της εταιρείας **MEDIZINE TECHNIK Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** σας ενημερώνουμε αναφορικά με τα επιμέρους ερωτήματα ως εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ 1 :

1. Στις Τεχνικές Προδιαγραφές του είδους «Κλίβανος Αποστείρωσης, δύο Θυρών, λειτουργία με ενσωματωμένη Ατμογεννήτρια / Δίκτυο Ατμού» ορίζονται οι προδιαγραφές:

«Να συνοδεύεται με μια ραφιέρα θαλάμου και δύο τροχήλατα (φόρτωσης - εκφόρτωσης).»

«Να συνοδεύεται με πλήρη σειρά παρελκομένων όπως πλατφόρμα φόρτωσης / εκφόρτωσης, 10 καλάθια και σύστημα ελέγχου καταγραφής και αρχειοθέτησης.»

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε με τί παρελκόμενα φόρτωσης - εκφόρτωσης θα πρέπει να συνοδεύεται ο κάθε κλίβανος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο κάθε κλίβανος θα πρέπει να συνοδεύεται με :

1. μια ραφιέρα θαλάμου,
2. δύο τροχήλατα (φόρτωσης – εκφόρτωσης),
3. 10 καλάθια και
4. σύστημα ελέγχου καταγραφής και αρχειοθέτησης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 :

2. Στις Τεχνικές Προδιαγραφές του είδους «Κλίβανος Θερμοευαίσθητων», δεν ορίζεται με σαφήνεια αν ο υπό προμήθεια Κλίβανος θα είναι μιας (1) ή δύο (2) θυρών. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Γίνεται δεκτός κλίβανος είτε μιας (1) είτε δύο (2) θυρών.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3 :

3. Στις τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδικών Όρων και πιο συγκεκριμένα η τελευταία προδιαγραφή (σελίδα 49):

«Να φέρουν θύρες RS 232 ή αντίστοιχες εξόδους, όπως USB για την σύνδεση και μεταφορά δεδομένων με Η/Υ.»

πιθανότητα αφορά κάποιο από τα μηχανήματα και εκ παραδρομής έχει προστεθεί σε εκείνο το σημείο. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν ανήκει στις τεχνικές προδιαγραφές κάποιου εκ των μηχανημάτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η παραπάνω προδιαγραφή ισχύει για όλα τα μηχανήματα και γι αυτό συμπεριλαμβάνεται στους Ειδικούς Όρους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (3):

1. Γραφείο Προμηθειών
2. Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου)
3. Βιο-ιατρική Τεχνολογία

Για την αντιγραφή

