



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
"Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χανιά 26-01-2017
Αριθ. Πρωτοκ.: 1569

ΤΜΗΜΑ: ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΑΡΓ. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ
Τηλεφ: 28210-22306
FAX: 28210-22329
EMAIL: supplies@chaniahospital.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV 50421000-2).

Σχετικά: με αριθμ. πρωτ. 1459/25-01-2017 έγγραφο αίτημα της εταιρείας GE Healthcare A.E.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού ερωτήματος της εταιρείας **GE Healthcare A.E.** σας ενημερώνουμε ως εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

- Στη σελ. 65 της διακήρυξης, στο ΕΙΔΟΣ 7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ, στην παράγραφο 6.1.5 αναφέρεται ότι:

Στις υποχρεώσεις της εταιρείας εξαιρούνται τα παρακάτω:

- Η αντικατάσταση της ακτινολογικής λυχνίας
- Παντός είδους αναλώσιμα

Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί εάν εξαιρούνται των καλύψεων της σύμβασης τα περιφερειακά (εκτυπωτές, υπολογιστές, καταγραφικά κ.λπ.) του μηχανήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας δεδομένου ότι δεν είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου GE.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν εξαιρούνται των καλύψεων της σύμβασης τα περιφερειακά (εκτυπωτές, υπολογιστές κλπ.) του μηχανήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2

- Στη σελ. 66 της διακήρυξης, στο ΕΙΔΟΣ 7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ, στην παράγραφο 6.1.5 αναφέρεται ότι:

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να εξοφλήσει όλο το ποσό πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 23%

Παρακαλώ όπως διορθωθεί το ποσοστό ΦΠΑ διότι εκ παραδρομής αναφέρεται 23% .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πλέον ο νόμιμος ΦΠΑ είναι 24%.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3

- Στη σελ. 67 της διακήρυξης, στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ αναφέρεται ότι:

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Συντήρηση περιλαμβάνει και όλα τα ανταλλακτικά, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παρατίθενται στους πίνακες βασικών ανταλλακτικών του τεχνικού Παραρτήματος για όποιες ομάδες μηχανημάτων προβλέπεται.

Δεδομένου ότι η συντήρηση του συστήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας είναι συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών εξαιρούμενης ακτινολογικής λυχνίας παρακαλώ όπως διευκρινιστεί εάν απαιτείται η κατάθεση τιμοκαταλόγου αντικατάστασης της ακτινολογικής λυχνίας (αν και δεν ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Απαιτείται η κατάθεση τιμοκαταλόγου αντικατάστασης της ακτινολογικής λυχνίας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (3):

1.Γραφείο Προμηθειών

2. Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου)

3. Βιο-ιατρική Τεχνολογία

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ