



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Χανιά, 13-03-2015

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73100

Αρ. πρωτ. 4140

Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

Τηλέφωνο : 28210- 22306

FAX : 28210- 22329

EMAIL: supplies@chaniahospital.gr

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV 33169000-2)

(ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ)

Στα πλαίσια της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV 33169000-2)** (**ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ**) σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 6515/11-12-2013 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας και διενέργειας σχετικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα **Δεύτερη** Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΚΩΔΙΚΟΣ OR-CO	ΑΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ή ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
84194	1	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΕΤ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΠΟΥ ΟΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Α) 1 TROCAR 5-12 MM ΜΕ ΝΥΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ ΚΟΠΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ Β) 1 TROCAR 5 MM ΜΕ 2 ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΝΥΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ ΚΟΠΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΕΡΙΟΥΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ Γ) 1 ΛΑΒΙΔΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 10MM ΜΕ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΑ MEDIUM LARGE ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ) 1 TROCAR ΤΥΦΛΟΥ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΥΠΟΥ HASSAN ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5-10MM, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ.		389,01
198414	2	ΒΕΛΟΝΕΣ 120 mm ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ	55.7.7	6,80

ΚΩΔΙΚΟΣ OR-CO	ΑΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ή ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
211479	3	ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΙΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 5 mm - 10mm μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΗΚΟΣ 150MM		62,00
82850	4	ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ ΤΥΦΛΟ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ HASSAN ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ	55.8.1.8	52,00
198415	5	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ MARTIN 400		33,00
211480	6	ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ 2 ΚΑΝΟΥΛΕΣ 5mm & ΜΗΚΟΥΣ 10cm ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΝΥΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ ΚΟΠΤΙΚΟ ΑΚΡΟ		49,00
211481	7	ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5-10mm & ΜΗΚΟΥΣ 10cm ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΝΥΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ ΚΟΠΤΙΚΟ ΑΚΡΟ	55.8.3.3	32,48
83352	8	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΛΥΠΙΟ 5MM ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ SET 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ		53,00
82094	9	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΝΤΙΣΕΚΤΕΡ ΜΧ.5mm ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ MARTIN ΠΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΕΟΥ	55.7.10	68,00
83633	10	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΧ. 5mm ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΕΟΥ	55.7.11	50,00
198397	11	α)ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΤΥΛΕΟ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΟΤΑ ΣΚΕΛΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΤΑΔΙΑ Μ.Χ. 5 mm ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	55.7.8	40,00
82096	11	β)ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΥΟ ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ) Μ.Χ. 5 mm ΤΥΠΟΥ CLINCH ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΤΥΛΕΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	55.7.8	40,00
82098	12	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ 10mm ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΥΤΟΥ	55.7.69	38,00
161147	13	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΑΚΡΟΥ HOOK L ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ 5 mm Ή ΚΑΙ ΧΡΙΣ HOOK	55.7.32	28,00
84158	14	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΡΑΜΜΑ - ΒΡΟΓΧΟΙ ΑΠΟΛΙΝΟΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ USP2/0		36,24
83544	15	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ CLIP ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 10mm ΜΕ 20 ΚΛΙΠΣ ΜΕ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΑ		219,00
138132	16	ΛΑΒΙΔΑ - ΒΕΛΟΝΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 cm ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΤΥΠΟΥ ADSON		55,00

1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη Δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.
2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται **σε τέσσερις (4) ημέρες** από την ημερομηνία ανάρτησής της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου ([www.chaniahospital.gr](http://www.chaniahospital.gr)) ήτοι από την Δευτέρα 16-03-2015 ώρα 15:00 έως και την Παρασκευή 20-03-2015 ώρα 15:00.
3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: [supplies@chaniahospital.gr](mailto:supplies@chaniahospital.gr)
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προμήθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**