



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χανιά, 04-02-2014

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73300

Αρ. πρωτ. 2278

Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

Τηλέφωνο : 28210- 22306

FAX : 28210- 22329

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
(Εξοπλισμός χειρουργείου (CPV 33162100-4))

1. Στα πλαίσια της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών **ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ** και διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού **Εξοπλισμού χειρουργείου (CPV 33162100-4)**, το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Δεύτερη Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών των παρακάτω ειδών κατόπιν της με αριθμ. **14/ πρκ. 1/ 30-01-2014** απόφασης του Δ.Σ. του :

ΚΩΔΙΚΟΣ OR-CO	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
83249	1	Αυτόματα εργαλεία απολίνωσης αγγείων με ενσωματωμένα 15 κλιπς τουλάχιστον από τιτάνιο μικρού μεγέθους	56.7.49
83248	2	Αυτόματα εργαλεία απολίνωσης αγγείων με ενσωματωμένα 15 κλιπς τουλάχιστον από τιτάνιο μεσαίου μεγέθους	56.7.47
83711	3	Αυτόματα εργαλεία απολίνωσης αγγείων με ενσωματωμένα 15 κλιπς τουλάχιστον από τιτάνιο μεγάλου μεγέθους	56.7.49
138883	4α	Ευθύγραμμοι επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες μήκους συρραφής 55-60mm. Για λεπτούς ιστούς, με νέα κοπτική λάμα από ασάλι 400 και άνω σε κάθε επαναφόρτιση. Να κατατεθούν κλινικές μελέτες εν vivo συμπεριφοράς στους ιστούς.	56.7.9
179053	4β	Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές μήκους συρραφής 55-60mm, για λεπτούς ιστούς, συμβατές με το εργαλείο του κωδικού 138883.	56.7.89
179055	5α	Εργαλεία ευθείας συρραφής μ.χ. επαναφορτιζόμενα. Μήκος συρραφής 60mm και ύψος κλιπ 3,5mm. Μια σκανδάλη σύγκλισης – πυροδότησης	56.7.10
197056	5β	Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία του κωδικού 179055.	56.7.19
81757	6	Κυρτές κεφαλές χαμηλής πρόσθιας εκτομής. Να διαθέτουν 6 γραμμές συρραφής και κοπτική λάμα. Να είναι συμβατές με το εργαλείο του κωδικού 138885	Δεν υπάρχει
81767	7	Αυτόματη λαβίδα περίπασης εντέρου μήκους 45mm	56.7.45
81768	8	Αυτόματη λαβίδα περίπασης εντέρου μήκους 65mm	56.7.46
197050	9	Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες ανακλινόμενη κεφαλή μεγέθους 25mm. Να διαθέτουν μακρύ σπειροειδές άνω των 35 εκ, για επεμβάσεις ορθού και σιγμοειδούς. Με μια χειρολαβή, 22 τουλάχιστον κλιπ συρραφής και κοπτική λάμα από ασάλι 400 και άνω.	Δεν υπάρχει
81771	10	Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες ανακλινόμενη κεφαλή μεγέθους 28mm. Να διαθέτουν μακρύ σπειροειδές άνω των 35 εκ, για επεμβάσεις ορθού και σιγμοειδούς. Με μια χειρολαβή, 26 τουλάχιστον κλιπ συρραφής και κοπτική λάμα από ασάλι 400 και άνω.	Δεν υπάρχει
81772	11	Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες με ανακλινόμενη κεφαλή μεγέθους 31mm. Να διαθέτουν μακρύ σπειροειδές άνω των 35 εκ, για επεμβάσεις ορθού και σιγμοειδούς. Με μια χειρολαβή, 30 τουλάχιστον κλιπ συρραφής και κοπτική λάμα από ασάλι 400 και άνω.	Δεν υπάρχει
197052	12	Κυκλικοί αναστομωτήρες μεγέθους 33mm για LOGO. Με αφαιρούμενη κεφαλή, πρωκτοσκοπείο, διαστολέα και κοπτική λάμα από ασάλι 400 και άνω.	56.7.85
133885	14	Εργαλεία ευθείας συρραφής – αναστόμωσης που να δέχονται κεφαλές διαφορετικών μηκών.	Δεν υπάρχει
197057	15	Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας – συρραφής αναστόμωσης με νέα κοπτική λάμα 30mm για αγγειακούς – λεπτούς ιστούς	Δεν υπάρχει
133887	17	Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας – συρραφής αναστόμωσης με νέα κοπτική λάμα 45mm για αγγειακούς λεπτούς ιστούς	Δεν υπάρχει
138892	18	Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας – συρραφής αναστόμωσης με νέα κοπτική λάμα 60mm για λεπτούς – παχείς ιστούς	Δεν υπάρχει
81788	19	Εξωλκείας κλιπ δέρματος πολλαπλών χρήσεων	56.7.87
81787	20	Συρραπτικά δέρματος μεγάλου μεγέθους με 35 κλιπς	56.7.41
179051	21	Ευθύγραμμοι επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες μήκους συρραφής 75-80mm. Για λεπτούς ιστούς, με νέα κοπτική λάμα από ασάλι 400 σε κάθε επαναφόρτιση. Να κατατεθούν κλινικές μελέτες εν vivo συμπεριφοράς στους ιστούς.	56.7.40

ΚΩΔΙΚΟΣ OR-CO	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
179059	22	Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές για λεπτούς ιστούς, μήκους συρραφής 75-80mm συμβατές με το εργαλείο του κωδικού 179051	Δεν υπάρχει
197063	24α	Εργαλεία ευθείας συρραφής μ.χ. επαναφορτιζόμενα. Μήκος συρραφής 90mm και ύψος κλιπ 4,8mm. Μια σκανδάλη σύγκλισης – πυροδότησης.	56.7.15
197064	24β	Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία του κωδικού 179063.	56.7.24
197065	25	Αυτόματο επαναφορτιζόμενο εργαλείο συρραφής-διατομής, παχέων ιστών, κυρτής κεφαλής, 40mm γραμμή συρραφής με κλιπς τιτανίου	Δεν υπάρχει
197066	26	Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές συμβατές με το εργαλείο του κωδικού 197065	Δεν υπάρχει
84248	27	Σετ διαπρωκτικής αιμορροϊδεκτομής απαγγείωσης αποτελούμενο από: 1)Διάφανο πρωκτοδιαστολέα, Βελονοκάτοχο και σένσορα	56.7.84

1) Στους κωδικούς 138883 και 179051 να συνυπολογιστεί το κόστος εργαλείου- κεφαλής και να διευκρινίζεται αν το εργαλείο φέρει κεφαλή .

2. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη Δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.chaniahospital.gr) ήτοι από την **Τετάρτη 05-02-2014 έως και την Δευτέρα 10 -02- 2014.**
4. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγνωσμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: supplies@chaniahospital.gr
6. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
7. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προμήθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ