



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΑΔΑ: 7Κ3Η46907Τ-ΤΙΒ

Χανιά, 07 -11-2014

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73300

Αρ. πρωτ. 21154

Πληροφορίες : ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο : 28210- 22306

FAX : 28210- 22329

EMAIL: mnika@chaniahospital.gr

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ**

**ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ**

**(ΣΥΡΙΓΓΕΣ ( CPV 33141310-6)**

Στα πλαίσια της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών ΣΥΡΙΓΓΩΝ ( ΣΥΡΙΓΓΕΣ (CPV 33141310-6) σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.6515/11-12-2013 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας και διενέργειας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ διαγωνισμού ΣΥΡΙΓΓΩΝ ( CPV 33141310-6) το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών των παρακάτω ειδών:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 23G	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΡΟΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ ΙΟΝ BALLANCED ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL.5. 200 ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 3ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 23G .
2	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ 1 CC	ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ 27G
3	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ 0.5 CC	ΜΕ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ 30G
4	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 10CC	ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 21G
5	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2,5CC	ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 21G
6	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20CC	ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 21G

7	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 5CC	ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 21G
8	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 60CC ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΜΠΕΚ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΡΟ LUER LOCK	ΣΥΡΙΓΓΑ 50-60ML ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΜΠΕΚ (ΑΚΡΟ LUER LOCK) ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 1ML. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ (ΕΟ) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ BLISTER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 60CC ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΜΕ ΨΙΛΟ ΜΠΕΚ	ΣΥΡΙΓΓΑ 50-60ML ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΜΠΕΚ (ΑΚΡΟ LUER SLIP), ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 1ML.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ (ΕΟ) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ BLISTER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.ΜΕ ΣΤΥΛΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΥΛΟ ΣΤΥΛΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΕΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΒΕΛΟΝΗΣ
10	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 60CC ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΜΠΕΚ ΑΚΡΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ	ΣΥΡΙΓΓΑ 50-60ML ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΜΠΕΚ (ΑΚΡΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ), ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 1ML. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ (ΕΟ) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ BLISTER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.ΜΕ ΣΤΥΛΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΥΛΟ ΣΤΥΛΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΕΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΒΕΛΟΝΗΣ
11	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ LATEX FREE ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ LUER LOCK 2,5 ML	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ , ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, LATEX FREE, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ LUER LOCK, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ
12	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ LATEX FREE ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ LUER LOCK 5 ML	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ , ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, LATEX FREE, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ LUER LOCK, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ
13	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1CC	
14	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ 50 ΔΙΕΘΝΩΝ IU	
15	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ 30 ΔΙΕΘΝΩΝ IU	

16	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 200 ML ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗ LIBEL-FLARSHEIN CT9000 ΚΑΙ CT9000 AVN	
17	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1 CC ΜΕ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ	
18	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ML ΤΥΠΟΥ NORM-JECT (ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ)	
19	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΟΓΚΟΥ 5 ML ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΤΥΠΟΥ NORM-JECT, ΜΕ ΑΚΡΟ LUERTIP, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΕΜΒΡΥΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ)	
20	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1ML ΤΥΠΟΥ NORM-JECT (ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ)	
21	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ LOR	

1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη Δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.
2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία βδομάδα από την ημερομηνία ανάρτησής της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου ([www.chaniahospital.gr](http://www.chaniahospital.gr)) ήτοι από την Τρίτη 11-11-2014 ώρα 8:00 έως και την Τρίτη 18-11-2014 ώρα 8:00.
3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγνωσμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: [mnika@chaniahospital.gr](mailto:mnika@chaniahospital.gr)
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προμήθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**