



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Χανιά, 14/10/2014

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73300

Αρ. πρωτ. 19441

Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π.

Τηλέφωνο : 28210- 22308

FAX : 28210- 22329

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (38434580-5) (ΑΝΤΙΑΡ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ) διενέργειας ΤΑΚΤΙΚΟΥ μειοδοτικού διαγωνισμού ΠΠΥΥ 2013»

Στα πλαίσια της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών **ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (38434580-5) (ΑΝΤΙΑΡ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ)** σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.6515/11-12-2013 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας και διενέργειας **ΤΑΚΤΙΚΟΥ** μειοδοτικού διαγωνισμού **ΠΠΥΥ 2013** το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών των παρακάτω ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (38434580-5) (ΑΝΤΙΑΡ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με τυχαία επιλογή δειγμάτων και ένα σημείο χειρισμού.
2. Να εκτελεί τις εξετάσεις της ομάδας Α.
3. Τα αντιδραστήρια οι βαθμονομητές και τα υλικά ελέγχου (control) να είναι έτοιμοι προς χρήση.
4. Αυτόματος εντοπισμός βλαβών.
5. Να επικοινωνεί με εξωτερικό λογισμικό με πρόγραμμα στα Ελληνικά.
6. Αυτόματη επανάληψη ορού στην ίδια (rerun) ή άλλη (reflex) εξέταση.
7. Σταθερότητα καμπύλης τουλάχιστον 25 ημέρες.
8. Αυτόματο πρωτόκολλο αραιώσης στις περισσότερες εξετάσεις.
9. Ανίχνευση πήγματος και φυσαλίδων στα δείγματα και αντιδραστήρια. Να χρειάζεται μικρή ποσότητα ορού.
10. Ανίχνευση στάθμης υγρών αντιδραστηρίων και ορών.

11. Ταχύτητα αναλυτή τουλάχιστον 360 τέστ την ώρα.
12. Να δέχεται τουλάχιστον 100 δείγματα ταυτόχρονα με σωληνάρια όλων των τύπων και συνεχή φόρτωση.
13. Να έχει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου QC.
14. Να χρησιμοποιεί μεθοδολογία χημειοφωταύγειας.
15. Να υπάρχει δυνατότητα επειγόντων (STAT)ανά πάσα στιγμή.
16. Η διενέργεια κάθε εξέτασης να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 45' της ώρας. Για τις εξετάσεις STAT και τους καρδιακούς δείκτες (BNP ,TROPONIN I, CK,MB) σε λιγότερο από 20' (Το όριο ευαισθησίας της μεθόδου για την τροπονίνη CV 10% < 0,005 ng/ml).
17. Να διαθέτει ψυγείο αντιδραστηρίων (2-12° C)με 40 θέσεις τουλάχιστον.
18. Να διαθέτει αντιδραστήρια με χωρητικότητα 100 test ανά περιέκτη αντιδραστηρίων και μεγάλες συσκευασίες πάνω από 300 test/kit.
19. Να κατατεθεί πελατολόγιο από ανάλογα εργαστήρια.
20. Οργανωμένο service στην Κρήτη θεωρείται πλεονέκτημα.
21. Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης barcode για αντιδραστήρια + δείγματα..
22. Να διαθέτει συσκευή αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) και να είναι μέσα στα αποδεκτά όρια ακτινοβολίας και θορύβου.
23. Να συνοδεύεται από εφεδρικό αναλυτή ίδιας τεχνολογίας με ταχύτητα τουλάχιστον 100 test ανά ώρα και 25 θέσεις αντιδραστηρίων σε ψυγείο (2-12° C). Ο εφεδρικός αναλυτής θα εκτελεί τις ζητούμενες εξετάσεις και θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα ίδια αναλώσιμα , αντιδραστήρια ,βαθμονομητές και ορούς ελέγχου. Θα πρέπει να πληρεί τουλάχιστον τις παραπάνω προδιαγραφές με αριθμό
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,13,14,15,16,18,19, 20, 21, 22.

A/A ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΟΜΑΔΑ Α)

1	TSH
2	FT3
3	FT4
4	T3
5	T4
6	Anti TPO
7	Anti Tg
8	BhCG
9	FSH
10	LH
11	PROLACTIN
12	PROGESTERONE
13	TESTOSTERONE
14	ESTRADIOL
15	PTH
16	DHEAS
17	CORTISOL
18	CEA
19	AFP
20	CA 19-9
21	CA 15-3
22	CA 125

23	Free PSA
24	TOTAL PSA
25	TROPONIN I
26	CK-MB
27	BNP
28	DIGOXIN
29	CYCLOSPORINE
30	CARBAMAZEPINE
31	PHENYTOIN
32	VALPROIC ACID
33	PHENOBARBITAL
34	TACROLIMUS
35	RUBELLA IgG
36	RUBELLA IgM
37	TOXO IgM
38	TOXO IgG

Επιπλέον ζητούμενες εξετάσεις SIROLIMUS, SALICYLATE , TOXO AVIDITY.

- Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη Δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.
- **Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.chaniahospital.gr) ήτοι από την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/10/2014 έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 22/10/2014.**
- Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: psathaki@chaniahospital.gr
- Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
- Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προμήθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ