



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Χανιά, 14/10/2014

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73300

Αρ. πρωτ. 19442

Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π.

Τηλέφωνο : 28210- 22308

FAX : 28210- 22329

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (κατηγορία CPV 33696700-2) (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) διενέργειας ΤΑΚΤΙΚΟΥ μειοδοτικού διαγωνισμού ΠΠΥΥ 2013»

Στα πλαίσια της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (κατηγορία CPV 33696700-2) (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.6515/11-12-2013 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας και διενέργειας ΤΑΚΤΙΚΟΥ μειοδοτικού διαγωνισμού ΠΠΥΥ 2013 το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών των παρακάτω ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (κατηγορία CPV 33696700-2)
(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)

Κ. Α. ORCO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
125362	ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ	
125364	ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ (ACETIC ACID)	
125388	CRYSTAL VIOLET (ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ GRAM) (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.383)	
125389	ΣΑΦΡΑΝΙΝΗ (ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ)	
125392	ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟ ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΗΣ	
125432	MAY GRUNWALD (ΔΙΑΛΥΜΑ) ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΩΣΗ	
125442	ΑΝΙΧΝ ΑΝΘΡ ΑΙΜΟΣΦ/ΝΗΣ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.297)	ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΕ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας επί μεμβράνης) ΣΕ ΚΑΣΕΤΤΑ (OXI STRIP) ΤΑΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ Να προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές. Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής (Βλέπε γενικές οδηγίες)
125446	ΑΝΙΧΝ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΣΤΡΕΠ/ΚΟΥ Α ΣΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ (STREP TEST)	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΟΜΑΔΟΣ Α ΣΕ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΣΕΤΤΑ (ΘΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ) ΟΧΙ STRIP θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν

		αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές. Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής. (Βλέπε γενικές οδηγίες)
125448	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΥΡΕΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ	ΜΕ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ 6 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ 2 ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ) (ΟΧΙ Κ/Α) ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΥΛΕΟΥΣ, θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές. Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής. (Βλέπε γενικές οδηγίες)
125450	ΑΝΤΙΔΡ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΟΜΑΔΕΣ Α-Γ (LATEX) (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.286)	(ΕΚΑΣΤΟ TEST ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 6 ΑΝΤΙΓΟΝΑ) θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές. Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής. (Βλέπε γενικές οδηγίες)
125453	ΑΝΙΧΝ ΤΟΞΙΝΗΣ Α ΚΑΙ Β ΚΛΩΣΤΗΡ, DIFFICILE ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.184)	ΕΚΑΣΤΟ TEST ΝΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΟΞΙΝΕΣ- ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές. Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής. (Βλέπε γενικές οδηγίες),
125456	ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ COLUMBIA CNA + 5% SHEEP BLOOD ΣΕ ΤΡΥΒΑΙΑ ΔΙΑΜ 90MM	ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΑΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΗΜ. ΛΗΞΗΣ. Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Η σήμανση CE και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards. Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθείσβαρά υπ'όψιν. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν να δωθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
125460	ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ MUELER HINTON-2 ΣΕ ΤΡΥΒΑΙΑ 120X120 MM (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.568)	ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΑΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΗΜ. ΛΗΞΗΣ. Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Η σήμανση CE και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards. Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθείσβαρά υπ'όψιν. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν να δωθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
125461	ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ MUELER HINTON- 2 ΣΕ ΤΡΥΒΑΙΑ ΔΙΑΜ 90MM	ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΑΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΗΜ. ΛΗΞΗΣ. Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Η σήμανση CE και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards. Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθείσβαρά υπ'όψιν. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν να δωθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
125464	ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ SALMONELLA -SHIGELLA AGAR(SS AGAR) ΣΕ ΤΡΥΒΑΙΑ ΔΙΑΜ. 90 MM	ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΑΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΗΜ. ΛΗΞΗΣ. Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Η σήμανση CE και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards. Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθείσβαρά υπ'όψιν. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν να δωθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
125465	ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ CAMPYLOBACTER ΣΕ ΤΡΥΒΑΙΑ ΔΙΑΜ. 90MM	ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΑΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΗΜ. ΛΗΞΗΣ. Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Η σήμανση CE και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards. Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθείσβαρά υπ'όψιν. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν να δωθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
125466	ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝ CANDIDA ΣΕ ΤΡΥΒΑΙΑ ΔΙΑΜ. 90MM (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.112)	ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΑΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΗΜ. ΛΗΞΗΣ. Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Η σήμανση CE και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards. Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθείσβαρά υπ'όψιν. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν να δωθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
125470	LOEFFLER (ΕΤΟΙΜΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ)	ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΑΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΗΜ. ΛΗΞΗΣ. Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Η σήμανση CE και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards. Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθείσβαρά υπ'όψιν. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν να δωθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με

		έλεγχος ATCC στελεχών.
125472	MOTILITY TUBES (ΕΤΟΙΜΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ)	ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΗΜ. ΛΗΞΗΣ Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Η σήμανση CE και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards. Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθείσβαρά υπ'όψιν. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν να δωθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
125473	LOWENSTEIN JENSEN (ΕΤΟΙΜΑ ΘΡΕΠΤ. ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΙΚΡ. ΤΩΝ 20MM)	ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΗΜ. ΛΗΞΗΣ Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Η σήμανση CE και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards. Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθείσβαρά υπ'όψιν. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν να δωθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
125479	SALMONELLA - SHIGELLA AGAR (ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ)	
125480	BLOOD AGAR (ΘΡΕΠΤ. ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ)	
125481	WILKINS SHALGREN AGAR (ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ)	
125482	MULLER HINTON -2 AGAR (ΘΡΕΠΤ. ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ) (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.518)	
125483	CHAPMAN AGAR (MANNITOL SALT AGAR)(ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ)	
125484	SABOURAU AGAR (ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ)	
125485	SELENITE F BROTH.(ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ BIASELENITE) (ΘΡΕΠΤ ΣΕ ΣΚΟΝΗ)	
125487	NUTRIENTH BROTH (ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ)	
125488	ESCULIN (ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ)	
125491	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ PNEUMONIAE ΣΤΑ ΟΥΡΑ	ΣΤΑ ΟΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ταχεία) θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές. Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής. (Βλέπε γενικές οδηγίες)
125492	ΟΡΤΟΧΙΝ (ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒ ΓΙΑ ΤΑΥΤ)	
125493	BACITRACIN 0,04IU (ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒ ΓΙΑ ΤΑΥΤ)	
125497	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST AMC ANTOXHS	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
125503	PLASMA DE LAPIN (ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΑΓΚΟΥΛΑΣΗΣ)	
125505	ΑΝΤΙΔΡ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ AGAR	
125507	STICKS ΑΝΑΛ. ΟΥΡΩΝ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)	1. Οι αντιδραστήριες ταινίες πρέπει να προσφέρουν το πιο μεγάλο εύρος εξετάσεων διαθέσιμων στην επιφάνεια μιας μόνο ταινίας. 2. Η ανάγνωση γίνεται είτε με γυμνό οφθαλμό είτε με τον αναλυτή ούρων. 3. Να υπάρχει δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου των αποτελεσμάτων με τη δωρεάν χρήση των αντιδραστηρίων ποιοτικού ελέγχου καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 4. Να υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης ακέραιων ερυθρών στην αντιδραστήρια επιφάνεια. 5. Να μην επηρεάζονται από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η ανάγνωση των αποτελεσμάτων να είναι άμεση και τα αποτελέσματα να μην αλλοιώνονται. 6. Οι χρωματικές διαφορές να είναι ευδιάκριτες, και ομοιόμορφες και η απόστασή τους να είναι τόση, ώστε να μην επηρεάζονται μεταξύ τους. 7. Οι χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι των αντιδραστηρίων ταινιών για την ανίχνευση αίματος και σακχάρου δεν πρέπει να επηρεάζονται όταν το Ascorbic Acid είναι σε συγκέντρωση >=40mg/dl. Η αντίδραση για το ειδικό βάρος να επιτρέπει υπολογισμούς του ειδικού βάρους των ούρων μεταξύ 1.000 και 1.030. Γενικά οι τιμές της αντίδρασης να βρίσκονται μέσα στο όριο 0,005 των τιμών που βρίσκονται με τη μέθοδο του δείκτη διάθλασης. 9. Να υπάρχει δυνατότητα οπτικής ανάγνωσης καθώς και ανάγνωσης των αντιδραστηρίων ταινιών από ημιαυτόματο αναλυτή ούρων. Η προσφορά να συνοδεύεται από 2 (δύο) ημιαυτόματους αναλυτές ανάγνωσης αυτών.
125512	ΠΗΠΟΥΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΣΚΟΝΗ	

125643	STICKS - ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΕΙΔΑΣΗΣ	
125659	ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ MUELLER HINTON- 2+5%SHEEP BLOOD ΣΕ ΤΡΥΒΑΙΑ ΔΙΑΜ.150MM	ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΑΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΗΜ. ΛΗΞΗΣ Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Η σήμανση CE και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards.Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθείσοβαρά υπ'όψιν.Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση.Να μπορούν να δωθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
125661	ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΕ 20 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.502)	Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software.Να προσφερθούν kit με 10 , 12 , 15 , 20 , ιδιότητες για να καλύπτουν όλες τις ταυτοποιητικές ανάγκες του εργαστηρίου με ημερομηνίες λήξης 5-7 μηνών.Τα μικρόβια που ταυτοποιούνται να είναι διαφόρων ομάδων.Η ανάγνωση να γίνεται σε 24 ώρες.(όχιrapid)Να ταυτοποιούνται όλα τα σημαντικά κλινικά στελέχη μικροβίων, σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών.Τα kit να φέρουν σήμανση CE και να φέρουν πιστοποίηση ISO.Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενωνστελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου και τις επιδημιολογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου.
125662	ΑΝΤΙΑΡ HERLICH (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.460)	
125663	ΑΝΤΙΑΡ XYL	
125664	ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ GRAM-ΑΖΥΜΩΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΜΕ 20 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.454)	Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software.Να προσφερθούν kit με 10 , 12 , 15 , 20 , ιδιότητες για να καλύπτουν όλες τις ταυτοποιητικές ανάγκες του εργαστηρίου με ημερομηνίες λήξης 5-7 μηνών.Τα μικρόβια που ταυτοποιούνται να είναι διαφόρων ομάδων.Η ανάγνωση να γίνεται σε 24 ώρες.(όχιrapid)Να ταυτοποιούνται όλα τα σημαντικά κλινικά στελέχη μικροβίων, σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών.Τα kit να φέρουν σήμανση CE και να φέρουν πιστοποίηση ISO.Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενωνστελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου και τις επιδημιολογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου.
125666	ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ CORYNOBACTERIA ΜΕ 20 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.4.7)	Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software.Να προσφερθούν kit με 10 , 12 , 15 , 20 , ιδιότητες για να καλύπτουν όλες τις ταυτοποιητικές ανάγκες του εργαστηρίου με ημερομηνίες λήξης 5-7 μηνών.Τα μικρόβια που ταυτοποιούνται να είναι διαφόρων ομάδων.Η ανάγνωση να γίνεται σε 24 ώρες.(όχιrapid)Να ταυτοποιούνται όλα τα σημαντικά κλινικά στελέχη μικροβίων, σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών.Τα kit να φέρουν σήμανση CE και να φέρουν πιστοποίηση ISO.Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενωνστελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου και τις επιδημιολογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου.
125669	ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ GRAM- ΜΕ 20 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ	Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software.Να προσφερθούν kit με 10 , 12 , 15 , 20 , ιδιότητες για να καλύπτουν όλες τις ταυτοποιητικές ανάγκες του εργαστηρίου με ημερομηνίες λήξης 5-7 μηνών.Τα μικρόβια που ταυτοποιούνται να είναι διαφόρων ομάδων.Η ανάγνωση να γίνεται σε 24 ώρες.(όχιrapid)Να ταυτοποιούνται όλα τα σημαντικά κλινικά στελέχη μικροβίων, σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών.Τα kit να φέρουν σήμανση CE και να φέρουν πιστοποίηση ISO.Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενωνστελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου και τις επιδημιολογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου.
125670	ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΚΙΛΩΝ ΜΕ 50 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ	Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software.Να προσφερθούν kit με 10 , 12 , 15 , 20 , ιδιότητες για να καλύπτουν όλες τις ταυτοποιητικές ανάγκες του εργαστηρίου με ημερομηνίες λήξης 5-7 μηνών.Τα μικρόβια που ταυτοποιούνται να είναι διαφόρων ομάδων.Η ανάγνωση να γίνεται σε 24 ώρες.(όχιrapid)Να ταυτοποιούνται όλα τα σημαντικά κλινικά στελέχη μικροβίων, σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών.Τα kit να φέρουν σήμανση CE και να φέρουν πιστοποίηση ISO.Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενωνστελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου και τις επιδημιολογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου.
125672	ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ ΚΑΙ ΝΑΙΣΣΕΡΙΑΣ ΣΕ 2 ΩΡΕΣ 12 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.4.8)	Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software.Να προσφερθούν kit με 10 , 12 , 15 , 20 , ιδιότητες για να καλύπτουν όλες τις ταυτοποιητικές ανάγκες του εργαστηρίου με ημερομηνίες λήξης 5-7 μηνών.Τα μικρόβια που ταυτοποιούνται να είναι διαφόρων ομάδων.Η ανάγνωση να γίνεται σε 24 ώρες.(όχιrapid)Να ταυτοποιούνται όλα τα σημαντικά κλινικά στελέχη μικροβίων, σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών.Τα kit να φέρουν σήμανση CE και να φέρουν πιστοποίηση ISO.Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενωνστελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου και τις επιδημιολογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου.
125676	ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ	Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software.Να

		προσφερθούν κιτ με 10 , 12 , 15 , 20 , ιδιότητες για να καλύπτουν όλες τις ταυτοποιητικές ανάγκες του εργαστηρίου με ημερομηνίες λήξης 5-7 μηνών.Για μικρόβια που ταυτοποιούνται να είναι διαφόρων ομάδων.Η ανάγνωση να γίνεται σε 24 ώρες.(όχιagarid)Να ταυτοποιούνται όλα τα σημαντικά κλινικά στελέχη μικροβίων, σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών.Τα κιτ να φέρουν σήμανση CE και να φέρουν πιστοποίηση ISO.Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενωνστελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου και τις επιδημιολογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου.
	ΒΑΚΙΛΩΝ	
125677	ΑΝΤΙΔΡ. JAMES (INDOLE) (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.135)	
125678	ΑΝΤΙΔΡ. NIT-1 (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.414)	
125679	ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ ΜΕ 13 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΔΡΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ	Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software.Να προσφερθούν κιτ με 10 , 12 , 15 , 20 , ιδιότητες για να καλύπτουν όλες τις ταυτοποιητικές ανάγκες του εργαστηρίου με ημερομηνίες λήξης 5-7 μηνών.Για μικρόβια που ταυτοποιούνται να είναι διαφόρων ομάδων.Η ανάγνωση να γίνεται σε 24 ώρες.(όχιagarid)Να ταυτοποιούνται όλα τα σημαντικά κλινικά στελέχη μικροβίων, σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών.Τα κιτ να φέρουν σήμανση CE και να φέρουν πιστοποίηση ISO.Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενωνστελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου και τις επιδημιολογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου.
125681	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΖΝ (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.219)	
125683	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ FB	
125684	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ VP-1 (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.198)	
125688	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ TDA	
125689	IODINE UNSTABILIZED LUGOL (ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ GRAM)	
125940	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ BOX 3.5 LT (Η ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ) (96125)	Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν τόσο ως πλήρη κιτ δηλαδή (σακκουλάκια,καιγεννήτριες συνθηκών)όσο και μεμονωμένα προς διευκόλυνση του χρήστη και του εργαστηρίου και οικονομικότερη χρήση της μεθόδου. Να είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας και καθαρότητας πλαστικό, τελείωςδιαφανές χωρίς χρωματισμούς ή ενδείξεις για καλύτερη παρατήρηση των τρυβλίων και της ανάπτυξης των μικροβίων.Είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών.Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση που προκαλεί υδρατμούς.Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη.Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε 25-30 min (ascorbicacid)για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων.Δείκτες και clip-seals να προσφερθούν μεμονωμένα.Να μπορούν να επωαστούν >3 τρυβλία/σακκουλάκι.
125951	IMMERSION OIL (ΛΑΔΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ) ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΟ	
126237	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ HCG ΣΤΑ ΟΥΡΑ (ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ)	ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 25mlU/ml (ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ) Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 3 min) ΟΧΙ STRIP θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές.Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής (Βλέπε γενικές οδηγίες)
126259	ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ MUELLER HINTON+5% SHEEP BLOOD ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ.90MM (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.31)	ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΗΜ. ΛΗΞΗΣ Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Η σήμανση CE και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards.Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθείσοβαρά υπ'όψιν.Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση.Να μπορούν να δωθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
126260	ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ MUELLER HINTON II ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ. 145-150MM	ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΗΜ. ΛΗΞΗΣ Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Η σήμανση CE και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards.Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθείσοβαρά υπ'όψιν.Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση.Να μπορούν να δωθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
126272	ΕΤΟΙΜΑ ΥΛΙΚΑ TRYPCASE SOY AGAR+5% SHEEP BLOOD ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ.90 MM	ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΗΜ. ΛΗΞΗΣ Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Η σήμανση CE και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι

		σύμφωνη με τα διεθνή standards. Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθείσοβαρά υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν να δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
126275	ΕΤΟΙΜΑ ΥΛΙΚΑ CHOCOLATE AGAR WITH POLYVITEX ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ.90MM (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.4.443)	ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΗΜ. ΛΗΞΗΣ Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Η σήμανση CE και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards. Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθείσοβαρά υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν να δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
126280	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΝ MELITENSIS ΚΑΙ ABORTUS ΓΙΑ ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΛΑΚΑ (ΜΕΘΟΔΟΣ ROSE-BENGAL)	θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές. Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής. (Βλέπε γενικές οδηγίες)
126281	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ CRYPTOSPORIDIUM PARVUM ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ	ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές. Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής. (Βλέπε γενικές οδηγίες)
126285	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΝΟΥΚΛΕΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΙΟΥ ΗΑΕΜΟΦΙΛΟΥΣ INFLUENZA A ΚΑΙ Β ΣΕ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΜΑΚΤΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ)	θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές. Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής. (Βλέπε γενικές οδηγίες)
126295	ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΡΟΣ SHIGELLA FLEXNERI	Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος. Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό. Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml.
126296	ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΡΟΣ ΓΙΑ SHIGELLA BOYDII	Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος. Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό. Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml.
126300	ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΡΟΣ ΓΙΑ SHIGELLA SONNEI	Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος. Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό. Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml.
126306	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ CO2 ΣΕ BOX 3.5 LT (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)	Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν τόσο ως πλήρη κιτ δηλαδή (σακκουλάκια, καιγεννήτριες συνθηκών) όσο και μεμονωμένα προς διευκόλυνση του χρήστη και του εργαστηρίου και οικονομικότερη χρήση της μεθόδου. Να είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας και καθαρότητας πλαστικό, τελειωσδιαφανές χωρίς χρωματισμούς ή ενδείξεις για καλύτερη παρατήρηση των τρυβλίων και της ανάπτυξης των μικροβίων. Είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών. Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση που προκαλεί υδρατμούς. Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη. Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε 25-30 min (ascorbic acid) για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων. Δείκτες και clip-seals να προσφερθούν μεμονωμένα. Να μπορούν να επωαστούν >3 τρυβλία/σακκουλάκι.
126370	ΜΟΝΟΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ O:9	Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος. Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό. Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml.
126371	ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ E. COLI O:157 -H7	Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος. Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό. Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml.
126372	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΛΕΓΙΩΝΕΛΛΑΣ ΣΤΑ ΟΥΡΑ (ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.111)	θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές. Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής. (Βλέπε γενικές οδηγίες)
126375	ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ O:A-I ΚΑΙ VI ΤΩΝ 2ML	Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος. Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό. Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml.
126376	ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ O:4,5 (Κ.Α.	Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος. Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό. Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν

	ΠΑΡΑΤ. 14.6.287)	μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml.
126377	ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ Ο:6,7,8 (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.288)	Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος.Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό.Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml.
126378	ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ Η:G,M	Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος.Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό.Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml.
126379	ΜΟΝΟΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ Η:D	Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος.Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό.Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml.
126380	ΑΝΙΧΝ ΡΟΤΑ/ΑΔΕΝΟ VIRUS ΣΤΑ ΚΟΙΡΑΝΑ (ΑΝΟΣΟΧΡΩΜ/ΦΙΑ ΣΕ ΚΑΣΣΕΤΑ.ΤΟ TEST ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΙΟΥΣ)	ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ - ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΑΦΩΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΚΧΥΛΙΣΗ-ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΜΕ ΚΑΣΕΤΑ θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές.Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής.(Βλέπε γενικές οδηγίες)
126381	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ CO2 ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ) ΣΕ ΕΝΑ ΚΙΤ (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.436)	Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν τόσο ως πλήρη kit δηλαδή (σακκουλάκια,καιγεννήτριες συνθηκών)όσο και μεμονωμένα προς διευκόλυνση του χρήστη και του εργαστηρίου και οικονομικότερη χρήση της μεθόδου. Να είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας και καθαρότητας πλαστικό, τελείωςδιαφανές χωρίς χρωματισμούς ή ενδείξεις για καλύτερη παρατήρηση των τρυβλίων και της ανάπτυξης των μικροβίων.Είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών.Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση που προκαλεί υδρατμούς.Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη.Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε 25-30 min (ascorbicacid)για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων.Δείκτες και clip-seals να προσφερθούν μεμονωμένα.Να μπορούν να επωαστούν >3 τρυβλία/σακκουλάκι.
126444	ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ SCHAEDLER ΑΝΑΕΡΟΒIC+5%SHEEP BLOOD ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ 90 MM (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.438)	ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΗΜ. ΛΗΞΗΣ Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Η σήμανση CE και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards.Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθείσοβαρά υπ'όψιν.Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση.Να μπορούν να δωθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
126447	ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ CLOSTR. DIFFICILE ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ.90 MM	ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΗΜ. ΛΗΞΗΣ Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Η σήμανση CE και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards.Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθείσοβαρά υπ'όψιν.Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση.Να μπορούν να δωθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
126452	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ) ΣΕ ΕΝΑ ΚΙΤ (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.436)	Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν τόσο ως πλήρη kit δηλαδή (σακκουλάκια,καιγεννήτριες συνθηκών)όσο και μεμονωμένα προς διευκόλυνση του χρήστη και του εργαστηρίου και οικονομικότερη χρήση της μεθόδου. Να είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας και καθαρότητας πλαστικό, τελείωςδιαφανές χωρίς χρωματισμούς ή ενδείξεις για καλύτερη παρατήρηση των τρυβλίων και της ανάπτυξης των μικροβίων.Είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών.Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση που προκαλεί υδρατμούς.Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη.Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε 25-30 min (ascorbicacid)για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων.Δείκτες και clip-seals να προσφερθούν μεμονωμένα.Να μπορούν να επωαστούν >3 τρυβλία/σακκουλάκι.
126453	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ) ΣΕ ΕΝΑ ΚΙΤ	Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν τόσο ως πλήρη kit δηλαδή (σακκουλάκια,καιγεννήτριες συνθηκών)όσο και μεμονωμένα προς διευκόλυνση του χρήστη και του εργαστηρίου και οικονομικότερη χρήση της μεθόδου. Να είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας και καθαρότητας πλαστικό, τελείωςδιαφανές χωρίς χρωματισμούς ή ενδείξεις για καλύτερη παρατήρηση των τρυβλίων και της ανάπτυξης των μικροβίων.Είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών.Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση που προκαλεί υδρατμούς.Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη.Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε 25-30 min (ascorbicacid)για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων.Δείκτες και clip-seals να προσφερθούν μεμονωμένα.Να μπορούν να επωαστούν >3 τρυβλία/σακκουλάκι.
126454	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΓΙΑ BOX 3.5 LT (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)	Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν τόσο ως πλήρη kit δηλαδή (σακκουλάκια,καιγεννήτριες συνθηκών)όσο και μεμονωμένα προς διευκόλυνση του χρήστη και του εργαστηρίου και οικονομικότερη χρήση της μεθόδου. Να είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας και καθαρότητας πλαστικό, τελείωςδιαφανές χωρίς χρωματισμούς ή ενδείξεις για καλύτερη παρατήρηση των τρυβλίων και της ανάπτυξης των μικροβίων.Είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών.Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση που προκαλεί

		υδρατμούς.Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη.Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε 25-30 min (ascorbicacid)για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων.Δείκτες και clip-seals να προσφερθούν μεμονωμένα.Να μπορούν να επωαστούν >3 τρυβλία/σακκουλάκι.
126455	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ (ΟΧΙ ΓΙΑ BOX)(ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)	Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν τόσο ως πλήρη κιτ δηλαδή (σακκουλάκια,καιγεννήτριες συνθηκών)όσο και μεμονωμένα προς διευκόλυνση του χρήστη και του εργαστηρίου και οικονομικότερη χρήση της μεθόδου. Να είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας και καθαρότητας πλαστικό, τελείωςδιαφανές χωρίς χρωματισμούς ή ενδείξεις για καλύτερη παρατήρηση των τρυβλίων και της ανάπτυξης των μικροβίων.Είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών.Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση που προκαλεί υδρατμούς.Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη.Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε 25-30 min (ascorbicacid)για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων.Δείκτες και clip-seals να προσφερθούν μεμονωμένα.Να μπορούν να επωαστούν >3 τρυβλία/σακκουλάκι.
126456	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ CO2 ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ (ΟΧΙ ΓΙΑ BOX) (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)	Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν τόσο ως πλήρη κιτ δηλαδή (σακκουλάκια,καιγεννήτριες συνθηκών)όσο και μεμονωμένα προς διευκόλυνση του χρήστη και του εργαστηρίου και οικονομικότερη χρήση της μεθόδου. Να είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας και καθαρότητας πλαστικό, τελείωςδιαφανές χωρίς χρωματισμούς ή ενδείξεις για καλύτερη παρατήρηση των τρυβλίων και της ανάπτυξης των μικροβίων.Είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών.Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση που προκαλεί υδρατμούς.Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη.Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε 25-30 min (ascorbicacid)για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων.Δείκτες και clip-seals να προσφερθούν μεμονωμένα.Να μπορούν να επωαστούν >3 τρυβλία/σακκουλάκι.
126457	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ (ΟΧΙ ΓΙΑ BOX) (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)	Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν τόσο ως πλήρη κιτ δηλαδή (σακκουλάκια,καιγεννήτριες συνθηκών)όσο και μεμονωμένα προς διευκόλυνση του χρήστη και του εργαστηρίου και οικονομικότερη χρήση της μεθόδου. Να είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας και καθαρότητας πλαστικό, τελείωςδιαφανές χωρίς χρωματισμούς ή ενδείξεις για καλύτερη παρατήρηση των τρυβλίων και της ανάπτυξης των μικροβίων.Είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών.Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση που προκαλεί υδρατμούς.Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη.Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε 25-30 min (ascorbicacid)για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων.Δείκτες και clip-seals να προσφερθούν μεμονωμένα.Να μπορούν να επωαστούν >3 τρυβλία/σακκουλάκι.
126463	HIPPURATE DISC	(για τυποποίηση STREPTOCOCCUS B)
126482	ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ MELITENSIS	Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος.Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό.Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιάπερίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml. Για προσδιορισμό σε κ/α του είδους της Brucella (αντισώματα για Brucella melitensis)
126483	ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ ABORTUS	Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος.Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό.Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιάπερίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml. Για προσδιορισμό σε κ/α του είδους της Brucella (αντισώματα για Brucella melitensis)
126486	ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦ AMIES ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΑ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΝΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ	Θα πρέπει η εταιρεία να προσφέρει Amies με και χωρίς άνθρακα με και χωρίς σιλικόνη και πλαστικό στέλεχος σε υγρή και στερεά μορφή με dactron και βαμβάκι.Να προσφερθούν υλικά για αερόβια, αναερόβια, μικροαερόφιλα και απαιτητικά μίας λήψης.Το υλικό να είναι έτοιμο στον πυθμένα. Το υλικό να είναι 5ml και ο στυλεός>13 cm.Να φέρει μεγάλη ετικέτα για σημείωση των στοιχείων ασθενούς.Το άνοιγμα του στυλεού να αποδεικνύεται.Οστυλεός να μην απαιτεί βήμα ενεργοποίησης του υλικού μέσω σπασίματος και έγχυσης.Οστυλεός να αναφέρει το όνομα του θρεπτικού υλικού.Τα υλικά να κατασκευάζονται από άθραυστο πολυπροπυλένιο υψηλής διαφάνειας.Συσκευασίαστυλεού : ανά ένας, εντός σκληρού πλαστικού περιβλήματος (όχι πλαστικό και χαρτί).Το πλαστικό συσκευασίας στυλεού να αποτελεί μίγμα πλαστικών για διατήρηση της αποστείρωσης-100 σε ειδικό φάκελο.Η ημερομηνία λήξης να είναι σαφής (ημέρα-μήνας-έτος) ή κάτι αντίστοιχο πάνω στον στυλεό.Ο κατασκευαστής να φέρει ISO καιCE.
126487	ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦ AMIES ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΑ/ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ	Θα πρέπει η εταιρεία να προσφέρει Amies με και χωρίς άνθρακα με σιλικόνη και πλαστικό στέλεχος σε υγρή και στερεά μορφή με dactron και βαμβάκι.Να προσφερθούν υλικά για αερόβια, αναερόβια, μικροαερόφιλα και απαιτητικά μίας λήψης.Το υλικό να είναι έτοιμο στον πυθμένα. Το υλικό να είναι 5ml και ο στυλεός>13 cm.Να φέρει μεγάλη ετικέτα για σημείωση των στοιχείων ασθενούς.Το άνοιγμα του στυλεού να αποδεικνύεται.Οστυλεός να μην απαιτεί βήμα ενεργοποίησης του υλικού μέσω σπασίματος και έγχυσης.Οστυλεός να αναφέρει το όνομα του θρεπτικού υλικού.Τα υλικά να κατασκευάζονται από άθραυστο πολυπροπυλένιο υψηλής διαφάνειας.Συσκευασίαστυλεού : ανά ένας, εντός σκληρού πλαστικού περιβλήματος (όχι πλαστικό και χαρτί).Το πλαστικό συσκευασίας στυλεού να αποτελεί μίγμα πλαστικών για διατήρηση της αποστείρωσης-100 σε ειδικό φάκελο.Η ημερομηνία λήξης να είναι σαφής (ημέρα-μήνας-έτος) ή κάτι αντίστοιχο πάνω στον στυλεό.Ο κατασκευαστής να φέρει ISO καιCE.
126488	ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦ AMIES ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΑ/ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ	Θα πρέπει η εταιρεία να προσφέρει Amies με και χωρίς άνθρακα με σιλικόνη και πλαστικό στέλεχος σε υγρή και στερεά μορφή με dactron και βαμβάκι.Να προσφερθούν υλικά για αερόβια, αναερόβια, μικροαερόφιλα και απαιτητικά μίας λήψης.Το υλικό να είναι έτοιμο στον πυθμένα. Το υλικό να είναι 5ml και ο στυλεός>13 cm.Να φέρει μεγάλη ετικέτα για σημείωση των στοιχείων ασθενούς.Το άνοιγμα του στυλεού να αποδεικνύεται.Οστυλεός να μην απαιτεί βήμα ενεργοποίησης του υλικού μέσω σπασίματος και έγχυσης.Οστυλεός να αναφέρει το

		<p>όνομα του θρεπτικού υλικού.Τα υλικά να κατασκευάζονται από άθραστο πολυπροπυλένιο υψηλής διαφάνειας.Συσκευασίαστυλεού : ανά ένας, εντός σκληρού πλαστικού περιβλήματος (όχι πλαστικό και χαρτί).Το πλαστικό συσκευασίας στυλεού να αποτελεί μίγμα πλαστικών για διατήρηση της αποστείρωσης-100 σε ειδικό φάκελο.Η ημερομηνία λήξης να είναι σαφής (ημέρα-μήνας-έτος) ή κάτι αντίστοιχο πάνω στον στυλέο.Ο κατασκευαστής να φέρει ISO καιCE.</p>
126489	ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦ AMIES ME ANΘΡΑΚΑ /ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ	<p>Θα πρέπει η εταιρεία να προσφέρει Amies με και χωρίς άνθρακα με συρμάτινο και πλαστικό στέλεχος σε υγρή και στερεά μορφή με dacron και βαμβάκι.Να προσφερθούν υλικά για αερόβια, αναερόβια, μικροαερόφιλα και απαιτητικά μίας λήψηςΤο υλικό να είναι έτοιμο στον πυθμένα. Το υλικό να είναι 5ml και ο στυλεός>13 cm.Να φέρει μεγάλη ετικέτα για σημείωση των στοιχείων ασθενούςΤο άνοιγμα του στυλεού να αποδεικνύεται.Οστυλεός να μην απαιτεί βήμα ενεργοποίησης του υλικού μέσω σπασίματος και έγχυσης.Οστυλεός να αναφέρει το όνομα του θρεπτικού υλικού.Τα υλικά να κατασκευάζονται από άθραστο πολυπροπυλένιο υψηλής διαφάνειας.Συσκευασίαστυλεού : ανά ένας, εντός σκληρού πλαστικού περιβλήματος (όχι πλαστικό και χαρτί).Το πλαστικό συσκευασίας στυλεού να αποτελεί μίγμα πλαστικών για διατήρηση της αποστείρωσης-100 σε ειδικό φάκελο.Η ημερομηνία λήξης να είναι σαφής (ημέρα-μήνας-έτος) ή κάτι αντίστοιχο πάνω στον στυλέο.Ο κατασκευαστής να φέρει ISO καιCE.</p>
126491	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡ/ΦΙΑ ΕΠΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (ΣΕ ΚΑΣΣΕΤΑ) (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.88)	<p>Το kit γλαμυδίων να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άντρες και γυναίκες.(Κολικό ουρηθρικό)</p> <p>Να μπορεί να εντοπίσει τόσο την ενεργή όσο και την ανενεργή λοίμωξη.Θα εκτιμηθεί ηπροσφορά η οποία θα εγγυάται ανίχνευση γλαμυδίων στο σπέρμα και στα ούρα.ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΥΛΕΟΥΣ . θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδουςμε τις επί μέρους προδιαγραφές.Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής.(Βλέπε γενικές οδηγίες)</p>
126509	MACCONKEY AGAR WITHOUT CRYSTALVIOLET (ΘΡΕΠΤ.ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ)	
126516	ΑΝΤΙΔΡ. ΝΙΝ (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.312)	
126517	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΡΥΖ	
126518	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΖΥΜ Α	
126520	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ	
126521	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΖΥΜ Β	
126538	ΣΟΥΛΦΟΣΑΛΥΚΙΛΙΚΟ ΟΞΥ	
126567	GIEMSA ΧΡΩΣΤΙΚΗ (ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛ.ΧΡΩΣΗ)	
126579	ΑΚΕΤΟΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΧΡΩΣΗ GRAM	
126647	GENTAMICIN (GM-120) ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.4.20)	<p>Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές NCCLS. Ηεταιρείαπου θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές(dispenser)τεμάχια 12(δώδεκα) με την έναρξη της σύμβασης και 2 επιπλέον κάθε 6μηνο σε αντικατάσταση φθαμμένων για την χρήση των αντιβιοτικών, για όλη την περίοδο της σύμβασης.Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispenser.Τα αντιβιοτικά να προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης.Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και συνδυασμούς αντιβιοτικών για ανίχνευση ESBL.Θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα ληφθεί υπόψιν προηγούμενη συμβατική εμπειρία.Για λόγους συντονισμού παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσότερων από τα ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες).Οι διανεμητές θα πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα κατακυρωθούν.Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων εφόσον κατακυρωθούντετράγωνα τρυβλία).</p>
126666	B-LACTAMASE (ΝΙΤΡΟΣΕΦΙΝΗΣ) STICKS ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	
126681	ΦΑΙΝΙΚΟΥΧΟΣ ΦΟΥΞΙΝΗ (ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ) (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 15.1.75)	
126682	ΚΥΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ)	
126697	ERTAPENEM (ETP-10) ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ	<p>Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές NCCLS. Ηεταιρείαπου θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές(dispenser)τεμάχια 12(δώδεκα) με την έναρξη της σύμβασης και 2 επιπλέον κάθε 6μηνο σε αντικατάσταση φθαμμένων για την χρήση των αντιβιοτικών, για όλη την περίοδο της σύμβασης.Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispenser.Τα αντιβιοτικά να προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης.Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη</p>

	(SYNERCID SYN-15) ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.4.80)	κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές(dispenser)τεμάχια 12(δώδεκα) με την έναρξη της σύμβασης και 2 επιπλέον κάθε 6μηνο σε αντικατάσταση φθαρμένων για την χρήση των αντιβιοτικών, για όλη την περίοδο της σύμβασης.Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispenser.Τα αντιβιοτικά να προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης.Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και συνδυασμούς αντιβιοτικών για ανίχνευση ESBL.Θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα ληφθεί υπόψιν προηγούμενη συμβατική εμπειρία.Για λόγους συντονισμού παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσότερων από τα ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες).Οι διανεμητές θα πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα κατακυρωθούν.Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων εφόσον κατακυρωθούντετράγωνα τρυβλία).
140228	ΕΤΟΙΜΟ ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΑΡΙΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ E-COLL,PROTEUS,ENTEROCOCCUS ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ.90 MM	ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΗΜ. ΛΗΞΗΣ Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Η σήμανση CE και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards.Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθείσβαρά υπόψιν.Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση.Να μπορούν να δωθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές NCCLS. Ηεταιρείαπου θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές(dispenser)τεμάχια 12(δώδεκα) με την έναρξη της σύμβασης και 2 επιπλέον κάθε 6μηνο σε αντικατάσταση φθαρμένων για την χρήση των αντιβιοτικών, για όλη την περίοδο της σύμβασης.Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispenser.Τα αντιβιοτικά να προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης.Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και συνδυασμούς αντιβιοτικών για ανίχνευση ESBL.Θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα ληφθεί υπόψιν προηγούμενη συμβατική εμπειρία.Για λόγους συντονισμού παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσότερων από τα ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες).Οι διανεμητές θα πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα κατακυρωθούν.Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων εφόσον κατακυρωθούντετράγωνα τρυβλία).
140620	ΔΙΣΚΟΙ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΜΕΤΑΛΛΟ-Β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΩΝ (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.94)	Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές NCCLS. Ηεταιρείαπου θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές(dispenser)τεμάχια 12(δώδεκα) με την έναρξη της σύμβασης και 2 επιπλέον κάθε 6μηνο σε αντικατάσταση φθαρμένων για την χρήση των αντιβιοτικών, για όλη την περίοδο της σύμβασης.Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispenser.Τα αντιβιοτικά να προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης.Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και συνδυασμούς αντιβιοτικών για ανίχνευση ESBL.Θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα ληφθεί υπόψιν προηγούμενη συμβατική εμπειρία.Για λόγους συντονισμού παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσότερων από τα ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες).Οι διανεμητές θα πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα κατακυρωθούν.Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων εφόσον κατακυρωθούντετράγωνα τρυβλία).
140658	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΡΗΜΕΤΡΟΥ PH 4.0	
140659	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΡΗΜΕΤΡΟΥ 7.0	
140660	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΡΗΜΕΤΡΟΥ PH 10.0	
140663	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΡΗΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ	
140666	PARAFIN OIL	
152621	DAPTOMYCIN ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ	Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές NCCLS. Ηεταιρείαπου θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές(dispenser)τεμάχια 12(δώδεκα) με την έναρξη της σύμβασης και 2 επιπλέον κάθε 6μηνο σε αντικατάσταση φθαρμένων για την χρήση των αντιβιοτικών, για όλη την περίοδο της σύμβασης.Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispenser.Τα αντιβιοτικά να προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης.Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και συνδυασμούς αντιβιοτικών για ανίχνευση ESBL.Θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα ληφθεί υπόψιν προηγούμενη συμβατική εμπειρία.Για λόγους συντονισμού παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσότερων από τα ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες).Οι διανεμητές θα πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα κατακυρωθούν.Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων εφόσον κατακυρωθούντετράγωνα τρυβλία).
152737	DORIPENEM ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ	Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές NCCLS. Ηεταιρείαπου θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές(dispenser)τεμάχια 12(δώδεκα) με την έναρξη της σύμβασης και 2 επιπλέον κάθε 6μηνο σε αντικατάσταση φθαρμένων για την χρήση των αντιβιοτικών, για όλη την περίοδο της σύμβασης.Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης

		αντικατάστασης κατεστραμμένου dispenser. Τα αντιβιοτικά να προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και συνδυασμούς αντιβιοτικών για ανίχνευση ESBL. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων των περισσότερων από τα ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία).
163046	CLIPS SEALS (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)	
163047	ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)	
164686	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ NIT-2 (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.414)	
164687	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ VP-2 (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.198)	
164688	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ PYR (ΥΓΡΟ)	
164691	ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΠΡΟΣ ΓΙΑ SHIGELLA DYSENTERIAE	Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος. Θα απορριφθεί η εταιρεία που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό. Ακόμα οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά / ml.
164886	TIGECYCLINE 15 ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ	Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές NCCLS. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές (dispencer) τεμάχια 12 (δώδεκα) με την έναρξη της σύμβασης και 2 επιπλέον κάθε 6μηνο σε αντικατάσταση φθαρμένων για την χρήση των αντιβιοτικών, για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispenser. Τα αντιβιοτικά να προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και συνδυασμούς αντιβιοτικών για ανίχνευση ESBL. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων των περισσότερων από τα ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία).
164909	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ BCP (Κ.Α. ΠΑΡΑΤ. 14.6.380)	
176248	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΞΙΝΩΝ CLOSTRIDIUM DIFFICILE	ΕΚΑΣΤΟ ΤΕΣΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΞΙΝΕΣ .ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ. θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές. Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής. (Βλέπε γενικές οδηγίες)
176653	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟΥ ΙΟΥ (RSV) ΣΕ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ	θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές. Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής. (Βλέπε γενικές οδηγίες)
201426	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST BENZYL PENICILLIN 32 WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
201427	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST CHLORAMPHENICOL 256 WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
201428	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST CLINDAMYCIN 256 WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
201429	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST ERYTHROMYCIN 256 WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
201430	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST IMIPENEM 32 WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
201431	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST MEROPENEM 32 WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
201432	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	PIP/TAZO 256 WW	
201433	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST TEICOPLANIN 256 WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
201434	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST TETRACYCLINE 256 WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
201435	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST VANCOMYCIN 256 WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
201436	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST QUINUPRI;DALFOPRI 32 WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
201437	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST LINEZOLID 256 WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
201438	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST ERTAPENEM 32 WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
201439	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST TIGECYCLINE 256 WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
201440	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST DAPTOMYCIN 256 WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
201441	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST DORIPENEM 32 WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
201442	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST COLISTIN 256 WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
201443	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST CEFOTAXIME 256 WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
201444	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST CEFTRIAXONE 256 WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
207316	STOCK CULTURE BROTH (ΣΕ EPENDORF)	
207317	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ E-TEST RIFAMPICIN 32WW	ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
207318	POLYVITEX (ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΟΚΟΛ. AGAR)	
207411	ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ THAYER MARTIN ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΤΥΞΗ MEISSERIA GONORRHOEAE ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ V.C.F INHIBITOR ΚΑΙ SUPPLEMENT G, ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ	

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι οδηγίες χρήσεως(**prospectus**) να είναι του εργοστασίου κατασκευής με την σήμανση CE και σε ακριβή μετάφραση στην Ελληνική.Στα **prospectus** και τα **δείγματα**θα αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του είδους που αντιστοιχεί (προσοχή όχι ο Α.Α).Αν τα **prospectus** περιλαμβάνονται σε κατάλογο με άλλα προϊόντα θα αναγράφεται στην τεχνική προσφορά η σελίδα που αντιστοιχεί το προσφερόμενο είδος.Να μην επισυνάπτονται prospectusγια μη προσφερόμενα είδη. Στα διαγνωστικά kit η κοστολόγηση θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα κι αντιδραστήρια .

Τα διαγνωστικά kit που βασίζονται στη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας να είναι σε κασέτα (όχι σε strip)

- Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη Δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

- **Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.chaniahospital.gr) ήτοι από την ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10/2014 έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 20/10/2014.**
- Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: psathaki@chaniahospital.gr
- Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
- Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προμήθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ