



ΑΔΑ: ΩΥΞΨ46907Τ-Ω1Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Χανιά, 02 -10-2014

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73300

Αρ. πρωτ. 18524

Πληροφορίες : ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο : 28210- 22306

FAX : 28210- 22329

EMAIL: mnika@chaniahospital.gr

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33696100-6))

Στα πλαίσια της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.6515/11-12-2013 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας και διενέργειας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών των παρακάτω ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

(CPV 33696100-6)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ	
1	ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ	lt
2	ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΕΥΚΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΡΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	test

3	ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΑΠΛΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΡΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	test
4	FDP ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΑΠΛΟΥΝ. ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ antiFDP να μην επηρεάζεται από την συγκεντρωση ινωδογονου . Η συσκευασία να περιέχει (+) & (-)control.	test
5	ΧΡΩΣΤΙΚΗ BRILAND GRESYL BLUE	gr
6	SET ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΙΝΩΔΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ anti DD. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ (+) & (-)CONTROL ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΗΠΑΡΙΝΗΣ.	test
7	PTT - LA	test
8	PTT – LA ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ . ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΓΩΝΙΚΩΝ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ .	test
9	REPTILASE TIME	test
10	RVVT SCREEN ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΑΡΙΝΗ	test
11	ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ CLAUSS ΤΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟ ΘΡΟΜΒΙΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΑ FDP	test
12	SET ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ, ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ, ΑΝΑΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ISI 1 ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ .	test
13	SET ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΤΤ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΚΑΟΛΙΝΗ ΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ .	test
14	ASSERACHROM PROTEIN Z	test
15	F.S. TEST UNIT ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΑΡΙΝΗ	test
16	ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ASSERACHROM APA SCREEN	test
17	ASSERACHROM ΑΝΤΙ b2 GPI IGG. ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΟΠΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	test
18	ASSERACHROM ΑΝΤΙ b2 GPI IGM. ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΟΠΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	test
19	ASSERACHROM ΑΝΤΙ -PROTHROMBIN IGG,M	test
20	STA-CONTRTOL LA I +2	test
21	ECARIN	test
22	ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ ΚΑΟΛΙΝΗΣ	test
23	ACA TgM (Anti-Cardiolipin)	test

24	ACA TgG (Anti-Cardiolipin)	test
25	ACA SCREEN (Anti-Cardiolipin)	test
26	ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	lt.
27	ΕΝΖΥΜΟΥ G6PD ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΑΠΛΟΥΝ. ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Mono - test ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΊΝΑΙ ΛΙΓΑ	test
28	ΗΩΣΙΝΗ	gr
29	ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ IMMERSION OIL FUZ MICZOSCOPY (contains Benzyl benzoate)	lt
30	ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ	Kgr
31	ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ	gr
32	ΚΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ	gr
33	ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ	gr
34	ΜΕΘΑΝΟΛΗ	lt
35	ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ	lt
36	ΝΙΤΡΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ	gr
37	ΞΥΛΟΛΗ	lt
38	ΟΞΑΛΙΚΟ ΚΑΛΙΟ	gr
39	ΟΞΑΛΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ	gr
40	ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ	lt
41	ΟΥΡΙΑ ΣΚΟΝΗ	gr
42	ΣΙΔΗΡΙΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ K4 [Fe (CN)6] *3 H2O	gr
43	ΤΟΛΟΥΟΛΗ	lt
44	ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 3,2 ο/οο	lt
45	ΧΡΩΣΤΙΚΗ METHUL VIOLET	gr
46	ΧΡΩΣΤΙΚΗ LIGHT GREEN	gr
47	ΧΡΩΣΤΙΚΗ BRILLIANT GRESYL BLUE	gr
48	ΧΡΩΣΤΙΚΗ GIEMSA	lt
49	ΧΡΩΣΤΙΚΗ MAY GRUNWALD	lt
50	ΜΕΤΑΔΙΘΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ	gr
51	ΣΑΦΡΑΝΙΝΗ	gr
52	Μ. COYS (ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΥΝΤΗΡΙΚΟ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΥΕΛΟΥ)	Fl
53	ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ	lt
54	ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ FUMING 37%	lt
55	Αντιδραστήρια ομάδων αίματος	
55.1	Anti – B	εξέταση

55.2	Anti - AB	εξέταση
55.3	Anti - A	εξέταση
55.4	Anti - D	εξέταση
55.5	Anti – Human	εξέταση
55.6	Anti –A1	εξέταση
55.7	Anti – C	εξέταση
55.8	Anti – c	εξέταση
55.9	Anti – E	εξέταση
55.10	Anti – e	εξέταση
55.11	Anti – K	εξέταση
55.12	Anti – k	εξέταση
55.13	Anti - Dweak/Dvi να ανιχνεύει με απόλυτη ακρίβεια την ποικιλία Dvi του ατελούς D Du	εξέταση
56	Αλβουμίνη	
56.1	Αλβουμίνη 22%	εξέταση
56.2	Αλβουμίνη 30%	εξέταση
57	Αντισωμάτων ποιοτικού ελέγχου εις απλούν για τις εξετάσεις ιολογικού ελέγχου	εξέταση
58	Ταχυ test για ελονοσία	εξέταση
59	RPR προσδιορισμού	εξέταση
60	Κάρτες καθορισμού ομάδος παρά την κλίνη του ασθενούς. Κάρτες έτοιμες με ξηρό αντιδραστήριο για τον καθορισμό ομάδος Rh ασθενούς παρά την κλίνη . Στο set να περιέχονται αναδευτήρες καθώς και αυτοκόλλητα, για αρχειοθέτηση και γενικώς όλα όσα χρειάζονται για τον αξιόπιστο προσδιορισμό ABO & Rh παρά την κλίνη	εξέταση

**1. ΟΛΕΣ ΟΙ ELISA ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ SANDWITCH
. ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕ Α/Α 7, 8, 10, ΚΑΙ 20 ΘΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΩΣ ΟΜΑΔΑ**

**2. ΕΝΑ (1) FLACON ΤΩΝ 10 ML ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ 100 ΤΕΣΤ ,
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΑΝΑ ΤΕΣΤ ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Α 55 .1 ΕΩΣ ΚΑΙ 55.12
, ΑΠΟ ΤΟΝ Α/Α 56.1. ΕΩΣ ΚΑΙ 56.2. ΚΑΙ 55.13 Η ΤΙΜΗ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΤΕΣΤ
ΤΟ ΤΕΣΤ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΔΥΟ
ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η
ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ
RHESUS ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
Α/Α 55.1 ΕΩΣ ΚΑΙ 55.12 ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ**

1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη Δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία βδομάδα από την ημερομηνία ανάρτησής της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.chaniahospital.gr) ήτοι από την Παρασκευή 03-10-2014 ώρα 8:00 έως και την Παρασκευή 10-10-2014 ώρα 8:00.
3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: mnika@chaniahospital.gr
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προμήθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ