



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Χανιά 19-01-2018
Αριθμ. Πρωτ 1581

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας
Ταχ. Κωδ. : 73300
Πληροφορίες : ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Τηλέφωνο : 28210- 22306
FAX : 28210- 22329

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» λαμβάνοντας υπ' όψιν :

- 1) Το με αριθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίους φορείς υγείας».
- 2) Το με αριθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
- 3) Το με αριθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
- 4) Η με αριθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
- 5) Το με αριθμ. πρωτ. 1349/ 03-03-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 30^η Ιουνίου 2016 της προθεσμίας διενέργειας τακτικών διαγωνισμών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τους δημόσιους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιάς διαδικασίας – Η αληθής έννοια των λέξεων «επίσημοι φορείς πιστοποίησης της ημεδαπής και της αλλοδαπής» που περιλαμβάνονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της εγκυκλίου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).

και προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια **ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV 33141110-4) – Dressings** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας **δεκαπέντε (15) ημερών (και όχι πέραν της 05^{ης} – 02-2018)** προμηθευτές, επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ίδιων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια **ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV 33141110-4) – Dressings**

σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Οι προδιαγραφές **ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV 33141110-4) – Dressings** βρίσκονται συνημμένες στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται στο e-mail : apontikaki@chaniahospital.gr από τους προμηθευτές και τους επίσημους φορείς ή/και ενώσεις αυτών και ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική μορφή [με τη μορφή, ιδίως, είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου (dvd) είτε της κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (usb memory stick)].

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :

- 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.
- 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.
- 3) Τις παραδοχές της επιστήμης.
- 4) Την εμπειρία.
- 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.
- 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

Κοινοποίηση:

1. Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Προμηθειών

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
1	82626	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΜΗΡΟΥ ΜΕΓ ΜΕΓΑΛΟ/ΚΑΝΟΝΙΚΟ LARGE	ΤΕΜ	40	4,09	163,6	39,264	202,86		4.2.20	4,09
2	83661	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΛ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ	ΤΕΜ	5	10,5	52,5	12,6	65,10	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ THERMASPLINTS ΠΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΠΛΑΣΤΟ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΘΕΡΜΟ ΝΕΡΟ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 2,38" Χ 1,53"	59.1.13	10,5
3	83662	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΛ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ	ΤΕΜ	5	11,35	56,75	13,62	70,37	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ THERMASPLINTS ΠΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΠΛΑΣΤΟ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΘΕΡΜΟ ΝΕΡΟ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 2,63" Χ 1,73"	59.1.53	11,35
4	83748	ΕΞΩΤΕΡ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ FOAM+ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ LARGE	ΤΕΜ	5	8	40	9,6	49,60	EXTERNAL NASAL SPLINT - ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 2,63" Χ 1,73"		
5	126957	SPRAY ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ OP-SITE	ΤΕΜ	5	3,9	19,5	4,68	24,18	ΑΕΡΟΖΟΛ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΝΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 100 ML	4.5.31	3,9

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
6	127304	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 10cm	ΤΕΜ	6.000	0,1187	712,2	170,928	883,13	Επίδεσμοι ελαστικοί υφασμένοι με εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερά και ελαστικά νήματα χωρίς ενώσεις. Η ελαστικότητα τους να ανέρχεται σε περίπου 75 %. Οι παρυφές τους να είναι υπό μορφή ούγκιας χωρίς ατέλειες (ξέφτια). Να επιμηκύνονται χωρίς να ελαττώνεται το πλάτος τους και να επανέρχονται μετά τον τονισμό στο αρχικό μήκος. Να είναι ιδιαίτερα φιλική προς το δέρμα επιτρέποντας του να αναπνέει κατά την διάρκεια της επίδεσης. Να υπάρχει δυνατότητα να πλένονται στους 40οC και να ξαναχρησιμοποιούνται.	4.4.10	0,1187
7	127305	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 12cm	ΤΕΜ	7.000	0,15	1050	252	1.302,00	Επίδεσμοι ελαστικοί υφασμένοι με εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερά και ελαστικά νήματα χωρίς ενώσεις. Η ελαστικότητα τους να ανέρχεται σε περίπου 75 %. Οι παρυφές τους να είναι υπό μορφή ούγκιας χωρίς ατέλειες (ξέφτια). Να επιμηκύνονται χωρίς να ελαττώνεται το πλάτος τους και να επανέρχονται μετά τον τονισμό στο αρχικό μήκος. Να είναι ιδιαίτερα φιλική προς το δέρμα επιτρέποντας του να αναπνέει κατά την διάρκεια της επίδεσης. Να υπάρχει δυνατότητα να πλένονται στους 40οC και να ξαναχρησιμοποιούνται.	4.4.26	0,15

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
8	127306	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 15cm	ΤΕΜ	7.000	0,182	1274	305,76	1.579,76	Επίδεσμοι ελαστικοί υφασμένοι με εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερά και ελαστικά νήματα χωρίς ενώσεις. Η ελαστικότητα τους να ανέρχεται σε περίπου 75 %. Οι παρυφές τους να είναι υπό μορφή ούγκιας χωρίς ατέλειες (ξέφτια). Να επιμηκύνονται χωρίς να ελαττώνεται το πλάτος τους και να επανέρχονται μετά τον τονισμό στο αρχικό μήκος. Να είναι ιδιαίτερα φιλική προς το δέρμα επιτρέποντας του να αναπνέει κατά την διάρκεια της επίδεσης. Να υπάρχει δυνατότητα να πλένονται στους 40οC και να ξαναχρησιμοποιούνται.	4.4.35	0,182
9	127307	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 20cm	ΤΕΜ	500	0,25	125	30	155,00	Επίδεσμοι ελαστικοί υφασμένοι με εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερά και ελαστικά νήματα χωρίς ενώσεις. Η ελαστικότητα τους να ανέρχεται σε περίπου 75 %. Οι παρυφές τους να είναι υπό μορφή ούγκιας χωρίς ατέλειες (ξέφτια). Να επιμηκύνονται χωρίς να ελαττώνεται το πλάτος τους και να επανέρχονται μετά τον τονισμό στο αρχικό μήκος. Να είναι ιδιαίτερα φιλική προς το δέρμα επιτρέποντας του να αναπνέει κατά την διάρκεια της επίδεσης. Να υπάρχει δυνατότητα να πλένονται στους 40οC και να ξαναχρησιμοποιούνται.	4.4.9	0,25

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
10	127308	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 5cm	TEM	1.500	0,182	273	65,52	338,52	Επίδεσμοι ελαστικοί υφασμένοι με εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερά και ελαστικά νήματα χωρίς ενώσεις. Η ελαστικότητά τους να ανέρχεται σε περίπου 75 %. Οι παρυφές τους να είναι υπό μορφή ούγκιας χωρίς ατέλειες (ξέφτια). Να επιμηκύνονται χωρίς να ελαττώνεται το πλάτος τους και να επανέρχονται μετά τον τονισμό στο αρχικό μήκος. Να είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το δέρμα επιτρέποντας του να αναπνέει κατά την διάρκεια της επίδεσης. Να υπάρχει δυνατότητα να πλένονται στους 40οC και να ξαναχρησιμοποιούνται.	4.4.35	0,182

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
11	127325	ΕΠΙΘΕΜ. ΑΥΤΟΚ. ΤΥΠΟΥ CUTIPLAST 25x10	ΤΕΜ	4.000	0,082	328	78,72	406,72	Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven). Να υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι αποστειρωμένα με αιθυλενοξείδιο «ΕΟ», να είναι διαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και να παρέχουν μεγάλη και γρήγορη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. Να είναι υποαλλεργικά και να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί.	4.5.12	0,082

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
12	127326	ΕΠΙΘΕΜ. ΑΥΤΟΚ. ΤΥΠΟΥ CUTIPLAST 30X10	ΤΕΜ	12.000	0,108	1296	311,04	1.607,04	Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven). Να υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι αποστειρωμένα με αιθυλενοξείδιο «ΕΟ», να είναι διαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και να παρέχουν μεγάλη και γρήγορη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. Να είναι υποαλλεργικά και να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί.	4.5.17	0,108

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
13	127329	ΕΠΙΘΕΜ. ΑΥΤΟΚ.ΤΥΠΟΥ CUTIPLAST 20x10	ΤΕΜ	4.500	0,074	333	79,92	412,92	Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven).Να υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι αποστειρωμένα με αιθυλενοξειδίο «ΕΟ», να είναι διαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και να παρέχουν μεγάλη και γρήγορη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. Να είναι υποαλλεργικά και να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί.	4.5.4	0,074
14	157074	ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ 7,5 CM X 2 ΜΕΤΡΑ	ΤΕΜ	50	2,96	148	35,52	183,52		4.4.14	2,96
15	157179	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20 X 20 CM	ΤΕΜ	1.000	0,0116	11,6	2,784	14,38	Τολύπια γάζας ακτινοσκιερά (x-ray) υδρόφιλα και απορροφητικά. Να έχουν σχήμα σφαιρικό χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια). Να φέρουν ακτινοσκιερό νήμα θειικού βαρίου υφασμένο κατά μήκος του τολύπιου. Να είναι κατασκευασμένες από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, και σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Πρότυπο EN 14079:2003.	4.5.98	0,0116

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
16	157180	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8 X 8 CM	ΤΕΜ	1000	0,007	7	1,68	8,68		4.5.37	0,007
17	157181	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60 X 75	ΤΕΜ	100	0,1674	16,74	4,0176	20,76	<p>Να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν την καλύτερη δυνατή ασφάλεια και σιγουριά σε περιπτώσεις ακράτειας ή διαρροής υγρών ασθενών. Το επάνω κάλυμμα (non woven) να είναι υποαλλεργικό, φιλικό στο δέρμα και να διατηρείται πάντα στεγνό κρατώντας την υγρασία μακριά από τον ασθενή. Ο πυρήνας του υποσένδονου να είναι κατασκευασμένος από συμπαγή και υπεραπορροφητική μάζα σελουλόζης προσφέροντας υψηλή προστασία και απορροφητικότητα. Στο κάτω μέρος να υπάρχει απαλό και ιδιαίτερα ανθεκτικό, αντιολισθητικό φύλλο πολυαιθυλενίου που δεν θα επιτρέπει στην υγρασία να διαφύγει από το υποσένδονο.</p>	4.2.31	0,82

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
18	82092	ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΩΔ 30000	ΤΕΜ	70	5,4	378	90,72	468,72	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ		
19	82623	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΜΗΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΑΙΟ/ΚΑΝΟΝΙΚΟ	ΤΕΜ	35	5,05	176,75	42,42	219,17			
20	82757	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΦΤΕΡΝΩΝ ΚΩΔ 30210	ΤΕΜ	245	4,6	1127	270,48	1.397,48	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ (ΦΤΕΡΝΩΝ)		
21	82788	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡ/ΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟ/ΚΑΝΟΝΙΚΟ 7203	ΤΕΜ	35	2,99	104,65	25,116	129,77			
22	82808	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤ.ΓΟΝΑΤΟΥ ΜΕΣΑΙΟ/ΚΑΝΟΝΙΚΟ 7115	ΤΕΜ	70	2,99	209,3	50,232	259,53			
23	82905	ΣΥΣ/ΜΑ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΗΣ(ΜΑΞΙΛΑΡΙ) ΚΩΔ 30020	ΤΕΜ	105	7,45	782,25	187,74	969,99			
24	83335	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΜΗΡΟΥ ΜΙΚΡΟ/ΚΟΝΤΟ	ΖΕΥΓΗ	4	4,04	16,16	3,8784	20,04			
25	83748	ΕΞΩΤΕΡ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΦΟΑΜ+ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ LARGE 2,63 2060400	ΤΕΜ	4	8	32	7,68	39,68	EXTERNAL NASAL SPLINT - ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 2,63" X 1,73"		

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
26	126973	ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΑΥΤΟΚΟΛ.ΕΠΙΘΕΜ.ΤΥΠΟΥ HANSARLAST 25MM ΣΤΡΟΓΓΥΛ	ΤΕΜ	700	0,01	7	1,68	8,68	Επιθέματα αυτοκόλλητα, μικροτραυμάτων (strips) αποστειρωμένα. Στο μέσο του επιθέματος να υπάρχει ειδικό απορροφητικό επίθεμα (μαξιλαράκι) αντικολλητικό, έτσι ώστε να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι διαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και να παρέχουν απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. Να είναι υποαλλεργικά, ιδιαίτερα φιλικά προς το δέρμα. Να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί.		
27	126975	ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜ.ΤΥΠΟΥ HANSARLAST 30x70mm	ΤΕΜ	35.000	0,04	1400	336	1.736,00	Επιθέματα αυτοκόλλητα, μικροτραυμάτων (strips) αποστειρωμένα. Στο μέσο του επιθέματος να υπάρχει ειδικό απορροφητικό επίθεμα (μαξιλαράκι) αντικολλητικό, έτσι ώστε να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι διαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και να παρέχουν απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. Να είναι υποαλλεργικά, ιδιαίτερα φιλικά προς το δέρμα. Να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί.		
28	126999	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ (ΤΥΠΟΥ SURGICEL) 5X7,5	ΤΕΜ	70	4,5	315	75,6	390,60			

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
29	127037	ΑΥΤΟΚΟΛ. ΕΠΙΔ. ΧΡΩΜ. ΔΕΡΜ. (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ) 10cmx5m	ΤΕΜ	1.400	1,25	1750	420	2.170,00	Υφασμένες, υποαλλεργικές αυτοκόλλητες χειρουργικές ταινίες. Η εσωτερική τους επιφάνεια να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα (οξειδίο του ψευδαργύρου) η οποία δεν θα αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία. Οι ταινίες να είναι διαπερατές στους υδρατμούς και στον αέρα. Να προσφέρουν εξαιρετική συγκράτηση, και να αφαιρούνται ανώδυνα. Να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα κατά την αφαίρεση τους, να κόβονται εύκολα με το χέρι.		
30	127293	ΕΠΙΔΕΣΜ ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ (MICROPOR) 5CM	ΤΕΜ	700	0,36	252	60,48	312,48	Μικροπορώδεις, αεροδιαπερατές, υποαλλεργικές αυτοκόλλητες χειρουργικές ταινίες. Να είναι κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό. Η εσωτερική τους επιφάνεια, να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα η οποία δεν θα αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία. Να προσφέρουν εξαιρετική συγκράτηση, και να αφαιρούνται τελείως ανώδυνα. Να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα, να κόβονται πάρα πολύ εύκολα με το χέρι.		

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
31	127294	ΕΠΙΔΕΣΜ. ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ (MICROPOR) 2,5CM	ΤΕΜ	2.800	0,2	560	134,4	694,40	Μικροπορώδεις, αεροδιαπερατές, υποαλλεργικές αυτοκόλλητες χειρουργικές ταινίες. Να είναι κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό. Η εσωτερική τους επιφάνεια, να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα η οποία δεν θα αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία. Να προσφέρουν εξαιρετική συγκράτηση, και να αφαιρούνται τελείως ανώδυνα. Να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα, να κόβονται πάρα πολύ εύκολα με το χέρι.		
32	127295	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΟΥ MICROPOR 7,5CM	ΤΕΜ	490	0,54	264,6	63,504	328,10	Μικροπορώδεις, αεροδιαπερατές, υποαλλεργικές αυτοκόλλητες χειρουργικές ταινίες. Να είναι κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό. Η εσωτερική τους επιφάνεια, να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα η οποία δεν θα αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία. Να προσφέρουν εξαιρετική συγκράτηση, και να αφαιρούνται τελείως ανώδυνα. Να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα, να κόβονται πάρα πολύ εύκολα με το χέρι.		

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
33	127310	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 8cm	ΤΕΜ	10.500	0,14	1470	352,8	1.822,80	Επίδεσμοι ελαστικοί υφασμένοι με εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερά και ελαστικά νήματα χωρίς ενώσεις. Η ελαστικότητα τους να ανέρχεται σε περίπου 75 %. Οι παρυφές τους να είναι υπό μορφή ούγκιας χωρίς ατέλειες (ξέφτια). Να επιμηκύνονται χωρίς να ελαττώνεται το πλάτος τους και να επανέρχονται μετά τον τονισμό στο αρχικό μήκος. Να είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το δέρμα επιτρέποντας του να αναπνέει κατά την διάρκεια της επίδεσης. Να υπάρχει δυνατότητα να πλένονται στους 40οC και να ξαναχρησιμοποιούνται.		
34	127314	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΑΠΟ ΓΑΖΑ 5CMX5M	ΤΕΜ	100	0,09	9	2,16	11,16	Επίδεσμοι γάζας 20 κλωστών / cm ² και βάρους ≈ 27 gr / m ² , να είναι τυλιγμένοι κυλινδρικά και κομμένοι χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια). Να είναι κατασκευασμένοι από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, και σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Πρότυπο EN 14079:2003.		

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
35	127323	ΕΠΙΘΕΜ. ΑΥΤΟΚ. ΤΥΠΟΥ CUTIPLAST 15x10	ΤΕΜ	21.000	0,09	1890	453,6	2.343,60	Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven). Να υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι αποστειρωμένα με αιθυλενοξείδιο «ΕΟ», να είναι διαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και να παρέχουν μεγάλη και γρήγορη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. Να είναι υποαλλεργικά και να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί.		

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
36	127324	ΕΠΙΘΕΜ. ΑΥΤΟΚ. ΤΥΠΟΥ CUTIPLAST 10x10	ΤΕΜ	35.000	0,06	2100	504	2.604,00	Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven). Να υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι αποστειρωμένα με αιθυλενοξείδιο «ΕΟ», να είναι διαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και να παρέχουν μεγάλη και γρήγορη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. Να είναι υποαλλεργικά και να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί.		

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
37	127327	ΕΠΙΘΕΜ. ΑΥΤΟΚ. ΤΥΠΟΥ CUTIPLAST 35x10	ΤΕΜ	4.900	0,17	833	199,92	1.032,92	Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven).Να υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι αποστειρωμένα με αιθυλενοξείδιο «ΕΟ», να είναι διαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και να παρέχουν μεγάλη και γρήγορη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. Να είναι υποαλλεργικά και να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία με ειδικού τύπου χαρτί.		
38	128132	ΥΠΟΑΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘ.ΜΕΤΑΞ. (ΛΕΥΚΟΣΙΑΚ) 2,5cmx9,2m	ΤΕΜ	14.695	0,64	9404,8	2257,152	11.661,95	Μεταξωτές, υποαλλεργικές αυτοκόλλητες χειρουργικές ταινίες. Η εσωτερική τους επιφάνεια να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα η οποία δεν θα αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία. Οι ταινίες να είναι διαπερατές στους υδρατμούς και στον αέρα. Να προσφέρουν εξαιρετική συγκράτηση, και να αφαιρούνται τελείως ανώδυνα. Να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα κατά την αφαίρεση τους, και να κόβονται εύκολα με το χέρι.		

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
39	128133	ΥΠΟΑΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘ.ΜΕΤΑΞ. (ΛΕΥΚΟΣΙΑΚ) 5cmx9,2m	ΤΕΜ	2.100	1,22	2562	614,88	3.176,88	Μεταξωτές, υποαλλεργικές αυτοκόλλητες χειρουργικές ταινίες. Η εσωτερική τους επιφάνεια να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα η οποία δεν θα αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία. Οι ταινίες να είναι διαπερατές στους υδρατμούς και στον αέρα. Να προσφέρουν εξαιρετική συγκράτηση, και να αφαιρούνται τελείως ανώδυνα. Να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα κατά την αφαίρεση τους, και να κόβονται εύκολα με το χέρι.		
40	128238	ΧΕΙΡ. ΕΠΙΔΕΣΜ. ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (TRANSPOR) 2,5CMX9,1M	ΤΕΜ	700	0,29	203	48,72	251,72	Διαφανείς, πορώδεις, αυτοκόλλητες, υποαλλεργικές χειρουργικές ταινίες πολυαιθυλενίου. Η εσωτερική τους επιφάνεια να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα η οποία δεν θα αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία. Οι ταινίες να είναι διαπερατές στους υδρατμούς και στον αέρα. Να προσφέρουν εξαιρετική, διαφανή συγκράτηση, και να αφαιρούνται τελείως ανώδυνα. Να είναι ακτινοδιαπερατές και να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα κατά την αφαίρεση τους, να κόβονται πολύ εύκολα με το χέρι τόσο οριζόντια όσο και κάθετα.		

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
41	128239	ΧΕΙΡ. ΕΠΙΔΕΣΜ. ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (TRANSPOR) 5CMX9,1M	TEM	35	0,85	29,75	7,14	36,89	Διαφανείς, πορώδεις, αυτοκόλλητες, υποαλλεργικές χειρουργικές ταινίες πολυαιθυλενίου. Η εσωτερική τους επιφάνεια να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα η οποία δεν θα αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία. Οι ταινίες να είναι διαπερατές στους υδρατμούς και στον αέρα. Να προσφέρουν εξαιρετική, διαφανή συγκράτηση, και να αφαιρούνται τελείως ανώδυνα. Να είναι ακτινοδιαπερατές και να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα κατά την αφαίρεση τους, να κόβονται πολύ εύκολα με το χέρι τόσο οριζόντια όσο και κάθετα.		
42	138147	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΛ.ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΡ. 2050100	TEM	7	8	56	13,44	69,44			
43	157075	ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ 15 CM X 2 ΜΕΤΡΑ	TEM	35	5,64	197,4	47,376	244,78			
44	157102	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ 10 X 5 CM	TEM	7	5,75	40,25	9,66	49,91			
45	157107	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ 7,5 X 5 CM	TEM	70	5,9	413	99,12	512,12			
46	157109	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ ΜΕ ΖΩΝΗ EXTRA LARGE REGULAR	TEM	6	10,48	62,88	15,0912	77,97			

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
47	157110	ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΟΡΩΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 CM X 1,3 CM (STERI-STRIP)	ΤΕΜ	900	0,04	36	8,64	44,64			
48	157139	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΙΝΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΕΡΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕΡΟΓΕΛ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5 X 1 CM. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ	3	150	450	108	558,00			
49	157141	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΡΙΝΟΣ ΩΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΕΣΤΕΡΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕΡΟΓΕΛ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4 X 4 CM ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ FESS. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ	4	150	600	144	744,00			
50	157151	ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 6 X 7 CM (ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ)	ΤΕΜ	100	0,15	15	3,6	18,60	Αποστειρωμένο επίθεμα από διάφανο αυτοκόλλητο φιλμ πολυουρεθάνης διαπερατό στην αναπνοή του δέρματος, με υποαλλεργική ακρυλική κόλλα. Με χάρτινο περιθώριο (κορνίζα) καθόλη την περίμετρο του φιλμ, χωρίς να κολλά στα γάντια, με εγκοπή και ετικέτα αναγραφής στοιχείων. Τα προσφερόμενα επιθέματα θα πρέπει να διαθέτουν φραγμό προστασίας έναντι εξωγενών μολυσματικών παραγόντων, να είναι αδιάβροχα και ακτινοδιαπερατά.		
51	191551	ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΠΟ ΑΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, Δ. 5 X 35CM	ΤΕΜ	2	16,9	33,8	8,112	41,91			

α/α	Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟ ΤΕΡΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
52	191552	ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, Δ. 10 Χ 20CM	ΤΕΜ	250	10,2	2550	612	3.162,00			
53	191561	ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΔΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ Δ. 5 Χ 7,5 CM	ΤΕΜ	100	4,5	450	108	558,00			
54	191562	ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ Δ. 5 Χ 10 CM	ΤΕΜ	10	6,2	62	14,88	76,88			

45.569,36

1.ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ

A. ΣΚΟΠΟΣ

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την προμήθεια Ελαστικών Επίδεσμων για τις ανάγκες των Νοσοκομείων.

B. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ελαστικοί επίδεσμοι είναι υφασμάτινες ταινίες, που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα, καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών .

Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμένες (υπό μορφή ούγιας) και όχι κομμένες. Η επιμήκυνση των ταινιών με σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά (να ακολουθούν κατά προσέγγιση τον νόμο της ελαστικής παραμόρφωσης) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 70% του αρχικού μήκους.

Η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση 70% πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον (min) 65 P ανά εκατοστό (cm) δηλουμένου πλάτους.

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα επιμηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους και θα πρέπει να επανέρχονται μετά τον τανισμό σχεδόν στο αρχικό μήκος.

Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.

Να έχουν χρώμα ανοικτό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για την στερέωσή τους.

1.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το πλάτος των ελαστικών επίδεσμων καθορίζεται σε 7,10,12,15 και 20 εκατοστά (cm) και το αρχικό μήκος σε 2,7 μέτρα (m) περίπου και το τελικό μήκος σε τανισμό 4,5 μέτρα(m) κατ' ελάχιστον (min).

Κάθε ελαστικός επίδεσμος θα συνοδεύεται και από αριθμό συνδετήρων ως εξής :

- Για το πλάτος των 5 εκατοστών ένας συνδετήρας.
- Για το πλάτος των 7 εκατοστών ένας συνδετήρας.
- Για το πλάτος των 10 εκατοστών δύο συνδετήρες.
- Για το πλάτος των 12 εκατοστών δύο συνδετήρες.
- Για το πλάτος των 15 εκατοστών τρεις συνδετήρες.
- Για το πλάτος των 20 εκατοστών τρεις συνδετήρες.

1.3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού, τοποθετημένοι σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά την μεταφορά.

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά.

Επίσης επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

- 1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος).**
- 2. Το είδος του περιεχομένου.**
- 3. Οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσμων καθώς και το μήκος σε τανισμό**
- 4. Ο χρόνος κατασκευής.**
- 5. Οδηγίες χρήσεως και πλύσεως στην Ελληνική γλώσσα.**
- 6. Ο αριθμός της Διακήρυξης.**

1.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει:

1. Να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών επιδέσμων και τον τόπο εγκατάστασής του.
2. Να καταθέσουν ως δείγμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης δύο αυτοτελείς συσκευασίες (δείγμα- αντίδειγμα) εξ εκάστου προσφερομένου είδους το οποίο κατά την αξιολόγηση θα εξεταστεί από εργαστήρια του Ε. Ο. Φ. (ΕΚΕΒΥ), του ΙΚΑ κ.λ.π. για την συμφωνία των χαρακτηριστικών τους με τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών να αναφέρονται στις τεχνικές προσφορές.
4. Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του Ε. Ο. Φ. για την εγγραφή στο Μητρώο κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών προϊόντων αν τα προϊόντα είναι Ελληνικής κατασκευής ή αντίγραφο του Πιστοποιητικού CE από αρμόδιο Ευρωπαϊκό κοινοποιημένο οργανισμό αν τα προϊόντα είναι Ευρωπαϊκής ή άλλης κατασκευής.

1.5 ΕΛΕΓΧΟΙ

Από την Επιτροπή Παραλαβής διενεργείται μακροσκοπικός έλεγχος και λαμβάνονται δείγματα των ελαστικών επιδέσμων εις διπλούν τα οποία θα αποστέλλονται σε αρμόδια εργαστήρια (Ε. Ο. Φ. , Ι. Κ. Α.) για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Επίσης η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει μακροσκοπικά τους ελαστικούς επιδέσμους για ελαττώματα ύφανσης, ενδείξεις συσκευασίας – διαστάσεις κ.λ.π. από τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής και αναφέρει τις παρατηρήσεις της στα από τις απαιτήσεις της τεχνικές προδιαγραφές.

Τα έξοδα ελέγχου και τα δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή.

2.ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

2.1.1 Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει :

- Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και για την παραγωγή ή την κατασκευή του, να έχουν χρησιμοποιηθεί οι τελευταίες τεχνολογικές μέθοδοι.
- Να είναι άριστης ποιότητας και να μη φέρει ελαττώματα ή ατέλειες στην κατασκευή του και να μην προκαλούν ερεθισμούς ή αλλεργία.

- Να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας που θα το χρησιμοποιήσει.
- Ο λευκοπλάστης να είναι συσκευασμένος σε πηνία. Τα πηνία να είναι συσκευασμένα σε κουτιά των 10 – 20 τεμαχίων.

2.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο υπό προμήθεια λευκοπλάστης θα πρέπει:

- 2.2.1** Η ταινία να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα βαμβακερό ή συνθετικό ή σύμμικτο υλικό.
- 2.2.2** Το χρώμα της ταινίας να είναι άσπρο έως αποχρώσεως ανθρωπίνου δέρματος.
- 2.2.3** Η μία επιφάνεια της ταινίας να είναι ομοιόμορφα επιστρωμένη με κολλητική ουσία που μπορεί να είναι φυσική ελαστομερής ύλη ή ελαστικό (KREP) ή συνθετικά ελαστομερές κ.λ.π. στο οποίο να περιέχεται οξειδίο του ψευδαργύρου.
- 2.2.4** Γενικά η ποιότητα του λευκοπλάστη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Βρετανικής Φαρμακοποιίας.
- 2.2.5** Οι διαστάσεις του λευκοπλάστη είναι:

2,5 cm X 9,14 m

7,5 cm X 9,14 m

7,5 cm X 5,00 m

1,25cm X 5,00 m

5,00cm X 9,14 m

2.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να κατάθεση εγγύηση καλής καταστάσεως του υλικού για ένα εύλογο χρονικό διάστημα που η διάρκεια εξαρτάται από το υλικό, σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθηκείσεως του.

2.4 Μακροσκοπικός έλεγχος

Ο έλεγχος αυτός γίνεται από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής και αποβλέπει στην διαπίστωση :

- Της καλής καταστάσεως του υλικού από άποψη εμφανίσεως κακώσεων ή φθορών.
- Της συμφωνίας των χαρακτηριστικών των στοιχείων με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα καθώς και με τους τελικούς όρους και συμφωνίες που περιέχονται στη σύμβαση

2.5 Εργαστηριακός έλεγχος

Ο παραπάνω έλεγχος μπορεί να γίνει εάν το απαιτήσει η επιτροπή παραλαβής από τα κατά περίπτωση εργαστήρια του ΕΚΕΒΥΛ, ΕΟΦ, αντίστοιχα εργαστήρια του Στρατού κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει να είναι συσκευασμένο με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά καθώς και την άριστη συντήρηση του σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης.
- Οι επισημάνσεις που πρέπει να υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία είναι το περιεχόμενο, οι διαστάσεις, η ποσότητα, στοιχεία κατασκευαστή, χώρα προέλευσης, πιστοποιητικό ποιότητας (CE MARK) μετά του σχετικού αριθμού που το ακολουθεί, ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ημερομηνία παραγωγής του.
- Η παράδοση θα είναι τμηματική για ένα έτος ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και γίνεται εντός 48 ωρών μετά από γραπτή παραγγελία του Νοσοκομείου .
- Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την προσκόμιση από μέρους του των σχετικών δικαιολογητικών .

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η αποστολή δειγμάτων.

- Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν.
- Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να φέρουν σήμανση πιστοποίησης CE και ISO η οποία τοποθετείται στα προσφερόμενα είδη.
- Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του.
- Οι αναφερόμενες ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα.

- Να αναφέρονται ευκρινώς στην συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν το είδος, το μήκος, τη διάμετρο.
- Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά τη μεταφορά και αποθήκευση.
- α) Πριν από την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει την δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο από ανεξάρτητο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου.
β) Η επιτροπή παραλαβής των Νοσοκομείων μπορεί επίσης να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων.
Τα έξοδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι οδηγίες χρήσεως (**prospectus**) να είναι του εργοστασίου κατασκευής με την σήμανση CE και σε ακριβή μετάφραση στην Ελληνική. Στα **prospectus** και τα **δείγματα** θα αναγράφεται ο κωδικός και ο αύξοντας αριθμός του είδους που αντιστοιχεί. Αν τα **prospectus** περιλαμβάνονται σε κατάλογο με άλλα προϊόντα θα αναγράφεται στην τεχνική προσφορά η σελίδα που αντιστοιχεί το προσφερόμενο είδος. **Να μην επισυνάπτονται prospectus για μη προσφερόμενα είδη.**