



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ**  
**«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»**

Χανιά, 28/1/2014

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73300

Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π.

Τηλέφωνο : 28210- 22308

FAX : 28210- 22329

Αρ. πρωτ. 1755

**Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «**ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 33141641-5**».

1. Στα πλαίσια της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών «**ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 33141641-5**» και διενέργειας ενιαίου διαγωνισμού «**ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 33141641-5**» το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών των παρακάτω ειδών:

Κ.Α. ΟΡ- CO	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
17691	100	FOLLEY 2WAY LATEX ΜΕ ΕΞΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΣΑΓ.14 CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
17692	2000	FOLLEY 2WAY LATEX ΜΕ ΕΞΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΣΑΓ.16 CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
17693	2000	FOLLEY 2WAY LATEX ΜΕ ΕΞΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΣΑΓ.18 CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
17694	300	FOLLEY 2WAY LATEX ΜΕ ΕΞΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΣΑΓ.20 CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
17695	60	FOLLEY 2WAY LATEX ΜΕ ΕΞΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΣΑΓ.22 CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
17696	10	FOLLEY 2WAY LATEX ΜΕ ΕΞΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΣΑΓ.24 CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
17702	210	FOLLEY 2WAY LATEX ΜΕ ΕΞΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ ΤΙΕΜΑΝΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 16CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
17703	340	FOLLEY 2WAY LATEX ΜΕ ΕΞΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ ΤΙΕΜΑΝΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 18CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
17704	70	FOLLEY 2WAY LATEX ΜΕ ΕΞΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ ΤΙΕΜΑΝΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 20CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
17794	60	FOLLEY 3WAY ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ LATEX ΜΕΓΕΘΟΣ 18CH	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
17795	50	FOLLEY 3WAY ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

		LATEX ΜΕΓΕΘΟΣ 20CH	ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
17796	20	FOLLEY 3WAY ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ LATEX ΜΕΓΕΘΟΣ 22CH	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
17868	220	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 8CH	Να είναι από PVC διαφάνες, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με πλευρικές οπές, ευρείες για καλή παροχέτευση Η αφαίρεσή τους από τη θήκη να είναι ευχερής
17869	3200	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 10CH	Να είναι από PVC διαφάνες, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με πλευρικές οπές, ευρείες για καλή παροχέτευση Η αφαίρεσή τους από τη θήκη να είναι ευχερής
17870	4000	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 12CH	Να είναι από PVC διαφάνες, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με πλευρικές οπές, ευρείες για καλή παροχέτευση Η αφαίρεσή τους από τη θήκη να είναι ευχερής
17871	8130	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 14CH	Να είναι από PVC διαφάνες, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με πλευρικές οπές, ευρείες για καλή παροχέτευση Η αφαίρεσή τους από τη θήκη να είναι ευχερής
17872	1000	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 16CH	Να είναι από PVC διαφάνες, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με πλευρικές οπές, ευρείες για καλή παροχέτευση Η αφαίρεσή τους από τη θήκη να είναι ευχερής
17873	400	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 18CH	Να είναι από PVC διαφάνες, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με πλευρικές οπές, ευρείες για καλή παροχέτευση Η αφαίρεσή τους από τη θήκη να είναι ευχερής
17874	400	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 20CH	Να είναι από PVC διαφάνες, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με πλευρικές οπές, ευρείες για καλή παροχέτευση Η αφαίρεσή τους από τη θήκη να είναι ευχερής
17875	200	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 22CH	Να είναι από PVC διαφάνες, υλικό ημίσκληρο ώστε να μην συμπίπτουν και να μη λυγίζουν τα τοιχώματα του, να έχουν στρογγυλεμένο άκρο με πλευρικές οπές, ευρείες για καλή παροχέτευση Η αφαίρεσή τους από τη θήκη να είναι ευχερής
17891	115	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMANN ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 22CH	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΛΥΓΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΙΣΤΕΛΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ,ΕΥΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ. Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΗΚΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΕΡΗΣ
21038	54	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΝΟ 12	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ (Νο 8,10,12,14,16,18) ΜΕΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 CM ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΗ ΤΡΟΚΑΡ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 800 ML
21039	53	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΝΟ 16	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ (Νο 8,10,12,14,16,18) ΜΕΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 CM ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΗ ΤΡΟΚΑΡ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 800 ML
21040	250	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΝΟ 18	Παροχέτευση κενού (Νο 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18) με προέκταση περίπου 100cm και βελόνη trokar και με δοχείο συλλογής υγρών χωρητικότητας 800ml
21042	80	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΝΟ 14	Παροχέτευση κενού (Νο 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18) με προέκταση περίπου 100cm και βελόνη trokar και με δοχείο συλλογής υγρών χωρητικότητας 800ml
21142	40	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Ν 5 ΑΠΟ PVC ΜΕ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΙΑΣ 2 ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ 70CM	"Ουρητηρικά stent τύπου pigtail με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Να είναι σιλκόνης, βιοσυμβατά, αποστειρωμένα μιας χρήσεως, ακτινοσκοπερά. 2. Να είναι διαβαθμισμένα και με οπές στο μήκος τους και να περιλαμβάνουν σύρμα"

21144	5	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ Ν 7 ΑΠΟ PVC ΜΕ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΙΑΣ 2 ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ 70CM	"Ουρητηρικά stent τύπου pigtail με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Να είναι σιλκόνης, βιοσυμβατά, αποστειρωμένα μιας χρήσεως, ακτινοσκιερά. 2. Να είναι διαβαθμισμένα και με ωπές στο μήκος τους και να περιλαμβάνουν σύρμα"
26594	80	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ Ν 8	Με καθετήρα pigtail (του ενός άκρου) διαμέτρου 8ch. Η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνει βελόνα παρακέντησης, διαμέτρου 18G, μήκους έως 20cm η οποία να είναι ακτινοσκιεροί, ηχογενείς και καλά ορατή στον υπέρηχο. Οδηγός σύρμα μήκους έως και 100cm και με άκρο J. Ακτινοσκιερός καθετήρας μήκους έως 35cm (pigtail). Διαστολείς δέρματος τουλάχιστον τρεις (3) τον αριθμό (έως και 9 CH). Συνδετικό για ουροσυλλέκτη, ουροσυλλέκτης αποστειρωμένος (προαιρετικά με εξάρτημα στερέωσης στο δέρμα)
26723	40	FOLLEY 2WAY LATEX ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ(HYDROGEL). ΕΝΗΛΙΚΩΝ 14CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
26724	200	FOLLEY 2WAY LATEX ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ(HYDROGEL). ΕΝΗΛΙΚΩΝ 16CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
26725	200	FOLLEY 2WAY LATEX ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ(HYDROGEL). ΕΝΗΛΙΚΩΝ 18CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
26726	100	FOLLEY 2WAY LATEX ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ(HYDROGEL). ΕΝΗΛΙΚΩΝ 20CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
26734	20	FOLLEY 2WAY LATEX ΜΕ ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΣΑΓ.12 CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
26750	100	FOLLEY 2WAY ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ LATEX ΜΕ ΕΛΑΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ. ΜΕΓΕΘΟΣ 18CH	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
26756	100	FOLLEY 2WAY ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ LATEX ΜΕ ΕΛΑΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΣΑΓ.16 CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
26970	100	FOLLEY 3WAY ΑΙΜΟΣΤΑΤ. ΑΠΟ LATEX ΚΑΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΠΟΥ COUVELAIR ΜΕΓΕΘΟΣ 18CH	ΑΠΟ LATEX ΜΕ ΥΔΡΟΦΥΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ, ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 80CC ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ
26971	100	FOLLEY 3WAY ΑΙΜΟΣΤΑΤ. ΑΠΟ LATEX ΚΑΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΠΟΥ COUVELAIR ΜΕΓΕΘΟΣ 20CH	ΑΠΟ LATEX ΜΕ ΥΔΡΟΦΥΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ, ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 80CC ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ
26973	50	FOLLEY 3WAY ΑΙΜΟΣΤΑΤ.ΑΠΟ LATEX ΚΑΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΠΟΥ DUFOUR ΜΕΓΕΘΟΣ 18CH	ΑΠΟ LATEX ΜΕ ΥΔΡΟΦΥΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ, ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 80CC ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ
26976	20	FOLLEY 3WAY ΑΙΜΟΣΤΑΤ.ΑΠΟ LATEX ΚΑΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΠΟΥ DUFOUR. ΜΕΓΕΘΟΣ 24CH	ΑΠΟ LATEX ΜΕ ΥΔΡΟΦΥΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ, ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 80CC ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ
27055	150	ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΤΗΡΙΑΣΜΟ	Έτοιμος λιπασμένος, συσκευασμένος σε ισότονο διάλυμα. Μήκους 30 cm, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά το άνοιγμά του, άκαμπτη διακριτική συσκευασία για προστασία του καθετήρα και εύκολη και ασφαλή αποθήκευση. Να έχει κλιμακωτή διάμετρο για να διευκολύνεται ο χειρισμός του καθετήρα κατά την εισαγωγή του, CH 12/18
27169	8	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΗΒΗΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡ ΧΡΗΣΗ PIGTAIL. ΜΕΓΕΘΟΣ 12CH	Σετ υπερηβηκού καθετήρα σιλκόνης. Ο καθετήρας να είναι 2way ανοικτού άκρου και με ενσωματωμένο μπαλόνι στήριξης, με μεταλλικό trokar ατραυματικό και αποσχιζόμενο. Το σέτ περιλαμβάνει νυστέρι
27170	7	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΗΒΗΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡ ΧΡΗΣΗ PIGTAIL. ΜΕΓΕΘΟΣ 14CH	Σετ υπερηβηκού καθετήρα σιλκόνης. Ο καθετήρας να είναι 2way ανοικτού άκρου και με ενσωματωμένο μπαλόνι στήριξης, με μεταλλικό trokar ατραυματικό και αποσχιζόμενο. Το σέτ περιλαμβάνει νυστέρι
27172	16	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΗΒΗΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. ΜΕΓΕΘΟΣ 10CH	Σετ υπερηβηκού καθετήρα σιλκόνης. Ο καθετήρας να είναι 2way ανοικτού άκρου και με ενσωματωμένο μπαλόνι στήριξης, με μεταλλικό trokar ατραυματικό και αποσχιζόμενο. Το σέτ περιλαμβάνει νυστέρι
27173	19	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΗΒΗΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. ΜΕΓΕΘΟΣ 12CH	Σετ υπερηβηκού καθετήρα σιλκόνης. Ο καθετήρας να είναι 2way ανοικτού άκρου και με ενσωματωμένο μπαλόνι στήριξης, με μεταλλικό trokar ατραυματικό και αποσχιζόμενο. Το σέτ περιλαμβάνει νυστέρι

27195	25	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ FOLEY ME ΘΕΡΜΟΚΡ. 16CH	"1. 0 καθετήρας να είναι από σιλικόνη 100%. 2. Να έχει ειδική επικάλυψη από Kevlar για να μην σπάει ο σένσορας. 3. Αποστειρωμένος , Fr 18. 4. Να φέρουν καλώδια σύνδεσης με τα monitor της ΜΕΘ."
27196	100	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ FOLEY ME ΘΕΡΜΟΚΡ. 18CH	"1. 0 καθετήρας να είναι από σιλικόνη 100%. 2. Να έχει ειδική επικάλυψη από Kevlar για να μην σπάει ο σένσορας. 3. Αποστειρωμένος , Fr 18. 4. Να φέρουν καλώδια σύνδεσης με τα monitor της ΜΕΘ."
27246	60	ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΠIG TAIL 26CM O.D.6.0 FR	Ουρητηρικά stent τύπου pigtail με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Να είναι σιλικόνης, διάρκειας ζωής τουλάχιστον τριών (3) μηνών, βιοσυμβατά, αποστειρωμένα μιας χρήσεως, ακτινοσκοπεύα. 2. Να είναι διαβαθμισμένα και με ωπές στο μήκος τους. Το σετ να περιλαμβάνει συρμάτινο οδηγό μήκους έως 1m με μια μαλακή και μια σκληρή άκρη, μανταλάκι συγκράτησης του σύρματος του pigtail καθώς και προωθητή του pigtail. 3. Τα pigtail να είναι ανοικτού-κλειστού άκρου καθώς και λίγα ανοικτού-ανοικτού άκρου
27253	25	ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΠIG TAIL 6.0FR, 26CM	Ουρητηρικά stent τύπου pigtail με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Να είναι σιλικόνης, διάρκειας ζωής τουλάχιστον τριών (3) μηνών, βιοσυμβατά, αποστειρωμένα μιας χρήσεως, ακτινοσκοπεύα. 2. Να είναι διαβαθμισμένα και με ωπές στο μήκος τους. Το σετ να περιλαμβάνει συρμάτινο οδηγό μήκους έως 1m με μια μαλακή και μια σκληρή άκρη, μανταλάκι συγκράτησης του σύρματος του pigtail καθώς και προωθητή του pigtail. 3. Τα pigtail να είναι ανοικτού-κλειστού άκρου καθώς και λίγα ανοικτού-ανοικτού άκρου
27847	550	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ NO 10	Παροχέτευση κενού (No 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18) με προέκταση περίπου 100cm και βελόνη trokar και με δοχείο συλλογής υγρών χωρητικότητας 800ml
42301	100	FOLLEY 3WAY ΑΙΜΟΣΤΑΤ. ΑΠΟ LATEX ΚΑΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΠΟΥ DUFOUR ΜΕΓΕΘΟΣ 20CH	ΑΠΟ LATEX ΜΕ ΥΔΡΟΦΥΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ, ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 80CC ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ
42525	100	FOLLEY 3WAY ΑΙΜΟΣΤΑΤ. ΑΠΟ LATEX ΚΑΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΠΟΥ DUFOUR ΜΕΓΕΘΟΣ 22CH	ΑΠΟ LATEX ΜΕ ΥΔΡΟΦΥΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ, ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 80CC ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ
43524	20	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ N 4 ΑΠΟ PVC ΜΕ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΙΑΣ 2 ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ 70CM	"Ουρητηρικά stent τύπου pigtail με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Να είναι σιλικόνης, βιοσυμβατά, αποστειρωμένα μιας χρήσεως, ακτινοσκοπεύα. 2. Να είναι διαβαθμισμένα και με ωπές στο μήκος τους και να περιλαμβάνουν σύρμα"
43525	40	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ NO 8	Παροχέτευση κενού (No 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18) με προέκταση περίπου 100cm και βελόνη trokar και με δοχείο συλλογής υγρών χωρητικότητας 800ml
48444	25	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ COBRA 1 5 FR 65 CM	Αγγειογραφικός Καθετήρας τύπου Cobra 5F χωρίς πλευρικές οπές για τη διευκόλυνση της εισόδου του οδηγού σύρματος μέσα στον ουρητήρα κατά την εκτέλεση διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας.
49276	2	ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΤΡΗΜΑΤΟΣ "ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ " (ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΗΡΟΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)	Βιοσυμβατά πλέγματα για τη θεραπεία της γυναικείας ακράτειας, κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο, με ετικέτα κεντραρίσματος για την ευκολότερη τοποθέτησή τους διαμέσω της ουρήθρας. Η συσκευή προώθησης να διαθέτει αντιολισθητική-εργονομικά σχεδιασμένη λαβή, μεταλλικό διαστολέα που να καταλήγει σε κυρτή άκρη βελόνας (διαμέτρου 5mm) και προωθητή του διαστολέα
49673	500	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY- ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 100% NO 16	
49684	50	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY- ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ NO20	
49784	70	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY ΑΠΛΟΙ NO 24	ΑΠΟ LATEX SILICONIZE
49813	25	ΣΕΤ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΕΚΧΥΣΗΣ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΩΔ. MMS OBS 275/C	Σετ ορού για την αντλία εκχύσεως ουροδυναμικής για μηχάνημα ΚΩΔ. MMS OBS 275/C
67964	100	FOLLEY 3WAY ΑΙΜΟΣΤΑΤ. ΑΠΟ LATEX ΚΑΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΠΟΥ COUVELAIR ΜΕΓΕΘΟΣ 22CH	ΑΠΟ LATEX ΜΕ ΥΔΡΟΦΥΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ, ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 80CC ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ
67965	20	FOLLEY 3WAY ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ LATEX ΜΕΓΕΘΟΣ 16CH.	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ

			ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 cc ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
77234	300	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΜΕ ΠΑΓΙΔΑ CH6 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ	
77251	4	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (PIGTAIL) ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΘΗΛΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΝΟ 7F 26CM	
81166	10	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY NO 06 CH	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY NO 06 CH ΑΠΟ LATEX SILICONIZE
81168	10	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY NO 08 CH	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY NO 08 CH ΑΠΟ LATEX SILICONIZE
85648	60	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ (ΜΠΟΥΚΑΛΙ) ΝΟ 12 ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ(ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΤΡΟΚΑΡ)	
85650	70	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ (ΜΠΟΥΚΑΛΙ) ΝΟ 14 ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ(ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΤΡΟΚΑΡ)	
85652	60	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ (ΜΠΟΥΚΑΛΙ) ΝΟ 16 ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ(ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΤΡΟΚΑΡ)	
126938	35	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ 3 WAY ΚΟΥΒΕΛΕΡ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. Μ.Χ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50ML NO 18	ΑΠΟ SPIRAL LATEX ΣΙΛΙΚΟΝΙΖΕ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ML ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗ ΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΞΗ
126940	35	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ 3 WAY ΚΟΥΒΕΛΕΡ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. Μ.Χ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ML NO 20	ΑΠΟ SPIRAL LATEX ΣΙΛΙΚΟΝΙΖΕ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ML ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗ ΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΞΗ
127368	5	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΝΟ 11,5 (15CM) ΕΥΘΕΑ ΣΚΕΛΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ	Από βιοσυμβατό υλικό ή 15 cm
127371	15	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΝΟ 11,5 (19,5CM) ΕΥΘΕΑ ΣΚΕΛΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ	Από βιοσυμβατό υλικό ή 20 cm
127372	5	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΕΣ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΝΔΡΩΝ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ (ΑΥΤΟΚΟΛ ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΣ) SMALL 29MM (55.52)	
127379	3	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ( PIGTAIL) ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΘΗΛΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΝΟ 6FR/90CM	να είναι από υλικό πολυουρεθάνης ή αντίστοιχο μονής θηλειάς ανοικτού άκρου αποστειρωμενοι μ.χ.
127380	3	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ( PIGTAIL) ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΘΗΛΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΝΟ 8FR/ 90CM	να είναι από υλικό πολυουρεθάνης ή αντίστοιχο μονής θηλειάς ανοικτού άκρου αποστειρωμενοι μ.χ.
127386	4	ΚΑΘ ΥΠΟΚΛΕΙΔ.-ΔΙΠΛ.ΑΥΛ. LUMEN CATHETER ΑΠΟΣΤ. Μ.Χ. ΝΟ 4 ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ	
127390	3	ΚΑΘΕΤ FLEXIMA 10FR-25CM LOCK LOOP (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ)	ΑΠΛΟ
127392	3	ΚΑΘΕΤ FLEXIMA 8FR-25CM LOCK LOOP(ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ)	ΑΠΛΟ
127403	1	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FLEXIMA APD- ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ 10FR	ΑΠΟ LOCK LOOP
127404	1	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FLEXIMA APD-ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ 8FR	ΑΠΟ LOCK LOOP
127423	2	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΣΕΤ) Ι ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 11,5 X13 CM ΚΕΚΑΜΕΝΑ ΣΚΕΛΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ	ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΙΕΥΚΟΛΙΝΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ)
127424	40	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΣΕΤ) ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 11FR/15CM ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ	
127425	20	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΣΕΤ) ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 11FR/20CM ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ	
127435	70	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ. ΝΟ 10	ΑΠΟ LATEX SILICONIZE
127436	180	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ. ΝΟ 12	ΑΠΟ LATEX SILICONIZE
127437	2680	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΝΟ 14	ΑΠΟ LATEX SILICONIZE
127438	3280	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ. ΝΟ 16	ΑΠΟ LATEX SILICONIZE

127439	3350	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ. Νο 18	ΑΠΟ LATEX SILICONIZE
127440	540	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ. Νο 20	ΑΠΟ LATEX SILICONIZE
127441	40	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ. Νο 22	ΑΠΟ LATEX SILICONIZE
127449	510	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΝΟ 18 ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 553.58	
127453	60	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3 WAY ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ. Νο 16	
127454	90	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3 WAY ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ. Νο 18	
127455	140	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3 WAY ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ. Νο 20	
127456	90	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3 WAY ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ. Νο 22	
127469	2750	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΜΑΝ ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 10 CH	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΛΥΓΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΙΤΤΥΛΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ,ΕΥΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ. Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΗΚΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΕΡΗΣ
127470	3700	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΜΑΝ ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 12 CH	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΛΥΓΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΙΤΤΥΛΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ,ΕΥΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ. Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΗΚΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΕΡΗΣ
127471	2300	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΜΑΝ ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 14CH	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΛΥΓΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΙΤΤΥΛΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ,ΕΥΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ. Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΗΚΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΕΡΗΣ
127472	1270	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΜΑΝ ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 16 CH	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΛΥΓΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΙΤΤΥΛΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ,ΕΥΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ. Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΗΚΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΕΡΗΣ
127473	250	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΜΑΝ ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 18 CH	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΛΥΓΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΙΤΤΥΛΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ,ΕΥΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ. Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΗΚΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΕΡΗΣ
127474	250	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΜΑΝ ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 20 CH	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΛΥΓΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΙΤΤΥΛΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ,ΕΥΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ. Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΗΚΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΕΡΗΣ
127478	320	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΜΑΝ ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 8 CH	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΛΥΓΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΙΤΤΥΛΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ,ΕΥΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ. Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΗΚΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΕΡΗΣ
127482	120	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 45CM ΝΟ 6	
127483	220	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 45CM ΝΟ 10	
127484	650	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ,ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΝΟ 12	
127485	6000	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΝΟ 14	
127486	4500	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 45CM ΝΟ 16	
127488	450	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ	

		45CM NO 8	
127501	80	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ : 20 ΓΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυμβατό με επικάλυψη σιλκόνης και να μη διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Να αποτελείται από επικηρωμένο χαρτί που δε σχίζεται και πλαστική μεμβράνη για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- Να έχουν διακόπτη ροής αίματος ( flow – switch) ώστε να αποφεύγεται πλήρως ο κίνδυνος διαφυγής αίματος ή εμβολής αέρα. Να είναι κατασκευασμένα βάσει των ISO –Standards και να φέρουν πιστοποίηση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark)Ο καθητήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο έτσι ώστε να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.Ο οδηγός στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθητήρα.Να διαθέτουν περυσία για καλύτερη στήριξη.
127535	150	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΕΒΑΙΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. Μ.Χ, Νο 16	ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΙΣΗ
127536	50	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΕΒΑΙΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. Μ.Χ, Νο 18	ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΙΣΗ
127539	25	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΕΒΑΙΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. Μ.Χ, Νο 8	ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ
127541	120	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΕΒΑΙΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.Μ.Χ, Νο 14	ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΙΣΗ
127554	50	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΥ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ), Νο 18	
127555	380	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΥ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ), Νο 20	
127556	150	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΥ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ), Νο 22	
127557	350	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΥ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ), Νο 24	
127559	150	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΥ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ), Νο 26	
127561	85	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΥ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ), Νο 28	
127562	350	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΥ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ), Νο 30	
127564	20	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS(PIGTAIL) FR4,8 /26CM ΚΛΕΙΣΤΟ	να είναι μεσαίας παραμονής (2-4 μηνών) από υλικό τύπου πολυουρεθάνης ή αντίστοιχο διπλής θηλειάς αποστειρωμένοι μ.χ. ακτινοσκιερά με προωθητήρα-οδηγό σύρμα-κλείστρο άκρου κλειστού/ανοιχτού
127565	20	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS(PIGTAIL) FR4,8 /28CM ΚΛΕΙΣΤΟ	να είναι μεσαίας παραμονής (2-4 μηνών) από υλικό τύπου πολυουρεθάνης ή αντίστοιχο διπλής θηλειάς αποστειρωμένοι μ.χ. ακτινοσκιερά με προωθητήρα-οδηγό σύρμα-κλείστρο άκρου κλειστού/ανοιχτού
127566	10	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS(PIGTAIL) FR6/ 26 ΚΛΕΙΣΤΟ	να είναι μεσαίας παραμονής (2-4 μηνών) από υλικό τύπου πολυουρεθάνης ή αντίστοιχο διπλής θηλειάς αποστειρωμένοι μ.χ. ακτινοσκιερά με προωθητήρα-οδηγό σύρμα-κλείστρο άκρου κλειστού/ανοιχτού
127575	5	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ PIG TAIL 70CM. NO 7	ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ - ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ - ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ LUER LOCK  ΑΠΟ PVC ΜΕ ΕΥΘΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΑΚΡΟ 70 CM ΜΕ ΔΥΟ ΜΑΤΙΑ  ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ
127576	7	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ PIG-TAIL.NO 8 70CM	ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ - ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ - ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ LUER LOCK  ΑΠΟ PVC ΜΕ ΕΥΘΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΑΚΡΟ 70 CM ΜΕ ΔΥΟ ΜΑΤΙΑ  ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ

127577	90	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 70CM.. NO 4	ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ - ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ - ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ LUER LOCK  ΑΠΟ PVC ΜΕ ΕΥΘΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΑΚΡΟ 70 CM ΜΕ ΔΥΟ ΜΑΤΙΑ  ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ
127585	15	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ (PIGTAIL) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ NO7/ 90 CM	να είναι από υλικό πολυουρεθάνης ή αντίστοιχο μονής θηλειάς ανοικτού άκρου αποστειρωμενοι μ.χ.
127592	15	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΙΟΡΡΑΓΙΑΣ ΠΡΟΣΘΙΟ-ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ 2 CUF 10 & 30 CC	
127599	150	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΕΩΣ (FEETING) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ., No 5	ΣΤΟΜΑΧΟΥ)
127600	50	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΕΩΣ (FEETING) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ., No 6	ΣΤΟΜΑΧΟΥ)
127602	50	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΕΩΣ (FEETING) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ., No 8	(ΣΤΟΜΑΧΟΥ)
127605	50	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 4ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ 7FR ΚΑΙ 8,5 FR 20CM 16G(681150)	Ο καθετήρας να είναι από πολυουρεθάνη με εύκαμπτο και ελαστικό άκρο απόλυτα ατραυματικό, το οποίο παρεκκλίνει όταν συναντά το αγγειακό τοίχωμα προστατευοντας το από τραυματισμούς, ο καθετήρας να είναι εμποτισμένος με χλωρεξιδίνη και αργυρική σουλφαδιαζίνη η οποία εκμηδενίζει τον κίνδυνο εποικισμού του καθετήρα. Η νέα γενιά αντιμικροβιακών καθετήρων είναι εμποτισμένοι και οι αυλοί εσωτερικά εκτός του σώματος , το hub του καθετήρα οι εξωτερικές προεκτάσεις και όλος ο καθετήρας γενικότερα. Ετσι ο καθετήρας είναι πλήρως προστατευμένος από λοιμώξεις. Το σετ να περιέχει1 Καθετήρα πολυουρεθάνης πλήρως εμποτισμένο από άκρο σε άκρο με χλωρεξιδίνη και αργυρική σουλαδιαζίνη.2 Σύριγγα ασφαλείας Luer Lock 5 cc με βελόνα παρακέντησης 18 G3 Συρματινο οδηγό με ευθύ μαλακό άκρο στη μια πλευρά και σχήματος J στην άλλη.4 Βελόνα έγχυσης 20 Ga βελόνα 23 Ga 5 .Συγκρατητήρα βελόνας (βελονοκάτοχο) 6 ..Σύριγγες 20 cc,5 cc Luer Lock7. Σφιγκτήρα καθετήρα8. Διαστολέα ιστού10. Περιτυλιγμα CSR 11. Κάλυμμα με άνοιγμα με αυτοκολλητα 12. Επιθέματα γάζας 10 X 10 cm 13. Νυστερι 14 Στυλεό με σφουγγάρι για προετοιμασία15 . Κάνουλες 4 οδών 16 ..Ράμμα από πολυεστέρα 2/0 με κυρτή βελόνα 17. Δίσκος προετοιμασία
127606	80	ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ (LUMEN CATHETER) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ NO 7FR ΚΑΙ 8,5 FR / 20CM 18G	Ο καθετήρας να είναι από πολυουρεθάνη με εύκαμπτο και ελαστικό άκρο απόλυτα ατραυματικό, το οποίο παρεκκλίνει όταν συναντά το αγγειακό τοίχωμα προστατευοντας το από τραυματισμούς, ο καθετήρας να είναι εμποτισμένος με χλωρεξιδίνη και αργυρική σουλφαδιαζίνη η οποία εκμηδενίζει τον κίνδυνο εποικισμού του καθετήρα. Η νέα γενιά αντιμικροβιακών καθετήρων είναι εμποτισμένοι και οι αυλοί εσωτερικά εκτός του σώματος , το hub του καθετήρα οι εξωτερικές προεκτάσεις και όλος ο καθετήρας γενικότερα. Ετσι ο καθετήρας είναι πλήρως προστατευμένος από λοιμώξεις. Το σετ να περιέχει1 Καθετήρα πολυουρεθάνης πλήρως εμποτισμένο από άκρο σε άκρο με χλωρεξιδίνη και αργυρική σουλαδιαζίνη.2 Σύριγγα ασφαλείας Luer Lock 5 cc με βελόνα παρακέντησης 18 G3 Συρματινο οδηγό με ευθύ μαλακό άκρο στη μια πλευρά και σχήματος J στην άλλη.4 Βελόνα έγχυσης 20 Ga βελόνα 23 Ga 5 .Συγκρατητήρα βελόνας (βελονοκάτοχο) 6 ..Σύριγγες 20 cc,5 cc Luer Lock7. Σφιγκτήρα καθετήρα8. Διαστολέα ιστού10. Περιτυλιγμα CSR 11. Κάλυμμα με άνοιγμα με αυτοκολλητα 12. Επιθέματα γάζας 10 X 10 cm 13. Νυστερι 14 Στυλεό με σφουγγάρι για προετοιμασία15 . Κάνουλες 4 οδών 16 ..Ράμμα από πολυεστέρα 2/0 με κυρτή βελόνα 17. Δίσκος προετοιμασία
127607	10	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛ ΤΡΙΠΛΑ-ΑΥΛ (LUMEN CATHETER) NO 12 ΑΠΛΟΙ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ	
127612	15	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛ.-ΔΙΠΛ. ΑΥΛ 7 FR 20 CM ΚΕΝ.ΦΛΕΒΩΝ	Ο καθετήρας να είναι από πολυουρεθάνη με ατραυματικό εύκαμπτο άκρο, ο συρματινος οδηγός να είναι με ατραυματικά άκρα το ένα ευθύ και το άλλο σε σχήμα J ...Το set να περιέχει α) Ένα καθετήρα από πολυουρεθάνη με ατραυματικό άκρο β) Μία σύριγγα ασφαλείας με βελόνα παρακέντησης 18G γ) Ένα συρματινο οδηγό δ) Ένα αγγειακό διαστολέα ε) Πώματα καθετήρων στ) 1 σέτ extra πετυγία συρραφής του καθετήρα ζ) Σφιγκτήρες προεκτάσεων αυλών ..Ο συρματινος οδηγός να είναι μαλακός και στα δύο άκρα , το ένα σε σχήμα J και το άλλο σε ευθύ , ώστε να είναι στη διακριτική ευχέρεια του γιατρού η χρήση του. Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της προώθησης του συρματινου οδηγού με ειδικό ‘‘ stop ‘‘ ανά πάσα στιγμή. Κάθε αυλός του καθετήρα να έχει διακόπτη ροής αίματος (ώστε να μην επιτρέπεται η διαφυγή του αίματος η οποία θα είχε ως κίνδυνο την μόλυνση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού παράλληλα όμως να προστατεύει τους ασθενείς με υπογκαιμία από αεροεμβολή. Να είναι κατασκευασμένα



			βάσει των ISO –Standards και να φέρουν πιστοποίηση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark)
127676	4	ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ/ΣΦΑΓΗΤΙΔΙΚΟΥ/ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 2ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 14Χ32CM ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ (HFS32), (D-LINE LT-ANTEROGRADE 32CM)	
127951	5	ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ SWAN GANZ 7FR (I 301F7)	
128208	450	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ 24G 3/4 ΜΕ ΦΤΕΡΑ 19MM ΤΥΠΟΥ INTROCATH	ΤΥΠΟΥ JELCO Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 10MM ΡΟΗ 24 ML/MIN
128209	200	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ 24G 5/8 ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΤΥΠΟΥ JELCON	
128210	100	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ INTROCAN-W 24G	Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 0,7 Χ19 MM
128212	50	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ VEFLON No 17 ΑΣΠΡΟ	
128213	7500	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ VEFLON No 18 (ΠΡΑΣΙΝΟ)	
128214	30000	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ VEFLON No 20 (ΡΟΖ)	
128215	20	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ VEFLON No 24	
128218	19000	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ VEFLON No 22 (ΜΠΑΕ)	
136445	350	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 24G /19MM 3/4 ΜΕ ΡΟΗ 15ML/MIN ΠΑΙΔ / ΝΕΟΓΝ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ	1.Καθετήρα διπλοκωνικού άκρου για ανώδυνη και χωρίς παραμορφώσεις εισαγωγή. 2. Δακτυλολαβή για εύκολη προώθηση του καθετήρα και επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση ασφαλείας luer lock.3. Επιστόμιο με χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για άμεση αναγνώριση του διαμετρήματος μετά την εισαγωγή του.4. Εσωτερική βελόνα σιλικοναρισμένη διπλής λοξότμησης για απαλή εισαγωγή και προώθηση του καθετήρα.5. Διαφανή υποθάλαμο για άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του αίματος χωρίς διαρροές χάρη στο αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο που διαθέτει.6. αδιαβροχο αεραγωγό φίλτρο.7. Ακτινοσκιερός κατασκευασμένος από Teflon Fer (φθόρο-αιθυλοπροπυλένιο), υλικό που ελαχιστοποιεί τη δημιουργία ενδοαγγειακών ερεθισμών.8. Σε μέγεθος 24 GΜήκος καθετήρα : 19mmΕξωτ Διαμ. Καθετήρα :0,8 mmΕσωτ. Διαμ. Καθετηρα : 0,55 mmΠάχος καθετήρα :0,25 mmΧωρητικότητα :0,02 mmΡυθμό χορήγησης : 25 ml/hr
136446	400	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 26G/19MM ΜΕ ΡΟΗ 15ML/MIN 3/4 ΠΑΙΔ / ΝΕΟΓΝ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ	Φλεβικός καθετήρας 26G εσωτερικής βελόνας ακτινοσκιερός από Teflon Fer για παιδιατρική/νεογνολογική χρήση.Διάμετρος καθετήρα : Διάμετρος βελόνας : 28 GΜήκος καθετήρα : 19mmΕξωτ. Διαμ. Καθετήρα :0,6 mmΕσωτ. Διαμ. Καθετηρα : 0,4 mmΟγκος εξαέρωσης :0,016mlΤαχύτητα ροής : 15ml/minΧρώμα επιστομίου : ΑσπροΟλοι οι φλεβικοί καθετήρες εσωτερικήςβελόνας (ABBOCATH – T ΤΗΣ HOSPIRA) διαθέτουν :1. Καθετήρα διπλοκωνικού άκρου για ανώδυνη και χωρίς παραμορφώσεις εισαγωγή. Ακτινοσκιερός κατασκευασμένος από TEFLON –FER (φθόρο-αιθυλο-προπυλένιο)υλικό που ελαχιστοποιεί τη δημιουργία ενδοαγγειακών ερεθισμών.2. Δακτυλολαβή για εύκολη προώθηση του καθετήρα και επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση ασφαλείας luer lock.3. Επιστόμιο με χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για άμεση αναγνώριση του διαμετρήματος μετά την εισαγωγή του.4. Εσωτερική βελόνα σιλικοναρισμένη διπλής λοξότμησης για απαλή εισαγωγή και προώθηση του καθετήρα.5. Διαφανή υποθάλαμο για άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του αίματος χωρίς διαρροές χάρη στο αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο που διαθέτει.
138967	50	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ (ΜΠΟΥΚΑΛΙ) NO 10 ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ(ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΤΡΟΚΑΡ)	
157156	15	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ 3 WAY ΚΟΥΒΕΛΕΡ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ. Μ.Χ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ML NO 22	ΑΠΟ SPIRAL LATEX ΣΙΑΚΟΝΙΖΕ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ML ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗ ΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΞΗ
157170	15	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFOUR 3 WAY ΑΠΟΣΤ.ΑΠΟ ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΟ LATEX ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ML NO 18	
157171	15	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFOUR 3 WAY ΑΠΟΣΤ.ΑΠΟ ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΟ LATEX ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ML NO 20	
157172	5	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFOUR 3 WAY ΑΠΟΣΤ.ΑΠΟ ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΟ LATEX ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ML NO 22	
157197	15	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ	

		ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ.ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΚΡΟ 70 CM NO 5	ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ - ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ - ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ LUER LOCK ΑΠΟ PVC
157198	30	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ.ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΚΡΟ PIG TAIL 70 CM NO 6	ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ - ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ - ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ LUER LOCK ΑΠΟ PVC
159973	30	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS(PIGTAIL) FR4,8 /26CM ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ/ΑΝΟΙΧΤΟΥ	να είναι μεσαίας παραμονής (2-4 μηνών) από υλικό τύπου πολυουρεθάνης ή αντίστοιχο διπλής θηλειάς αποστειρωμένοι μ.χ. ακτινοσκιερά με προωθητήρα-οδηγό σύρμα-κλείστρο άκρου ανοιχτού/ανοιχτού
159975	5	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS(PIGTAIL) FR4,8 /30CM ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ/ΑΝΟΙΧΤΟΥ	να είναι μεσαίας παραμονής (2-4 μηνών) από υλικό τύπου πολυουρεθάνης ή αντίστοιχο διπλής θηλειάς αποστειρωμένοι μ.χ. ακτινοσκιερά με προωθητήρα-οδηγό σύρμα-κλείστρο άκρου ανοιχτού/ανοιχτού
159976	10	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS(PIGTAIL) FR4,8 /28CM ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ/ΑΝΟΙΧΤΟΥ	να είναι μεσαίας παραμονής (2-4 μηνών) από υλικό τύπου πολυουρεθάνης ή αντίστοιχο διπλής θηλειάς αποστειρωμένοι μ.χ. ακτινοσκιερά με προωθητήρα-οδηγό σύρμα-κλείστρο άκρου ανοιχτού/ανοιχτού
159977	5	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS(PIGTAIL) FR6 /26CM ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ/ΑΝΟΙΧΤΟΥ	να είναι μεσαίας παραμονής (2-4 μηνών) από υλικό τύπου πολυουρεθάνης ή αντίστοιχο διπλής θηλειάς αποστειρωμένοι μ.χ. ακτινοσκιερά με προωθητήρα-οδηγό σύρμα-κλείστρο άκρου ανοιχτού/ανοιχτού
159978	3	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS(PIGTAIL) FR6 /28CM ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ/ΑΝΟΙΧΤΟΥ	να είναι μεσαίας παραμονής (2-4 μηνών) από υλικό τύπου πολυουρεθάνης ή αντίστοιχο διπλής θηλειάς αποστειρωμένοι μ.χ. ακτινοσκιερά με προωθητήρα-οδηγό σύρμα-κλείστρο άκρου ανοιχτού/ανοιχτού
159985	3	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS(PIGTAIL) FR8 /30CM ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ/ΑΝΟΙΧΤΟΥ	να είναι μεσαίας παραμονής (2-4 μηνών) από υλικό τύπου πολυουρεθάνης ή αντίστοιχο διπλής θηλειάς αποστειρωμένοι μ.χ. ακτινοσκιερά με προωθητήρα-οδηγό σύρμα-κλείστρο άκρου ανοιχτού/ανοιχτού
159989	4	ΚΑΘ. PIGTAIL NO6/90CM ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ	να είναι από υλικό πολυουρεθάνης ή αντίστοιχο μονής θηλειάς κλειστού άκρου αποστειρωμένοι μ.χ.
159993	3	ΚΑΘ. PIGTAIL NO8/90CM ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ	να είναι από υλικό πολυουρεθάνης ή αντίστοιχο μονής θηλειάς κλειστού άκρου αποστειρωμένοι μ.χ.
160338	3	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣΓΙΑ ΕΝΔΟΓΑΣΤΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Μ.Χ.	
172971	200	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ "Τ" ΜΗΚΟΥΣ 15 CM ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	α. Να φέρει μια βαλβίδα για έγχυση με την μη χρήση βελόνας και ένα άκρο για την σύνδεση με τον καθετήρα του ασθενούς. Β. Ο ρυθμός έγχυσης χορηγουμένων υγρών να μην είναι μικρότερος από 4000ml/h.γ. Η βαλβίδα να είναι διαφανής, μη ελικοειδούς πορείας του υγρού διαμέσου αυτής και χωρίς καθόλου εναπομείναντα όγκο υγρού εντός αυτής. Δ. Να μην υπάρχει κανένα μεταλλικό μέρος στην όλη κατασκευή. Ε. Η βαλβίδα να είναι απολύτως κλειστό σύστημα για αποφυγή λοιμώξεων. ζ. Το ελατήριο της βαλβίδας να μην περιέχει ποσοστό σιδήρου. Η. Η διάμετρος της βαλβίδας να είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε αρσενικό κούμπωμα ( mail luer lock) για αποφυγή διαρροής. θ. Η βαλβίδα να έχει ικανοποιητική χωρητικότητα πίεσης ( 30 psig-90 psig) i. Το συνολικό μήκος του συνδετικού αυτού να είναι 15.2cm. Η εσωτερική διάμετρος της προέκτασης να είναι 1 mm. κ.Η προέκταση να είναι τύπου "J".
172980	6	ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ PORT' Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ LOW PROFILE 7,5FR	Οι εμφυτεύσιμοι καθετήρες (τύπου Port) πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από κράμα τιτανίου, πολυσουλφάνης -τιτανίου πλαστικού με αντιμικροβιακές ιδιότητες. Από ειδικό μίγμα σιλκόνης securisite στο άνω μέρος του, για μέχρι 2.000 τρυπήματα. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερική

			ηλεκτρονική αντλία έγχυσης φαρμάκων. Δυνατότητα επιλογής του σετ για χρήση:επισκληριδίου ραχιάιας υποκλειδίου αρτηριακής , περιτοναϊκής και βραχιονίου. Δυνατότητα επιλογής μονού ή διπλού καθετήρα με μονή σύνδεση, με λείο εσωτερικό τύμπανο από τιτάνιο.Το σετ να περιλαμβάνει:-Μια πύλη εισόδου (διάφραγμα από τιτάνιο/σιλικόνη)με σύνδεσμο CATS-SHIELD.- Ένας ακτινοσκοπεύς καθετήρας σιλικόνης 8,4 Fr- Μία βελόνα 20G για τον καθετήρα port- Μία αμβλεια βελόνα 18 G- Μία αιχμή για φλέβες-Μία βελόνα CRIPPER 20 G - Μία βελόνα τύπου port 90ο , 20G-Μία εξαιρετικά λεπτή βελόνα εισαγωγέα τοιχωμάτων 18G- Εισαγωγέας (3.0 mm)- Ένα κατευθυντήριο σύρμα "J" ατραυματικό.- Δύο σύριγγες (12 cm)- Ένα εργαλείο διάνοιξης σύριγγας.
172990	200	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 45CM NO 18	
173008	1	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ	ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΟΙΛΗ ΦΛΕΒΑ (ScvO2) 8.5Ff, 20cm, ΜΕ ΑΥΛΟΥΣ 15,18 &18ga
173009	1	ΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Μ.Χ.ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ	ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CO,SVR,SV,SVV, ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΗ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ.
174916	2	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ DUFOUR 3 WAY ΤΥΠΟΥ RUSCH NO 18 CH	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ DUFOUR 3 WAY ΤΥΠΟΥ RUSCH NO 18 CH
175071	60	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΠΙΡΑΛ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΛΑΚΩΝΕΙ . ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΦΟΡΑΝ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 25MM, 30MM, 35MM ΚΑΙ 40MM
175111	2	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ DUFOUR 3 WAY ΤΥΠΟΥ RUSCH NO 20 CH	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ DUFOUR 3 WAY ΤΥΠΟΥ RUSCH NO 20 CH
175112	2	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ DUFOUR 3 WAY ΤΥΠΟΥ RUSCH NO 22 CH	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ DUFOUR 3 WAY ΤΥΠΟΥ RUSCH NO 22 CH
176584	2	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ 5 CH	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
176585	2	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ 6 CH	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
176586	2	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ 7 CH	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
176587	2	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ PIG-TAIL 4,8 - 26 CM	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
176588	2	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ PIG-TAIL 6 - 26 CM	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
176589	2	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ PIG-TAIL 7 - 26 CM	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
176590	2	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ PIG-TAIL 7 - 28 CM	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
176591	2	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ PIG-TAIL 6 - 28 CM	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
176592	2	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ PIG-TAIL 4,8 - 28 CM	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
176992	10	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΟΥ 100 ML / 08 CH	Η συσκευή να αποτελεί κλειστό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει: Α. Συλλεκτική συσκευή μιάς χρήσεως, με μηχανισμό διατήρησης αρνητικής πίεσης σε επαρκή επίπεδα για αργή και σταθερή παροχέτευση διάρκειας 72 ωρών, με βαλβίδα αντεπιστροφής και έξοδο των υγρών συλλογής ανεξάρτητο από το σημείο εισόδου, που επιτρέπει την εκκένωση της συσκευής χωρίς αποσύνδεση του σωλήνα προσαγωγής των υγρών. Με κλιπ στερέωσης στο κρεβάτι ή τους επιδέσμους. Β. Σωλήνα παροχέτευσης τραύματος απαλός και εύκαμπτος, ακτινοσκοπεύς, με χρωματικές ενδείξεις για την τοποθέτηση, με πολλαπλές σπές έτσι ώστε ο ίδιος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δεύτερος σωλήνας παροχής στο ίδιο τραύμα.Γ.Βελόνη (τροκάρ) ανοξειδωτή, κεκαμμένη, με ατραυματικό αιχμηρό άκρο με προστατευτικό αφαιρούμενο κάλυμμα.Δ. Συνδετικά και σωλήνα προσαγωγής στο δοχείο, που επιτρέπουν την ταχεία σύνδεση με τον σωλήνα του τραύματος, αλλά και τη δυνατότητα σύνδεσης δεύτερου σωλήνα, όχι κατ' ανάγκη της ίδιας διαμέτρου. Με πλαστικό κλείστρο ελέγχου ή αποκλεισμού της ροής και επαρκές μήκος.
177000	10	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΟΥ 100 ML / 10 CH	Η συσκευή να αποτελεί κλειστό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει: Α. Συλλεκτική συσκευή μιάς χρήσεως, με μηχανισμό διατήρησης αρνητικής

			<p>πίεσης σε επαρκή επίπεδα για αργή και σταθερή παροχέτευση διάρκειας 72 ωρών, με βαλβίδα αντεπιστροφής και έξοδο των υγρών συλλογής ανεξάρτητο από το σημείο εισόδου, που επιτρέπει την εκκένωση της συσκευής χωρίς αποσύνδεση του σωλήνα προσαγωγής των υγρών. Με κλιπ στερέωσης στο κρεβάτι η τους επιδέσμους. Β. Σωλήνα παροχέτευσης τραύματος απαλός και εύκαμπτος, ακτινοσκιερός, με χρωματικές ενδείξεις για την τοποθέτηση, με πολλαπλές οπές έτσι ώστε ο ίδιος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δεύτερος σωλήνας παροχής στο ίδιο τραύμα.Γ. Βελόνη (τροκάρ) ανοξείδωτη, κεκαμμένη, με ατραυματικό αιχμηρό άκρο με προστατευτικό αφαιρούμενο κάλυμμα.Δ. Συνδεδετικά και σωλήνα προσαγωγής στο δοχείο, που επιτρέπουν την ταχεία σύνδεση με τον σωλήνα του τραύματος, αλλά και τη δυνατότητα σύνδεσης δεύτερου σωλήνα, όχι κατ' ανάγκη της ίδιας διαμέτρου. Με πλαστικό κλείστρο ελέγχου η αποκλεισμού της ροής και επαρκές μήκος.</p>
177001	140	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ KENOY 400ML / 3,2 MM	<p>Η συσκευή να αποτελεί κλειστό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει: Α. Συλλεκτική συσκευή μιάς χρήσεως, με μηχανισμό διατήρησης αρνητικής πίεσης σε επαρκή επίπεδα για αργή και σταθερή παροχέτευση διάρκειας 72 ωρών, με βαλβίδα αντεπιστροφής και έξοδο των υγρών συλλογής ανεξάρτητο από το σημείο εισόδου, που επιτρέπει την εκκένωση της συσκευής χωρίς αποσύνδεση του σωλήνα προσαγωγής των υγρών. Με κλιπ στερέωσης στο κρεβάτι η τους επιδέσμους. Β. Σωλήνα παροχέτευσης τραύματος απαλός και εύκαμπτος, ακτινοσκιερός, με χρωματικές ενδείξεις για την τοποθέτηση, με πολλαπλές οπές έτσι ώστε ο ίδιος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δεύτερος σωλήνας παροχής στο ίδιο τραύμα.Γ. Βελόνη (τροκάρ)ανοξείδωτη, κεκαμμένη, με ατραυματικό αιχμηρό άκρο με προστατευτικό αφαιρούμενο κάλυμμα Δ. Συνδεδετικά και σωλήνα προσαγωγής στο δοχείο, που επιτρέπουν την ταχεία σύνδεση με τον σωλήνα του τραύματος, αλλά και τη δυνατότητα σύνδεσης δεύτερου σωλήνα, όχι κατ' ανάγκη της ίδιας διαμέτρου. Με πλαστικό κλείστρο ελέγχου η αποκλεισμού της ροής και επαρκές μήκος για χρήση σε άκρα με μεγάλες περιδέσεις..</p>
177003	500	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ KENOY 400ML / 4,8 MM	<p>Η συσκευή να αποτελεί κλειστό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει: Α. Συλλεκτική συσκευή μιάς χρήσεως, με μηχανισμό διατήρησης αρνητικής πίεσης σε επαρκή επίπεδα για αργή και σταθερή παροχέτευση διάρκειας 72 ωρών, με βαλβίδα αντεπιστροφής και έξοδο των υγρών συλλογής ανεξάρτητο από το σημείο εισόδου, που επιτρέπει την εκκένωση της συσκευής χωρίς αποσύνδεση του σωλήνα προσαγωγής των υγρών. Με κλιπ στερέωσης στο κρεβάτι η τους επιδέσμους. Β. Σωλήνα παροχέτευσης τραύματος απαλός και εύκαμπτος, ακτινοσκιερός, με χρωματικές ενδείξεις για την τοποθέτηση, με πολλαπλές οπές έτσι ώστε ο ίδιος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δεύτερος σωλήνας παροχής στο ίδιο τραύμα.Γ. Βελόνη (τροκάρ)ανοξείδωτη, κεκαμμένη, με ατραυματικό αιχμηρό άκρο με προστατευτικό αφαιρούμενο κάλυμμα Δ. Συνδεδετικά και σωλήνα προσαγωγής στο δοχείο, που επιτρέπουν την ταχεία σύνδεση με τον σωλήνα του τραύματος, αλλά και τη δυνατότητα σύνδεσης δεύτερου σωλήνα, όχι κατ' ανάγκη της ίδιας διαμέτρου. Με πλαστικό κλείστρο ελέγχου η αποκλεισμού της ροής και επαρκές μήκος για χρήση σε άκρα με μεγάλες περιδέσεις..</p>
177004	50	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ KENOY 400ML / 6,0 MM	<p>Η συσκευή να αποτελεί κλειστό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει: Α. Συλλεκτική συσκευή μιάς χρήσεως, με μηχανισμό διατήρησης αρνητικής πίεσης σε επαρκή επίπεδα για αργή και σταθερή παροχέτευση διάρκειας 72 ωρών, με βαλβίδα αντεπιστροφής και έξοδο των υγρών συλλογής ανεξάρτητο από το σημείο εισόδου, που επιτρέπει την εκκένωση της συσκευής χωρίς αποσύνδεση του σωλήνα προσαγωγής των υγρών. Με κλιπ στερέωσης στο κρεβάτι η τους επιδέσμους. Β. Σωλήνα παροχέτευσης τραύματος απαλός και εύκαμπτος, ακτινοσκιερός, με χρωματικές ενδείξεις για την τοποθέτηση, με πολλαπλές οπές έτσι ώστε ο ίδιος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δεύτερος σωλήνας παροχής στο ίδιο τραύμα.Γ. Βελόνη (τροκάρ)ανοξείδωτη, κεκαμμένη, με ατραυματικό αιχμηρό άκρο με προστατευτικό αφαιρούμενο κάλυμμα Δ. Συνδεδετικά και σωλήνα προσαγωγής στο δοχείο, που επιτρέπουν την ταχεία σύνδεση με τον σωλήνα του τραύματος, αλλά και τη δυνατότητα σύνδεσης δεύτερου σωλήνα, όχι κατ' ανάγκη της ίδιας διαμέτρου. Με πλαστικό κλείστρο ελέγχου η αποκλεισμού της ροής και επαρκές μήκος για χρήση σε άκρα με μεγάλες περιδέσεις..</p>
177005	30	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑΣ ΒUELAU ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ	<p>Με θάλαμο συλλογής υγρών, θάλαμο υδατοβαλβίδας, και θάλαμο σύνδεσης με κενό για συνεχή αρνητική πίεση.</p>
177006	80	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑΣ ΒUELAU ΔΥΟ ΘΑΛΑΜΩΝ	<p>Απλό και εύχρηστο. Πλαστικό άθραυστο φιάλη χωρητικότητας 500 ml, βαθμονομημένη. Δεύτερη φιάλη 1500 ml υπεργειλίσεις της πρώτης φιάλης. Σωλήνας παροχέτευσης μεγάλου μήκους από σιλικοναρισμένο PVC, που δεν διπλώνει και δεν φράζεται εύκολα, με κωνοειδές συνδεδετικό για σύνδεση με τον καθετήρα υπεζωκότας. Χερούλια και κρεμάστρες για τοποθέτηση στο κρεβάτι ασθενούς. Συνοδεύεται από</p>

			πόματα ασφάλειας για προστασία του προσωπικού όταν η συσκευή απομακρύνεται προς απόρριψη.
179748	5	ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ROADRUNNER PC 35INCH, LENGTH 145CM, DESIGN STRAIGHT, TAPER LENGTH 3CM	Υδρόφιλο ουρολογικό οδηγό σύρμα με υδρόφιλη επικάλυψη Hydropass, με πυρήνα ντινολής και κάλυμμα από πολυουρεθάνη που του παρέχει ταυτόχρονα εξαιρετικό έλεγχο της ικανότητας περιστροφής του σύρματος (1:1 torque response), αποκλείει το τσάκισμα του σύρματος (kink-resistance) και του προσδίδει εξαιρετική ακτινοσκιερότητα. Το σύρμα να διαθέτει άκρο που μειώνεται σταδιακά, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλέστερη και επιτυχής προώθησή του σε δύσκολες ανατομίες. Διάμετροι 0.038in, ευθύ, μήκος 150cm και σκληρότητας standard & stiff.
179767	20	ΔΙΠΛΑ PIGTAIL STENT SETS 3.0 8 ΕΚΑΠΤΥ 160146, 160170, 160298, 160325	Σετ ουρητηρικής ενδοπρόθεσης διπλού pigtail, ανοικτού άκρου, για εσωτερική παροχέτευση από την ουρητηροπυελική συμβολή στην ουροδόχο κύστη, από ειδικό πολυμερές υλικό Percuflex και υδρόφιλη επικάλυψη, μακράς διάρκειας παραμονής 9-12 μήνες. Με πλαϊνές σπές καθόλο το μήκος του καθετήρα και νήμα μετακίνησης/αφαίρεσης. Το σετ διαθέτει το stent, τον προωθητή, 0.38 ή 0.35 PTFE οδηγό σύρμα και 6 Fr ουρητηρικό καθετήρα. Διάμετροι stents:4.8-6-7-8 Fr,μήκη: 10-30cm
180017	50	ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 18G ΜΗΚΟΥΣ 200MM ΜΕ ΛΟΞΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΤΥΛΕΟ	Βελόνα TROCAR 18g, μήκους 20cm, 2 τμημάτων (βελόνα και στελεός TROCAR) με έντονα ηχογενές άκρο τύπου ECHOTIP, κατάλληλη για διαδερμική νεφροστομία.
180024	2	ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ-ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 30FR, ΤΟ ΜΗΚΟΣ 12-14 CM ΚΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΈΩΣ 17 ATM. ΕΚΑΠΤΥ 247635	Σετ διαστολικού καθετήρα-μπαλόνι νεφροστομίας υψηλής πίεσης 20ATM, κατάλληλο για την διάνοιξη και διατήρηση της οδού νεφροστομίας. Καθετήρας 7Fr μήκους 55cm – διάμετρος μπαλονιού 8 και 10mm και μήκος 12 και 15 cm. Το σετ να διαθέτει τον καθετήρα-μπαλόνι, PTFE θηκάρι 17cm με δυνατότητα επιλογής 30Fr/17cm, 24Fr/17cm, 30Fr/20cm ή διάφανο σε διάμετρο 30Fr, διακόπτη ασφαλείας και συσκευή πλήρωσης με φωσφορίζον ενσωματωμένο μανόμετρο 20cc, υψηλών πιέσεων (έως 26 atm) και υψηλής ευκρίνειας, μιας χρήσεως, με προέκταση και συνδετικό
180026	15	ΛΑΒΙΔΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΙΘΩΝ, ΑΚΑΜΠΤΗ, ΜΗΚΟΥΣ 38 CM, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΧΡΙ 10 FR	Λαβίδα σύλληψης λίθων άκαμπτη για χρήση μέσω νεφροσκοπίου, καταλήγουσα σε Καλάθι -Basket διαδερμικής αφαίρεσης λίθων κατά την διάρκεια διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας, με θηκάρι διάμετρο 10 ή 12fr, μήκους 38cm, με ατραυματικό tipless άκρο για την αποφυγή τραυματισμού ή διάτρησης του ιστού κατά την σύλληψη του λίθου, 4 συρμάτων από Nitinol. Να είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παίρνει το σχήμα του κάλκα παγιδύοντας τον λίθο ενώ διαθέτει μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης. Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή για χειρισμό ενός χεριού, εύκολα αποσπώμενη αν χρειαστεί.
180481	10	BASKET ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΝΙΤΙΝΟΛ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟ (TIP-LESS) ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ >10 ΧΙΛΙΟΣΤΑ, ΓΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗ ΛΙΘΩΝ ΕΚΑΠΤΥ 136396	Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, τύπου basket. Να διαθέτει τέσσερα συρμάτα από Nitinol με μηδενικό tip και εργονομική αποσπώμενη λαβή. Να διατίθεται με θηκάρι 1.9, 2.4 και 3.0Fr, σε μήκος 90 και 120cm και με διάμετρο basket 12mm και 16mm. Ιδανικό στη χρήση εύκαμπτων ουρητηροσκοπίων ή διαδικασιών PCNL.
180574	15	ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΘΗΚΗΣ 14 FR ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΕΙΛΕΟΥ 12 FR	Θηκάρι εισαγωγής, εσωτερικής διαμέτρου 12 ή 14 fr, μήκους 13, 20, 28, 35, 45 ή 55cm, υπερυδρόφιλο και ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γωνιώσεις και στις συμπίεσεις. Χρησιμοποιείται με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο διασφαλίζοντας ατραυματική ουρητηρική προσπέλαση και παρέχοντας κανάλι εργασίας που επιτρέπει ανταλλαγές εργαλείων -οργάνων (πχ κατά την αφαίρεση λίθων) ενώ προστατεύει τα εργαλεία από φθορές. Προσφέρεται σε σετ με εσωτερικό ομοαξονικό διαστολέα εύκολα αποσπώμενο, που καταλήγει σε κωνικό ατραυματικό άκρο 6fr με εσωτερική οπή για να καθοδηγείται πάνω από οδηγό σύρμα, ασφαρίζει στο θηκάρι για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εισαγωγή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθετήρας έγχυσης σκιαγραφικού υλικού
180576	3	ΛΑΒΙΔΑ ΤΡΙΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΝΙΤΙΝΟΛ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2.0-2.5 FR	Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, τύπου τρίποδα. Να παρέχει την επιλογή συλληπτικών prongs (ειδικός σχεδιασμός, που εξασφαλίζει τον επιτυχή εγκλωβισμό των λίθων) και να διαθέτει εργονομική αποσπώμενη λαβή. Να διατίθεται με θηκάρι 2.4 η 3.0 Fr, σε μήκος 90 και 120 cm
180578	30	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΝΙΤΙΝΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 115 ΕΚΑΤΟΣΤΑ	Καθετήρας basket από Nitinol, laser resistant, με ειδικό σπείραμα (coil) στην άκρη του κατάλληλο για την αποτροπή μετακίνησης λίθων κατά την λιθοτριψία και για την αφαίρεση πολλαπλών λίθων. Διάμετρος coil 7mm και 10 mm, θηκάρι 3Fr, μήκος εργασίας 115cm με εργονομική

			αποσπώμενη λαβή.
180584	5	ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 0,038 INCH ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΝΙΤΙΝΟΛ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΥΡΤΟ (ΓΩΝΙΩΔΕΣ) ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ	Οδηγό-Σύρμα τύπου HIWIRE™, διαμέτρου 0.025, 0.035 ή 0.038", μήκους 150cm, εύκαμπτο, ελαστικό και εύκολα καθοδηγούμενο, απλό ή stiff, με πυρήνα από Nitinol για να μην τσακίζει, υπερυδρόφιλη επικάλυψη ειδικού τύπου και ακτινοσκιερό εύκαμπτο άκρο 30mm, κωνικό ευθύ ή κεκαμμένο. Να είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καθοδηγείται εύκολα και στον πλέον συστραμμένο και δυσκολοδιάβατο ουρητήρα με απόλυτη ταύτιση στροφής χεριού-σύρματος 1:1 (torque control) ενώ διαθέτει μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης. Να συνοδεύεται από θήκη και ειδικό ρύγχος ενεργοποίησης της υπερυδρόφιλης επικάλυψης
180590	30	ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 0,035 INCH ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΝΙΤΙΝΟΛ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΥΡΤΟ (ΓΩΝΙΩΔΕΣ) ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΤΟ ΕΓΓΥΣ ΑΚΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7 ΕΚΑΤΟΣΤΑ	Ουρολογικό οδηγό σύρμα από πυρήνα νιτινόλης με επικάλυψη PTFE και 5cm ακτινοσκιερό άκρο υδρόφιλο επικαλυμένο, να διατίθεται και με 10cm εύκαμπτο εγγύς άκρο για την ευκολότερη προώθησή του διαμέσω εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου. Διάμετροι 0.035 και 0.038in, ευθύ ή κυρτό με 3cm flexible, μήκος 150cm και σκληρότητας standard & stiff
180628	10	ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 0,035 INCH ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΙΣΧΥΡΟ (SUPER STIFF) ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ PTFE	"Οδηγό Σύρμα ευθύ extra stiff ή Ultra stiff τύπου AMPLATZ, διαμέτρου 0.025, 0.035 ή 0.038", μήκους 145cm, με επικάλυψη Teflon και εύκαμπτο άκρο σταδιακά μειούμενης σκληρότητας 50 mm. Να διατίθεται και σε τύπο με δυνατότητα χρήσης και από τις δύο πλευρές
180630	2	ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 0,038 INCH ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΙΣΧΥΡΟ (SUPER STIFF) ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ PTFE	"Οδηγό Σύρμα ευθύ τύπου Lunderquist, διαμέτρου 0.035 ή 0.038", μήκους 145cm, με επικάλυψη Teflon και εύκαμπτο άκρο ευθύ ή κεκαμμένο σταδιακά μειούμενης σκληρότητας με μήκη 30 ή 50 mm."
197582	1	ΣΕΤ ΙΝΩΝ LASER ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 365 MM	Ίνες laser λιθοτριψίας για χρήση με Storz Calculase II 230 μm, πολλαπλής χρήσης, μήκους 300 cm πακέτο των 6
197583	2	ΣΕΤ ΙΝΩΝ LASER ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 230MM	Ίνες laser λιθοτριψίας για χρήση με Storz Clculase II 365 μm, πολλαπλής χρήσης, μήκους 300 cm πακέτο των 6
219378	40	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ PIGTAIL ΜΕΓΕΘΟΣ 5 CH-26 CM	" Ουρητηρικά stent τύπου pigtail με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Να είναι σιλικόνης, διάρκειας ζωής τουλάχιστον τριών (3) μηνών, βιοσυμβατά, αποστειρωμένα μιας χρήσεως, ακτινοσκιερά. 2. Να είναι διαβαθμισμένα και με ωπές στο μήκος τους. Το σετ να περιλαμβάνει συρμάτινο οδηγό μήκους έως 1m με μια μαλακή και μια σκληρή άκρη. Τα pigtail να είναι 30 ανοικτού-κλειστού άκρου & 10 ανοικτού-ανοικτού άκρου
220023	150	ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ NELATON ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΤΗΡΙΑΣΜΟ	Έτοιμος λιπασμένος, συσκευασμένος σε ισότονο διάλυμα φυσιολογικού ορού και PVP. Από πολυουρεθάνη μήκους 40 cm. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά το άνοιγμά του, να έχει σταθερά συνδεδεμένη και ομοιογενή λίπανση και τα μάτια του καθετήρα να είναι λειασμένα, μαλακά και λιπασμένα για ατραυματική χρήση. Nelaton, CH 8-18
220025	45	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ	Να είναι αυτοκόλλητος, διαφανής, από ελαστική σιλικόνη, με υποαλλεργικό κολλητικό, έξοδο σε σχήμα σπирαλ, ώστε να μπορεί να λυγίζει 90 μοίρες προς κάθε κατεύθυνση χωρίς να μπλοκάρει τα ούρα. Με ειδικό δακτύλιο εφαρμογής 2 σημείων για ομοιόμορφη τοποθέτηση. Μεγέθη 25 - 40 mm
220027	150	ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΤΗΡΙΑΣΜΟ	Έτοιμος λιπασμένος, συσκευασμένος σε ισότονο διάλυμα φυσιολογικού ορού και PVP. Από πολυουρεθάνη μήκους 20 cm. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά το άνοιγμά του, να έχει σταθερά συνδεδεμένη και ομοιογενή λίπανση και τα μάτια του καθετήρα να είναι λειασμένα, μαλακά και λιπασμένα για ατραυματική χρήση. Να διατίθεται σε μεγέθη CH 6-16
220028	150	ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.	Υδρόφιλος ουροκαθετήρας κύστεως, με φυσιολογικό όρο στη συσκευασία για άμεση ενεργοποίηση της υδρόφιλης επιφάνειας, έτοιμος προς χρήση. Οι καθετήρες να διατίθενται σε μεγέθη ch08-ch18 (nelaton και tiemann), και μήκους 30cm και 40cm. Να είναι κατασκευασμένοι, ατομικά αποστειρωμένοι, από ατοξικό, απυρετογόνο, υποαλλεργικό, υλικό υψηλής ποιότητας κατάλληλο για ιατρική χρήση, χωρίς PVC, φθαλικές ενώσεις και λάτεξ. Η κατασκευή της επιφάνειά τους να είναι χαμηλής τριβής, ισότονη προς τα ούρα προσδίδοντας ισορροπημένη οσμοτικότητα και να έχει λείες και ατραυματικές ωπές για την αποφυγή τραυματισμού και επιπλοκών. Να φέρει ρυθμιζόμενη εργονομική λαβή

			εισαγωγής με δακτυλίους για σταθερό κράτημα και καλύτερο έλεγχο του καθετήρα, υποστηρίζοντας την άσηπτη τεχνική για την αποφυγή επιπλοκών και λοιμώξεων. Να διαθέτουν κολλητική επιφάνεια για την τοποθέτησή τους σε οποιαδήποτε σημείο, να ανοίγει με εύκολο τρόπο για την διευκόλυνση κατά την χρήση και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα στα άνω άκρα. Να είναι εύκολα αναδιπλούμενος, μικρός και διακριτικός για την μεταφορά του με οδηγίες στην ατομική του συσκευασία. Να φέρουν σήμανση CE
220029	150	ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.	Υδρόφιλος, γυναικείος ουροκαθετήρας κύστεως, με φυσιολογικό όρο στη συσκευασία για άμεση ενεργοποίηση της υδρόφιλης επιφάνειας, έτοιμος προς χρήση. Οι καθετήρες να διατίθενται σε μεγέθη ch 08 – ch 14, να είναι κατασκευασμένοι, ατομικά αποστειρωμένοι, από ατοξικό, απυρετογόνο, υποαλλεργικό υλικό υψηλής ποιότητας κατάλληλο για ιατρική χρήση, χωρίς PVC, φθαλικές ενώσεις και λάτεξ. Η κατασκευή της επιφάνειά τους να είναι χαμηλής τριβής, ισότονη προς τα ούρα προσδίδοντας ισορροπημένη οσμωτικότητα και να έχει λείες και ατραυματικές σπές για την αποφυγή τραυματισμού και επιπλοκών. Να έχει ιδανικό μήκος που διασφαλίζει την πλήρη κένωση της ουροδόχου κύστης. Να υποστηρίζει την άσηπτη τεχνική για την αποφυγή επιπλοκών και λοιμώξεων μέσω της εργονομικής λαβής που διαθέτει και να παρέχει ευκολία στην χρήση και από γυναίκες με μειωμένη κινητικότητα στα άνω άκρα. Να συνδέεται απευθείας με ουροσυλλέκτη χωρίς να απαιτείται επιπλέον συνδετικό. Να παρέχει διακριτική σχεδίαση για την εύκολη μεταφορά του με οδηγίες στην ατομική του συσκευασία. Να φέρουν σήμανση CE
220030	400	ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΧΥΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.	Υδρόφιλοι, αυτολιπαινόμενοι καθετήρας για ενδοκυστικές εκχύσεις μιας χρήσης, κατασκευασμένοι από ατοξικό, απυρετογόνο, υποαλλεργικό, πολυμερές υλικό υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για ιατρική χρήση, χωρίς PVC, φθαλικές ενώσεις και λάτεξ. Με την προσθήκη αποστειρωμένου νερού ή ορού, η επιφάνειά τους να είναι χαμηλής τριβής, ισότονη προς τα ούρα προσδίδοντας ισορροπημένη οσμωτικότητα για την αποφυγή τραυματισμού και επιπλοκών. Να έχουν λείες και ατραυματικές σπές, λείο και ατραυματικό άκρο. Οι καθετήρες να διατίθενται σε μεγέθη ch08-ch18 (nelaton και tiemann), να φέρουν Luer-lock σύνδεση για μέγιστη ασφάλεια, χωρίς διαρροή του φαρμάκου κατά την έγχυση στην ουροδόχο κύστη και να προσφέρονται ως πλήρες set με σύριγγες Luer lock 60cc. Να φέρουν σήμανση CE
220031	100	ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΟΥΡΗΘΡΑΣ	Υδρόφιλοι, αυτολιπαινόμενοι καθετήρες για την θεραπεία των στενώσεων της ουρήθρας, μιας χρήσης. Να διατίθενται σε μεγέθη ch016-ch18 και μήκος 40cm. Να είναι κατασκευασμένοι από ατοξικό, απυρετογόνο, υποαλλεργικό, πολυμερές υλικό υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για ιατρική χρήση. Με την προσθήκη νερού ή ορού, η επιφάνειά τους να είναι χαμηλής τριβής, ισότονη προς τα ούρα προσδίδοντας ισορροπημένη οσμωτικότητα για την αποφυγή τραυματισμού και επιπλοκών. Να έχουν λείο, στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο, χωρίς σπές. Να φέρουν σήμανση CE
220032	3	ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΙΘΟΘΡΥΨΙΑΣ	Σετ σωληνώσεων αντλίας αναρρόφησης της συσκευής λιθοτριψίας υπερήχων KARL STORZ ENDOMAT LC, μιας χρήσεως, αποστειρωμένες, πακέτο των 10
220033	2	ΚΕΡΑΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΟΤΡΥΨΙΑ	Κεραία υπερήχων διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας, με παλλόμενο άκρο και κανάλι αναρρόφησης, διαμέτρου 3,5 mm, μήκους 40 cm για χρήση με συσκευή Karl Storz Calculson και νεφροσκόπιο (HOPKINS Telescopes 27292 AMA/27293 AA and Sheaths 27293 BD/CD)
220036	2	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ LASER ΛΙΘΟΘΡΥΨΙΑΣ	Προστατευτικό πρίσμα συσκευής laser λιθοθρυψίας Karl Storz Calculase II
220037	1	ΣΕΤ ΦΙΑΛΗ-ΚΑΠΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΙΘΟΤΡΥΨΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΙΘΟΘΡΥΨΙΑΣ	Το σετ να αποτελείται από μία φιάλη 0.5 L και το συμβατό καπάκι της για τη συσκευή λιθοθρυψίας υπερήχων KARL STORZ ENDOMAT LC
220038	30	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ - ΝΕΦΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ENDOFLOW II	Αναλώσιμα υλικά αντλίας ENDOFLOW II μιας χρήσης σε αποστειρωμένη συσκευασία για ουρητηροσκόπηση - νεφροσκόπηση
220039	10	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ENDOFLOW II	Αναλώσιμα υλικά αντλίας ENDOFLOW II μιας χρήσης σε αποστειρωμένη συσκευασία για ρεζεκτοσκόπηση
220054	20	ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ	Καθετήρες νεφροστομίας σε σετ αποτελούμενο από:

		ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΟΘΡΥΨΙΑ	α) Καθετήρα νεφροστομίας με υδρόφιλη επικάλυψη από 100% διαφανή σιλικόνη, 2-way με μπαλόνι 3-5ml, με κυλινδρικό άκρο εξαιρετικά ακτινοσκοπεύσιμο, με κεντρικό αυλό και οπές παροχέτευσης εμπρός και πίσω από το μπαλόνι, με διαβάθμιση ανά 1cm και επιπλέον διαβάθμιση ανά 5 cm, μήκους 41cm. Μεγέθη 12-24 Ch και β) Κοίλο οδηγό από ανοξείδωτο χάλυβα
220059	8	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ	Καθετήρας ουρήθρας 6Fr διπλού αυλού μήκους εργασίας 47cm για μηχανήματα LIFETECH. Να διατίθεται σε σετ 10 τεμαχίων
220061	8	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΥ ΓΙΑ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ	Καθετήρας ορθού 9Fr διπλού αυλού με μπαλόνι πλήρωσης, μήκους εργασίας 47cm για μηχανήματα LIFETECH. Να διατίθεται σε σετ 10 τεμαχίων
220062	1	ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ LIFETECH	Μορφομετροπέας πίεσης για μηχανήματα LIFETECH. Να διατίθεται σε σετ 10 τεμαχίων
220063	10	ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MMS OBS 275/C	Μορφομετροπέας πίεσης για μηχανήματα ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΩΔ. MMS OBS 275/C.
220064	1	ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΓΙΑ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ΣΩΛΗΝΕΣ	Σετ σωλήνων μετάδοσης πίεσης χρώματος κόκκινου για ουροδυναμικό σύστημα LIFETECH. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 σωλήνες
220065	1	ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ΣΩΛΗΝΕΣ	Σετ σωλήνων μετάδοσης πίεσης χρώματος μπλε για ουροδυναμικό σύστημα LIFETECH. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 σωλήνες
220066	2	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΙΣΙΟ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΈΛΕΓΧΟΥ (EMG)	Σετ επιφανειακών ηλεκτροδίων για EMG για ουροδυναμικό σύστημα LIFETECH. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 τριάδες ηλεκτροδίων με ενσωματωμένο καλώδιο.
220067	1	ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ	Σετ σωλήνων για αντλία ουροδυναμικού συστήματος LIFETECH. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 σωλήνες.
220068	1	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΙΘΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	Συσκευή BackStop Injector πολλαπλών χρήσεων για την πρόληψη μετανάστευσης λίθων στον άνω ουρητήρα και στους νεφρούς κατά τη διάρκεια ουρητηροσκόπησης με laser λιθοτριψία. Η συσκευή για να λειτουργήσει απαιτεί το BackStop Replacement Sleeve πολλαπλών χρήσεων καθώς και τον καθετήρα / σύριγγα έγχυσης μίας χρήσης
220069	1	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΙΘΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	Ανταλλακτικό συσκευής πολλαπλών χρήσεων για την πρόληψη μετανάστευσης λίθων στον άνω ουρητήρα και στους νεφρούς κατά τη διάρκεια ουρητηροσκόπησης με laser λιθοτριψία BackStop Sleeve. Η συσκευή για να λειτουργήσει απαιτεί την συσκευή πολλαπλών χρήσεων BackStop Injector καθώς και τον καθετήρα / σύριγγα έγχυσης μίας χρήσης
220070	10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΙΘΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Καθετήρας έγχυσης αποκλεισμού/αποτροπής μετανάστευσης λίθων στον άνω ουρητήρα και στους νεφρούς κατά τη διάρκεια ουρητηροσκόπησης με laser λιθοτριψία BackStop Clear Gel. Μετά την πλήρη έγχυση του gel, ο καθετήρας απομακρύνεται και δεν διατίθεται πλέον σύρμα στον ουρητήρα, παρέχοντας έτσι περισσότερο χώρο για laser λιθοτριψία. Ο καθετήρας απαιτεί το BackStop Injector και το BackStop Replacement Sleeve για να λειτουργήσει
220073	3	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ BASKET ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΙΘΩΝ	Καθετήρας basket αφαίρεσης λίθων, συνδυασμού μασκέτας και λαβίδας από Nitinol με εργονομική αποσπώμενη λαβή. Θηκάρι 2.6 και 3.2Fr, μήκος 90 και 120cm, με 8 ή 10mm άνοιγμα.
220074	8	ΚΑΛΑΘΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΙΘΩΝ, ΤΥΠΟΥ BASKET	Καλάθι αφαίρεσης λίθων, τύπου basket, με τρία σύρματα για χρήση με ακτίνες laser. Θηκάρι 1.3Fr, μήκος 90 και 120cm, με "0" tip, διάμετρος 10mm.
220075	15	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΕΥΣΗΣ	Καθετήρας ουρητηρικός από υλικό υψηλής παροχέτευσης και ακτινοσκοπευσιμότητας flexima. Να διατίθενται στους τύπους open, cone,



		ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΤΗΤΑΣ FLEXIMA	flexible, whistle, angled, olive, spiral, wedge άκρου. Διάμετροι 4, 5, 6, 7, 8 FR μήκος 70εκ περίπου,
220076	20	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ	Ουρολογικά οδηγά σύρματα, με ειδικά σχεδιασμένες πλάγιες ρίγες (λευκές-μπλέ) για να βοηθούν στην ενδοσκοπική παρακολούθησή του. Με υδρόφιλη επικάλυψη endoglide στα τελευταία 60cm. Διάμετροι 0.025, 0.032, 0.035, 0.038in , ευθέα ή κυρτά και μήκους 150cm
220077	3	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ-ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ	Ουρητηρικός καθετήρας-μπαλόνι απόφραξης διπλού αυλού. Το σετ να διαθέτει τον καθετήρα, διαμέτρου 8.7 ή 11.3 mm, μέγεθος 5 ή 7Fr, μια βαλβίδα δύο δρόμων και σύριγγα 1cc
220078	22	ΘΗΚΑΡΙ ΤΥΠΟΥ AMPLATZ	Θηκάρι τύπου Amplatz κατάλληλο για διαδερμική νεφρολιθοτριψία με λεπταίνόμενο άκρο για ατραυματική πρόωθηση και ευκολία στην τοποθέτησή του πάνω από διαστολέα ή μπαλόνι. Διάμετρος 30Fr και μήκος 20cm
220079	10	ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΗΤΗΡΑ	Θηκάρι εισαγωγής FLEXOR , εσωτερικής διαμέτρου 9.5, 12.0 ή 14.0fr, μήκους 13, 20, 28, 35, 45 ή 55cm, υπερυδρόφιλο και ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γωνιώσεις και στις συμπίεσεις. Να διαθέτει σύστημα εκτροπής του συρμάτινου οδηγού ασφαλείας εκτός αυλού έτσι ώστε ο αυλός εργασίας να μην καταλαμβάνεται από τον συρμάτινο οδηγό ασφαλείας Να χρησιμοποιείται με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο διασφαλίζοντας ατραυματική ουρητηρική προσπέλαση . Να προσφέρεται σε σετ με εσωτερικό ομοαξονικό διαστολέα εύκολα αποσπώμενο, που καταλήγει σε κωνικό ατραυματικό άκρο 6fr με εσωτερική οπή για να καθοδηγείται πάνω από οδηγό σύρμα , ασφαλίζει στο θηκάρι για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εισαγωγή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθετήρας έγχυσης σκιαγραφικού υλικού
220080	20	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΥΠΟΥ TUOHY-BORST	Αντάπτορας τύπου TUOHY-BORST κατάλληλος για ουρητηροσκόπηση, ουρητηρολιθοτριψία , με ειδική ανεπίστροφη βαλβίδα. που προστατεύει τον ιατρό από την επιστροφή των ούρων κατά την ενδοσκόπηση
220081	20	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΈΚΠΛΥΣΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ	Σύστημα ελέγχόμενης έκπλυσης με χειρισμό ενός χεριού ,με μεγάλη εύρηστη διαφανή αντλία και μεγάλο μήκος σωλήνα , κατάλληλο για ουρητηροσκόπηση, ουρητηρολιθοτριψία, νεφρολιθοτριψία .
220082	2	ΛΑΒΙΔΑ ΛΗΨΗΣ ΙΣΤΟΥ ΜΕΣΩ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΝΕΦΡΟΣΚΟΠΙΟΥ	Λαβίδα βιοψίας τύπου BIGopsy (Back loading biopsy forceps) , κατάλληλη για λήψη ικανού ιστολογικού δείγματος (4 mm2) από το νεφρό για ακριβή διάγνωση με την βοήθεια εύκαμπτου ουρητηροσκόπιου με καθετήρα διαμέτρου 2.4fr και μήκους 115cm. Να είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να καθοδηγείται στον κάλυκα να ανοίγει και να παγιεύει το δείγμα στο εσωτερικό της ενώ διαθέτει μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης προστατεύοντας παράλληλα από φθορές το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο και να μπορεί να λαμβάνει δείγμα 4 φορές πλατύτερο από συμβατικές. Να διατίθεται με οδοντωτές και μη σιαγόνες. Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή για χειρισμό ενός χεριού
220083	4	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ-ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΗ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ MONΟΥ PIGTAIL	Καθετήρας-ενδοπρόσθεση ουρητηρική τύπου BANDER URETERAL DIVERSION SOF-FLEX, τύπου μονού Pigtail, από υδρόφιλη μαλακή πολυουρεθάνη τύπου SOF-FLEX®, ανοιχτού άκρου με λεπτά τοιχώματα και σπές μόνο στο πυελικό άκρο, διαβαθμισμένη ακτινοσκιερή (ακτινοσκιερές διαγραμμίσεις), με πυελικό άκρο κωνικό, μέγιστης διάρκειας παραμονής 6 μηνών (προστατεύοντας από μολύνσεις τον ασθενή). Προσφέρεται σε σετ που περιλαμβάνει: • Καθετήρα-ενδοπρόσθεση ουρητηρική για αριστερό ουρητήρα σε μπλέ χρώμα • Καθετήρα-ενδοπρόσθεση ουρητηρική για δεξιό ουρητήρα σε ροζ χρώμα • δύο πλαστικές συσκευές συγκράτησης • οδηγό σύρμα , μήκους 100cm, από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη PTFE και εύκαμπτο άκρο 5mm. Να διατίθεται σε μήκος μήκους 75cm και διάμετρο 4.7, 6.0 , 7.0 ή 8.2 fr
220084	10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ- ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΙΠΛΟΥ PIGTAIL ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΜΗ ΣΥΜΠΙΕΣΙΜΟΣ	Καθετήρας- ουρητηρική ενδοπρόσθεση τύπου FIRM, τύπου διπλού Pigtail, σύστασης από υδρόφιλη γαλάζια, υδρόφιλη ακτινοσκιερή, ελαστική και εύκαμπτη ειδική πολυουρεθάνη , για εσωτερική παροχέτευση από την ουρητηροπυελική συμβολή στην ουροδόχο κύστη, μέγιστης διάρκειας παραμονής 12 μηνών, με λεπτά τοιχώματα, διαβαθμισμένος και ακτινοσκιερός (ακτινοσκιερές διαγραμμίσεις), με

			<p>ενισχυμένο κυστικό άκρο και πυελικό άκρο κωνικό. Η πολυουρεθάνη να είναι μη συμπίεσιμη για αντοχή ως Tumor Stent χωρίς να απαιτεί μεταλλική ενίσχυση αλλά και ιδιαίτερα μαλακή στην υφή έτσι ώστε να μην προκαλεί ερεθισμό στην ουροδόχο κύστη. Να προσφέρεται σε σετ που επιπλέον περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• προωθητή μήκους 50cm, με ακτινοσκιερή σήμανση στο άκρο και σύστημα αγκίστρωσης στον καθετήρα (lockable pusher) που να επιτρέπει την ελεγχόμενη περιστροφή της κατά την τοποθέτηση για προαιρετική χρήση..</li> <li>• οδηγό σύρμα υδρόφιλο Roadrunner PC, από Πολυουρεθάνη εξωτερικά και Nitinol εσωτερικά, με υδρόφιλη επικάλυψη slipcoat και χειρολαβή Olcott torque device έτσι ώστε να μην γλιστρά στο χέρι.</li> </ul> <p>Να διατίθεται σε μήκος 22, 24, 26, 28 ή 30cm και διάμετρο 5.0 , 6.0 ή 7.0 fr, ανοιχτού άκρου, με ή χωρίς πλευρικές οπές.</p>
220085	2	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΒΙΔΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ	<p>Καθετήρας συνδυασμός καλαθιού και λαβίδας, σχήματος τριγωνικής πυραμίδας, αφαίρεσης ουρητηρικών λίθων ή ξένων σωμάτων. Να φέρει 3 σκέλη ενωμένα σε σχήμα πυραμίδας μέγιστης διαμέτρου ανοίγματος 8 ή 11mm από Nitinol με μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα της και εύκαμπτο θηκάρι 1.7 ή 2.2fr, μήκους 115cm από ακτινοσκιερό Teflon . Με σχήμα τριγωνικής πυραμίδας να συλλαμβάνει εύκολα σαν λαβίδα, να συγκρατεί δυνατά σαν καλάθι και να απελευθερώνει άμεσα σαν λαβίδα αν το μέγεθος του λίθου δεν του επιτρέπει την διέλευση σε στένωση του ουρητήρα</p> <p>Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή τύπου Unidex για χειρισμό ενός χεριού, εύκολα αποσπώμενη αν χρειαστεί</p>
220086	2	ΚΑΛΑΘΙ-ΑΠΟΧΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ	<p>Καλάθι-Απόχη, εύκαμπτη ατραυματική απόχη αφαίρεσης λίθων διαμέτρου 7mm από Nitinol με καθετήρα διαμέτρου 2,8 fr, μήκους 145cm. Να είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε αρχικά να συγκρατεί τους ουρητηρικούς λίθους και τα τυχόν θραύσματά τους έτσι ώστε να μην αποφράζεται η πύελος κατά την διάρκεια λιθοτριψίας, και στην συνέχεια σύλληψης και αφαίρεσης τους, και μνήμη για την επαναφορά στο αρχικό σχήμα του. Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή pin vise handle, εύκολα αποσπώμενη αν χρειαστεί</p>
220087	2	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ-ΜΠΑΛΟΝΙ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ	<p>"</p> <p>Καθετήρας-Μπαλόνι διαδερμικής προσπέλασης ULTRAXX, διαμέτρου 7.3fr, μήκους 55cm, με κατάλληλος για διαστολή της περιτοναϊκής οδού και της νεφρικής κάψας κατά τη διάρκεια επεμβατικών διαδικασιών όπως διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας. Το μπαλόνι έχει διάμετρο 10mm, μήκος 15cm και δέχεται μέγιστη πίεση 20atm/441psi. Η διάταση γίνεται ταυτόχρονα σε όλο το μήκος του μπαλονιού χωρίς να απαιτείται ώθηση ή προσοχή από τον χειριστή για να μείνει στην επιλεγμένη θέση, διαθέτει ακτινοσκιερούς δακτύλιους από πλατίνα στην αρχή και στο τέλος του διατεινόμενου μέρους και κοντό άκρο που διευκολύνει την προσπέλαση σε πέτρες σφηνωμένες σε κάλυκες.</p> <p>Προσφέρεται σε σετ που επιπλέον περιλαμβάνει :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• θηκάρι εισαγωγής AMPLATZ διαφανές που επιτρέπει την οπτική επαφή και πίσω από αυτό</li> <li>• συσκευή διαστολής-μανόμετρο CIDS-20-30 χωρητικότητας 20cc, μέγιστης πίεσης 30atm , βαθμονομημένη σε δύο κλίμακες: atm ή psi υψηλής ευκρίνειας για την ευχερή διαστολή, αποσυμπίεση και παρακολούθηση της πίεσης του μπαλονιού με συνδεδετικό σωλήνα και στρόφιγγα τριπλής ροής (3-way stopcock),</li> </ul>
220088	50	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 3 WAY ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ DUFOUR	<p>Καθετήρες 3 way Dufour από 100% σιλικόνη με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη και ατραυματική εισαγωγή και αφαίρεση του καθετήρα ,με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα, απολύτως διαφανής σε ατομική διπλή αποστειρωμένη συσκευασία. Υδροθάλαμος 80ml, μήκος 41cm και μεγέθη από 18-24 Ch</p>
220089	150	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 3 WAY ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ COUVELAIR	<p>Καθετήρες 3 way Couvelaire από 100% σιλικόνη με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη και ατραυματική εισαγωγή και αφαίρεση του καθετήρα ,με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα, απολύτως διαφανής σε ατομική διπλή αποστειρωμένη συσκευασία. Υδροθάλαμος 80ml, μήκος 41cm και μεγέθη 18-22 Ch</p>
220090	7	ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΜΟΝΗΣ ΤΟΜΗΣ	<p>Ταινία αποκατάστασης της γυναικείας ακράτειας ούρων μονής τομής από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο χαμηλής ελαστικότητας 7,5% περίπου, με λειασμένες άκρες και μήκους 7,75cm με προσπέλαση εκ των</p>

			έσω. Η ταινία να περιέχει ένα στατικό σημείο στερέωσης και ένα δυναμικό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ακριβής τοποθέτηση καθώς και η αποφυγή μετανάστευσης της ταινίας την περίοδο ανάπτυξης ιστού. Να προσφέρεται σε σετ με δύο εργονομικούς εισαγωγείς.
220091	150	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΡΙΓΤΑΙΛ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ	Pig-tail από biosoft ή άλλο θερμοπλαστικό υλικό, να είναι προσυνδεδεμένο και έτοιμο προς χρήση. Να προσφέρεται με συνδεδεμένο προωθητή και movable core οδηγό σύρμα 0,035'' με ακτινοσκιερές ενδείξεις. Επικυρωμένη διάρκεια παραμονής 6 μήνες. Άκρα ανοικτό / κλειστό. 6 – 8 ch, 24 – 28cm.
220092	100	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΡΙΓΤΑΙΛ ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ	Pig tail από 100% σιλκόνη χωρίς υδρόφιλη επίστρωση επικυρωμένης 12μηνης παραμονής. Άκρα ανοικτό – κλειστό με ακτινοσκιερές ενδείξεις ανά 5 cm και να προσφέρεται σε σετ με συνδεδεμένο προωθητή και movable core οδηγό σύρμα από PTFE. Μεγέθη 6,7 ch και 24,26,28,30 ch.
220332	150	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΡΙΓΤΑΙΛ ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ	Ο καθετήρας να προσφέρεται σε πλήρες σετ (καθετήρας pigtail, προωθητήρας και οδηγό σύρμα) μαζί με το σετ εισαγωγής, να είναι διπλού άκρου (pigtail) με σπές σε όλο του το μήκος. Τα άκρα να είναι ανοικτό- κλειστό και ανοικτό-ανοικτό. Να διαθέτει εκατοστιαία διαβάθμιση καθώς και γραμμή οδηγό που να υποδεικνύει προς ποιά κατεύθυνση θα γυρίσει το νεφρικό άκρο του καθετήρα. Να διατίθεται σε μήκη 24-30 cm και σε μεγέθη 5,6,7 και 8CH. Ο καθετήρας να διαθέτει ειδική επικάλυψη από φωσφοριλοχολίνη για την αποφυγή κρυστάλλων, μολύνσεων και ερεθισμών επιτρέποντας τη μακρά παραμονή έως 12 μήνες. Το σετ εισαγωγής να διατίθεται και σε προσυνδεδεμένο τύπο (TUOHY BORST), με τον προσαρμοστήρα να έχει θηλυκό LL και τον αποσυνδετήρα αρσενικό LL για πλήρη προσαρμογή και επίτευξη καλύτερης σύνδεσης, επιτρέποντας δυνατότητα εξωτερικών χειρισμών και εύκολο τρόπο αποσύνδεσης (ελεγχόμενη απόσπαση) από τον καθετήρα. Είναι απαραίτητο να παρέχονται οι απαραίτητες κλινικές έρευνες που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της επικάλυψης ως προς την αποφυγή κρυστάλλων, μολύνσεων και ερεθισμών.
220333	90	ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ	Το σετ νεφροστομίας θα πρέπει να αποτελείται από: α)Καθετήρα νεφροστομίας με ειδική επικάλυψη από φωσφοριλοχολίνη για μακρά παραμονή στον ασθενή με σύνδεση Luer Lock και ενσωματωμένο 3 way stop cock.Ο καθετήρας θα πρέπει να φέρει σπές στο άκρο και να έχει μήκος από 24cm έως 34cm β)Οδηγό σύρμα Lunderquist με επικάλυψη Teflon διαμέτρου 0,035" και μήκος 80cm,με εύκαμπτο άκρο 1,5mm γ)2 διαστολείς ακτινοσκιερούς , δ)συνδετικό Luer αρσενικό με μικρή διάμετρο μήκους 10cm Είναι απαραίτητο να παρέχονται οι απαραίτητες κλινικές έρευνες που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της επικάλυψης ως προς την αποφυγή κρυστάλλων, μολύνσεων και ερεθισμών.
220334	15	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ	Καθετήρας ουρητηρικής προσπέλασης POLLACK FLEXI-TIP 4 έως 8ft, μήκους 70cm, με ανοικτό άκρο, από ακτινοσκιερό πολυβινυλοχλωρίδιο, κατάλληλος για παλίνδρομη πνευλογραφία, παροχέτευση ή διέλευση μέσω ελκωτού ουρητήρα.. Ο καθετήρας των 5 ft και οι μεγαλύτεροι από αυτόν να επιτρέπουν την δίοδο σύρματος 0.38"
220335	8	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ- ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΡΙΓΤΑΙΛ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ	Καθετήρας- ουρητηρική ενδοπρόσθεση τύπου διπλού Pigtail, μαλακής σύστασης από υδρόφιλη λευκή μαλακή πολυουρεθάνη ενδεικτικά τύπου UNIVERSA, για εσωτερική παροχέτευση από την ουρητηροπυελική συμβολή στην ουροδόχο κύστη, μέγιστης διάρκειας παραμονής 6 μηνών, με λεπτά τοιχώματα, διαβαθμισμένος και ακτινοσκιερός (ακτινοσκιερές διαγραμμίσεις), με ενισχυμένο κυστικό άκρο και πνευλικό άκρο κοινικό. Να προσφέρεται σε σετ που επιπλέον περιλαμβάνει: <ul style="list-style-type: none"><li>• προωθητή μήκους 50cm, με ακτινοσκιερή σήμανση στο άκρο και σύστημα αγκίστρωσης στον καθετήρα (lockable pusher) που επιτρέπει την ελεγχόμενη περιστροφή της κατά την τοποθέτηση για προαιρετική χρήση.</li><li>• οδηγό σύρμα υδρόφιλο Roadrunner PC, από Πολυουρεθάνη εξωτερικά και Nitinol εσωτερικά, με υδρόφιλη επικάλυψη slipcoat και χειρολαβή Olcott torque device έτσι ώστε να μην γλιστρά στο χέρι.</li></ul> Να διατίθεται σε μήκος 20, 22, 24, 26, 28 ή 30cm και διάμετρο 4.7, 6.0, 7.0 ή 8.0ft, ανοικτού άκρου, με ή χωρίς πλευρικές σπές.
220336	5	ΚΑΛΑΘΙ-BASKET ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ	Καλάθι-Basket N-CIRCLE αφαίρεσης ουρητηρικών λίθων, με καθετήρα διαμέτρου 1.5ft και μήκους 115cm, 4 συρμάτων , με ατραυματικό tipless άκρο για την αποφυγή τραυματισμού ή διάτρησης του ιστού κατά την διαδικασία σύλληψης του λίθου , κατασκευασμένο από

			Nitinol , διαμέτρου 1 cm . Είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παίρνει το σχήμα του κάλυκα παγιδεύοντας τον λίθο ενώ διαθέτει μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης προστατεύοντας παράλληλα από φθορές το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο. Διαθέτει εργονομική χειρολαβή τύπου Unidex για χειρισμό ενός χεριού, εύκολα αποσπώμενη αν χρειαστεί
220337	1	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ-ΜΠΑΛΟΝΙ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ , ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	Καθετήρας-Μπαλόνι ουρητηρικής διαστολής , διπλού αυλού με υδρόφιλη επικάλυψη AQ®, 6ft με κατάληξη 5ft , μήκους 65cm. Το μπαλόνι να είναι μέγιστης διαμέτρου 4, 5, 6, 7 ή 10mm, μήκους 4, 6 ή 10cm αντίστοιχα , να δέχεται μέγιστη πίεση 20atm, με ακτινοσκιερούς δακτυλίου που οριοθετούν τα άκρα του. Η διάταξη να γίνεται ταυτόχρονα σε όλο το μήκος του μπαλονιού χωρίς να απαιτείται ώθηση από τον χειριστή για να μείνει στην επιλεγμένη θέση. Δέχεται οδηγό σύρμα 0.038".  Να ροσφέρεται σε σετ που επιπλέον περιλαμβάνει συσκευή διαστολής-μανόμετρο χωρητικότητας 30cc, υψηλής ευκρίνειας για την ευχερή διαστολή, αποσυμπίεση και παρακολούθηση της πίεσης του μπαλονιού. Να φέρει συνδετικό σωλήνα και στρόφιγγα τριπλής ροής (3-way stopcock) και να είναι βαθμονομημένη σε δύο κλίμακες: atm ή psi.
220338	11	ΘΗΚΑΡΙ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΗΣΗ	Θηκάρι εργασίας ουρητηρικής πρόσβασης για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση με εισαγωγέα, ιδιαίτερα εύκαμπτο και ατραυματικό υδρόφιλη επιστρωση, radiopaqueing και σύστημα σταθεροποίησης. Να έχει δυνατότητα μετατροπής του οδηγού εργασίας σε οδηγό ασφαλείας για προστασία και συνεχή πρόσβαση στον ουρητήρα και το νεφρό, 10-12 ch και 12-14ch και μήκος 35 και 45cm
220339	8	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΙΘΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Καθετήρες αφαίρεσης λίθων, τύπου basket, 4 συρμάτων ο οποίος σε πλήρη έκπτυξη καταλήγει σε 2 σύρματα ιδανικό για χρήση με ακτίνες laser διαμέσω εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου. Κατασκευασμένοι από Nitinol, με μηδενικό tip και εργονομική αποσπώμενη λαβή. Θηκάρι 1.9Ft, μήκος 90 και 120cm, διάμετρος basket 11mm και 15mm.
220537	10	ΥΠΕΡΥΔΡΟΦΙΛΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΤΥΠΟΥ ROADRUNNER	Οδηγό-Σύρμα τύπου ROADRUNNER, διαμέτρου 0.035" ή 0.038", μήκους 145cm με ενδείξεις βάθους ανά 5cm, με πυρήνα από Nitinol για να μην τσακίζει, υδρόφιλη επικάλυψη ειδικού τύπου AQ® . Το σύρμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τα δύο άκρα του. Τα άκρα να είναι ακτινοσκιερά και εύκαμπτα σε μήκος 50mm το ένα υδρόφιλο όπως και το σώμα του σύρματος με ακτινοσκιερό άκρο από πλατίνα και το άλλο μη υδρόφιλο και πιο σκληρό. Να είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καθοδηγείται εύκολα ενώ διαθέτει μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της επέμβασης. Να συνοδεύεται από θήκη, ειδικό ρύγχος ενεργοποίησης της υδρόφιλης επικάλυψης και χειρολαβή τύπου OLCOTT TORQUE DEVICE για να μη γλιστρά το σύρμα κατά τον χειρισμό του.

1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη Δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.
2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου ([www.chaniahospital.gr](http://www.chaniahospital.gr)) ήτοι από την Πέμπτη 30/1/2014 έως και την Πέμπτη 06/02/2014.
3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: [psathaki@chaniahospital.gr](mailto:psathaki@chaniahospital.gr)
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προμήθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

#### Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

