



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Χανιά 20 /06 /2018

Αριθμ. Πρωτ.13853

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας
Ταχ. Κωδ. : 73300
Πληροφορίες : Δ.Καναρή
Τηλέφωνο : 28210- 22306
Email : dkanari@chaniahospital.gr

Προς

1. ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις)
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
2. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ
e-mail: info@chaniahospital.gr

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση ΠΡΩΤΗΣ Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια Χειρουργικού ΩΡΛ Μικροσκοπίου (CPV 38510000-3) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων».

Σχετικά:

- 1) Το με αριθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίου φορείς υγείας».
- 2) Το με αριθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
- 3) Το με αριθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».

- 4) Τη με αριθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
- 5) Το με αριθμ. πρωτ. 1349/ 03-03-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 30^η Ιουνίου 2016 της προθεσμίας διενέργειας τακτικών διαγωνισμών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τους δημόσιους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιάς διαδικασίας – Η αληθής έννοια των λέξεων «επίσημους φορείς πιστοποίησης της ημεδαπής και της αλλοδαπής» που περιλαμβάνονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της εγκυκλίου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
- 6) Το με αριθμ. πρωτ. 2750/16-05-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την απαγόρευση προμήθειας αντιδραστηρίων ή/ και αναλωσίμων υλικών που μπορούν να συνδυαστούν με ιατροτεχνολογικό μηχάνημα συγκεκριμένης μόνον εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, του οποίου η χρήση λαμβάνεται δωρεάν».
- 7) Το με αριθμ. πρωτ. 2765/25-05-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 31^η Δεκεμβρίου 2016 της προθεσμίας για τη διενέργεια προμηθειών από την ΕΠΥ και τους δημοσίους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιότερης διαδικασίας».
- 8) Το με αριθμ. πρωτ. 3944/20-07-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 27§11 του Ν.3867/2010».
- 9) Το με αριθμ. πρωτ. 4662/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016».
- 10) Το με αριθμ. πρωτ. 5657/28-11-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιος για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
- 11) Η με αριθμ. **29^η Πρκ.16/14-06-2018 (ΑΔΑ : ΩΙΨΕ46907Τ-ΔΕΥ)** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών προκειμένου να διενεργηθεί Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια **Χειρουργικού ΩΡΛ Μικροσκοπίου (CPV 38510000-3).**

Προσκαλούμε σε ανοικτή **ΠΡΩΤΗ Δημόσια Διαβούλευση**, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την **Προμήθεια Χειρουργικού ΩΡΛ Μοκροσκοπίου (CPV 38510000-3)**.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 21/06/2018 έως και τις 05/07/2018 ημέρα Παρασκευή.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο "Διαβουλεύσεις" και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (www.chaniahospital.gr).

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).

Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (www.chaniahospital.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :

- 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.
- 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδομένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.
- 3) Τις παραδοχές της επιστήμης.
- 4) Την εμπειρία.

- 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.
- 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

Συνημμένα (1) :

Απόφαση ΔΣ Νοσοκομείου 29ο/ πρκ. 16/14-06-2018 (ΑΔΑ : ΩΙΨΕ46907Τ-ΔΕΥ) περί έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Χειρουργικού ΩΡΛ Μικροσκοπίου (CPV 38510000-3).

Κοινοποίηση:

1. Βιοιατρική Υπηρεσία

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Προμηθειών (2)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-

16^ο Πρακτικό της 14^{ης} Ιουνίου 2018
Τακτικής Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Χανίων

ΘΕΜΑ 29^ο: «Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών επιτροπής σύνταξης ,για την Προμήθεια Χειρουργικού ΩΡΛ Μικροσκοπίου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων προς έγκριση και διαβούλευση.»

Η Διοικητική Διευθύντρια Στέλλα Νοδαράκη θέτει υπ' όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. Πρωτ: 13331/14-06-2018 εισήγηση της, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά:

1. Το με αριθμ.πρωτ.**A4γ/Γ.Π.1043/26-03-2018 (ΑΔΑ:ΨΜΣΛ465ΦΥΟ-7ΜΗ)** έγγραφο του Υπουργείου Υγείας Γενική Διεύθυνση Διοικ.Υπηρεσιων & τεχν.Υποστ. περί έγκρισης σκοπιμότητας για χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε 2018, της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

2. 1Το με αριθμ.πρωτ.**46238/30-04-2018 (ΑΔΑ:72Ρ4465ΧΙ8-ΕΟ1)** έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Δημισίων Επενδύσεων περί έγκρισης ένταξης στο Π.Δ.Ε 2018.

3. Η με αριθμ. **24/ πρκ.13/17-05-2018 (ΑΔΑ:62ΕΖ46907Τ-Ξ4Ε)** απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου περί ορισμού Γραμματέων Διαγωνισμών και ορισμό επιτροπής Διαμόρφωσης και ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών .

4. Η με αριθμ. πρωτ. **11596/24-05-2018** πρόσκληση προς την επιτροπή σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών.

5. Η με αριθμ. πρωτ. **12720/07-06-2018** πρόσκληση προς την επιτροπή σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών.

Σας υποβάλουμε το κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών επιτροπής σύνταξης τεχνικών για την Προμήθεια Χειρουργικού ΩΡΛ Μικροσκοπίου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων προς έγκριση από το ΔΣ προκειμένου να προχωρήσουμε σε Α' δημόσια διαβούλευση αυτών.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά σχετική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τα επισυναπτόμενα σε αυτήν,

Αποφασίζει Ομόφωνα,

Εγκρίνει ως έχουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Επιτροπής Σύνταξης, για την Προμήθεια Χειρουργικού ΩΡΛ Μικροσκοπίου. προκειμένου να τεθούν σε Α' δημόσια διαβούλευση. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές έχουν ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

Το ανωτέρω μικροσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας και να διαθέτει:

1. Διοφθάλμιο στερεοσκοπικό περιστρεφόμενο προσοφθάλμιο σύστημα με δυνατότητα ανάκλισης 0° έως 180° και φακούς ευρέως οπτικού πεδίου 10X με δυνατότητα διόρθωσης της αμετροπίας του χειρουργού. Το προσοφθάλμιο σύστημα να περιλαμβάνει πλήρως ενσωματωμένο σε αυτό, κι όχι εξωτερικά προσαρτώμενο, μηχανισμό αύξησης της συνολικής μεγέθυνσης κατά τουλάχιστον 50%, για την μεγαλύτερη δυνατή λεπτομερειακή απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου. Επίσης, για περισσότερη άνεση χειρισμών από το χρήστη, να είναι αναδιπλούμενο - επεκτεινόμενο.
2. Ηλεκτρονικό σύστημα συνεχούς μεγέθυνσης (ZOOM) με λόγο 1:6.
3. Οπτικό σύστημα με δυνατότητα αυτόματης αλλαγής απόστασης με τη χρήση ενός μόνο αντικειμενικού φακού και με εύρος από 200mm – 400mm τουλάχιστον.

4. Ενσωματωμένο σύστημα (spot illumination) το οποίο να μπορεί να μεταβάλλει το μέγεθος του φωτιζόμενου πεδίου με αποτέλεσμα να έχουμε το φωτισμό που χρειαζόμαστε ακόμα και σε στενές κοιλότητες.
5. Σύστημα ομοαξονικού φωτισμού με πηγή φωτός ΧΕΝΟΝ 180W. Η πηγή φωτός να είναι ενσωματωμένη στο εσωτερικό του συστήματος και όχι εξωτερικά τοποθετημένη.
6. Δύο λαβές εκατέρωθεν της κεφαλής του μικροσκοπίου με ενσωματωμένους διακόπτες για τον έλεγχο όλων των ηλεκτρικών κινήσεων .
7. Τελευταίου τύπου ηλεκτρονική βάση με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - a. Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας όλων των κινήσεων.
 - b. Δυο λάμπες φωτισμού ΧΕΝΟΝ 180W. Η δεύτερη να είναι εφεδρική για την περίπτωση βλάβης της πρώτης.
 - c. Δυνατότητα αποθήκευσης πρωτοκόλων λειτουργίας τουλάχιστον τριών χρηστών-χειρουργών.
8. Εύκολο και γρήγορο ζύγισμα του μικροσκοπίου με το πάτημα ενός διακόπτη.
9. Ομοαξονική διοφθάλμια πλάγια συμπαρατήρηση.
10. Σύστημα προσαρμογής micromanipulator LASER CO2
11. Πλήρως ενσωματωμένη στο μικροσκόπιο έγχρωμη βιντεοκάμερα και όχι εξωτερικά τοποθετημένη μέσω εξωτερικού κατανομέα φωτός ή άλλου αφαιρούμενου εξωτερικού συστήματος προσαρμογής, για την αποφυγή πρόσθεσης επιπλέον όγκου και βάρους στο μικροσκόπιο, γεγονός που θα το έκανε δυσλειτουργικό.
12. Δυνατότητα τοποθέτησης εξωτερικού συστήματος μικροεστίασης που να συγχρονίζει την εστίασή του με αυτή του χρησιμοποιούμενου CO2 LASER,

ώστε να μη διαταράσσεται η χειρουργική διαδικασία από την ταυτόχρονη χρήση των δύο.

13. Δυνατότητα τοποθέτησης συστήματος καταγραφής βίντεο και φωτογραφιών, του ίδιου οίκου.

14. Δέσμευση της εταιρείας για παρακαταθήκη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΗΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΡΙΔΗΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΣΤΕΛΛΑ ΝΟΔΑΡΑΚΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΡΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ