



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Χανιά, 6/10/2014

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73300

Αρ. πρωτ. 18793

Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π.

Τηλέφωνο : 28210- 22308

FAX : 28210- 22329

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΣΕΤ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ( ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΜΙΝΟΜΕΤΡΙΑΣ) (κατηγορία CPV 38912000-1)» διενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ μειοδοτικού διαγωνισμού ΠΠΥΥ 2013  
»

Στα πλαίσια της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών «ΣΕΤ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ( ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΜΙΝΟΜΕΤΡΙΑΣ)\_(κατηγορία CPV 38912000-1)» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.6515/11-12-2013 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας και διενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ μειοδοτικού διαγωνισμού ΠΠΥΥ 2013 «ΣΕΤ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ( ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΜΙΝΟΜΕΤΡΙΑΣ)\_(κατηγορία CPV 38912000)» το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του παρακάτω είδους:

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΕΤ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ( ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΜΙΝΟΜΕΤΡΙΑΣ)»**

ΑΑ	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ
1	<b><u>ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΟΥΜΙΝΟΜΕΤΡΙΑΣ</u></b> ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 1. Συσσκευή μέτρησης ATP πλήρη 2. Ένα Πακέτο 100 τεμαχίων βαμβακοφόρων στυλεών/στυλεών αντιδραστηρίων για την ενζυμική αντίδραση. 3. Βαλιτσάκι συσκευασίας 4. Καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ	1

--	--	--

#### **A. ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

- Να είναι εύκολη στη χρήση (user-friendly) με εύκολη ημιαυτόματη λειτουργία, αξιόπιστη, με ανθεκτική κατασκευή και φιλική στο περιβάλλον.
- Να είναι κατάλληλη για την εξέταση της καθαριότητας/υγιεινής σε περιβάλλον παραγωγής τροφίμων.
- Να είναι κατάλληλη για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του καθαρισμού σε επιφάνειες όπως προβλέπεται από τα συστήματα HACCP & GMP.
- Να είναι κατάλληλη για την ανίχνευση Ολικού ATP σε δείγματα νερού.

#### **B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Να είναι κατάλληλη για την ανίχνευση Τριφωσφορικής Αδενοσίνης (ATP).
- Να είναι μικρή και φορητή συσκευή (βάρους <300gr) και να δέχεται κατάλληλα στυλεό δειγματοληψίας (με βαμβακοφόρο ή άλλη κεφαλή) τα οποία να φέρουν έτοιμα τα αντιδραστήρια της ανίχνευσης του ATP.
- Να φέρει μεγάλη και ευκρινή οθόνη για την απεικόνιση της έντασης του φωτός (από βιοφωταύγεια) σε σχετικές μονάδες φωτός.
- Τα αποτελέσματα να δίδονται άμεσα (<20 sec) με τη μορφή Σχετικών Μονάδων Φωτός (RLU – Relative Light Units).
- Να μπορεί να ανιχνεύει επίπεδα ATP<0.2 RLU.
- Να μπορεί να λειτουργεί για διάστημα 2 μηνών τουλάχιστον με συνήθη χρήση (περίπου 3.000 μετρήσεις) χωρίς να απαιτεί επαναφόρτιση.
- Να μπορεί να κρατά στη μνήμη της τουλάχιστον 2.000 μετρήσεις.
- Να μπορεί να προγραμματίζεται ώστε εάν απαιτείται να δίδει διαφορετικούς κωδικούς (User ID) ανάλογα με το χειριστή.
- Να φέρει θύρα, σχεδιασμένη κατάλληλα για προστασία από την υγρασία, για σύνδεση με εξειδικευμένο λογισμικό H/Y, μέσω του οποίου:
  - Να προγραμματίζεται η συσκευή
  - Να αποθηκεύονται τα σημεία ελέγχου
  - Να δημιουργούνται πλάνα ελέγχου
  - Να μεταφέρονται τα αποτελέσματα
  - Να δημιουργούνται αυτόματα γραφήματα με στατιστικά στοιχεία ελέγχων
- Να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων.
- Το τμήμα εισόδου του στυλεού στη συσκευή να είναι αφαιρούμενο για εύκολο καθαρισμό.
- Να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην επηρεάζεται από τις μετακινήσεις και τις δονήσεις.
- Να φέρει πληκτρολόγιο χειρισμού με προστασία από την υγρασία.
- Η συσκευή να διαθέτει τα κατάλληλα πιστοποιητικά προς χρήση (πχ. CE) και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος με τα αντίστοιχα πρότυπα ποιότητας.
- Η συσκευή να παρέχεται με ειδικό τσαντάκι ασφαλούς μεταφοράς από το χειριστή κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, με θήκη προστασίας για την συσκευή και θήκη στυλεών αντιδραστηρίων.
- Η συσκευή να παραδοθεί με εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους και πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά, service, προληπτικοί έλεγχοι και συντηρήσεις για 10 χρόνια τουλάχιστον με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.

- Η συσκευή θα πρέπει να παραδοθεί σφραγισμένη στην μητρική της συσκευασία συμπεριλαμβανομένων όλων των μερών που αναφέρονται στην προσφορά και των παρελκόμενων της.

#### **Γ. ΓΕΝΙΚΑ**

- Το σύστημα να προσφερθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία. Συγκεκριμένα, να δοθεί πιστοποιητικό ελέγχου καλής λειτουργίας-διακρίβωσης του οργάνου πριν και μετά την εγκατάστασή του.
  - Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 1 έτος.
  - Να δοθούν όλα τα εγχειρίδια λειτουργίας και σε CD ROM.
  - Το σύστημα να είναι κατάλληλο για τις συνήθεις χρήσεις του
  - Η προσφορά να συνοδεύεται από ενδεικτικό πελατολόγιο εγκατεστημένων συστημάτων του ίδιου τύπου με το προσφερόμενο.
- 
- Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη Δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.
  - Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου ([www.chaniahospital.gr](http://www.chaniahospital.gr)) ήτοι από την ΔΕΥΤΕΡΑ 6/10/2014 έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10/2014.
  - Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
  - Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: [psathaki@chaniahospital.gr](mailto:psathaki@chaniahospital.gr)
  - Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
  - Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προμήθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

#### **Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**

Για την αντιγραφή