



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Χανιά, 30-06-2015

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73100

Αρ. πρωτ. 10133

Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

Τηλέφωνο : 28210- 22306

FAX : 28210- 22329

EMAIL: supplies@chaniahospital.gr

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ TURIS ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Στα πλαίσια της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ TURIS ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ** σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 6515/11-12-2013 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας και την αριθμ. **4/ πρκ. 10/ 26-06-2015 (ΑΔΑ 7ΘΦ246907Τ-86Θ)** απόφαση του Δ.Σ. του, το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.

1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη Δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.
2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.chaniahospital.gr) ήτοι **από την Τετάρτη 01-07-2015 ώρα 15:00 έως και την Δευτέρα 06-07-2015 ώρα 15:00.**
3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: supplies@chaniahospital.gr
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προμήθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-------------|---|------------|---------------------|
| 1 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ (TURis) | | |
| 1.1. | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ TURis, ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ | TEM | 5 |
| 1.2. | ΑΓΚΥΛΗ 30⁰ TURis, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ, ΜΕΓΑΛΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ | TEM | 60 |
| 1.3. | ΑΓΚΥΛΗ 30⁰ TURis, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ, ΜΕΣΑΙΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ | TEM | 10 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ (TURis)

Να δοθεί πλήρης περιγραφή του συνοδού εξοπλισμού (διαθερμίας και ρεζεκτοσκοπίου για χρήση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό) που θα συνοδεύει τα ηλεκτρόδια για διουρηθρική ρεζεκτοσκόπηση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό (1.1 και 1.2). Η προμηθεύτρια εταιρεία θα αναλάβει εξ'ολοκλήρου το κόστος συντήρησης του συνοδού εξοπλισμού καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι ο συνοδός εξοπλισμός θα συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικό CE Mark καθώς και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Αντίγραφα των εν λόγω πιστοποιητικών, θα πρέπει, επί ποινή απορρίψεως να κατατεθούν στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων. Σε περίπτωση που απαιτηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης, είναι απαραίτητη η άμεση δοκιμαστική χρήση δύο ημερών του προσφερόμενου συνοδού εξοπλισμού στα Χειρουργεία του Νοσοκομείου.

1.1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ TURis, ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ **Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ.**

Γίνεται εν μέρει αποδεκτή η παρατήρηση της εταιρείας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. Η προδιαγραφή τροποποιείται όπως παραπάνω έτσι ώστε να είναι σαφές το ότι το νοσοκομείο επιθυμεί την προμήθεια ηλεκτροδίου εξάχνωση πλάσματος σχεδιασμού Μανιτάρι ή ισοδύναμου τύπου.

2. Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ **0.38 MM.** **(ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)**

Γίνεται εν μέρει αποδεκτή η παρατήρηση της εταιρείας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. Η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό και θα πρέπει να είναι μετρήσιμο. Η προδιαγραφή τροποποιείται όπως παραπάνω ώστε να εξασφαλισθεί η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού με τεχνικά χαρακτηριστικά ανώτερα από αυτά που διαθέτει ο ήδη υπάρχων μονοπολικός εξοπλισμός, ο οποίος είναι πεπαλαιωμένης τεχνολογίας.

3. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ.
4. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ.
5. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ **12⁰** ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ **30⁰**
6. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ **12⁰** ΚΑΙ **30⁰**
7. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΗ ΘΗΚΗ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ.
8. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΑΚΡΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΑ ΕΤΗ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.
9. ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ΑΓΓΛΙΚΑ:
 - 9.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΕΑΝ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ.

9.2 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.

9.3 Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΣΦΑΛΩΣ,
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ.

9.4 ΤΙΣ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ.

1.2 ΑΓΚΥΛΗ 30⁰ TURis, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ, ΜΕΓΑΛΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ

1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΚΥΛΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

2. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΠΛΑΤΟΥΣ 5,3 – 5,5 mm ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ 4,3-4,4 mm)

Δεν γίνεται αποδεκτή η παρατήρηση της εταιρείας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. Το μέγεθος της αγκύλης αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό, το οποίο πρέπει να είναι μετρήσιμο για να εξασφαλίζεται ότι οι προσφερόμενες αγκύλες είναι κατάλληλες για εκτομή των μεγαλύτερων δυνατών παρασκευασμάτων προστατικού ιστού και όγκου κύστεως.

3. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΡΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 0,2MM.

Δεν γίνεται αποδεκτή η παρατήρηση της εταιρείας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ καθώς είναι προς όφελος του Νοσοκομείου να εξασφαλισθεί η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού με τεχνικά χαρακτηριστικά ανώτερα από αυτά που διαθέτει ο ήδη υπάρχων μονοπολικός εξοπλισμός, ο οποίος είναι πεπαλαιωμένης τεχνολογίας. Το πάχος της αγκύλης αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό, καθώς για την εκτομή μικρών θηλωμάτων, όγκων κύστεως αλλά ακόμα και για εκτομή προστατικού ιστού, είναι απαραίτητο το πάχος του σύρματος να είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτό.

4. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ.

5. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ.

6. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ 30⁰

7. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ 30⁰

8. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΗ ΘΗΚΗ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ

9. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΑΚΡΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΑ ΕΤΗ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΠΡΕΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

10. ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ΑΓΓΛΙΚΑ:

10.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΕΑΝ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ.

10.2 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.

10.3 Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΣΦΑΛΩΣ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ.

10.4 ΤΙΣ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1.3 ΑΓΚΥΛΗ 30⁰ TURis, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ, ΜΕΣΑΙΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ

11. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΚΥΛΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

12. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΠΛΑΤΟΥΣ 5,0 – 5,2 mm ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ 3,3-3,4 mm)

Δεν γίνεται αποδεκτή η παρατήρηση της εταιρείας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. Το μέγεθος της αγκύλης αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό, το οποίο πρέπει να είναι μετρήσιμο και ανάλογο με τις ανάγκες της επέμβασης η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

13. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΡΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 0,2MM.

Δεν γίνεται αποδεκτή η παρατήρηση της εταιρείας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ καθώς είναι προς όφελος του Νοσοκομείου να εξασφαλισθεί η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού με τεχνικά χαρακτηριστικά

ανώτερα από αυτά που διαθέτει ο ήδη υπάρχων μονοπολικός εξοπλισμός, ο οποίος είναι πεπαλαιωμένης τεχνολογίας. Το πάχος της ακκύλης αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό, καθώς για την εκτομή μικρών θηλωμάτων, όγκων κύστεως αλλά ακόμα και για εκτομή προστατικού ιστού, είναι απαραίτητο το πάχος του σύρματος να είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτό.

14. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ.
15. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ.
16. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ 30⁰
17. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ 30⁰
18. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΗ ΘΗΚΗ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ
19. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΑΚΡΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΑ ΕΤΗ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΠΡΕΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.
20. ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ΑΓΓΛΙΚΑ:
 - 20.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΕΑΝ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ.
 - 20.2ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.
 - 20.3Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΣΦΑΛΩΣ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ.
 - 20.4ΤΙΣ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Χατζηδάκης Γεώργιος, Ειδικευόμενος Ουρολογίας

Πριόβολος Κων/νός, Νοσηλευτής

Καρτεράκης Ιωάννης, Νοσηλευτής