



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ**  
**«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»**

Χανιά, 10 / 11 /2020

Αριθμ. Πρωτ 24395

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας  
Ταχ. Κωδ. : 73300  
Πληροφορίες : Γεώργιος Νικολάου  
Τηλέφωνο : 28210- 22309  
Email : gnikolaou@chaniahospital.gr

Προς  
1. ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις)  
e-mail: [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr)  
2. Τμήμα Πληροφορικής ΓΝ Χανίων  
e-mail: info@chaniahospital.gr

**ΘΕΜΑ :** «Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια: Εξοπλισμού Χειρουργείου (CPV: 33162100-4) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων».

Σχετικά:

- 1) Το με αριθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίου φορείς υγείας».
- 2) Το με αριθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
- 3) Το με αριθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1<sup>ο</sup>), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1<sup>ο</sup>), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
- 4) Τη με αριθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
- 5) Το με αριθμ. πρωτ. 1349/ 03-03-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2016 της προθεσμίας διενέργειας τακτικών διαγωνισμών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τους δημοσίου φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιάς διαδικασίας – Η αληθής έννοια των λέξεων «επίσημος φορέας πιστοποίησης της ημεδαπής και της αλλοδαπής» που περιλαμβάνονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της εγκυκλίου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο » (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41I).
- 6) Το με αριθμ. πρωτ. 2750/16-05-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την απαγόρευση προμήθειας αντιδραστηρίων ή/ και αναλωσίμων υλικών που μπορούν να

συνδυαστούν με ιατροτεχνολογικό μηχάνημα συγκεκριμένης μόνον εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, του οποίου η χρήση λαμβάνεται δωρεάν».

- 7) Το με αριθμ. πρωτ. 2765/25-05-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016 της προθεσμίας για τη διενέργεια προμηθειών από την ΕΠΥ και τους δημοσίους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιότερης διαδικασίας».
- 8) Το με αριθμ. πρωτ. 3944/20-07-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 27§11 του Ν.3867/2010».
- 9) Το με αριθμ. πρωτ. 4662/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016».
- 10) Την 16η / πρκ. 33 / 10-10-2019 απόφαση ΔΣ περί ορισμού επιτροπών σύνταξης και διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών
- 11) Το υπ' αριθμ. 21536/15-10-2019 έγγραφο για Σύνταξη και διαμόρφωση Τεχνικών Προδιαγραφών
- 12) Το υπ' αριθμ. 1756/24-01-2020 έγγραφο για Σύνταξη και διαμόρφωση Τεχνικών Προδιαγραφών
- 13) Την 02η / πρκ. 08 / 03-03-2020 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης Πίνακα Προγραμματισμού 2020
- 14) Το υπ' αριθμ. 7559/01-04-2020 πρακτικό της επιτροπής διαμόρφωσης προδιαγραφών.
- 15) Η με αριθ. 25/ πρακτ 13ον / 08-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΜΩ246907Τ-ΤΩΦ) απόφαση ΔΣ σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Α Δημόσιας Διαβούλευσης.
- 16) Η με αριθ. 32/ πρακτ 37ον / 19-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΣ046907Τ-ΣΔ2) απόφαση ΔΣ σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Β Δημόσιας Διαβούλευσης.

Προσκαλούμε σε ανοικτή **Δεύτερη (Β) Δημόσια Διαβούλευση**, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την **Προμήθεια Εξοπλισμό Χειρουργείου (CPV:33162100-4)**.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις **13/11/2020** έως και τις **20/11/2020** ημέρα Παρασκευή.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο "Διαβουλεύσεις" και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ([www.chaniahospital.gr](http://www.chaniahospital.gr)).

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail : [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr), μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).

Κάθε αποστολή στο e-mail : [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον

διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr), αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ([www.chaniahospital.gr](http://www.chaniahospital.gr)) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :

- 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.
- 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.
- 3) Τις παραδοχές της επιστήμης.
- 4) Την εμπειρία.
- 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.
- 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΑΣ**

**Συνημμένα (1) :**

*-Απόφαση ΔΣ 32/ πρακτ 37ον / 19-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΣ046907Τ-ΣΔ2) σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Β Δημόσιας Διαβούλευσης.*

**Κοινοποίηση:**

- 1. Τμήμα Προμηθειών**





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»**

Ministry of Digital  
Governance,  
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry  
of Digital Governance,  
Hellenic Republic  
Date: 2020.10.23 10:48:58  
EEST  
Reason:  
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΞΣ046907Τ-ΣΔ2

**-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-**

**37<sup>ο</sup> Πρακτικό της 19<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2020  
Τακτικής Συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Χανίων**

**ΘΕΜΑ 32<sup>ο</sup>: «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού Χειρουργείου (CPV:33162100-4) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χανίων.»**

Η Διοικητική Διευθύντρια Στέλλα Νοδαράκη, θέτει υπ' όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. Πρωτ:22732/19-10-2020 εισήγηση της, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά:

1. Την υπ' αριθμ. 16<sup>η</sup> / πρκ. 33 / 10-10-2019 απόφαση ΔΣ περί ορισμού επιτροπών σύνταξης και διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών
2. Το υπ' αριθμ. 21536/15-10-2019 έγγραφο για Σύνταξη και διαμόρφωση Τεχνικών Προδιαγραφών
3. Το υπ' αριθμ. 1756/24-01-2020 έγγραφο για Σύνταξη και διαμόρφωση Τεχνικών Προδιαγραφών
4. Την υπ' αριθμ. 02<sup>η</sup> / πρκ. 08 / 03-03-2020 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης Πίνακα Προγραμματισμού 2020
5. Το υπ' αριθμ. 7559/01-04-2020 πρακτικό της επιτροπής διαμόρφωσης προδιαγραφών
6. Την υπ' αριθμ. 25/πρκ.13<sup>ο</sup>/08-04-2020 (ΑΔΑ ΨΜΩ246907Τ-ΤΩΦ) απόφαση ΔΣ σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια Α' διαβούλευσης.

7. Την υπ' αριθμ. 8931/22-04-2020 Πρόσκληση Α' Δημόσιας Διαβούλευσης (ΑΔΑΜ 20ΔΙΑΒ000009451 2020-04-24)
8. Το υπ' αριθμ 10742/18-05-2020 έγγραφο ενημέρωσης επιτροπής για ολοκλήρωση της Α' Διαβούλευσης
9. Το πρακτικό της επιτροπής διαμόρφωσης προδιαγραφών μετά την Α' Διαβούλευση.

Σας υποβάλλουμε επισυναπτόμενες τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια **Εξοπλισμού Χειρουργείου (CPV 33162100-4)** μετά την Α' Διαβούλευση για τις ανάγκες του ΓΝΧ.

### **Εισηγούμαι**

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που υπέδειξε η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών , ώστε να τεθούν σε Β' δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ
2. Την ανάρτηση στο διαδίκτυο της απόφασης που θα προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 ( ΦΕΚ 112/Α/13-07- 2010) ΔΙΑΥΓΕΙΑ.»

**Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά σχετική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,**

**Αποφασίζει Ομόφωνα,**

**Εγκρίνει ως έχουν τις κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Χειρουργείου (CPV 33162100-4) , τις οποίες υπέδειξε η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών , ώστε να τεθούν σε Β' δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ:**

ΚΩΔΙΚΟΣ OR-CO	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ Π.Τ. Η/ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΚΑΕ
			Π. Τ.						
83249	1	Αυτόματα εργαλεία απολίνωσης αγγείων με ενσωματωμένα 15 κλιπς τουλάχιστον από τιτάνιο μικρού μεγέθους 24cm με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης του κλιπ	56.7.49	108	20	2.160,00	518,40	2.678,40	1311
83248	2	Αυτόματα εργαλεία απολίνωσης αγγείων με ενσωματωμένα 15 κλιπς τουλάχιστον από τιτάνιο μεσαίου μεγέθους 29cm με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης του κλιπ	56.7.47	105,5	20	2.110,00	506,40	2.616,40	1311
83711	3	Αυτόματα εργαλεία απολίνωσης αγγείων με ενσωματωμένα 15 κλιπς τουλάχιστον από τιτάνιο μεγάλου μεγέθους 32cm με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης του κλιπ	56.7.49	108	40	4.320,00	1.036,80	5.356,80	1311
138883	4	Ευθύγραμμοι επαναφορτιζόμενοι κοπποράπτες μήκους συρραφής 55-60mm. Για λεπτούς ιστούς, με νέα κοπτική λάμα από ασάλι 400 και άνω σε κάθε επαναφόρτιση και κλιπ από τιτάνιο ορθογώνιας διατομής. Ορθογώνια και προφορτωμένη κασσέτα. Να κατατεθούν κλινικές μελέτες εν vivo συμπεριφοράς στους ιστούς. Η ποιότητα της κοπτικής λάμας, η αντοχή της και οι κλινικές μελέτες αποτελούν προαπαιτούμενα προκειμένου να διασφαλιστεί το αποτέλεσμα των παρεχομένων από το χειρουργείο υπηρεσιών.	56.7.105	280	30	8.400,00	2.016,00	10.416,00	1311
197053	5	Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές μήκους συρραφής 55-60mm, για λεπτούς ιστούς, συμβατές με το εργαλείο του κωδικού 138883.	56.7.107	144	50	7.200,00	1.728,00	8.928,00	1311
197055	6	Εργαλεία ευθείας συρραφής μ.χ. επαναφορτιζόμενα. Μήκος συρραφής 60mm και ύψος κλιπ 3,5mm. Μια σκανδάλη σύγκλισης – πυροδότησης	56.7.10	180	30	5.400,00	1.296,00	6.696,00	1311
197056	7	Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία του κωδικού 197055.	56.7.19	39	30	1.170,00	280,80	1.450,80	1311
81757	8	Κυρτές κεφαλές χαμηλής πρόσθιας εκτομής. Να διαθέτουν 6 γραμμές συρραφής με ανισούψη κλιπ και κοπτική λάμα. Να είναι συμβατές με το εργαλείο του κωδικού 138885		450	8	3.600,00	864,00	4.464,00	1311
81767	9	Αυτόματη λαβίδα περίπαρσης εντέρου, μ.χ. με ενσωματωμένο ράμμα 2-0 μη απορροφήσιμο και κλιπ που κλείνουν σε σχήμα Β, μήκους 45mm	56.7.45	190	3	570,00	136,80	706,80	1311
81768	10	Αυτόματη λαβίδα περίπαρσης εντέρου, μ.χ. με ενσωματωμένο ράμμα 2-0 και κλιπ που κλείνουν σε σχήμα Β, μήκους 45mm	56.7.46	190	3	570,00	136,80	706,80	1311

197050	11	Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες ανακλινόμενη κεφαλή μεγέθους 25mm +/- 10%. Να διαθέτουν μακρύ σπειλεό άνω των 35 εκ, για επεμβάσεις ορθού και σιγμοειδούς. Με μια χειρολαβή, 22 τουλάχιστον κλιπ συρραφής και κοπτική λάμα από ατσάλι 400 και άνω.	56.7.103	455	2	910,00	218,40	1.128,40	1311
81771	12	Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες ανακλινόμενη κεφαλή μεγέθους 28mm +/- 10%. Να διαθέτουν μακρύ σπειλεό άνω των 35 εκ, για επεμβάσεις ορθού και σιγμοειδούς. Με μια χειρολαβή, 26 τουλάχιστον κλιπ συρραφής και κοπτική λάμα από ατσάλι 400 και άνω.	56.7.103	455	15	6.825,00	1.638,00	8.463,00	1311
81772	13	Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες με ανακλινόμενη κεφαλή μεγέθους 31m +/- 10%. Να διαθέτουν μακρύ σπειλεό άνω των 35 εκ, για επεμβάσεις ορθού και σιγμοειδούς. Με μια χειρολαβή, 30 τουλάχιστον κλιπ συρραφής και κοπτική λάμα από ατσάλι 400 και άνω.	56.7.104	455	15	6.825,00	1.638,00	8.463,00	1311
133885	14	Εργαλεία ευθείας συρραφής – αναστόμωσης που να δέχονται κεφαλές διαφορετικών μηκών με 10 θέσεις άρθρωσης.	56.7.63	119,75	8	958,00	229,92	1.187,92	1311
197057	15	Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας – συρραφής αναστόμωσης με νέα κοπτική λάμα 30mm για αγγειακούς – λεπτούς ιστούς. Να είναι συμβατά με τα εργαλεία του κωδικού 133885.	55.7.64	283,11	2	566,22	135,89	702,11	1311
133887	16	Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας – συρραφής αναστόμωσης με νέα κοπτική λάμα 45mm για αγγειακούς λεπτούς ιστούς. Να είναι συμβατά με τα εργαλεία του κωδικού 133885.		283,11	2	566,22	135,89	702,11	
138892	17	Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας – συρραφής αναστόμωσης με νέα κοπτική λάμα 60mm για λεπτούς – παχείς ιστούς. Να είναι συμβατά με τα εργαλεία του κωδικού 133885.	55.7.66	225,25	2	450,50	108,12	558,62	1311
81788	18	Εξωλκέας κλιπ δέρματος πολλαπλών χρήσεων	56.7.87	0,885	150	132,75	31,86	164,61	1311
81787	19	Συρραπτικά δέρματος μεγάλου μεγέθους με 35 κλιπς	56.7.41	2,95	5.000,00	14.750,00	3.540,00	18.290,00	1311
197051	20	Ευθύγραμμοι επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες μήκους συρραφής 75-80mm. Για λεπτούς ιστούς, με νέα κοπτική λάμα από ατσάλι 400 σε κάθε επαναφόρτιση και κλιπ από τιτάνιο ορθογώνιας διατομής. Να κατατεθούν κλινικές μελέτες εν vivo συμπεριφοράς στους ιστούς. Η ποιότητα της κοπτικής λάμας, η αντοχή της και οι κλινικές μελέτες αποτελούν προαπαιτούμενα προκειμένου να διασφαλιστεί το αποτέλεσμα των παρεχομένων από το χειρουργείο υπηρεσιών.	56.7.106	319,27	10	3.192,70	766,25	3.958,95	1311
197059	21	Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές για λεπτούς ιστούς, μήκους συρραφής 75-80mm συμβατές με το εργαλείο του κωδικού 197051	56.7.108	207	15	3.105,00	745,20	3.850,20	1311
197063	22	Εργαλεία ευθείας συρραφής μ.χ. επαναφορτιζόμενα. Μήκος συρραφής 90mm και ύψος κλιπ 4,8mm .	56.7.15	152	10	1.520,00	364,80	1.884,80	1311
197064	23	Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία του κωδικού 197063.	56.7.24	45	10	450,00	108,00	558,00	1311
197065	24	Αυτόματο εργαλείο κυρτής συρραφής-διατομής, μ.χ., με ισχυρούς αγκήρες τιτανίου, με ύψος κλεισίματος κλιπ 2,0mm, μήκος 40mm γραμμής συρραφής, για παχύ ιστό.		290	5	1.450,00	348,00	1.798,00	1311



197066	25	Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές συμβατές με το εργαλείο του κωδικού 197065		175	5	875,00	210,00	1.085,00	1311
84248	26	Σετ διαπρωκτικής αιμορροϊδεκτομής απαγγελίωσης Να περιέχουν: 1) Πρωκτοδιαστολέα Μ.Χ. με ειδική θέση υποδοχής βελονοκατόχου και σένσορα με ενσωματωμένο μηχανισμό ανάταξης πρόπτωσης 2) βελονοκάτοχο ΜΧ με ειδική θέση σύλληψης βελόνας ράμματος 3) Χειρουργικά Ράμματα 4) Πρωθητή κόμπου Ράμματος 5) Σένσορα 5(πέντε) περιστατικών	56.7.85	550	5	2.750,00	660,00	3.410,00	1311
255186	27	Ηλεκτροκίνητοι αρθρωτοί επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες, μιας χρήσης, μεγέθους 60mm διαμέτρου 12 mm, με μήκος στείλειου 34cm, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ασάλι 420. Να δέχεται κασέτες με και χωρίς αντιολισθητική επιφάνεια, με κλιπς από κράμα τιτανίου (να περιέχει 2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για 5 διαφορετικούς τύπους ιστών (από 1mm έως 2,3mm). Εργονομικό σχεδιασμό της λαβής για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό άρθρωσης της κεφαλής ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου για γωνίωση μέχρι και 45ο. Να διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο σύστημα που εξασφαλίζει ομοιόμορφη απόσταση μεταξύ των δύο σιαγόνων κατά την διάρκεια της πυροδότησης για βέλτιστη αιμάτωση, και να ασκεί πίεση ίση με 7gr/mm <sup>2</sup> για ομοιόμορφη γραμμή συρραφής σε όλο το μήκος. Να διαθέτει κλειστό κανάλι στην υποδοχή της ανταλλακτικής κασέτας για να εξασφαλίζεται η υποστήριξή της από τις υψηλές πιέσεις και δυνάμεις κατά τη διάρκεια της πυροδότησης. Να έχει δυνατότητα πυροδότησης έως και 12 φορές, ανά ασθενή.		545	2	1.090,00	261,60	1.351,60	1311
251364	28	Ανταλλακτικές κασέτες του κωδ. 255186 χωρίς κοπτική λάμα με ατραυματική επιφάνεια συγκράτησης ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής με μήκος 60mm για αγγειακούς ιστούς με ύψος κλείστρου κλιπ 2,0 mm		260	6	1.560,00	374,40	1.934,40	1311
255187	29	Ανταλλακτικές κασέτες του κωδ. 255360 χωρίς κοπτική λάμα με ατραυματική επιφάνεια συγκράτησης ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής με μήκος 45mm για αγγειακούς ιστούς με ύψος κλείστρου κλιπ 2,0 mm		170	100	17.000,00	4.080,00	21.080,00	1311
251362	30	Ανταλλακτικές κασέτες του κωδ. 255360 χωρίς κοπτική λάμα με ατραυματική επιφάνεια συγκράτησης ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής με μήκος 45mm για αγγειακούς ιστούς με ύψος κλείστρου κλιπ 1,5 mm		180	100	18.000,00	4.320,00	22.320,00	1311

251360	31	Ηλεκτροκίνητοι αρθρωτοί επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες, μιας χρήσης, μεγέθους 45mm διαμέτρου 12 mm, με μήκος στειλεού 34cm, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 420. Να δέχεται κασέτες με και χωρίς αντιολισθητική επιφάνεια, με κλιπς από κράμα τιτανίου (να περιέχει 2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για 5 διαφορετικούς τύπους ιστών (από 1mm έως 2,3mm). Εργονομικό σχεδιασμό της λαβής για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό άρθρωσης της κεφαλής ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου για γωνίωση μέχρι και 45ο. Να διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο σύστημα που εξασφαλίζει ομοιόμορφη απόσταση μεταξύ των δύο σιαγόνων κατά την διάρκεια της πυροδότησης για βέλτιστη αιμάτωση, και να ασκεί πίεση ίση με 7gr / mm <sup>2</sup> για ομοιόμορφη γραμμική συρραφής σε όλο το μήκος. Να διαθέτει κλειστό κανάλι στην υποδοχή της ανταλλακτικής κασέτας για να εξασφαλίζεται η υποστήριξή της από τις υψηλές πιέσεις και δυνάμεις κατά τη διάρκεια της πυροδότησης. Να έχει δυνατότητα πυροδότησης έως και 12 φορές, ανά ασθενή.		400	40	16.000,00	3.840,00	19.840,00	1311
251358	32	Κοπτοράπτες ηλεκτροκίνητοι ενδοσκοπικοί για αγγειακούς ιστούς με κυρτό απραυματικό άκρο διαμ. 9mm, μήκους συρραφής 35mm και δυνατότητα άρθρωσης του εργαλείου 50 μοίρες εκατέρωθεν. Να έχει δυνατότητα πυροδότησης έως και 12 φορές ανα ασθενή		400	30	12.000,00	2.880,00	14.880,00	1311
251359	33	Ανταλλακτική κασέτα για χρήση σε αγγειακούς ιστούς μήκους 35mm χωρίς λάμα με 4 γραμμές συρραφής του κοπτοράπτη με κωδ. 251358		150	70	10.500,00	2.520,00	13.020,00	1311
Νέο Είδος	34	Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες μεγέθους 28mm, με 3 γραμμές συρραφής. Να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια χειρολαβή πυροδότησης και 3 σειρές από ανισουπή κλιπ ύψους 4mm, 4,5mm και 5mm. Για πολύ παχείς ιστούς.			1	530,00	127,20	657,20	1311
Νέο Είδος	35	Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες μεγέθους 31mm, με 3 γραμμές συρραφής. Να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια χειρολαβή πυροδότησης και 3 σειρές από ανισουπή κλιπ ύψους 4mm, 4,5mm και 5mm. Για πολύ παχείς ιστούς.			1	530,00	127,20	657,20	1311

Νέο Είδος	36	Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες μεγέθους 28mm, με 3 γραμμές συρραφής. Να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια χειρολαβή πυροδότησης και 3 σειρές από ανισουπή κλιπ ύψους 4mm, 4,5mm και 5mm. Για μεσαίους-παχείς ιστούς.			1	530,00	127,20	657,20	1311
Νέο Είδος	37	Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες μεγέθους 31mm, με 3 γραμμές συρραφής. Να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια χειρολαβή πυροδότησης και 3 σειρές από ανισουπή κλιπ ύψους 4mm, 4,5mm και 5mm. Για μεσαίους-παχείς ιστούς.			1	530,00	127,20	657,20	1311
Νέο Είδος	38	Αρθρούμενες κεφαλές με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, μήκους 60mm, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση. Για αγγειακούς - μεσαίους ιστούς. Να είναι συμβατές με μηχανικό αλλά και ηλεκτρικό ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής – διατομής – αναστόμωσης, για αυξημένη λειτουργικότητα και οικονομία.			1	400,00	96,00	496,00	1311
Νέο Είδος	39	Αρθρούμενες κεφαλές με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, μήκους 60mm, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση. Για πολύ παχείς ιστούς. Να είναι συμβατές με μηχανικό αλλά και ηλεκτρικό ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής – διατομής – αναστόμωσης, για αυξημένη λειτουργικότητα και οικονομία			1	400,00	96,00	496,00	1311

40	Αρθρούμενες κεφαλές με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, μήκους 60mm, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση. Για μεσαίους-παχείς ιστούς. Να είναι συμβατές με μηχανικό αλλά και ηλεκτρικό ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής – διατομής – αναστόμωσης, για αυξημένη λειτουργικότητα και οικονομία.	1	400,00	96,00	496,00	1311
41	Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης το οποίο μπορεί να δεχθεί ευθείες και αρθρούμενες κεφαλές, με ενσωματωμένο ενισχυτικό της γραμμής συρραφής, κεκαμμένες, κυρτές, για αυξημένη λειτουργικότητα και οικονομία. Να φέρει διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, με μήκη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και στυλεό μήκους 16cm	1	270,00	64,80	334,80	1311
42	Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης το οποίο μπορεί να δεχθεί ευθείες και αρθρούμενες κεφαλές, με ενσωματωμένο ενισχυτικό της γραμμής συρραφής, κεκαμμένες, κυρτές, για αυξημένη λειτουργικότητα και οικονομία. Να φέρει διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, με μήκη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και στυλεό μήκους 6cm	1	270,00	64,80	334,80	1311

160.836,39 38.600,73 199.437,12

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΑΣ

**Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ**

ΣΤΕΛΛΑ ΝΟΔΑΡΑΚΗ

**Ακριβές Απόσπασμα**

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΕΜΜ. ΜΠΟΛΩΤΗΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ**ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗ  
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΒΑΡΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ