

19DIAB000004284 2019-03-12



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Χανιά 12 / 03 /2019

Αριθμ. Πρωτ 5904

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73300

Πληροφορίες : Ε. Ντουσάκης

Τηλέφωνο : 28210- 22300

Email : entousakis@chaniahospital.gr

Προς

1. ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις)

e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

2. Τμήμα Πληροφορικής ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ

e-mail: info@chaniahospital.gr

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια 300 ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ, ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ, (CPV 33192130-2) για τις ανάγκες των Νοσοκομείων της 7^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης»

Σχετικά:

- 1) Το με αριθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίου φορείς υγείας».
- 2) Το με αριθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
- 3) Το με αριθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
- 4) Τη με αριθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
- 5) Το με αριθμ. πρωτ. 1349/ 03-03-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 30^η Ιουνίου 2016 της προθεσμίας διενέργειας τακτικών διαγωνισμών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τους δημόσιους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιάς διαδικασίας – Η αληθής έννοια των λέξεων «επίσημους φορείς πιστοποίησης της ημεδαπής και της αλλοδαπής» που περιλαμβάνονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της εγκυκλίου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο » (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41).

19DIAB000004284_2019-03-12

- 6) Το με αριθμ. πρωτ. 2750/16-05-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την απαγόρευση προμήθειας αντιδραστηρίων ή/ και αναλωσίμων υλικών που μπορούν να συνδυαστούν με ιατροτεχνολογικό μηχάνημα συγκεκριμένης μόνον εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, του οποίου η χρήση λαμβάνεται δωρεάν».
- 7) Το με αριθμ. πρωτ. 2765/25-05-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 31^η Δεκεμβρίου 2016 της προθεσμίας για τη διενέργεια προμηθειών από την ΕΠΥ και τους δημοσίου φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιότερης διαδικασίας».
- 8) Το με αριθμ. πρωτ. 3944/20-07-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 27§11 του Ν.3867/2010».
- 9) Το με αριθμ. πρωτ. 4662/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016».
- 10) Το με αριθμ. πρωτ. 5657/28-11-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιος για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
- 11) Το με αρ. πρκ 139/18-02-2019 έγκριση σκοπιμότητας του αναπληρωτή υπουργού Υγείας
- 12) Την με αρ πρκ 4804/25-02-2019 έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των νοσοκομείων της 7^{ης} ΥΠΕ
- 13) Την με αρ πρκ 5590/06-03-2019 πράξη Διοικητή σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού (CPV 33192130-2).
- 14) Την με αρ πρκ 5619/06-03-2019 πρόσκληση προς την επιτροπή διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών.
- 15) Την με **θ 38° πρκ 07° / 07-03-2019 (ΑΔΑ 6ΚΝΑ46907Τ- ΤΧΘ)** απόφαση ΔΣ σχετικά με την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια Α Δημόσια Διαβούλευσης.

Έπειτα από την με θέμα **38ο / πρκ 7ο / 07 – 03 - 2019 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ 6ΚΝΑ46907Τ-ΤΧΘ)**, σχετικά με την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προετοιμασία Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια **300 ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ, ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ, (CPV 33192130-2)** για τις ανάγκες των Νοσοκομείων της 7^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης» προσκαλούμε σε ανοικτή **Πρώτη (Α) Δημόσια Διαβούλευση**, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 14/03/2019 έως και τις 29/03/2019 ημέρα Παρασκευή.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (www.chaniahospital.gr).

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που

19DIAB000004284 2019-03-12

δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).

Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (www.chaniahospital.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :

- 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.
- 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.
- 3) Τις παραδοχές της επιστήμης.
- 4) Την εμπειρία.
- 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.
- 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

Κοινοποίηση:
Γραφείο Προμηθειών

Συνημμένα (1) :

1. *Τεχνικές προδιαγραφές*

Για την αντιγραφή

19ΔΙΑΒ000004284 2019-03-12

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**ΓΙΑ 300 ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ, ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ
(CPV 33192130-2)**

Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισμού : Η πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

A. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΤ

Το εκάστοτε ζητούμενο σετ θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των παρακάτω ειδών, με τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται σε επόμενες επιμέρους ενότητες.

1. Ηλεκτρική κλίνη νοσηλείας ασθενούς.
2. Στρώμα αντίστοιχων διαστάσεων της επιφάνειας κατάκλισης της κλίνης.
3. Τροχήλατο κομοδίνο με τραπεζοτουαλέτα, είτε σαν αυτούσια ενιαία μονάδα ή ως δυο ξεχωριστά τμήματα που αλληλοσυμπληρώνονται σαν σύνολο.

B. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

1. Να είναι συσκευή **σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίας γενιάς (να αναφερθεί το έτος α΄ κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά), αμετακίνητη, κατάλληλη για χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον** και να λειτουργεί με **τάση δικτύου AC 220 V / 50 Hz**, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής ανεξάρτητης μονάδας μετασχηματισμού τάσης.
2. Να είναι κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και αντοχής και το σύνολο της κατασκευής να είναι αξιόπιστο και ανθεκτικό.
3. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι **τουλάχιστον 200x90** (Μήκος*Πλάτος σε εκατοστά cm).
4. Η επιφάνεια κατάκλισης να ορίζεται από τέσσερα υπομήματα (πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών) κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής αντοχής, πλενόμενο, απολυμαινόμενο, με στρογγυλεμένες άκρες και διάκενα στο ενδιάμεσο για τον καλύτερο αερισμό του στρώματος. Θα εκτιμηθεί ως θετικό προσόν αν στα μεγάλα τμήματα (π.χ. πλάτης και ποδιών) η πλαστική επιφάνεια δεν αποτελεί ενιαίο αυτοτελές τμήμα, αλλά επιμέρους τμήματα με τη μορφή λωρίδων. Δεν θα γίνουν αποδεκτές, επιφάνειες με τη μορφή δικτυωτού πλέγματος ή άλλα υλικά κατασκευής.
5. Η όλη διάταξη της επιφάνειας κατάκλισης να είναι απαραίτητα ευκόλως προσθαφαιρούμενη από μη τεχνικό προσωπικό, για τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανσή αυτής.
6. Στην επιφάνεια κατάκλισης να δύναται να τοποθετηθεί πρόσθετη επέκταση τουλάχιστον 20cm (για ψηλότερους ασθενείς). Θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν αν στην προσφορά διατεθούν και περιορισμένος αριθμός τέτοιων επεκτάσεων.
7. Να διαθέτει ελαστικούς προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες της κλίνης.
8. Το μέγιστο πλάτος εξωτερικών διαστάσεων συμπεριλαμβανομένου κιγκλιδωμάτων και προσκρουστήρων **να μην ξεπερνά τα 100 cm και να μην είναι λιγότερο από 98 cm.**
9. Το ασφαλές βάρος λειτουργίας να είναι **τουλάχιστον 250Kg** και θα εκτιμηθεί θετικά ακόμα μεγαλύτερο βάρος.
10. Για την προστασία των ηλεκτρικών μοτέρ είναι επιθυμητό να υπάρχει κάποιου είδους διάταξη ώστε να μην γίνεται κίνηση ανύψωσης και να υπάρχει ηχητικό alarm αν το βάρος επι της κλίνης ξεπερνά το ασφαλές βάρος λειτουργίας.

19ΔΙΑΒ000004284 2019-03-12

11. Να διαθέτει μετόπες κεφαλής και ποδιών οι οποίες να προσθαιφαιρούνται εύκολα και να είναι από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής, πλενόμενο, απολυμαινόμενο και με καθόλου αιχμηρές επιφάνειες ή γωνίες. Να διαθέτουν σύστημα σταθεροποίησης στο σκελετό, ώστε να αντέχουν στις μηχανικές καταπονήσεις ως λαβές οδήγησης για την μεταφορά της κλίνης. Η μετόπη κεφαλής να είναι σταθερή ώστε να μην ακολουθεί τις κινήσεις της επιφάνειας κατάκλισης.
12. Η κλίνη να διαθέτει ενσωματωμένη υποδοχή στη μετόπη των ποδιών για την εναπόθεση των κλινοσκεπασμάτων και την εξυπηρέτηση του νοσηλευτικού προσωπικού, κατά την αλλαγή τους.
13. Να διαθέτει πλαϊνά κιγκλιδώματα τα οποία να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας κατάκλισης (τουλάχιστον τα 3/4 της εκάστοτε πλαϊνής επιφάνειας και μεγαλύτερο θα εκτιμηθεί θετικά) και μηχανισμό για εύκολη αναδίπλωση (ή μετακίνηση καθ' ύψος). Τα κιγκλιδώματα είναι απαραίτητο να είναι από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής, πλενόμενο, απολυμαινόμενο και με καθόλου αιχμηρές επιφάνειες ή γωνίες και να μην καταλαμβάνουν χώρο στο πλάι, κατά το ανεβοκατέβασμα τους ώστε να μην προσκρούουν σε παρακείμενο εξοπλισμό (όταν είναι κατεβασμένα να μην καλύπτουν ουροσυλλέκτες – παροχετεύσεις με κίσδυνο εμπλοκής γραμμών κλπ).
14. Η κλίνη πρέπει να διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες τις ακόλουθες κινήσεις/θέσεις:
 - i) Διακύμανση ύψους 40-80cm ($\pm 10\%$) από το έδαφος
 - ii) Τμήμα πλάτης τουλάχιστον 65 μοίρων (0-65 μοίρες)
 - iii) Τμήμα μηρών τουλάχιστον 30 μοιρών (0-30 μοίρες)
 - iv) Να παρέχονται θέσεις Trendelenburg και Anti-Trendelenburg τουλάχιστον 15 μοιρών
15. Επι της κλίνης να υφίσταται ενσύρνατο χειριστήριο νοσοκόμας που να εμποδίζει, "μλοκάρει" τις ως ζητηθείσες κινήσεις . Να διαθέτει ενσωματωμένο κομβίο για οριζοντίωση της κλίνης για έκτακτη εφαρμογή CPR και να κατεβάζει αυτόματα το ύψος του κρεβατιού στο ελάχιστο ύψος.
16. Να διαθέτει επιπλέον ενσύρματο χειριστήριο για ρυθμίσεις κινήσεων από τον ίδιο τον ασθενή, με ελάχιστες απαιτήσεις τις κινήσεις ύψους, πλάτης και μηρών. Το ενσύρματο αυτό χειριστήριο πρέπει να μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί ή αντικατασταθεί, χωρίς να είναι αναγκαία η συνδρομή τεχνικού προσωπικού.
17. Τα χειριστήρια να έχουν κάποια ενσωματωμένη λειτουργία για αυτόματη απενεργοποίηση τους μετά απο κάποιο χρονικό διάστημα αδράνειας (να αναφερθεί) για προστασία ασθενών από ακούσια ενεργοποίηση.
18. Το τμήμα της πλάτης να έχει ενσωματωμένη λειτουργία μετακινήσεως προς τα πίσω καθώς ανασηκώνεται, προς αποφυγή των πιέσεων που ασκούνται στην κοιλιακή χώρα..
19. Η κλίνη να διαθέτει και μηχανικό σύστημα με ευκρινή, εύκολα προσβάσιμο διακόπτη (ή μοχλό) για άμεση οριζοντίωση προς έκτακτες περιπτώσεις αναγκών CPR. Θα εκτιμηθεί θετικά αν και το σύστημα αυτό κατεβάζει αυτόματα και το ύψος του κρεβατιού στο ελάχιστο ύψος.
20. Η κλίνη να φέρει τέσσερις (4) τροχούς διαμέτρου τουλάχιστον $\Phi 150(\text{mm})$ με σύστημα ταυτόχρονης πέδησης. Οι τροχοί πρέπει να αντέχουν τουλάχιστον το συνολικό βάρος (κλίνη, στρώμα, ασθενής), την τακτική καταπόνηση λόγω μετακινήσεων και να απαιτούν ελάχιστη ή μηδενική συντήρηση. Η κλίνη να μπορεί να δεχτεί και πέμπτο επιπρόσθετο τροχό για εύκολη μετακίνηση/ευελιξία.
21. Να διαθέτει τουλάχιστον δυο ειδικές θέσεις-υποδοχές για αναρτήρες και στατώ ορού. Η τοποθέτηση, αφαίρεση και ασφάλιση τους επι της κλίνης να μπορεί να γίνει χωρίς ειδικά εργαλεία ή τη συνδρομή τεχνικού προσωπικού.
22. Την κλίνη θα συνοδεύουν τουλάχιστον ένα ευθύ ρυθμιζόμενο σε ύψος στατώ ορού με τέσσερα αγκιστρα και ένας γωνιακός αναρτήρας με αποσπώμενη χειρολαβή.
23. Να παραδοθούν επιπλέον και 3 ενσύρματα χειριστήρια, 5 τετράδες από τροχούς 150mm και 3 σετ ηλεκτροκινητήρων (στο σύνολο, όχι ανα σετ).
24. **Η κλίνη να προσφέρεται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης** και λοιπά εξαρτήματα έτσι ώστε να είναι έτοιμη προς χρήση χωρίς να απαιτείται η αγορά επιπλέον εξαρτημάτων, εργαλείων ή να απαιτείται ειδικός προγραμματισμός κυκλωμάτων.

19ΔΙΑΒ000004284 2019-03-12

25. Κατά την παράδοση, να δοθούν τα **Εγχειρίδια Χρήσεως (Operation Manual) και Τεχνικής Υποστήριξης (Service Manual)** της συσκευής και να γίνει **εγκατάσταση καθώς και επίδειξη/εκπαίδευση στους χρήστες και στο τεχνικό προσωπικό για τη χρήση και συντήρηση αυτής**. Εφόσον κριθεί αναγκαίο από το νοσοκομείο, η εκπαίδευση μπορεί να επαναληφθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.
26. Να πληροί τις τρέχουσες κατά την υποβολή της προσφοράς **προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης**.
27. Να φέρει **σήμανση πιστοποίησης συσκευής κατά CE** σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC
28. **Να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 60601-2-52**, για ασφάλεια κλινών Νοσηλείας.
29. Να παρέχεται **εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη** από την παράδοση και βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής για **κάλυψη ανταλλακτικών και παροχή τεχνικής υποστήριξης (service) τουλάχιστον για δέκα (10) έτη**. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει το κόστος εργασίας για την αποκατάσταση της βλάβης καθώς και το κόστος των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για ολόκληρο τον εξοπλισμό χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση (εκτός των αναλώσιμων ειδών). Επίσης περιλαμβάνει πλήρως το κόστος για την προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
30. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, θα πρέπει να γίνει **αποκατάσταση της βλάβης εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών**. Διαφορετικά, θα πρέπει να **αντικατασταθεί το μηχάνημα με άλλο αντίστοιχων δυνατοτήτων** (ή και καλύτερων) μέχρι την επισκευή του. Αν το μηχάνημα κατά την περίοδο της εγγύησης παρουσιάσει **βλάβες που ξεπερνούν αθροιστικά τις εξήντα (60) ημέρες, θα πρέπει να αντικατασταθεί με καινούριο**. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα δύναται να παραταθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας για όσο χρονικό διάστημα η συσκευή δεν ήταν σε παραγωγική λειτουργία.
31. Να κατατεθεί **τιμοκατάλογος με το κόστος όλων των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων** που απαιτούνται για την επανόρθωση κάθε βλάβης καθώς και **το κόστος εργασίας του τεχνικού ανά ώρα. Θα εκτιμηθεί θετικά αν ο τιμοκατάλογος αυτός έχει δεσμευτική ισχύ πέντε ετών με αναπροσαρμογή αυτού βάση ετήσιου τιμαριθμού**.

Γ. ΣΤΡΩΜΑ ΚΛΙΝΗΣ

1. Καινούργιο από υλικά ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
2. **Πάχους τουλάχιστον 14cm**, διαστάσεις κατάλληλες για χρήση με τις προσφερόμενες κλίνες και τουλάχιστον δυο (2) στρώσεων για βέλτιστη διανομή και διατήρηση της υπο τον ασθενή θερμοκρασία, καθώς και την αποφυγή ανάπτυξη υγρασίας.
3. Να υποστηρίζει ασθενείς **τουλάχιστον 200Kg**.
4. Κατασκευασμένο από υλικό υψηλής πυκνότητας και αντοχής.
5. Να «ακολουθεί» τις επιμέρους κινήσεις της κλίνης.
6. Να είναι σχεδιασμένο με σκοπό την κατανομή πιέσεων για πρόληψη κατακλίσεων ασθενών τουλάχιστον 4^{ου} βαθμού.
7. Να φέρει προσθαφαιρούμενο, αδιάβροχο, αντιστατικό, αντιμικροβιακό, αντιαλλεργικό, βακτηριοστατικό, πλενόμενο-απολυμανόμενο, υψηλής αντοχής κάλυμμα με φερμουάρ τουλάχιστον 180° για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση, που θα φέρει κάλυμμα αποφυγής εισροής υγρών.
8. **Απαραίτητως να είναι βραδύκαυστο** και να κατατεθεί το τρέχον κατά την υποβολή της προσφοράς σχετικό πιστοποιητικό σύμφωνα με την αντίστοιχη **Ευρωπαϊκή οδηγία EN 597-1 : 2005, EN 597-2 : 2015** για στρώματα και καλύμματα.
9. Να πληρεί τις **προδιαγραφές ασφαλείας EN 60601 – 2 - 52 της Ευρωπαϊκής Ένωσης**.

19DIAB000004284 2019-03-12

10. Να φέρει **σήμανση πιστοποίησης κατά CE.**
11. Θα παραδοθούν σαφείς οδηγίες στα ελληνικά για τον προτεινόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο επιτόπιου καθαρισμού, απολύμανσης και συντήρησης των στρωμάτων και καλλυμάτων.
Θα πρέπει επίσης να είναι εφικτή η αποστείρωση των καλλυμάτων σε θάλαμο με πίεση 3 bar και ατμό σε πλυντήριο Νοσοκομειακού τύπου.

Δ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΟΜΟΔΙΝΟ –ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ

1. Το προσφερόμενο είδος μπορεί να αποτελεί αυτούσια εννιαία μονάδα (κομοδίνο με ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα) ή δυο ξεχωριστά τμήματα (τροχήλατο κομοδίνο και τροχήλατη τουαλέτα) τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται.
2. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την ηλεκτροκίνητη κλίνη Νοσηλείας και να αποτελούν ενιαίο ομοιογενές σύνολο (τόσο ποιοτικά όσο και χρωματικά).
3. Το κομοδίνο με την τραπεζοτουαλέτα να έχει δυνατότητα να τοποθετηθεί και από τις δυο πλευρές της κλίνης.
4. Το κομοδίνο και η τραπεζοτουαλέτα να είναι μεταλλικά βαμμένα ηλεκτροστατικά με εποξική βαφή.
5. Οι άνω επιφάνειες του κομοδίνου και της τραπεζοτουαλέτας να είναι από καλουπιωτό ABS, ή άλλου υλικού αντίστοιχων χαρακτηριστικών όπως HPL κλπ, ανθεκτικό στην χάραξη και με υπερυψωμένο χείλος, τουλάχιστον στις 3 πλευρές.
6. Το κομοδίνο και η τραπεζοτουαλέτα να εδράζονται σε διπλούς πλαστικούς τροχούς διαμέτρου Φ50 mm τουλάχιστον.
7. Οι διαστάσεις του κομοδίνου με την τραπεζοτουαλέτα να είναι περίπου 45 x 45 x 80 cm. Το κομοδίνο να διαθέτει ντουλάπι και συρτάρι με δυνατότητα ανοίγματος και από τις δύο πλευρές.
8. Οι διαστάσεις της επιφάνειας της τραπεζοτουαλέτας να είναι περίπου 80 x 40 cm.
9. Η τραπεζοτουαλέτα να αντέχει φορτίο 10kg (±10%) και να ρυθμίζεται καθ' ύψος, **μέσω χειροκίνητου μηχανισμού σταθεροποίησης (τύπου button , όχι βίδα)** από 75 – 100cm (±10%), να έχει εύρος περίπου 25cm και να διαθέτει πνευματικό μηχανισμό υποβοήθησης.
10. Να παραδοθούν επιπλέον και 3 τετράδες από τροχούς (στο σύνολο, όχι ανα σει)
11. Να φέρει **σήμανση πιστοποίησης συσκευής κατά CE**
12. Να παρέχεται **εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη** από την παράδοση και δήλωση για **κάλυψη ανταλλακτικών και παροχή τεχνικής υποστήριξης (service) τουλάχιστον για δέκα (10) έτη**. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει το κόστος εργασίας για την αποκατάσταση της βλάβης καθώς και το κόστος των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για ολόκληρο τον εξοπλισμό χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση (εκτός των αναλώσιμων ειδών). Επίσης περιλαμβάνει πλήρως το κόστος για την προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

Ε. ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο προμηθευτής να διαθέτει **πιστοποιητικό συμμόρφωσης** σύμφωνα με την υπουργική απόφαση **Δ.Υ.86/Γ.Π. οικ./1348/2004** σχετικά με την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.
2. Ο προμηθευτής να διαθέτει **πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001.**
3. Ο προμηθευτής να διαθέτει **πιστοποιητικό ISO 13485** για τη διακίνηση, εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
4. Θα πρέπει **να υπάρχει στην Ελλάδα πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης**, με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο για την επισκευή και συντήρηση της προσφερόμενης συσκευής. **Θα εκτιμηθεί θετικά αν υπάρχει τμήμα τεχνικής υποστήριξης του προμηθευτή στην Κρήτη. Απαιτείται άμεση ανταπόκριση εντός 48 ωρών.**

19ΔΙΑΒ000004284 2019-03-12

5. Να κατατεθεί λεπτομερές **φύλλο συμμόρφωσης** πλήρως τεκμηριωμένο με συγκεκριμένες αναφορές σε προσπέκτους και άλλα φυλλάδια ή εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου για κάθε ένα από τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, καθώς και να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πρότυπα και βεβαιώσεις.

Φύλλο Αξιολόγησης Προσφοράς					
Ομάδα	Κριτήρια	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμός Κριτηρίου (100 -120)	Αναγωγή Βαθμολογίας	Σταθμισμένη Βαθμολογία
Α (80%)	Υπερκάλυψη τεχνικών προδιαγραφών	50%			
	Αναβαθμίσεις & επιπλέον δυνατότητες	30%			
Β (20%)	Εγγύηση καλής λειτουργίας	10%			
	Πληρότητα τεχνικής υποστήριξης (service – ανταλλακτικά - αμεσότητα)	5%			
	Χρόνος παράδοσης	2%			
	Επίδειξη λειτουργίας & εκπαίδευση προσωπικού	3%			

- Όλα τα επιμέρους κριτήρια των ειδών βαθμολόγησης, βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.
- Ο 'Βαθμός Κριτηρίου' των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλες οι απαιτήσεις για κάθε επιμέρους στοιχείο. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις για το κάθε κριτήριο.

19DIAB000004284 2019-03-12

- Η 'Αναγωγή Βαθμολογίας' προκύπτει από τον αντίστοιχο 'Βαθμό Κριτηρίου' επί το ποσοστό % του αντίστοιχου 'Συντελεστή Βαρύτητας'.
- 'Σταθμισμένη Βαθμολογία' είναι το άθροισμα των επιμέρους κριτηρίων αξιολόγησης από την 'Αναγωγή Βαθμολογίας' και κυμαίνεται από 100 έως 120.
- 'Λόγος Συμφέρουσας Προσφοράς' είναι ο λόγος από 'Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς' προς τη 'Σταθμισμένη Βαθμολογία'
- Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο 'Λόγο Συμφέρουσας Προσφοράς', λαμβανομένων υπ' όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

$$\text{Λόγος Συμφέρουσας Προσφοράς} = \frac{\text{Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς}}{\text{Σταθμισμένη Βαθμολογία}}$$