


2


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’

Χανιά 11/11/2014
Αριθμ. Πρωτ.

Π. Προμηθειών
11-11-14
[Signature]

ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ.Δ/ση: Μουρνιές Χανίων
Πληροφορίες : Τζεμανάκης Μάμας,
Τηλέφωνο : 2821 0 22214,
Τηλεο-ομοιοτυπία(Fax): 2821 0 74144

ΠΡΟΣ
Γραφείο Προμηθειών Γενικού
Νοσοκομείου Χανίων
“Ο Άγιος Γεώργιος”
Υπ’ οψιν κ. Συμνιανάκη

ΘΕΜΑ : Σύστημα Αδιάλειπτου παροχής (Ups) Αξονικού Τομογράφου

Σας διευκρινίζουμε ότι για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος UPS του αξονικού τομογράφου, θα πρέπει να αλλαχθούν τα παρακάτω στις τεχνικές προδιαγραφές

- 1) ΜΟΝΑΔΑ UPS: Αυτονομία σε πλήρες φορτίο : 5 min
- 2) ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ: Μπαταρίες μολύβδου 12V – 100Ah 35τεμ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”
Αριθμ. Πρωτ. *ξ1428*
Ημερ. Αθήσεως *11/11/14*

Για την Τεχνική Υπηρεσία
[Signature]
Τζεμανάκης Μάμας
Ηλγος Μηχ/κος ΤΕ