



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
"Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ

Χανιά13.....-11-2014
Αριθ. Πρωτοκ.21638

Τμήμα : Γρ. Προμηθειών
Πληροφορίες: Α. Συμνιανάκη
ΤΗΛΕΦ. : 28210-22306
FAX: 28210-22329

ΠΡΟΣ

NIGICO ΑΕΒΕ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 73,
173 41,
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
info@nigico.gr
m.papanikolas@nigico.gr

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 72Π/2014 (ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GE HEALTHCARE).

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το από ημερομηνία 12-11-2014 έγγραφο ερώτημα της εταιρείας NIGICO ΑΕΒΕ.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού ερωτήματος σας, σας ενημερώνουμε:

- το πλήθος των μπαταριών όπως και το μέγεθος των Ah αυτών πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις των 120 KVA για την αυτονομία των 5 λεπτών με την προϋπόθεση ότι όλο το σύστημα χωράει στο συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης.
- οι συσσωρευτές μπορούν να είναι τοποθετημένοι είτε σε κλειστό ερμάριο είτε σε ανοικτό μονωμένο βάθρο αρκεί να είναι μέσα στα όρια των διαστάσεων που ζητούνται.
- η εγγύηση των μπαταριών πρέπει να είναι 5 (πέντε) έτη όπως ρητά αναφέρεται στην προκήρυξη. Η εγγύηση καλής λειτουργίας 2 (δύο) ετών ζητείται για το σύνολο του συστήματος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

- 1.Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης (για ΑΜΕΣΗ ανάρτηση στην ιστοσελίδα του φορέα)
2. Τεχνική Υπηρεσία
3. Γραφείο Προμηθειών

Για την αντιγραφή

