

15PROC00336180236 2015-11-26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Χανιά 25/11/2015

Αριθμ. Πρωτ. 18591

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73300

Πληροφορίες : ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΒΑΣΩ .

Τηλέφωνο : 28210- 22306

FAX : 28210- 22329

ΘΕΜΑ : «Διευκρινήσεις – Ορθή επανάληψη για Τεχνικές Προδιαγραφές επί της 31/2015 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 15PROC003361801 2015-11-24 και ΑΔΑ :ΒΧΤ546907Τ-ΟΡΔ και ΑΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗΣ : 18059»

Στο Παράρτημα Δ΄ της Διακήρυξης 31/2015 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ) εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν και προστίθενται οι παρακάτω **Γενικές Απαιτήσεις**:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Όλες οι αναγραφόμενες στην κατάσταση εξετάσεις να εκτελούνται από τα προσφερόμενα αναλυτικά συστήματα με αντιδραστήρια, calibrators και controls τα οποία θα προέρχονται από τον ίδιο οίκο. Η συμπεριφορά (ακρίβεια, ευαισθησία, γραμμικότητα, σταθερότητα πάνω στον αναλυτή, ανάγκες βαθμονόμησης κτλ.) των αντιδραστηρίων αυτών να πιστοποιείται και να αποδεικνύεται από έγγραφα του κατασκευαστή για τους συγκεκριμένους τύπους και μοντέλα αναλυτών που προσφέρονται.
2. Να κατατεθούν στοιχεία για τη γραμμικότητα και τον χρόνο παραμονής όλων των αντιδραστηρίων πάνω στον αναλυτή τα οποία θα εκτιμηθούν. Να κατατεθούν απαραίτητως τα έγγραφα συμμόρφωσης CE για αναλυτές και αντιδραστήρια βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 98/79) και σύμφωνα με την (ΔΥ8δ/οικ.3607/892). Επίσης είναι απαραίτητο να κατατεθούν στοιχεία αβεβαιότητας και ιχνηλασιμότητας για τις προσφερόμενες εξετάσεις, κατάλληλα για τη μελλοντική διαπίστευση του εργαστηρίου κατά τα διεθνή πρότυπα 17025, 15189.
3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσφέρει υλικά ελέγχου για εσωτερικό έλεγχο ποιότητας.
4. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσφέρει τεχνική υποστήριξη εντός 24ώρου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**