



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
"Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Χανιά 18 - 10 - 2018

Αριθ. Πρωτοκ.: 23373

Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες: Ε. Ντουσάκης

Τηλεφ: 28210-22309

Fax: 28210-22329

E-mail: entousakis@chaniahospital.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το αίτημα διευκρινήσεων για τη Διακήρυξη Αρθ. 22/2018, ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» - (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) - MICROBIOLOGICAL CULTURES (CPV 33698100-0) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Σχετικά:

1. Το με αριθμό πρωτ. 23309/18-10-2018 αίτημα διευκρίνισης από την εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων σε απάντηση του αιτήματος διευκρίνισης από την εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ, διευκρινίζει τα παρακάτω:

- 1. Η κατακύρωση για τις δύο παρακάτω ομάδες θα είναι κοινή σε έναν ανάδοχο για λόγους που συνδέονται με την ορθή εκτέλεση των γενικών εξετάσεων ούρων.**

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν απαραίτητα να υποβάλουν προσφορά και για τις δύο ομάδες εξετάσεων όπως περιγράφονται παρακάτω, οι οποίες θα αξιολογηθούν ενιαία από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού:

A/A	ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΗΔΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αξία Άνευ ΦΠΑ	Αξία με ΦΠΑ
4	64632	ΟΜΑΔΑ 4, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (STICK) ΟΥΡΩΝ	12.118,15	15.026,50
4.1	64633	ΟΜΑΔΑ 4.1, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΟΥΡΩΝ	39.404,16	48.861,17

2.Σχετικά με την παρατήρηση που αφορά την περιγραφή της απαίτησης στην σελίδα 57 της διακήρυξης 22/2018, τροποποιείται ως εξής:

«Το σύστημα να είναι σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας, κατασκευής και σχεδιασμού και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την διενέργεια πλήρους αντίστοιχης ανάλυσης βιοχημικών και μικροσκοπικών παραμέτρων ούρων και έκδοσης αποτελεσμάτων»

3.Σχετικά με την προδιαγραφή Νο 14 στην σελίδα 58 τροποποιείται ως εξής:

Να δίδονται αποτελέσματα **κατά οπτικό πεδίο.**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ