



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ**  
**"Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χανιά 24-01-2017

Αριθ. Πρωτοκ.: 1431

ΤΜΗΜΑ: ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: ΑΡΓ. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ

Τηλεφ: 28210-22306

FAX: 28210-22329

EMAIL: supplies@chaniahospital.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ** Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV 50421000-2).

Σχετικά: με αριθμ. πρωτ. 1230/23-01-2017 έγγραφο αίτημα της εταιρείας GE Healthcare A.E.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού ερωτήματος της εταιρείας **GE Healthcare A.E.** σας ενημερώνουμε ως εξής:

**ΕΡΩΤΗΜΑ – ΑΙΤΗΜΑ 1**

➤ Στη σελ. 67 στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ζητείται:

1. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Ο διαγωνιζόμενος βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της σημερινής (δηλ. κατά τον χρόνο του διαγωνισμού) κατάστασής του και ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. Επίσης ο διαγωνιζόμενος απαιτείται να δηλώσει εγγράφως, ότι αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τυχόν βλάβες που θα παρουσιαστούν κατά την έναρξη της σύμβασης χωρίς περαιτέρω οικονομικές αξιώσεις, περιπτώσεις βλαβών.

Παρακαλώ όπως τροποποιηθεί η παραπάνω παράγραφος επειδή δημιουργεί ασάφειες κατά την ερμηνεία της η φράση «κατά την έναρξη της σύμβασης» δεδομένου ότι η ισχύς της σύμβασης έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, ως εξής:

2. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Ο διαγωνιζόμενος βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της σημερινής (δηλ. κατά τον χρόνο του διαγωνισμού) κατάστασής του και ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. Επίσης ο διαγωνιζόμενος απαιτείται να δηλώσει εγγράφως, ότι αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τυχόν βλάβες που θα παρουσιαστούν στη διάρκεια ισχύος της υπογεγραμμένης σύμβασης από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη και χωρίς περαιτέρω οικονομικές αξιώσεις, περιπτώσεις βλαβών.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ**

Η παράγραφος κρίνεται επαρκώς διατυπώμενη και δεν χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων.

**ΕΡΩΤΗΜΑ – ΑΙΤΗΜΑ 2**

➤ Στη σελ. 68 στις **ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ** ζητείται:

15. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεώνεται να προβεί στην αναβάθμιση του λογισμικού λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων στην τελευταία έκδοση τους από τον κατασκευαστικό οίκο και να βεβαιώνει τη δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού των ιατρικών μηχανημάτων όταν αυτά είναι διαθέσιμα. Να πιστοποιείται με αντίστοιχη βεβαίωση του οίκου.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής η εταιρεία μας υποχρεούται να προβεί στην αναβάθμιση του λογισμικού λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων στην τελευταία έκδοσή τους εάν και εφόσον διαπιστωθεί πρόβλημα στην ασφάλεια λειτουργίας του είτε στην ποιότητα εικόνας.

Παρακαλώ όπως η παραπάνω παράγραφος τροποποιηθεί ως εξής:

15. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεώνεται να προβεί στην αναβάθμιση του λογισμικού λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων στην τελευταία έκδοση τους από τον κατασκευαστικό οίκο εφόσον διαπιστωθεί πρόβλημα ασφάλειας λειτουργίας των μηχανημάτων είτε στην ποιότητα εικόνας και να βεβαιώνει τη δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού των ιατρικών μηχανημάτων όταν αυτά είναι διαθέσιμα. Να πιστοποιείται με αντίστοιχη βεβαίωση του οίκου κατασκευής είτε του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ**

Γίνεται δεκτή η προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 15 στη σελ. 68 της διακήρυξης, η οποία διατυπώνεται πλέον ως εξής:

15. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεώνεται να προβεί στην αναβάθμιση του λογισμικού λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων στην τελευταία έκδοση τους από τον κατασκευαστικό οίκο εφόσον διαπιστωθεί πρόβλημα ασφάλειας λειτουργίας των μηχανημάτων είτε στην ποιότητα εικόνας και να βεβαιώνει τη δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού των ιατρικών μηχανημάτων όταν αυτά είναι διαθέσιμα. Να πιστοποιείται με αντίστοιχη βεβαίωση του οίκου κατασκευής είτε του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (3):**

1. Γραφείο Προμηθειών
2. Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου)
3. Βιο-ιατρική Τεχνολογία