



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
“ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ”

ΧΑΝΙΑ: 16 -05 -2018

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ: 10942

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με το θέμα **6/πρκ11/03-05-2018** του Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01, το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Όπως αυτός ισχύει.

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
(CPV:38341500-2), (CPV:09343000-5)**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» έως την Πέμπτη 24-05-2018 και ώρα 14 00 μμ. ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ MAIL: apontikaki@chaniahospital.gr
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	7131
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (REQ)	18REQ003087635
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	Προϋπολογισμός : 17.360,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24% Προϋπολογισμός : 14.000,00 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Προμήθεια
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Τηλ: 28210 22335 Ηλ. Ταχ/μείο: apontikaki@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

A. Φορητό όργανο ανίχνευσης ακτινοβολίας χώρου (Gamma Survey)

1. Να είναι φορητός, μικρού όγκου και βάρους και να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 2. Ενεργειακά σταθμισμένος ανιχνευτής Geiger Muller ευαίσθητος στην ακτινοβολία γ σε ενέργειες 50keV - 3MeV. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα συνδεσιμότητας με εξωτερικό ανιχνευτή.
2. Εύρος μέτρησης ρυθμού ισοδύναμης δόσης 0,05kSv/ΙΙ - 0.1 Sv/h.
3. Διακριτική ικανότητα τριών σημαντικών ψηφίων με ψηφιακή ένδειξη.
4. Ακρίβεια βαθμονόμησης +/- 5% στο Cs-137.
Να φέρει σήμανση CE και να πληροί τα διεθνή standards. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά

B. \Φορητό όργανο ανίχνευσης επιφανειακής ραδιομόλυνσης (Contamination Monitor)

1. Να είναι φορητός, μικρού όγκου και βάρους και να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με ανιχνευτή > των 100 cm².
3. Να μετρά β και γ ακτινοβολία.
4. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη με ευκρινείς ψηφιακές ενδείξεις.
5. Να δίνει ενδείξεις σε cps ή cpm και Bq/cm²
6. Να διαθέτει σήμα συναγερμού (alarm).
7. Να διαθέτει αποθηκευμένους παράγοντες βαθμονόμησης ισοτόπων. Να δοθούν στοιχεία.
8. Να φέρει σήμανση CE και να πληροί τα διεθνή standard. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Γ .Επίπεδη κλειστή ραδιενεργή πηγή Co-57 για τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου της γ-camera.

1. Να είναι επίπεδη κλειστή πηγή Co-57 ενεργής επιφάνειας περίπου 54x40cm² και ραδιενέργειας τουλάχιστον 370MBq (10mCi) κατά το χρόνο παράδοσης.
2. Η κατανομή της ραδιενέργειας στην ενεργή επιφάνεια της πηγής να μην παρουσιάζει συντελεστή μεταβλητότητας μεγαλύτερο του 1%. Επιθυμητή η χορήγηση σχετικού πιστοποιητικού για τη χωρική κατανομή της ραδιενέργειας.
3. Η ραδιοϊσοτοπική καθαρότητα να είναι τουλάχιστον 99,6%.
4. Το ενεργό πάχος της πηγής να μην ξεπερνά τα 8mm.

5. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ελέγχου για μη διαρροή (leak test).
6. Ο προτεινόμενος χρόνος χρήσης της πηγής να είναι τουλάχιστον δυο έτη.
7. Επιθυμητό να συνοδεύεται από θωρακισμένη θήκη μεταφοράς και φύλαξης.

Δ. Σετ standard πηγών βαθμονόμησης και ποιοτικού ελέγχου λειτουργίας του βαθμονομητή δόσεων (Dose Calibrator).

1. Το σετ να αποτελείται από κλειστές ραδιενεργές πηγές Co-57 (185MBq ή 5mCi), Cs-137 (7.4MBq ή 200μCi) και Ba-133 (9.25MBq ή 250μCi) κατά το χρόνο παράδοσης.
2. Η ακρίβεια της ενεργότητας των πηγών να είναι +/- 5% και να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
3. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου για μη διαρροή (leak test).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την **διαδικασία της αξιολόγησης** της προσφοράς **επί ποινή απορρίψεως**.

α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.

β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ) (όπως αυτά αναφέρονται και στις παράγραφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.