



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7^η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’

Χανιά 3/4/2017

Τμήμα : Προμηθειών
Γραφείο Διαχείρισης Παγίων
Πληροφορίες : Κουνδουράκης Νίκος
Τηλέφωνο: 28213-42301
Email:nkoundourakis@chaniahospital.gr

**ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ»**

Παρακαλούμε, στείλτε μας οικονομική - τεχνική προσφορά με e-mail για πιθανή προμήθεια του παρακάτω είδους από την εταιρεία σας, (αναφέροντας τεχνικά χαρακτηριστικά, μάρκα – μοντέλο, φωτογραφία από εργοστασιακό προσπέκτους, ημερομηνία παράδοσης, τρόπο πληρωμής, κ.τ.λ.).

ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ (1 ΤΕΜ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ

Να είναι καινούργιο και αμεταχειριστο.
Να είναι στέρεο και ανθεκτικό σε σκληρή χρήση.
Να πληροί βάσει πιστοποιητικών, τις κάτωθι απαιτήσεις:
Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις.
Λειτουργία σε υγρασία έως 95% και θερμοκρασία 0 - 45 °C.
Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 500gr.
Να είναι φορητό, μικρού όγκου
Να παρέχει ευδιάκριτες αριθμητικές ενδείξεις του SpO₂, του αριθμού των σφίξεων/λεπτό (BPM) και ενδείξεις της έντασης του παλμού και της ποιότητας του σήματος.
Να έχει ικανότητα ανάλυσης (resolution) 1% SpO₂ και 1 BPM
Να έχει εύρος μετρήσεως SpO₂: 1 – 100% και BPM: 30 – 240/min.
Να έχει ακρίβεια μετρήσεων SpO₂ και BPM: 2% ή ± 2 μονάδες.
Να διαθέτει συναγερμούς με προκαθορισμένα όρια, για SpO₂ και BPM με οπτική και ακουστική ένδειξη.
Να δύναται να φέρει αισθητήρες (sensors) όλων των ειδών και να συνοδεύεται από έναν (1) αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών

χρήσεων καθώς και καλώδιο προέκτασής του
Το καλώδιο του αισθητήρα να είναι μεγάλου μήκους & τουλάχιστον 1.5 m.
Να συνοδεύεται από προστατευτικό κάλυμμα.
Να κλείνει αυτόματα μετά από ορισμένο χρόνο προς εξοικονόμηση μπαταρίας
Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες οι οποίες να περιλαμβάνονται κατά την παράδοση, με αυτονομία συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον 32 ωρών και να διαθέτει ένδειξη χαμηλής ενεργειακής στάθμης των μπαταριών.
Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη
Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά θα εκτιμηθούν.
Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μοντέλου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικό εγχειρίδιο.
Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία και επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια. Η επάρκεια του SERVICE να αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών της εταιρίας επί του προσφερόμενου μοντέλου και με την ύπαρξη εξοπλισμού διακρίβωσης
Η συσκευή κατά την παράδοση να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικό εγχειρίδιο μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:08 ή ISO 13485:03
Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος

**ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 6/4/2017 & ΩΡΑ 13:00**

**ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΕ Δ/ΚΟΥ – Λ/ΚΟΥ**

**ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤ/ΛΛΙΑ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ**