



ΧΑΝΙΑ 11/4/2017

Τμήμα : Προμηθειών
Γραφείο Διαχείρισης Παγίων
Πληροφορίες : Κουνδουράκης Νίκος
Τηλέφωνα: 28213-42301
Email:nkoundourakis@chaniahospital.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 3/4/2017

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Ε.Ν.Ν. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 24 ΑΠΟΦ. 11ουΠΡΚ/24-3-2017 »

Παρακαλούμε, στείλτε μας οικονομική - τεχνική προσφορά με e-mail για πιθανή προμήθεια του παρακάτω είδους από την εταιρεία σας, (αναφέροντας τεχνικά χαρακτηριστικά, μάρκα – μοντέλο, φωτογραφία από εργοστασιακό προσπέκτους, ημερομηνία παράδοσης, τρόπο πληρωμής, κ.τ.λ.).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΙΚΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (Μ.Ε.Ν.Ν.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΙΚΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΑΕΡΑ

1. Να αποδίδει μείγμα οξυγόνου – αέρα ρυθμιζόμενο από 21 -100% οξυγόνου με μεγάλη ακρίβεια.
2. Να λειτουργεί με πίεση τροφοδοσίας αερίων 50 psi (3,4 bar) και να έχει ενσωματωμένο σύστημα ακουστικού συναγερμού για την περίπτωση πτώσης ή διαφοράς μεταξύ των αερίων κατά $\pm 2\%$, υπό σταθερή ροή εξόδου.
3. Να έχει μια κύρια έξοδο μείγματος και τουλάχιστον μια δευτερεύουσα για σύνδεση με ροόμετρο.
4. Η συσκευή να συνοδεύεται από α) σωλήνες υψηλής πίεσης (O₂ και ιατρικού αέρα) κατάλληλους για τις επιτοίχιες παροχές του τμήματος, β) ροόμετρα και ποτήρια υγροποίησης οξυγόνου ώστε να είναι άμεσα λειτουργική.
5. Να διαθέτει υδατοπαγίδα εισόδου πεπιεσμένου αέρα για προστασία από υγρασία μέχρι 0,1 micron, καθώς και φίλτρο εισόδου οξυγόνου μέχρι 7 micron.
6. Να έχει σύστημα ανάρτησης σε διάφορους τύπους μηχανημάτων ή rail.
7. Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά έγγραφα.
8. Να παρέχεται , με υπεύθυνη δήλωση, εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο χρόνια τουλάχιστον.
9. Να αναφέρονται με σαφήνεια όλες οι ζητούμενες προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά στο φύλλο συμμόρφωσης, ένα προς ένα, με τις αντίστοιχες παραπομπές στα prospectus τα επίσημα έγγραφα του οίκου κατασκευής. Τονίζεται ότι καταφατική απάντηση χωρίς την αντίστοιχη παραπομπή δεν θα λαμβάνεται υπ' όψιν.
10. Να συνοδεύεται από τεχνικά εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης καθώς και συντήρησης στα Ελληνικά, σύμφωνα με το νόμο (Ν.2955/01)
11. Να παρέχεται service και ανταλλακτικά για 10 χρόνια τουλάχιστον.
12. Να καθορίζονται σαφώς οι χρόνοι καθώς και το είδος της συντήρησης:

- Από τον Χρήστη
- Από την Κατασκευάστρια Εταιρεία.

13. Να αναφέρονται με σαφήνεια, στην οικονομική πρόσφορα, οι τιμές των αναλώσιμων υλικών που είναι απαραίτητα για την λειτουργική ετοιμότητα του μείκτη ανά έτος.
14. Η Εταιρεία θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση του μηχανήματος.

**ΗΜΕΡΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 20/4/2017 & ΩΡΑ 13:30**

**ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΕ Δ/ΚΟΥ – Δ/ΚΟΥ**