



Χανιά 25/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
7<sup>η</sup> Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
‘Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’

Τμήμα : Προμηθειών  
Γραφείο Διαχείρισης Παγίων  
Πληροφορίες : Κουνδουράκης Νίκος  
Τηλέφωνο : 28213-42301  
Email:nkoundourakis@chaniahospital.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ»

Παρακαλούμε, στείλτε μας οικονομική - τεχνική προσφορά με e-mail για πιθανή προμήθεια του παρακάτω είδους από την εταιρεία σας, (αναφέροντας τεχνικά χαρακτηριστικά, μάρκα – μοντέλο, φωτογραφία από εργοστασιακό προσπέκτους, ημερομηνία παράδοσης, τρόπο πληρωμής, κ.τ.λ.).

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜ/ΝΟ ΠΡΟΣΘ/ΜΕΝΟ ΥΔΡΟΦ. ΦΙΛΤΡΟ & ΒΥΣΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ AFNOR & ΦΙΑΛΗ-ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ 2LT ΜΕ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΛΑΚΑ & ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ) & ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

**ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 14 ΤΕΜ.**

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής σύμφωνα με τα διεθνή standards και τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διατίθενται από επίσημο αντιπρόσωπο που έχει ISO.

Ο σχεδιασμός τους να εξασφαλίζει ελάχιστη συντήρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς προβλήματα και να διατίθεται πλήρη λίστα ανταλλακτικών για τυχόν βλάβες.

Η ρύθμιση του κενού να πραγματοποιείται μέσω περιστροφικού διακόπτη που θα βρίσκεται στο επάνω μέρος της συσκευής προσφέροντας έτσι υψηλή ευαισθησία.

Η αναρροφητική ικανότητα της συσκευής να είναι ρυθμιζόμενη από 0 έως 1000 mbar / hPA με βαλβίδα ασφαλείας για το ανώτερο όριο, επί ποιινή απόρριψης.

Να φέρει ενσωματωμένο στο κάτω μέρος της συσκευής υδρόφοβο φίλτρο. Το φίλτρο αυτό να αντικαθίσταται πολύ εύκολα με μία περιστροφική κίνηση.

Να φέρει διακόπτη ON / OFF.

Να συνδέεται απευθείας στην παροχή κενού με μια απλή περιστροφική κίνηση του χεριού.

Να συνδέεται με φιάλες – σάκους εκκριμάτων **μιας** και πολλαπλών χρήσεων οιασδήποτε κατασκευάστριας εταιρίας.

Να φέρει μανόμετρο ένδειξης της επιτυγχανόμενης πίεσης το μέγεθος του οποίου να είναι τέτοιο ώστε να διακρίνεται από μεγάλη απόσταση και να φέρει διαβαθμίσεις σε mbar / Hpa ή σε mmHg.

Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη.

Ο κατασκευαστικός οίκος να καλύπτεται από πιστοποίηση ISO και το είδος να έχει CE MARK.

**ΗΜΕΡΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**  
**ΤΡΙΤΗ 30/5/2017 & ΩΡΑ 14:00**

**ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ**  
**ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ**