

Στοιχεία Διαβούλευσης

Ανεμεργή

Δημοσιεύθηκε 25/09/2018 Τελευταία ανανέωση

Σχόλια 3

Σχόλια

Όνομα	Αρθρο 2h
ΡΟΝΤΙΣ Email	Διαβούλευση
HELLAS infohellas@rontis.com	Προμήθειας
ΑΕΒΕ	Χειρουργικής
	Ορθοπαιδικής
	Τράπεζας (CPV
	CPV 33192230-3
) Γ.Ν. Χανίων
	Ημ/νία
	05/10/2018

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ**

Προδιαγραφή 11 Προτείνουμε την αλλαγή της εν λόγω προδιαγραφής σε : " Μέσω των πληκτρολογίων να επιτυγχάνονται ηλεκτρικά οι παρακάτω ρυθμίσεις :"

- Ύψος (χωρίς τα μαξιλάρια) από 600mm έως 1050mm περίπου (= \pm 25mm) • Πλευρικά δεξιά /αριστερά (TILT) \pm 20° • Trendelenburg/reverse Trendelenburg 30°/31° • Τμήμα κάτω πλάτης πάνω και κάτω +90°/-45° • Τμήμα ποδιών πάνω και κάτω (ταυτόχρονα και χωριστά) +30°/-105°

Προδιαγραφή 12 Προτείνουμε την αλλαγή της εν λόγω προδιαγραφής σε : "Εκτός από τις παραπάνω ηλεκτρικές κινήσεις , να πραγματοποιούνται χειροκίνητα οι παρακάτω ρυθμίσεις : "

- Τμήμα της κεφαλής πάνω και κάτω +45°/-90° • Διάταση ποδιών με διπλή διάταση (για λαπαροσκοπική προσέγγιση) 105°

Προδιαγραφή 21 Προτείνουμε την αλλαγή της εν λόγω προδιαγραφής σε : Να είναι κατάλληλη για υπέρβαρους ασθενείς τουλάχιστον 450 κιλών και να μπορεί να εκτελεί χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό στο πλήρες εύρος τους , όλες τις ηλεκτρικές της κινήσεις με φορτίο τουλάχιστον 200 κιλών

Προδιαγραφή 25 Προτείνουμε την αλλαγή

[Αναζήτηση
Διαβουλεύσε
ων](#)

της εν λόγω προδιαγραφής σε : Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα απομνημόνευσης διαμορφωμένων θέσεων της χειρουργικής επιφάνειας για επανάκλιση μέσω του χειριστηρίου , καθώς και η δυνατότητα να υπάρχουν προ αποθηκευμένες οι θέσεις flex, reflex zeroposition.

Όνομα		Άρθρο Προμ.	
MEDIC	Email	Χειρουργικής	Ημ/νία
PLAN -	paipetis@medic-	Ορθοπεδικής	05/10/2018
MEDIZINE	plan.com	Τράπεζας	
TECHNIK			

Αγαπητοί κύριοι, Αναφερόμενοι στην ανωτέρω Διαβούλευση, σας υποβάλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις μας προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες επιτροπές για την σύναψη των τελικών προδιαγραφών και την ενσωμάτωσή τους σε διακήρυξη για την προμήθεια των ειδών. Αναλυτικότερα, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και το Νοσοκομείο σας να προμηθευτεί Χειρουργική Τράπεζα τελευταίας τεχνολογίας: Παράγραφος 9: Προτείνεται και το τμήμα κάτω πλάτης να είναι προσθαιρούμενο, για μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα (modularity) της χειρουργικής επιφάνειας ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι χειρουργικές ειδικότητες. Παράγραφοι 11 & 12: Προτείνεται η τροποποίηση στους παρακάτω όρους της εν λόγω παραγράφου, καθώς ορισμένα εύρη και ρυθμίσεις δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτει μια σύγχρονη Χειρουργική Τράπεζα τελευταίας τεχνολογίας. «Μέσω των ηλεκτρολογίων να επιτυγχάνονται ηλεκτρικά οι παρακάτω ρυθμίσεις: - Ύψος (χωρίς τα μαξιλάρια) από 600 έως 1100mm περίπου ($\pm 20\text{mm}$) - Trendelenburg / Reverse Trendelenburg $\pm 55^\circ$ τουλάχιστον - Κίνηση της χειρουργικής επιφάνειας κατά τον διαμήκη άξονα (ολίσθηση), για λήψη ακτινογραφίας στα τμήματα που καλύπτονται από τη διάμετρο της κολώνας. Μήκος ολίσθησης της χειρουργικής επιφάνειας μεγαλύτερο από τη διάμετρο της κολώνας για την ανεμπόδιστη χρήση του C-arm, ή έκκεντρα τοποθετημένη κολώνα. - ...» «Εκτός από τις παραπάνω ηλεκτρικές κινήσεις, να πραγματοποιούνται χειροκίνητα οι παρακάτω ρυθμίσεις: - Τμήμα της κεφαλής πάνω και κάτω: $+ 50^\circ / - 50^\circ$ τουλάχιστον» Προτείνεται και η απαλοιφή του όρου «επιθυμητό, όχι επί ποινή αποκλεισμού» Παράγραφος 18.1: Προτείνεται η απαλοιφή του παρακάτω όρου, γιατί δημιουργεί αδικαιολόγητα εμπόδια στο διαγωνισμό: «...κατά 20 εκατοστά τουλάχιστον και μακρομετρικής ρύθμισης κατά 20 εκατοστά τουλάχιστον» Επιπλέον

προτείνεται η προσθήκη των παρακάτω εξαρτημάτων για την ολοκλήρωση του συστήματος ορθοπεδικής έλξης: - ένα (1) ζεύγος στήριξης ποδιών - δυο (2) επιδαπέδια στηρίγματα των μηχανισμών έλξης για χρήση μόνο σε περιπτώσεις υπέρβαρων ασθενών άνω των 170 Kgr, (σε περιπτώσεις ασθενών με βάρος μικρότερο η χρήση της έλξης να γίνεται απαραίτητα χωρίς τα εν λόγω στηρίγματα) Παράγραφος 20: Προτείνεται η προσθήκη του παρακάτω όρου: - τυχόν βλάβη ή ανεπάρκεια οποιουδήποτε μέρους του συστήματος με αντίστοιχες οδηγίες για την αντιμετώπισή τους. Παράγραφος 21: Προτείνεται το φορτίο με το οποίο η χειρουργική τράπεζα μπορεί να εκτελεί χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό στο πλήρες εύρος τους όλες τις ηλεκτρικές κινήσεις να είναι 250 κιλά. ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Παράγραφος 1.3: Προτείνεται ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με σύστημα ποιότητας EN ISO 9001. Προτείνεται επίσης να προστεθούν οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές έτσι ώστε να επιτευχθεί η προμήθεια πλήρως αναβαθμισμένου χειρουργικού τραπέζιού σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης: - Οι κινήσεις να εκτελούνται από περισσότερους του ενός κινητήρα για μείωση του χρόνου ανταπόκρισης στην εκτέλεση των επιθυμητών κινήσεων αλλά και για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση (θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο μεγαλύτερος αριθμός κινητήρων στη πραγματοποίηση των κινήσεων). - Να επιτρέπεται η πλύση – απολύμανση της αποσπώμενης χειρουργικής επιφάνειας σε πλυντήριο απολύμανσης (tunnel).

Όνομα	Email	Άρθρο	Ημ/νία
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛ	info@papapostolu.	Δεύτερη	05/10/201
ΟΥ Ν. ΑΕ	gr	δημόσια	ς τράπεζας 8
		διαβούλευσ	(cpv
		η για την	33192230-
		προμήθεια	3) για τις
		χειρουργικ	ανάγκες
		ής	του Γενικού
		ορθοπεδική	Νοσοκομείο
		ς τράπεζας	υ Χανίων

- Στην παράγραφο 18 όπου ζητείται προς επιλογή πλήρες σύστημα ορθοπεδικής έλξης, παρακαλούμε όπως προστεθεί: «το τμήμα του προσαρμογέα της ορθοπεδικής

έλξης που βρίσκεται κάτω από την περιοχή της πυέλου να είναι πλήρως ακτινοδιαπερατό κατά 360°, ώστε να εξασφαλίζεται η ακτινοσκόπηση στην περιοχή της πυέλου με C-ARM, χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση του ασθενή» - Για να εξασφαλιστεί η ευρεία συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ασθενείς άνω των 400 κιλών που να μπορούν να υποβληθούν σε αναισθησία-επέμβαση παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την παράγραφο 21 ως κάτωθι: « Να είναι κατάλληλη για υπέρβαρους ασθενείς τουλάχιστον 400 κιλών και να μπορεί να εκτελεί χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό στο πλήρες εύρος τους, όλες τις ηλεκτρικές κινήσεις με φορτίο τουλάχιστον 225 κιλά απαιτητάς» - Στην παράγραφο 23, πέραν του συστήματος αποφυγής σύγκρουσης που ζητείται, για λόγους πλήρους ασφάλειας του ασθενή αλλά και της τράπεζας, παρακαλούμε όπως προστεθεί: «επίσης σε περίπτωση σύγκρουσης, να διακόπτει άμεσα την επίμαχη κίνηση και ταυτόχρονα να απομακρύνει το εμπλεκόμενο τμήμα από το σημείο επαφής»
