



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χανιά, 25-02-2014

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73300

Αρ. πρωτ. 3741

Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

Τηλέφωνο : 28210- 22306

FAX : 28210- 22329

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ (CPV 33141116-6)

Στα πλαίσια ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ **ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ (CPV 33141116-6)** στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2012 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών των παρακάτω ειδών:

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡ-CO	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
1				
1α	83219			
1β	82359	10cmX2m	40.6.4	0,26
1γ	82360	12cmX2m	40.6.5	0,35
1δ	193204	15cmX2m	40.6.8	0,37
1ε	83220	20cmX2m	40.6.2	0,48
2		ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ		
2α	193205	5	40.6.43	1,54
2β	193206	7	40.6.44	1,91
2γ	193207	10	40.6.45	2,32
2δ	193208	12,5	40.6.46	2,58

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡ-ΟΟ	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
3		ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ		
3α	205349	5cm		
3β	205350	7cm		
3γ	205351	10cm		
3δ	205352	15cm		
3ε	205353	20cm		
3στ	205354	25cm		
4		ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ		
		α) ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ		
4. α.1	83529	7,5X30 cm		
4. α.2	141635	7,5X87 cm		
4. α.3	141636	10X37,5 cm		
4. α.4	141637	10X75 cm		
4. α.5	141638	12,5X75 cm		
4. α.6	141640	12,5 X125 cm		
4. α.7	193214	15 X125 cm		
		β) ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ		
4.β. 1	193209	5cm		
4.β. 2	193210	7cm		
4.β.3	193211	10cm		
4.β. 4	193212	13cm		
4.β. 5	193213	15cm		
4.β. 6	193216	20cm		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ

Να είναι κατασκευασμένοι από επίδεσμο γάζης με κρυστάλλους θειικού ασβεστίου

1. Οι κρύσταλλοι θειικού ασβεστίου να προσφύονται με την μεγαλύτερη δυνατή σταθερότητα στον επίδεσμο ώστε να μην αποπίπτουν προ της εμβάπτισews στο νερό, ούτε να συμπαρασύρονται από αυτό κατά και μετά την εμβάπτιση τους.
2. Να υγραίνονται ομοίμορφα και γρήγορα με ανώτερο χρόνο 2'' (δευτερόλεπτα)
3. Να έχουν διαστάσεις με πλάτη από 6 cm έως 20 cm και μήκος 2 μέτρα.
4. Να προσφέρονται σε **Ταχείας πήξεως** με χρόνο πήξης λιγότερο των 2,5 λεπτών και σε **Βραδείας πήξεως** με χρόνο πήξης τα 3,5 λεπτά.

Β. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ

1. Να είναι κατασκευασμένοι από υφασμένο Fiberglass διαποτισμένο με ρητίνη πολυουρεθάνης. Το δημιουργημένο εκμαγείο να είναι ελαφρύ και να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Να στεγνώνει στον μικρότερο δυνατό χρόνο όταν υγρανθεί. Να διατίθεται σε διαστάσεις πλάτους από 2,5 έως 12,5 εκατοστά. περίπου.
2. Να είναι κατασκευασμένοι από ίνες πολυεστέρα. Να δημιουργούν ελαφρύ και ανθεκτικό εκμαγείο, πλήρως ακτινοδιαπερατό και να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. Να διατίθενται σε διαστάσεις πλάτους από 5 έως 12,5 εκατοστά περίπου και σε διάφορες αποχρώσεις .

Γ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ

- **Σε ατομική συσκευασία.** Να αποτελείται από ένα στρώμα Fiberglass διαποτισμένο με ρητίνη πολυουρεθάνης. Να δημιουργεί ελαφρύ και ανθεκτικό νάρθηκα. Το Fiberglass να καλύπτεται και από τις δύο πλευρές από μη υφασμένο φιλμ το οποίο να μην κολλά στα επιθέματα και κατά συνέπεια να μην δημιουργείται η ανάγκη αλλαγής του νάρθηκα κατά την αλλαγή των επιθεμάτων. Να διατίθεται σε διαστάσεις πλάτους από 7x30, 7x90, 10x38, 10x75, 12,5x75, 15x120 εκατοστά περίπου.
- **Σε ρολλό.** Να αποτελείται από ένα στρώμα fiberglass διαποτισμένο με ρητίνη πολυουρεθάνης. Να δημιουργεί ελαφρύ και ανθεκτικό νάρθηκα. Το Fiberglass να καλύπτεται και από τις δυο πλευρές από μη υφασμένο φιλμ το οποίο να μην κολλά στα επιθέματα και κατά συνέπεια να μην δημιουργείται η ανάγκη αλλαγής του νάρθηκα κατά την αλλαγή των επιθεμάτων. Να διατίθεται στις εξής διαστάσεις: 7,5 έως 20 εκ πλάτος κ μήκος 4,5 μ περίπου.

Δ. ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ

Να αποτελείται από 100% βαμβάκι και να ενδείκνυται για χειρουργική, ορθοπεδική και δερματολογική χρήση. Να διατίθεται στις εξής διαστάσεις: 5, 7, 10, 15, 20 και 25 εκατοστά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η αποστολή δειγμάτων.

1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη Δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.
2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.chaniahospital.gr) ήτοι από την **Τρίτη 25-02-2014 έως και την Πέμπτη 13-03- 2014.**
3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: supplies@chaniahospital.gr
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προμήθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ