

Στοιχεία Διαβούλευσης

Ανενεργή

Δημοσιεύθηκε: 12/10/2018 Τελευταία ανανέωση

Σχόλια 1

## Σχόλια

Όνομα	Email	Άρθρο Γ ΔΙΑΒΟΛΕΥΣΗ	Ημ/νία
ΚΟΠΕΡ	nazou@koper.gr	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	15/10/2018
Α.Ε		(CPV 33169000-2) -	
		ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ	
		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΠΕΡ Α.Ε	

ΑΘΗΝΑ 15/10/2018 Αριθμ.Πρωτ:376 ΠΡΟΣ 7η  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ « Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  
Κύριοι, Σε συνέχεια του εγγράφου σας με αριθμό πρωτ.  
22348 της 09/10/2018 σχετικά με την Τρίτη Δημόσια  
Διαβούλευση για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV 33169000-2) -  
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ σας υποβάλλουμε συνημμένα  
παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών στα  
παρακάτω είδη, παρότι η προδιαγραφή δεν άλλαξε βάσει  
των παρατηρήσεων μας που κάναμε στη Β διαβούλευση  
Α/Α 1 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡ-CO) 84194  
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΕΤ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ  
ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Α) 1 TROCAR 5-11 MM ΜΕ  
ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΕΡΙΟΥ ΔΥΟ Ή ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ  
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ  
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ Β) 1 TROCAR 5  
MM ΜΕ 2 ΚΑΝΟΥΛΕΣ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΕΡΙΟΥ ΔΥΟ  
Ή ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ , ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ  
ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ Γ) 1 ΛΑΒΙΔΑ  
ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 10MM ΜΕ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ  
ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΑ MEDIUM LARGE ΜΕ ΔΥΟ  
ΣΤΑΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ) 1 TROCAR ΤΥΦΛΟΥ  
ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ  
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΥΠΟΥ HASSAN  
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5- 12MM , ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΕΡΙΟΥ ΔΥΟ  
Ή ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, ΔΙΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ  
ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

[Αναζήτηση](#)  
[Διαβουλεύσεων](#)

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ. Παρατηρήσεις: Στο Γ ζητάτε  
Λαβίδα απολίνωσης αγγείων με δύο στάδια λειτουργίας  
... χαρακτηριστικό που δεν στηρίζεται από καμία  
επιστημονικά έγκριτη βιβλιογραφία ότι προσάπτει κάτι  
ουσιαστικό για τον ασθενή ή το γιατρό και την  
ασφάλειά τους και που διαθέτει μόνο ο Οίκος που  
προσφέρει η εταιρεία COLOPLAST. Προτεινόμενη  
προδιαγραφή: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΕΤ  
ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Α)  
..... Β) ..... Γ) 1 ΛΑΒΙΔΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ  
10MM ΜΕ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΑ  
MEDIUM LARGE ΜΕ ΕΝΑ ή ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ) .....

---