

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΣΥΡΙΓΓΩΝ**

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ SARSTEDT**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ – CPV 33141310-6**

1) - 128021 Σύριγγες Αερίων Αίματος Ενηλίκων με Βελόνα 23G και

10) – 138770 Σύριγγες Αερίων Παίδων 1cc

Λόγω του ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των λήψεων για αναλύσεις αερίων αίματος, γίνεται στις Μονάδες Εντατικής και στα Χειρουργεία από αρτηριακές γραμμές και καθετήρες χωρίς βελόνα, προτείνουμε την προσθήκη και συριγγών αερίων αίματος χωρίς βελόνη στην συσκευασία, επιτυγχάνοντας παράλληλα και μια σημαντική μείωση στο κόστος.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις προτάσεις μας :

Σύριγγα Luer 1ml για ανάλυση αερίων αίματος, προπαρασκευασμένη με 50 IU Ca++- Ηπαρίνη. Αποστειρωμένο ανά 50τεμ.	Βλέπε τεχνικό φυλλάδιο Blood Gas Analytics
Σύριγγα Luer 1ml για ανάλυση αερίων αίματος, προπαρασκευασμένη με 50 IU Ca++- ισορροπημένη Ηπαρίνη. Αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.	Βλέπε τεχνικό φυλλάδιο Blood Gas Analytics
Σύριγγα Luer 2ml για ανάλυση αερίων αίματος, προπαρασκευασμένη με 100 IU Ca++- ισορροπημένη Ηπαρίνη. Αποστειρωμένο ανά 50τεμ.	Βλέπε τεχνικό φυλλάδιο Blood Gas Analytics
Σύριγγα Luer 2ml για ανάλυση αερίων αίματος, προπαρασκευασμένη με 100 IU Ca++- ισορροπημένη Ηπαρίνη. Αποστειρωμένο ατομική συσκευασία.	Βλέπε τεχνικό φυλλάδιο Blood Gas Analytics
Σύριγγα Luer 2ml με πώμα εξαερισμού για ανάλυση αερίων αίματος, προπαρασκευασμένη με 100 IU Ca++- ισορροπημένη Ηπαρίνη. Διαθέτει ειδικό πώμα για την απομάκρυνση του αέρα που παγιδεύεται εντός της σύριγγας. Αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.	Βλέπε τεχνικό φυλλάδιο Blood Gas Analytics
Πώμα εξαερισμού για σύριγγες αερίων αίματος. Το πώμα επιτρέπει την απομάκρυνση του αέρα που παγιδεύεται εντός της σύριγγας και είναι κατάλληλο για όλες τις σύριγγες με σύνδεση τύπου Luer.	Βλέπε τεχνικό φυλλάδιο Blood Gas Analytics

**ΜΑΓΕΙΡΑΣ****Τεχνικές Προδιαγραφές και Πρότυπα για « Προμήθεια Συριγγών»****CPV 33141310-6-SYRINGES**

Α/Α	OR-CO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ	ΤΙΜΗ Π.Τ
1	128021	<b>ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ  ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 23G</b>	<p>Σύριγγες για μέτρηση αερίων αίματος με βελόνα , με προ-ρυθμισμένο όγκο αναρρόφησης 1,6 ml ( όγκος σύριγγας 3 ml ). <u>Με αντιπηκτικό ηπαρίνη ( balanced Lithium Heparin) συγκεντρώσεως 50 I.U/ ml, σε ξηρά μορφή ψεκασμένη στα τοιχώματα, για την αποφυγή δημιουργίας μικροπηγμάτων.</u></p> <p>Με ειδικό φίλτρο διαφυγής αέρα και φυσαλίδων από τον θάλαμο της σύριγγας. <u>Με βελόνα ασφαλείας που φέρει ενσωματωμένο προστατευτικό διαφανές κάλυμμα, που να ασφαλίζει μη αναστρέψιμα τη βελόνα με το ένα χέρι με ηχητικό σήμα ( κλικ) ,για την ασφαλή, εύκολη και άμεση κάλυψη της βελόνας αμέσως μετά το πέρας της αιμοληψίας.</u> Με Βιδωτό άκρο με κάλυμμα ( tip cap) , Latex free, αποστειρωμένες με ακτινοβολία Γ'. Διατίθενται με βελόνα ασφαλείας 22,23 και 25 G.</p>	4.6.96	0,92 €
10	138770	<b>ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1CC</b>	<p>Σύριγγες για μέτρηση αερίων αίματος παιδιατρικές με βελόνα , με προ-ρυθμισμένο όγκο αναρρόφησης 0,6 ml ( όγκος σύριγγας 1 ml ). Με αντιπηκτικό ηπαρίνη ( balanced Lithium Heparin) συγκεντρώσεως 50 I.U/ ml, σε ξηρά μορφή ψεκασμένη στα τοιχώματα, για την αποφυγή δημιουργίας μικροπηγμάτων. Λείο άκρο με κάλυμμα ( tip cap) , Latex free, αποστειρωμένες με ακτινοβολία Γ'. Διατίθενται με βελόνα 23 και 25 G</p>	4.6.95	1,1550 €

**«ΣΥΡΙΓΓΕΣ» CPV 33141310-6**

Για το είδος :

**A/A 1. 128021. ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 23 BG**

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΡΟΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ BALLANCED ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ 5.  
200 ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 3ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 23G

**ζητούμε να γίνει τροποποιηθεί ως ακολούθως**

**• ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 1ml ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 25G**

Η σύριγγα αερίων αίματος πρέπει:

- 1) Να είναι μικρής διαμέτρου ψεκασμένη με ηπαρίνη λιθίου.
- 2) Να είναι σιλικοναρισμένη εσωτερικά ώστε το έμβολο της σύριγγας να επιτρέπει την εύκολη αναρρόφηση ακόμα και σε καταστάσεις πολύ χαμηλής πίεσης αίματος.
- 3) Να φέρει έμβολο ασφαλείας που εμποδίζει τυχαία διαρροή υγρού και αποτρέπει την αποσύνδεση.
- 5) Να έχει την δυνατότητα 11 (έντεκα) συνεχών μετρήσεων με ένα μόνο δείγμα.
- 6) Να έχει βελόνη monoject 25G με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας της βελόνης.
- 7) Να έχει ειδικό φίλτρο για την απομάκρυνση των φυσαλίδων αέρος
- 8) Να είναι Latex free, αποστειρωμένη μιας χρήσεως .

Για το είδος :

**A/A 10. 138770. ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1CC**

**ζητούμε να γίνει τροποποιηθεί ως ακολούθως**

**• ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 1ml ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 25G**

Η σύριγγα αερίων αίματος πρέπει:

- 1) Να είναι μικρής διαμέτρου ψεκασμένη με ηπαρίνη λιθίου.
- 2) Να είναι σιλικοναρισμένη εσωτερικά ώστε το έμβολο της σύριγγας να επιτρέπει την εύκολη αναρρόφηση ακόμα και σε καταστάσεις πολύ χαμηλής πίεσης αίματος.
- 3) Να φέρει έμβολο ασφαλείας που εμποδίζει τυχαία διαρροή υγρού και αποτρέπει την αποσύνδεση.
- 5) Να έχει την δυνατότητα 11 (έντεκα) συνεχών μετρήσεων με ένα μόνο δείγμα.
- 6) Να έχει βελόνη monoject 25G με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας της βελόνης.
- 7) Να έχει ειδικό φίλτρο για την απομάκρυνση των φυσαλίδων αέρος
- 8) Να είναι Latex free, αποστειρωμένη μιας χρήσεως .

