

Προς
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
«Άγιος Γεώργιος»
Μουρνιές Κυδωνίας ,73300
Χανιά, Κρήτη
Υπόψιν κ. Κωνσταντουλάκη

Στα πλαίσια σύνταξης προδιαγραφών για την προμήθεια προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών (κατηγορία CPV 24931230-0), σας επισυνάπτουμε τεχνικές προδιαγραφές φιλμ ξηράς εκτύπωσης. Οι τεχνικές προδιαγραφές που προτείνονται έχουν συνταχθεί με γνώμονα την βέλτιστη ποιότητα της προμήθειας και την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Είμαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Για την ΑΓΚΦΑ – ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ


Β. ΚΑΡΚΑΛΗΣ


Κ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΜ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ AGFA DRYSTAR

Να είναι απολύτως κατάλληλα για τον εκτυπωτή AGFA DRYSTAR που είναι εγκατεστημένος στο Νοσοκομείο μας.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

1. Να καλύπτονται από πιστοποιητικά ποιότητας διεθνώς αναγνωρισμένα(π.χ. ISO)
2. Τα προϊόντα να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και να κατατεθεί αντίγραφο CE πιστοποιητικό.
3. Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 18 μήνες από την παράδοση
4. Για κάθε τύπο προσφερομένου FILM πρέπει να συνοποβάλλονται PROSPECTUS με όλα τα φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά (όπως χαρακτηριστικές καμπύλες που προσδιορίζουν την ποιότητα και την απόδοση του FILM).
5. Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος
6. Η συσκευασία των films να είναι ανθεκτική, σε άριστη κατάσταση και άθικτη σφράγιση.
7. Να είναι ξηράς εκτύπωσης, κατάλληλα προς επεξεργασία και απεικόνιση για εκτυπωτή direct thermal.
8. Να είναι μονής επίστρωσης με φωτοευαίσθητο υλικό επί της μίας επιφάνειας.
9. Το υπόστρωμα βάσης να είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στη θερμοκρασία.
10. Να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν υψηλή αντίθεση και υψηλή οπτική πυκνότητα.
11. Να αναγράφεται επάνω στο κουτί το εργοστάσιο κατασκευής με την ακριβή διεύθυνση του.
12. Η εταιρεία να διαθέτει σύστημα ιχνηλασιμότητας για την ανάκληση προβληματικών παρτίδων καθώς και βεβαίωση συμμετοχής στο σύστημα εναλλακτικής Διαχείρισης Ανακύκλωσης συσκευασιών βάσει του Ν.2939/01.
13. Να κατατεθεί δείγμα.
14. Οι προμηθευτές διακινητές των ανωτέρω ειδών να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αποφάσεων περί διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης να κατατεθούν με την προσφορά.
15. Ο προμηθευτής να αναλάβει την ευθύνη με δική του οικονομική επιβάρυνση, για την περίοδο χρήσης των φιλμ, τον ποιοτικό έλεγχο και ρύθμιση των τεχνικών στοιχείων της εκτύπωσης(αμαύρωση, ευκρίνεια κ.λ.π.). Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και να συνοποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.
16. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει films ετοιμοπαράδοτα για την άμεση διάθεση τους. Η δυνατότητα άμεσης παράδοσης των films θα εξασφαλίζεται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Για την ΑΓΚΦΑ – ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ

Β. ΚΑΡΚΑΛΗΣ

Κ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ