

καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας **είκοσι (20) ημερών (και όχι πέραν της 17^{ης} – 06-2016)** προμηθευτές, επίσημους φορείς ή και ενώσεις των ίδιων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια **ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ (CPV 33731110-7)– INTRAOCULAR LENSES** σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Για τη διευκόλυνση όλων επισημαίνεται ότι στα πλαίσια του **ΠΠΥΥ 2014** οι προδιαγραφές **ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ (CPV 33731110-7)** είχαν ως εξής:

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ.	ΤΙΜΗ Π.Τ.
1	Α1. Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός Ακρυλικός Υδρόφοβος αναδιπλούμενος ενός τεμαχίου , αμφίκυρτος, ασφαιρικός με φίλτρο επικάλυψης UV για τη μπλε ακτινοβολία (κίτρινος) και με Δείκτη Διάθλασης πάνω από 1.40 Η διάμετρος οπτικής ζώνης να είναι μεταξύ 5,5 χιλιοστών έως 6,0 χιλιοστών και η ολική διάμετρος να είναι μεταξύ 11 χιλιοστών έως 13 χιλιοστών. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών, μικρής τομής.	TEMAXIO	60.2.3.1	77
2	Α3. Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός Ακρυλικός Υδρόφοβος αναδιπλούμενος τριών τεμαχίων , αμφίκυρτος, με Δείκτη Διάθλασης πάνω από 1.40 και δυνατότητα ένθεσης τόσο στον περιφακικό σάκο όσο και στο sulcus. Η διάμετρος οπτικής ζώνης να είναι μεταξύ 5,5 χιλιοστών έως 6,0 χιλιοστών και ολική διάμετρος να είναι μεταξύ 12,5 χιλιοστών έως 13 χιλιοστών. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών και να εισάγεται από μικρή τομή.	TEMAXIO	60.2.3.3	87
3	Γ. Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός προσθίου Θαλάμου Ενός τεμαχίου από υλικό PMMA, σχήμα επιπεδόκυρτο και ποδαράκια τύπου KELMAN και 4 σημείων στήριξης. Η διάμετρος οπτικής ζώνης να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 5,5 χιλιοστά και διαθέσιμη ολικά σε μήκη από 12 χιλιοστά έως 13,5 χιλιοστά. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών.	TEMAXIO	60.2.3.10	26

Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται στο e-mail : lefaki@chaniahospital.gr από τους προμηθευτές και τους επίσημους φορείς ή/και ενώσεις αυτών και ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή [με τη μορφή, ιδίως, είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου (dvd) είτε της κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (usb memory stick)].

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :

- 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.
- 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.
- 3) Τις παραδοχές της επιστήμης.
- 4) Την εμπειρία.
- 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.
- 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κ.Α.Α

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κοινοποίηση:

1. Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας
2. ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Προμηθειών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ