

Παρατηρήσεις – Σχόλια Οικονομικών Φορέων κατόπιν ολοκλήρωσης Β Δημόσιας Διαβούλευσης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΡΑΣ SPECT-CT (CPV 33111620-3) στο πλαίσιο ωρίμανσης της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με κωδικό MIS 5075964, μέσω χρηματοδότησης από το «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

**Όνομα SIEMENS HEALTHCARE ABEE Email gavriilia.lagou@siemens-healthineers.com
Άρθρο ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ημ/νία 03/08/2021**

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (Β) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΡΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης περί διενέργειας δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου σας, θα θέλαμε να καταθέσουμε τα παρακάτω σχόλια :

1. Με σκοπό την βέλτιστη αξιολόγηση των προσφερόμενων συστημάτων προτείνουμε να υιοθετηθεί ο τρόπος αξιολόγησης ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στους διαγωνισμούς :

- του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης για την προμήθεια Μαγνητικού τομογράφου και
- του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Πάτρας για την προμήθεια Μαγνητικού τομογράφου
- του Θεαγένειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για την προμήθεια γ-κάμερας
- του Θεαγένειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για την προμήθεια Μαγνητικού τομογράφου

στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου συστήματος.

Η κεντρική ιδέα και η φιλοσοφία του εν λόγω αλγορίθμου είναι η παράμετρος Λ που καθορίζει την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς να προσδιορίζεται ως άθροισμα δύο όρων. Ο πρώτος όρος του αθροίσματος καθορίζεται από την τεχνική βαθμολογία του προσφερόμενου μηχανήματος, πολλαπλασιασμένος με ένα συντελεστή βαρύτητας 80.

Ο δε δεύτερος όρος του αθροίσματος καθορίζεται από το οικονομικό μέγεθος του προσφερόμενου μηχανήματος, πολλαπλασιασμένος με ένα συντελεστή βαρύτητας 20.

Όπως είναι αντιληπτό, η φιλοσοφία αυτού του τρόπου βαθμολόγησης είναι με δεδομένο τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού, να επιλεγθεί το βέλτιστο δυνατό σύστημα!

Προς λεπτομερή ανάλυση του τρόπου βαθμολόγησης, παραθέτουμε παρακάτω την παράγραφο που αναφέρεται στη βαθμολογία από τη Διακήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης (Πρβλ άρ. 86 παρ. 1 Ν.4412/2016)

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των τεχνικών κριτηρίων που περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών (Πρβλ άρ. 86 παρ. 11, 13 και 16 Ν.4412/2016)

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας (σν) επί τη βαθμολογία του (Κρν), η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

$$B = \sigma_1 \times K_{p1} + \sigma_2 \times K_{p2} + \dots + \sigma_n \times K_{pn}$$

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ σύμφωνα με τον παρακάτω μαθηματικό τύπο [από το συνδυασμό των άρ. 86 παρ. 13 τελ. εδάφιο, 90 παρ. 4 του ν. 4412/2016 καθώς και του τυποποιημένου εντύπου 2 Παραρτήματος ΙΙ (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. ΙΙ.2.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) προκύπτει η δυνατότητα στάθμισης/ βαρύτητας μεταξύ τεχνικής (κριτηρίων ποιότητας) - οικονομικής προσφοράς (τιμής-κόστους)]:

$$\Lambda_j = 80 \times (B_j/B_{max}) + 20 \times (K_{min}/K_j)$$

B_{max} : η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

B_j : η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς j .

K_{min} : το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

K_j το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς j

L_j η Ανηγμένη Τιμή Σύγκρισης της προσφοράς του j προσφέροντος το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο L .

Το Συνολικό Συγκριτικό Κόστος K_j της Προσφοράς του j προσφέροντος δίδεται από τον τύπο:

$$K_j = P_j + \Sigma_j = P_j + [T1_j \times (10 - r_j)]$$

δηλαδή προκύπτει ως άθροισμά :

α) της προτεινόμενης τιμής προμήθειας – μελέτης εφαρμογής του χώρου εγκατάστασης – εγκατάστασης – παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, P_j , όπως αυτή συμπληρώθηκε από τον j προσφέροντα στο πεδίο : «Προσφερόμενη τιμή (P) για το είδος χωρίς Φ.Π.Α., (ολογράφως)» του ΠΙΝΑΚΑ Π1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της παρούσας διακήρυξης που περιέχεται στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

β) της προτεινόμενης συνολικής τιμής πλήρους συντήρησης για μία δεκαετία, Σ_j , όπως αυτή συμπληρώθηκε από τον j προσφέροντα στο πεδίο «Συνολική τιμή πλήρους συντήρησης - επισκευής χωρίς Φ.Π.Α. (Σ) (ολογράφως)» του ΠΙΝΑΚΑ Π2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της παρούσας διακήρυξης, που προκύπτει από τον τύπο : $\Sigma_j = T1_j \times (10 - r_j)$ και περιέχεται στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

όπου $j = 1, 2 \dots$ αριθμός προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο και δεν απερρίφθησαν κατά την τεχνική αξιολόγηση.

$T1_j$ = είναι η τιμή που προτείνει ο j προσφέρων και συμπληρώνει στο πεδίο «Ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης – επισκευής χωρίς Φ.Π.Α. (ολογράφως)» του πίνακα Π2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της παρούσας διακήρυξης για τα πρώτο έτος μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

όπου

r_j = η διάρκεια σε έτη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, η οποία πρέπει να αναγραφεί από τον j προσφέροντα στο αντίστοιχο πεδίο του πίνακα Π2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της παρούσας διακήρυξης.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού υπολογίζει, τις ανηγμένες τιμές σύγκρισης Λj των αποδεκτών προσφορών και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα με φθίνουσα σειρά του Λj, στρογγυλοποιώντας στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών (Λ), προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (B). Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος της προμήθειας ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα.

2. Στην παράγραφο 5. «Όροι και κόστος εξόδων συντήρησης-λειτουργίας» στην υποπαράγραφο 5.2 ζητείται:

«Η προσφερόμενη αρχική ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών.....θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και μικρότερη ή ίση του 7% του προϋπολογισμού.»

Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα χαμηλό και χαρακτηριστικά αναφέρουμε την περίπτωση που το σύστημα προσφερόταν όσο είναι η προϋπολογισθείσα δαπάνη, δηλαδή 483.000 Ευρώ, τότε η συντήρηση θα ήταν μόλις 33.810 Ευρώ. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψιν το γεγονός ότι ο προδιαγραφόμενος Αξονικός τομογράφος είναι διαγνωστικός και διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά (γεννήτρια , λυχνία, κ.λπ.) ενός πλήρως διαγνωστικού συστήματος.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η τιμή συντήρησης συνυπολογίζεται στον καθορισμό της ανοιγμένης τιμής όλοι οι προσφέροντες θα δηλώσουν την χαμηλότερη δυνατή αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστική τιμή συντήρησης, οπότε, προτείνουμε την αλλαγή της απαίτησης, ως κάτωθι:

«Η προσφερόμενη αρχική ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών.....θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και ίση του 11 % του προϋπολογισμού.»

3. Στην παράγραφο 6 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ- διαγνωστικό CT» στην υποπαράγραφο 6.1 κατά την 1η διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών του Νοσοκομείου σας ζητούνταν :

«Να διατεθεί πλήρες λογισμικό σύντηξης εικόνων SPECT/CT και αναμορφοποίησης εικόνων (MPR, MIP, 3D), καθώς επίσης προγράμματα αφαίρεσης μεταλλικών εμφυτευμάτων. Θα αξιολογηθεί θετικά εάν προσφερθούν επιπλέον προγράμματα. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από το SPECT ως διαγνωστικό CT.»

Η ανωτέρω απαίτηση για προγράμματα αφαίρεσης μεταλλικών εμφυτευμάτων κατά την παρούσα, 2η διαβούλευση του Νοσοκομείου σας έχει αφαιρεθεί.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ζητείται πλήρως διαγνωστικός Αξονικός Τομογράφος, ανατομικής καταγραφής 16 τομών και συνυπολογίζοντας τα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά εξεταζομένων με μεταλλικά εμφυτεύματα, η Εταιρεία μας κρίνει άκρως απαραίτητη την ύπαρξη προγραμμάτων αφαίρεσης μεταλλικών εμφυτευμάτων, όπου σε διαφορετική περίπτωση η απεικόνιση είναι αδύνατη. Ως εκ τούτου και προκειμένου να μην αποκλειστούν από τις εξετάσεις άτομα με μεταλλικά εμφυτεύματα όπως επίσης και τον μη αποκλεισμό από την μετέπειτα διαγνωστική διαδικασία του Νοσοκομείου σας η συμμετοχή και άλλων Εταιρειών προτείνουμε την επαναδιατύπωση της απαίτησης, ως κάτωθι:

«Να διατεθεί πλήρες λογισμικό σύντηξης εικόνων SPECT/CT και αναμορφοποίησης εικόνων (MPR, MIP, 3D), καθώς επίσης προγράμματα αφαίρεσης μεταλλικών εμφυτευμάτων.

ΝΑΙ: 120%

ΟΧΙ: 100%

Θα αξιολογηθεί θετικά εάν προσφερθούν επιπλέον προγράμματα.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από το SPECT ως διαγνωστικό CT.»

Ευελπιστώντας στην αποδοχή των σχολίων μας, ούτως ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στην μετέπειτα διαγωνιστική διαδικασία και γνωρίζοντας την διάθεση του Νοσοκομείου σας να προάγει τον υγιή ανταγωνισμό, παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνηση.

Μετά τιμής,

SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**Όνομα GE HEALTHCARE AE Email athanassia.mavroyianni@med.ge.com Άρθρο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ GE HEALTHCARE 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΡΑΣ Ημ/νία 13/08/2021**

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφερόμενοι στην Πρόσκληση Δεύτερης (B) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΡΑΣ, λαμβάνουμε την τιμή να υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας.

Σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Η εταιρία GE Healthcare πρωτοπόρος στην αγορά της Πυρηνικής Ιατρικής, διαθέτοντας το πιο πλήρες portfolio από την παραγωγή ραδιοφαρμάκων, κύκλωτρων μέχρι και την παραγωγή μηχανημάτων Πυρηνικής Ιατρικής (Spect, Spect/CT, PET/CT) κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αντίστοιχης αγοράς.

Τα τελευταία 3 χρόνια έχει εγκαταστήσει πέντε συστήματα αντίστοιχης τεχνολογίας στον δημόσιο τομέα σε πανεπιστημιακά και γενικά νοσοκομεία.

Σχετικά με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό ο προϋπολογισμός είναι πολύ χαμηλός σε συνάρτηση με τις επιπλέον απαιτήσεις των παρελκόμενων (κατασκευαστικά έργα, ειδικά λογισμικά δοσιμετρίας, UPS, εκτυπωτής, εγχυτής, επιπλέον phantoms, τρίτος χρόνος εγγύησης) που καλύπτουν περίπου το 25% αυτού.

Επί παραδείγματι πρόσφατος δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος spect/ct με τον ίδιο προϋπολογισμό με δύο χρόνια εγγύηση, χωρίς παρελκόμενα πραγματοποιήθηκε για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας (αρ. διακ. 12/2018, στο οποίο λάβαμε μέρος και είμαστε ο ανάδοχος) με το σύστημα Discovery NMCT670 DR SPECT/CT 16 πραγματικών τομών και δεν συμπεριλάμβανε παρελκόμενα.

Προκειμένου να μπορέσει η εταιρία μας να συμμετάσχει στον διαγωνισμό θα παρακαλούσαμε να γίνει εξ ορθολογισμός των απαιτήσεων των παρελκόμενων ή εναλλακτικά το απαιτούμενο σύστημα SPECT/CT να είναι με αξονικό τομογράφο 8 πραγματικών τομών (16 τομών ανακατασκευασμένων).

Σχετικά με τους όρους της εγγυησης – συντήρησης, παρακαλούμε για τα παρακάτω:

2.2.3

Παρακαλούμε ο χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη όπως διαμορφωθεί ως 24ωρη τηλεφωνική είτε ηλεκτρονική αναγγελία βλαβών.

Ο προμηθευτής, υποχρεούται να ανταποκρίνεται και αν είναι δυνατό να Επιλύει οποιαδήποτε βλάβη προκύψει εντός 24 ωρών (ημερολογιακών) από την γνωστοποίηση της εάν δεν απαιτούνται ανταλλακτικά, διαφορετικά εντός 48 ωρών. Ο μέγιστος παραδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας (DOWNTIME) του μηχανήματος λόγω βλαβών θα καθορίζεται στις

δεκαπέντε (15) ημέρες ετησίως μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών προληπτικής συντήρησης.

5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5.2

Βάσει των τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης και πλήρους τεχνικής υποστήριξης συμπεριλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών το προτεινόμενο κόστος δεν είναι εφικτό να καλυφθεί με την ποσόστωση του 7%. Ως εκ τούτου, προτείνουμε το ετήσιο κόστος πλήρους συντήρησης συμπεριλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών και υπηρεσιών να διαμορφωθεί στο 11%.

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για την προσεκτική εξέταση των αιτημάτων μας. Στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με τιμή

Μιχάλης Παυλόπουλος

Account Manager

GE Healthcare AE

Αναζήτηση Διαβουλεύσεων