

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ

16/06/2023

διντρια

BI

Κριτήρια Αναζήτησης

Μοναδικός Κωδικός
23DIAΒ000026607
ελέγξατε τον Μοναδικό Κωδικό.

Ημερ/νία Από 01/05/2023 Έως 16/06/2023

Τίτλος
για να αναζητήσετε με βάση τον τίτλο αρκεί να προσθέσετε τη λέξη που επιθυμείτε να αναζητήσετε

Ανα

Σύνολο: 1

Γραμμές α

Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΒ. - Προμήθεια και Εγκ/ση Αυτομ/μένων Συστημάτων Αποθ/σης Φαρμάκων

23DIAI

Στοιχεία Διαβούλευσης **Ανενεργή**

Δημοσιεύθηκε 31/05/2023 Τελευταία ανανέωση

Όνομα Αρχόντω Νούτσια Email larimedgr@gmail.com Άρθρο ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Ημ/νία 15/06/2023

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αξιότιμοι κύριοι,

με βάση την αυτοψία και ανάλυση του διαθέσιμου προς εγκατάσταση «χώρου 9» προτείνουμε για μια άριστη λύση την επέκταση προς τον «χώρο 8» για τουλάχιστον 1,2 μέτρα ή ιδανικά (για σωστή μακροχρόνια εκμετάλλευση και λειτουργικότητα των χώρων του φαρμακείου) την επέκταση 2,5 μέτρων μέχρι τον επόμενο τοίχο.

Με εκτίμηση,

Αρχόντω Νούτσια

Όνομα
ΠΟΜΠΟΔΑΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΑΚΗΣ ΟΕ

Email
info@wifinet.gr

Άρθρο ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ημ/νία
13/06/2023

Αξιότιμοι κύριοι

Θα θέλαμε να υποβάλουμε κάποιες παρατηρήσεις μας σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές με τους Όρους Εγγύησης – Συντήρησης καθώς και με τους Όρους και Κόστος Εξόδων Συντήρησης - Λειτουργίας του συστήματος ψηφιακής διαχείρισης υλικών του Αιμοδυναμικού τμήματος του Νοσοκομείου σας.

1) Σχετικά με το τις προδιαγραφές στη παράγραφο 2 των Τεχνικών Προδιαγραφών, επισημαίνουμε ότι η διατύπωση "να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτα υλικά" παραπέμπει σε ανοξείδωτο χάλυβα γεγονός που είναι πολύ περιοριστικό και όχι απαραίτητο για μηχανήματα αυτής της κατηγορίας . Για παράδειγμα καμπίνες σχεδιασμένες για χρήση σε περιβάλλον χειρουργείου όπως της εταιρείας μας που συμμορφώνονται πλήρως στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας και αξιοπιστίας είναι κατασκευασμένες από από ηλεκτρο-γαλβανισμένο χάλυβα με βαφή εποξειδικού πολυεστέρα. Η εν λόγω επεξεργασία εξυπηρετεί τις αυστηρότερες υγειονομικές προϋποθέσεις για επιφάνειες που αποστειρώνονται ,δεν ευνοούν την ανάπτυξη μικροκροβίων και χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση και φροντίδα έχοντας μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Τα υλικά αυτά και η εν λόγω επεξεργασία έχουν επιλεγεί κατάλληλα για την συγκεκριμένη χρήση και όμως με την παραπάνω διατύπωση αποκλείονται από το διαγωνισμό ως ακατάλληλα.

Προτείνουμε λοιπόν η διατύπωση να προσαρμοστεί ως εξής :

Να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά κατάλληλα για την χρήση σε υγειονομικούς χώρους και χώρους χειρουργείων και να συμμορφώνεται στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας και αξιοπιστίας.

2) Σχετικά με τον όρο 2.2.3 στην Παράγραφο 2.2 "Όρους Εγγύησης - Συντήρησης" θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η κατηγορία του προϊόντος μας είναι logistic και όχι ιατρικό μηχάνημα.

Ως εκ τούτου το σύστημά μας απλώς διασφαλίζει την ορθή διαχείριση και διακίνηση των υλικών . Ακόμη και εάν μια καμπίνα βγει εντελώς εκτός λειτουργίας πχ για 2 ημέρες αυτό με βάση προβλεπόμενες διαδικασίες στην περίπτωση αυτή δε θα επηρεάσει την αλυσίδα διακίνησης των υλικών, ούτε θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα όπως για παράδειγμα εάν ήταν ταυτόχρονα και ψυκτικός θάλαμος που θα κινδύνευαν τα υλικά με αλλοίωση. Έχει προβλεφθεί ακόμα και σε περίπτωση απώλειας ρεύματος ή και αστοχίας το ξεκλείδωμα αυτής με κλειδιά που διαθέτει για προσωρινή παράκαμψη του συστήματος, ενώ με την επαναφορά του το σύστημα αυτομάτως «καταλαβαίνει» τις αλλαγές που έχουν προκύψει . Δεν κρίνεται λοιπόν απολύτως αναγκαία ή άμεση εντός 24ώρου επέμβαση του τεχνικού προσωπικού. Παράλληλα λόγω του ότι το νοσοκομείο των Χανίων βρίσκεται σε νησί , για τη μετάβαση προσωπικού -

ανταλλακτικών εκεί συνήθως χρειάζονται 2 ημέρες.
Κρίνουμε λοιπόν σωστό ότι η δέσμευση της απόκρισης και επίλυσης εντός 24 ωρών μπορεί να συμφωνηθεί για επέμβαση μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης , ενώ εάν κριθεί αναγκαία η μετάβαση πχ λόγω ανάγκης ανταλλακτικών, να τροποποιηθεί εντός 48 ωρών.

3) Σχετικά με τον όρο 5.1 στην Παράγραφο 5 "Όροι και Κόστος Εξόδων Συντήρησης - Λειτουργίας" θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το συμβόλαιο πλήρους συντήρησης – επισκευής (περιλαμβάνει και ανταλλακτικά εκτός των απαραίτητων για την προγραμματισμένη συντήρηση) εκτιμάται παραπάνω από 6% το χρόνο. Μέχρι 6% θα μπορούσε να παρασχεθεί συμβόλαιο πλήρους συντήρησης και επισκευής με προσυμφωνημένο εκπτώτικό κατάλογο ανταλλακτικών.

Για συμβόλαιο πλήρους συντήρησης - επισκευής θα μπορούσε να οριστεί ποσό έως 12% επί της προσφερθείσας τιμής προμήθειας.

Με εκτίμηση. Κίμων Μελετάκης
