



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^{ης} Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«Ο Άγ. Γεώργιος»
Τμήμα : Προμηθειών
Πληροφορίες: Ε. Ντουσάκης
Τηλ: 28213- 42300

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Απάντηση σε διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρείας ΦΑΡΤΕΞ ΕΠΕ σχετικά με την προμήθεια ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 100 Kg, ΕΝΟΣ (1) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ 60KG (CPV 39713200-5) ΚΑΙ ΈΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (CPV 39713211-5), για τις ανάγκες του ΓΝ Χανίων

Σχετικά:

- (α) Το υπ' αριθ. 30622/23-11-2023 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών,
- (β) Το υπ' αριθ. 30600/23-11-2023 ερώτημα της εταιρείας «ΦΑΡΤΕΞ ΕΠΕ»
- (γ) Τα με αριθ. 30774/24-11-2023 Πρακτικό της επιτροπής διαμόρφωσης προδιαγραφών

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού και όσον αφορά στο (β) σχετικό διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρείας «ΦΑΡΤΕΞ ΕΠΕ» αναφορικά με την παράγραφο 16 των Ειδικών Όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης 17/2023, παραθέτουμε το με αρ. 30774/24-11-2023 (γ) σχετικό, Πρακτικό της επιτροπής διαμόρφωσης προδιαγραφών όπου διατυπώνονται τα εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι για τον κατασκευαστή του προσφερόμενου εξοπλισμού εκτός του ISO 9001 είναι αποδεκτές ως ισοδύναμες και άλλες πιστοποιήσεις που οι κατασκευαστικοί οίκοι είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν, έτσι ώστε οι διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά την παραγωγή του εξοπλισμού να διασφαλίζουν την ποιότητά του και τη συμμόρφωση του με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα EN, DIN και ASME».

Με εκτίμηση,

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εσωτερική Διανομή :

1. Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

