



0000587108

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ

04/07/2024

Η ΕΙΝΤΡΥΑ

**Αποτελέσματα Πρώτης (Α') Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (CPV 39143110-0) και Ηλεκτρικών συσκευών (CPV 39710000-2)»
για τις ανάγκες των Δομών Ψυχικής Υγείας»**



Προβολή και σχολιασμός Προκαταρκτικής Διαβούλευσης

ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" - Διαβούλευση για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (CPV 39143110-0)»

Δημοσιεύθηκε

18/06/2024

Μοναδικός Κωδικός

2024DIAB28529

Τελευταία ανανέωση

ηη/μμ/εεεε

Η/νία Λήξης

03/07/2024

Στοιχεία διαβούλευσης: **2024DIAB28529**

Αριθμός σχολίων: **2**

(Λεωνίδας Ψηλιάκος και ΣΙΑ ΕΠΕ, Κρασαδάκης Γεώργιος)

Σχόλιο

Όνομα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

Email

diagonismo1@psitiakos.gr

Δημοσιεύθηκε

03-07-2024

Άρθρο

202401AB28529

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

Σεβόμενοι το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις της εταιρίας μας σχετικά με την παρούσα Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονα και ποιοτικά προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας και σκοπός των παρατηρήσεών που διατυπώνουμε κατωτέρω, προσανατολίζονται στην εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος τόσο του ιδρύματός σας όσο και του Δημόσιου συμφέροντος.

ΕΙΔΟΣ 2: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 1,20 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΝΙΒΕΛΑ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΚΑΓΚΕΛΑ

Προς μέγιστη διασφάλιση του νοσοκομείου σας, προτείνουμε την προσθήκη των παρακάτω γενικών όρων:

«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η κλίνη να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους φορείς.
2. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 27701, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 27701, ISO 50001, ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση και ISO 45001 για σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, και να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο παραγωγών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004. Επίσης, βάσει του 117/2004 οι προμηθευτές οφείλουν να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. Οι εταιρείες που δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04(ΦΕΚ 32B/16-1-04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
3. Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστήριξης-ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.»

ΕΙΔΟΣ 5: ΣΕΤ ΚΡΕΒΑΤΙ ΞΥΛΙΝΟ 90Χ200 ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΣΤΡΩΜΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Προς μέγιστη διασφάλιση του νοσοκομείου σας, προτείνουμε την προσθήκη των παρακάτω γενικών όρων:

«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η κλίνη, το κομοδίνο και το στρώμα να φέρουν σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους φορείς.
2. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 27701, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 27701, ISO 50001, ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση και ISO 45001 για σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, και να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο παραγωγών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004. Επίσης, βάσει του 117/2004 οι προμηθευτές οφείλουν να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. Οι εταιρείες που δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04(ΦΕΚ 32Β/16-1-04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
3. Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστήριξης-ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.»

Ευελπιστούμε ότι οι προδιαγραφές μας θα γίνουν δεκτές προκειμένου να διασφαλιστούν τα επίπεδα ύψιστης ποιότητας που επιθυμούμε αμφότεροι.

Με εκτίμηση,

Λεωνίδα Ψηλιάκος

➤ **ΚΡΑΣΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΕΠΑ ΑΒΕΕ)**

Σχόλιο

Όνομα

ΚΡΑΣΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Email

info@kepa.com.cy

Δημοσιεύθηκε

03-07-2024

Άρθρο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφερόμενοι στην 1η δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια και εγκατάσταση «Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (CPV 39143110-0 και Ηλεκτρικών συσκευών (CPV 39710000-2)» για τις ανάγκες των Δομών Ψυχικής Υγείας, σας υποβάλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις μας.

Α/Α 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 1,20 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΝΙΒΕΛΑ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΚΑΓΚΕΛΑ

Στον τίτλο του είδους αναγράφεται:

Κρεβάτι μεταλλικό, με ξύλινη μετώπη κεφαλής και ποδιών, χρώματος οξιάς με κάγκελα αλλά χωρίς στρώμα και κομοδίνο.

Λόγω ότι όμως στην παράγραφο 7 ζητούνται κάγκελα πτυσσόμενα με γάντζους, οι ξύλινες μετώπες δεν δύνανται να υποδεχθούν αυτό τον τύπο καγκέλων.

Προτείνουμε την τροποποίηση του τίτλου του είδους ως εξής:

Κρεβάτι μεταλλικό με κάγκελα.

Επίσης να προστεθεί παράγραφος η οποία θα αναφέρει κάτω από την παράγραφο των πλαϊνών καγκέλων:

‘Οι μετώπες θα διαθέτουν μεταλλικό σκελετό κατασκευασμένο από σωλήνα διαμέτρου 32 mm ο οποίος θα δύναται να υποδεχθεί τα πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα με γάντζους που ζητούνται.’

Με εκτίμηση,

ΚΕΠΑ ΑΒΕΕ

Γεώργιος Κρασαδάκης

Νόμιμος Εκπρόσωπος