



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
"Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας
Ταχ. Κωδ. : 73300
Πληροφορίες : Ε. Λιονάκη
Τηλέφωνο : 2821022300
Email : lione@chaniahospital.gr

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Πρώτης (Α΄) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια Ψυγείων Βιτρίνας για συντήρηση Φαρμάκων (Εργαστηριακό) (CPV 39313000-9) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων»

Σχετικά:

1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995).
2. Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και το Ν.3527/9-2-07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αναπροσαρμόστηκε με τον 3527/07 τ. Α΄
3. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007)
4. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001).
5. Τη με αρ. 35130/739 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τ. Β΄) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95, άρθρο 83, παρ. 1
6. Το Π.Δ. 80/5-8-2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
7. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν.4472 2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017) περί ίδρυσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ για την κεντροποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα.
10. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως ισχύει.
11. Το υπ΄ αριθ. 13969/03-06-2022 έγγραφο της Νοσηλευτικής υπηρεσίας.
12. Την υπ΄ αριθμό 16510/01-07-2022 Πράξη Διοικητή (ΑΔΑ:ΩΥΩΛ46907Τ-ΛΑ3) για τον ορισμό επιτροπής διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών.
13. Την υπ΄ αριθ. 17962/19-07-2022 πρόσκληση της επιτροπής διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών
14. Το υπ΄ αριθ. 23487/21-09-2022 έγγραφο της επιτροπής με τις τεχνικές προδιαγραφές.
15. Τις με αρ. πρκ. 11618/19-04-2024 Τελικές Τεχνικές Προδιαγραφές
16. Το με αρ. πρκ. 19478/10-07-2024 Έγγραφο της προϊσταμένης του αναισθησιολογικού Τμήματος
17. Το με αρ. πρκ. 20002/15-07-2024 Έγγραφο της επιτροπής διαμόρφωσης Τεχνικών προδιαγραφών
18. Η με θέμα 25ον /πρακτικό 17ον / 18-07-2024 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ : 6ΦΡΗ46907Τ-ΠΤΠ) έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών προς Γ΄ Διαβούλευση

Έπειτα από την με **θέμα 25^ο / πρακτικό 17^ο / 18-07-2024 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ 6ΦΡΗ46907Τ-ΠΤΠ)** του ΓΝ Χανίων, προσκαλούμε σε ανοικτή **Πρώτη (Α) Δημόσια Διαβούλευση** μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων, για την **«Προμήθεια Ψυγείων Βιτρίνας για συντήρηση Φαρμάκων (Εργαστηριακό)(CPV 39313000-9) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων»**

Προμήθεια Εξοπλισμού Νοσηλευτικών Τμημάτων (CPV 39313000-9)						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ Η ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ 24%	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ Η ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)
Προμήθεια Εξοπλισμού Νοσηλευτικών Τμημάτων(CPV 39313000-9)						
1	ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ) χωρητικότητας 150lt	25	1.400,00	35.000,00	8.400,00	43.400,00
2	ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ) χωρητικότητας 500lt	1	2.100,00	2.100,00	504,00	2.604,00
ΣΥΝΟΛΟ				37.100,00	8.904,00	46.004,00

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημέρες.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (www.chaniahospital.gr).

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (www.chaniahospital.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :

- 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.
- 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.
- 3) Τις παραδοχές της επιστήμης.
- 4) Την εμπειρία.
- 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.
- 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Προμηθειών

Συνημμένα (1) :

Τεχνικές προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ)

- 1.** Το ψυγείο να είναι τροχήλατο, να διαθέτει φρένο, και να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- 2.** Να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως 230V/50-60Hz
- 3.** Τα μικρά ψυγεία να έχουν χωρητικότητα 150 lt και τα μεγάλα 500lt.
- 4.** Να διαθέτει ράφια, (αναλόγως των λίτρων) ρυθμιζόμενου ύψους.
- 5.** Η θερμοκρασία του ψυγείου να είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στους +4°C αλλά το εύρος επιλέξιμων θερμοκρασιών να είναι από +1 °C έως +9 °C.
- 6.** Η θερμοκρασία στο θάλαμο να είναι ομοιόμορφη με απόκλιση ± 1 °C.
- 7.** να μπορεί να κατεβάσει τη θερμοκρασία του ψυγείου στους +4°C από τη θερμοκρασία δωματίου σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- 8.** Να έχει λεία εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια κατασκευασμένη από άριστης ποιότητας χάλυβα επικαλυμμένη από αντιβακτηριδιακό υλικό. Να καθαρίζεται εύκολα.
- 9.** Ο θάλαμος να έχει μόνωση από πολυουρεθάνη φιλική προς το περιβάλλον (Non CGC) ώστε να εξασφαλίζει πλήρη θερμική μόνωση.
- 10.** Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό CFC – Free.
- 11.** Να διαθέτει μια (1) κρυστάλλινη πόρτα αποτελούμενη από διπλό κρύσταλλο, άριστα στεγανοποιημένο εν κενώ και πλασιωμένο με μεταλλικό σκελετό.
- 12.** Η πόρτα να διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένη λαβή.
- 13.** Να διαθέτει απόλυτα αθόρυβο σύστημα κυκλοφορίας αέρα και ερμητικό σύστημα ψύξης για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.
- 14.** Το επίπεδο θορύβου να είναι πολύ χαμηλό, κάτω από 50db. Ο συμπιεστής να είναι εύκολα προσβάσιμος για συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση του. Να είναι κατά προτίμηση στο κάτω μέρος του ψυγείου. Έτσι ώστε ο ωφέλιμος χώρος του ψυγείου να είναι σε εργονομικό ύψος για ευκολότερη πρόσβαση για τους νοσηλευτές.
- 15.** η απόψυξη να γίνεται αυτόματα.
- 16.** Η ενεργειακή κατανάλωση να μην ξεπερνάει τα 2.7kWh/ημέρα.
- 17.** Να διαθέτει πίνακα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και των συναγερμών.
- 18.** Να διαθέτει ψηφιακά ρυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας.

19. Εσωτερικό φωτισμό που θα ενεργοποιείται με το άνοιγμα της πόρτας και να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης χειροκίνητα εξωτερικά.
20. Να διαθέτει σύστημα κλειδώματος πόρτας.
21. Να διαθέτει οπτικό και ηχητικό σύστημα συναγερμού που ενεργοποιείται σε περίπτωση:
- a. Πτώσης ή ανόδου της θερμοκρασίας
 - b. Διακοπής ρεύματος
 - c. Που η πόρτα παραμένει ανοικτή
 - d. Θερμοκρασίας συμπιεστή
 - e. Δυσλειτουργίας αισθητήρα
22. Όλοι οι συναγερμοί να διαθέτουν ρυθμιζόμενη από το χρήστη χρονοκαθυστέρηση.
23. Το CEMARK να είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42.

Ειδικά για τα ψυγεία συντήρησης φαρμάκων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το Αναισθησιολογικό Τμήμα και συγκεκριμένα ένα (1) μεγάλου μεγέθους και πέντε (5) μικρού

θα πρέπει να πληρούν επιπλέον τις εξής προδιαγραφές:

- α) **όλα** τα ψυγεία συντήρησης φαρμάκων ανεξαρτήτου χωρητικότητας θα πρέπει να είναι **κλειστού τύπου** και
- β) οι διαστάσεις των πέντε (5) ψυγείων (χωρητικότητας 150lt) να είναι
- πλάτος → από 46 cm έως 50 cm
- βάθος → έως 60 cm
- ύψος → έως 85 cm

ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να απεγκαταστήσει το παλιό μηχάνημα, εάν υπάρχει, να διαμορφώσει το χώρο και να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του νέου μηχανήματος και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που διαθέτει.

1.2. Η παράδοση θα γίνει, με την εγκατάσταση σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία εντός 30 ημερών. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες του μηχανήματος θα ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγματικές συνθήκες, με την διαδικασία των εξετάσεων σε ασθενείς (αφορά την διαδικασία οριστικής παραλαβής).

1.3. Το υπό προμήθεια μηχάνημα, καθώς και όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο προμηθευτής στο Νοσοκομείο για την εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανήματος, πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Επίσης ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με EN ISO 9001:2015, EN ISO 13485:16 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. Επιπλέον να διαθέτει το ISO 14001:2015. Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΠ.

2.1. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:2015, EN ISO 13485:16 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων το EN ISO 13485:16, με πιστοποιητικό επίσημου οργανισμού πιστοποίησης, το οποίο και κατατίθεται με την προσφορά καθώς και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004(ΦΕΚ32Β/16-1-2004) - Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Επίσης να διαθέτει Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006).Επιπλέον να διαθέτει το ISO 14001:2015

2.2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

2.2.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης, καθώς και τα τυπικά κλπ προσόντα των απασχολούμενων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά, όπως και τα αντίστοιχα διακριβωμένα όργανα.

2.2.2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του μηχανήματος για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια από την οριστική παραλαβή του κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) έτη, με έγγραφη επιβεβαίωση. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου μηχανήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κλπ.

2.2.3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να επιλύει οποιαδήποτε βλάβη προκύψει εντός 24 ωρών από την γνωστοποίησή της εάν. Σε διαφορετική περίπτωση να παρέχεται εάν είναι εφικτό μηχανήμα αντικατάστασης.

2.2.4. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής σε κατάσταση λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει:

A. Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, καθώς και όλα τα σχεδιαγράμματα των επιμέρους τμημάτων του μηχανήματος. Επίσης να δοθεί εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (κωδικοί πρόσβασης, κάρτα, κλπ) στο τμήμα BIT, καθώς και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Πριν τη λήξη της εγγύησης θα πραγματοποιείται συμπληρωματική εκπαίδευση (χρήστες και μηχανικοί) εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο από το Νοσοκομείο.

B. Πλήρη σειρά τυχών (εις διπλούν) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (OperationManuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλους τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην ελληνική γλώσσα κατά την παράδοση του μηχανήματος, ενώ στην αρχική προσφορά μπορεί να δοθεί στην αγγλική και κατά προτίμηση στην ελληνική.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες όπως και για τους τεχνικούς του νοσοκομείου, καθώς και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά πρέπει να βεβαιώνονται από τα επίσημα φυλλάδια του οίκου είτε από βεβαιώσεις του οίκου. Επιπλέον να κατατεθεί πλήρες και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές. Τα προηγούμενα επί ποινή αποκλεισμού.

**ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΨΥΓΕΙΑ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ)**

ΤΜΗΜΑ	ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ	1	-	1
ΜΗΜ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ	1	-	1
Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	1	-	1
Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	1	-	1
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ	1	-	1
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ	1	-	1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ	1	-	1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	7	1	8
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ	2	-	2
Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	1	-	1
Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	1	-	1
Ν/Χ – Ν/Λ – ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ	1	-	1
ΩΡΛ – ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ	1	-	1
ΜΕΘ	1	-	1
Κ/Δ – ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ	2	-	2
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ	1	-	1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (Μ/Γ ΙΑΤΡΕΙΟ)	1	-	1
ΣΥΝΟΛΟ	25	1	26
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	1.400,00 €	2.100,00 €	
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΟΥΣ	35.000,00 €	2.100,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	37.100,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		