

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  
**ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ**

Τα είδη να έχουν σήμανση CE. Η κατασκευάστρια εταιρεία να έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και η προμηθεύτρια εταιρεία να έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001. Να προσκομιστούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

1. Μονολιθικής (monobloc) κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι 304, χωρίς χρήση υλικών που περιέχουν ξύλο ή είναι πορώδη σε κανένα σημείο της κατασκευής του
2. Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι 304
3. Όλες οι επιφάνειες να έχουν στρογγυλεμένες άκρες, χωρίς προεξοχές και μπορούν να καθαριστούν και να απολυμανθούν.
4. Επιφάνεια εργασίας από πολυαιθυλένιο (PE) ή άλλο υλικό, που να ενδείκνυται για νοσοκομειακή χρήση, ανθεκτικό στον καθαρισμό με απορρυπαντικά και απολύμανση με αλκοόλη 100%, χλώριο, χλωρεξιδίνη. Η παραπάνω χρήση να πιστοποιείται από την κατασκευάστρια εταιρεία.
5. Η επιφάνεια εργασίας να είναι λεία και ανοικτού χρώματος.
6. Η επιφάνεια εργασίας να έχει πλευρικά υπερυψωμένα γείσα για προστασία από υπερχειλίσεις και να φέρει περιμετρικά υποδοχές για τοποθέτηση εξαρτημάτων, όπως οροστήλες, στήλη για τοποθέτηση αντισηπτικού διαλύματος.
7. Να έχει επιπλέον συρόμενη επιφάνεια εργασίας από πολυαιθυλένιο ή ατσάλι, το μέγεθός της να είναι ανάλογο των διαστάσεων του καροτσιού.
8. Να έχει προσαρμοζόμενη υποδοχή για laptop ή tablet με βραχίονα στην άνω επιφάνεια του καροτσιού
9. Να έχει δύο αντιστατικούς τροχούς (με αντίστοιχη κίτρινη σήμανση) και δύο τροχούς με φρένο. Οι τροχοί να είναι διαμέτρου περίπου 120 mm, να είναι αθόρυβοι κατά τη μετακίνηση του καροτσιού και να μην αφήνουν ίχνη στα πατώματα.
10. Να φέρει ελαστικούς προσκρουστήρες καθ όλη την περίμετρο του καροτσιού.
11. Να φέρει εργονομική χειρολαβή ώθησης και να είναι εύκολο στη μετακίνηση και χωρίς τη χρήση της χειρολαβής σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης.
12. Όλη η πρόσθια επιφάνεια του καροτσιού να αποτελείται από συρτάρια που να ανοίγουν πλήρως, με τηλεσκοπικό μηχανισμό κύλισης από νικέλιο ή ανοξείδωτο ατσάλι και μπίλια από ανοξείδωτο ατσάλι. Να ανοίγουν εύκολα και να διαθέτουν σύστημα απόσβεσης κλεισίματος (self-closing system).
13. Τα συρτάρια να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας ή άλλο είδος πλαστικού, ανθεκτικού στη χρήση απολυμαντικών σκευασμάτων.

14. Τα συρτάρια να διαθέτουν εργονομική χειρολαβή. Το μέγεθος των συρταριών να αυξάνεται προοδευτικά. Ενδεικτικά αναφέρονται: τα δύο πρώτα συρτάρια να έχουν ύψος 7- 9 cm περίπου, τα δύο επόμενα 10-15 cm και τα τελευταία 20-25 cm.
15. Τα συρτάρια μεγέθους 7-9 και 10-15 cm να έχουν αποσπώμενο εσωτερικό και να διαθέτουν διαχωριστικά του εσωτερικού τους χώρου. Τα διαχωριστικά να είναι από διαφανές ανθεκτικό πλαστικό και να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της διάταξής τους ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. Τα διαχωριστικά να στερεώνονται με ασφάλεια στα πλαϊνά εσωτερικά τοιχώματα των συρταριών.
16. Τα συρτάρια να διαθέτουν κεντρικό σύστημα κλειδώματος (2 κλειδιά)
17. Αμφίπλευρα τα καρότσια νοσηλείας να φέρουν από ένα κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 10-15 λίτρων περίπου (δύο κάδοι συνολικά) και στη μία πλευρά θήκη για την τοποθέτηση κουτιών με γάντια.
18. Στο πάνω μέρος του καροτσιού να υπάρχει οροστήλη ρυθμιζόμενου ύψους, με δύο άγκιστρα και υποδοχή για το δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων (5L).
19. Επίσης στο πάνω μέρος να υπάρχει γέφυρα στηριγμένη σε στήλες από ανοξείδωτο ατσάλι στην οποία να βρίσκονται δύο σειρές διάφανων ανακλινόμενων και αποσπώμενων θηκών. Οι θήκες να είναι από ανθεκτικό στα συνήθη νοσοκομειακά απολυμαντικά πλαστικό.
20. Κάτω από τις θήκες να υπάρχει ράφι για εναπόθεση μικροαντικειμένων κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο ή άλλο εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής πλαστικό υλικό, ανθεκτικό σε νοσοκομειακά καθαριστικά και απολυμαντικά.
21. Τα μικρού μεγέθους καρότσια να έχουν εξωτερικές διαστάσεις περίπου 50-55×65-70×100-110cm και μονή σειρά συρταριών.
22. Τα μεγάλου μεγέθους καρότσια να έχουν διαστάσεις περίπου 90-95 × 60-65 × 100-110cm και διπλή σειρά συρταριών. Οι διαστάσεις των συρταριών, πλην του ύψους να είναι ανάλογες του μεγέθους του καροτσιού.
23. Το χρώμα των καροτσιών να είναι γκρι ή μπλε
24. Στην προσφορά να περιλαμβάνονται:
  - Οροστήλη για κάθε καρότσι
  - Πλαϊνή θήκη για 3 κουτιά γαντιών
  - Δύο πλαϊνοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 10-15 λίτρων περίπου
  - Υποδοχή για ασφαλή τοποθέτηση δοχείου απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων
  - Προσαρμοζόμενη υποδοχή (βάση) για laptop ή tablet με βραχίονα
  - Υποδοχή για τοποθέτηση μπουκαλιού αντισηπτικού διαλύματος

25. Τα καρότσια νοσηλείας να παραδοθούν από τον οικονομικό φορέα πλήρως συναρμολογημένα και να γίνει επίδειξη της λειτουργίας τους, αν αυτό κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή παραλαβής του είδους.

**ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  
ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ**

<b>ΤΜΗΜΑ</b>	<b>ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ</b>	<b>ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ	1	2	3
ΜΗΜ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ	2	-	2
Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	1	-	1
Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	-	1	1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ	1	1	2
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ	4	-	4
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ	1	-	1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ	-	4	4
Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	-	3	3
Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	-	2	2
Ν/Χ – Ν/Λ – ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ	-	2	2
ΩΡΛ – ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ	-	1	1
Κ/Δ – ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ	-	2	2
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ	-	4	4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ	-	2	2
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	-	1	1
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ	-	1	1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ	1	1	2
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>38</b>
<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>	
<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>16.500,00€</b>	<b>45.900,00 €</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	<b>62.400,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>		