



ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ

12/08/2024

Η Δ/κη Δ/Υφια



Πρόσκληση και σχολιασμός Προκαταρκτικής Διαβούλευσης

(B1)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 3η ΔΙΑΒ. Τ.Π. - «Προμήθεια Καροτσίων Νοσηλείας Κλειστού τύπου (CPV 39313000-9) για τις ανάγκες Νοσοκομείου Χανίων»

Δημοσίωση

25/07/2024

Μοναδικός κωδικός

Τελευταία ανανέωση

η/μ/ε/ε/ε

Η/ν/α Αξ/ης

Πρόσκληση Τρίτης (Γ') Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια Καροτσίων Νοσηλείας Κλειστού τύπου (CPV 39313000-9)» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων»

Στοιχεία διαβούλευσης: **2024DIAB28778**

Αριθμός σχολίων: **1**

(Λεωνίδας Ψηλιάκος και ΣΙΑ ΕΠΕ)

Σχόλιο

Όνομα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤ ΣΙΑ ΕΠΕ

Επώνυμ

info@psdakis.gr

Δημοσιεύθηκε

09/10/2024

Αρθρο

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 10/24/2024/038771α

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

Θα θέλαμε μέσω του παρόντος εγγράφου να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις της εταιρίας μας σχετικά με την παρούσα Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» και σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονα και ποιοτικά αξιόλογα τροχήλατα νοσηλείας προηγμένης τεχνολογίας και σκοπός των παρατηρήσεών που διατυπώνουμε κατωτέρω, προσανατολίζονται στην εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής στον διαγωνισμό, καθώς και στον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος τόσο του ιδρύματός σας όσο και του Δημόσιου συμφέροντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

- Σχετικά με το εισαγωγικό σας κείμενο στο οποίο αναγράφεται:

«Τα είδη να έχουν σήμανση CE. Η κατασκευάστρια εταιρεία να έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και η προμηθεύτρια εταιρεία να έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001. Να προσκομιστούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Το τροχήλατο να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους φορείς.

Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 27701, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001 καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 27701, ISO 50001, ISO 37001, ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση και ISO 45001 για σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, και να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο παραγωγών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004. Επίσης, βάσει του 117/2004 οι προμηθευτές οφείλουν να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. Οι εταιρείες που δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ 32Β/16-1-04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Εργασιασική εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστήριξης-ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.»

Η εν λόγω προδιαγραφή προτείνουμε να εμπλουτιστεί με τα παραπάνω πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας (ISO), αλλά και τα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους φορείς, για μέγιστη εξασφάλιση της Υπηρεσίας σας.

- Σχετικά με την προδιαγραφή 2, η οποία ορίζει:

«Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι 304.»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι 304 ή μεταλλικό σκελετό.»

Για την εν λόγω προδιαγραφή προτείνουμε ο σκελετός να υπάρχει επιλογή να είναι και από μεταλλικό σκελετό, καθώς ύστερα από την μεταβολή των τεμαχίων και των προϋπολογισμών τους, η υποχρεωτική απαίτηση για ανοξείδωτο σκελετό θα περιόριζε ακόμα περισσότερο την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών στον διαγωνισμό.

- Σχετικά με την προδιαγραφή 4, η οποία ορίζει:

«Επιφάνεια εργασίας από πολυαιθυλένιο (PE) ή άλλο υλικό, που να ενδείκνυται για νοσοκομειακή χρήση, ανθεκτικό στον καθαρισμό με απορρυπαντικά και απολύμανση με αλκοόλη 100%, χλώριο, χλωρεξιδίνη. Η παραπάνω χρήση να πιστοποιείται από την κατασκευάστρια εταιρεία.»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Επιφάνεια εργασίας από πολυαιθυλένιο (PE) ή άλλο καλουπωτό πλαστικό υλικό αντιμικροβιακής σύστασης ιόντων αργύρου Ag, που να ενδείκνυται για νοσοκομειακή χρήση, ανθεκτικό στον καθαρισμό με απορρυπαντικά και απολύμανση με αλκοόλη 100%, χλώριο, χλωρεξιδίνη. Η παραπάνω χρήση να πιστοποιείται από την κατασκευάστρια εταιρεία και να κατατεθεί πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση.»

Για την παραπάνω προδιαγραφή προτείνουμε το υλικό που ζητείται να είναι δεδομένα καλουπωτό πλαστικό για ευκολία και αντοχή στον καθημερινό καθαρισμό – απολύμανση. Η αντιμικροβιακή του ιδιότητα αποτρέπει την δημιουργία εστιών μικροβίων. Τέλος, οι πιστοποιήσεις σχετικά με αυτή προτείνουμε να είναι από ανεξάρτητο φορέα για την μεγαλύτερη εξασφάλιση του νοσοκομείου.

- Σχετικά με την προδιαγραφή 5, η οποία ορίζει:

«Η επιφάνεια εργασίας να είναι λεία και ανοικτού χρώματος.»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Η επιφάνεια εργασίας να είναι ανθεκτική στην χάραξη (antiscratch), εύκολη στον καθαρισμό και ανοικτού χρώματος.»

Για την παραπάνω προδιαγραφή προτείνουμε η αόριστη λέξη «λεία» να αντικατασταθεί με την ξεκάθαρη απαίτηση για ανθεκτικότητα στην χάραξη και ευκολία στο καθάρισμα-απολύμανση, στοιχεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά να χαρακτηρίζουν την επιφάνεια εργασίας του τροχήλατου, στο πλαίσιο της ορθής χρήσης του.

- Σχετικά με την προδιαγραφή 7, η οποία ορίζει:

«Να έχει επιπλέον συρόμενη επιφάνεια εργασίας από πολυαιθυλένιο ή ατσάλι, το μέγεθός της να είναι ανάλογο των διαστάσεων του καρτσιού.»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Να έχει επιπλέον συρόμενη επιφάνεια εργασίας από καλουπωτό πλαστικό ίδιων χαρακτηριστικών με την επιφάνεια εργασίας, το μέγεθός της να είναι ανάλογο των διαστάσεων του καρτσιού.»

Για την παραπάνω προδιαγραφή προτείνουμε η συρόμενη επιφάνεια εργασίας να είναι ιδίων χαρακτηριστικών με την επιφάνεια εργασίας του τροχήλατου, τόσο για λόγους ομοιομορφίας, όσο και για ευκολία και αντοχή στον καθημερινό καθαρισμό – απολύμανση της.

- Σχετικά με την προδιαγραφή 11, η οποία ορίζει:

«Να φέρει εργονομική χειρολαβή ώθησης και να είναι εύκολο και να είναι εύκολο στην μετακίνηση και χωρίς την χρήση της χειρολαβής σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης.»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Να φέρει εργονομική ανοξείδωτη χειρολαβή ώθησης και να είναι εύκολο και να είναι εύκολο στην μετακίνηση και χωρίς την χρήση της χειρολαβής σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης.»

Για την παραπάνω προδιαγραφή προτείνουμε η χειρολαβή ώθησης να είναι από ανοξείδωτο υλικό για μέγιστη αντοχή και ανθεκτικότητα κατά την καθημερινή χρήση της.

- Σχετικά με την προδιαγραφή 13, η οποία ορίζει:

«Τα συρτάρια να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας ή άλλο είδος πλαστικού, ανθεκτικού στη χρήση απολυμαντικών σκευασμάτων.»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Τα συρτάρια να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο για απεριόριστη αντοχή, ανθεκτικό στη χρήση απολυμαντικών σκευασμάτων.»

Για την παραπάνω προδιαγραφή προτείνουμε τα συρτάρια να είναι ανοξείδωτη κατασκευής για μέγιστη αντοχή και ανθεκτικότητα κατά την καθημερινή χρήση τους.

- Σχετικά με την προδιαγραφή 14, η οποία ορίζει:

«Τα συρτάρια να διαθέτουν εργονομική χειρολαβή. Το μέγεθος των συρταριών να αυξάνεται προοδευτικά. Ενδεικτικά αναφέρονται: τα δύο πρώτα συρτάρια να έχουν ύψος 7-9 cm περίπου, τα δύο επόμενα 10-15 cm και τα τελευταία 20-25 cm.»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Τα συρτάρια να διαθέτουν πλαστικές προσόψεις και εργονομική χειρολαβή από αντιτραυματικό πλαστικό υλικό τύπου "χούφτας". Το μέγεθος των συρταριών για κάθε σειρά να αυξάνεται προοδευτικά. Ενδεικτικά αναφέρονται: τα δύο πρώτα συρτάρια να έχουν ύψος 7-9 cm περίπου, τα δύο επόμενα 10-15 cm και τα τελευταία δύο 20-25 cm. Το πλαστικό υλικό να είναι αντιμικροβιακής σύστασης ιόντων αργύρου Ag. Να κατατεθεί πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση.»

Για την εν λόγω προδιαγραφή προτείνουμε το υλικό που ζητείται για τις προσόψεις των συρταριών να είναι πλαστικό για ευκολία στον καθαρισμό-απολύμανση. Όμοια, προτείνουμε να διευκρινιστεί ότι οι χειρολαβές θα είναι από το ίδιο αντιτραυματικό υλικό που θα το καθιστά φιλικό προς τον χρήστη. Η αντιμικροβιακή πιστοποιημένη ιδιότητα του πλαστικού αποτρέπει την δημιουργία εστιών μικροβίων και προσφέρει μεγαλύτερη εξασφάλιση του Νοσοκομείου σας. Τέλος, προς αποφυγή παρερμηνειών προτείνουμε να αποσαφηνιστεί ότι η προοδευτική αύξηση μεγέθους των συρταριών θα αφορά την κάθε σειρά και ότι το ζητούμενο τροχήλατο θα αποτελείται από 6 συνολικά συρτάρια.

- Σχετικά με την προδιαγραφή 20, η οποία ορίζει:

«Κάτω από τις θύρες να υπάρχει ράφι για εναπόθεση μικροαντικειμένων κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο ή άλλο εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής πλαστικό υλικό, ανθεκτικό σε νοσοκομειακά καθαριστικά και απολυμαντικά.»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Κάτω από τις θύρες να υπάρχει ράφι για εναπόθεση μικροαντικειμένων κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο ή άλλο εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής πλαστικό υλικό ανтимικροβιακής σύστασης ιόντων αργύρου *ag*, ανθεκτικό σε νοσοκομειακά καθαριστικά και απολυμαντικά. Να κατατεθεί πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα σχετικά με την ανтимικροβιακή σύσταση.»

Για την παραπάνω προδιαγραφή προτείνουμε το πλαστικό υλικό που ζητείται να είναι ανтимικροβιακής σύστασης με ιόντα αργύρου *ag*, τα οποία αποτελούν την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή χάρη στην μικροβιοκτόνα δράση τους που αποτρέπει την δημιουργία εστιών μικροβίων. Τέλος, οι πιστοποιήσεις σχετικά με αυτή προτείνουμε να είναι από ανεξάρτητο φορέα για την μεγαλύτερη εξασφάλιση του νοσοκομείου.

- Σχετικά με την προδιαγραφή 21, η οποία ορίζει:

«Τα μικρού μεγέθους καρότσια να έχουν εξωτερικές διαστάσεις περίπου 50-55x65- 70x100-110cm και μόνη σειρά συρταριών.»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Τα μικρού μεγέθους καρότσια να έχουν εξωτερικές διαστάσεις περίπου 50-55x65- 70x100-110cm και μόνη σειρά συρταριών. Στις διαστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα παρελκόμενα εξαρτήματα.»

Για την εν λόγω προδιαγραφή προτείνουμε να διευκρινιστεί ότι στις ζητούμενες διαστάσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ο παρελκόμενος εξοπλισμός του τροχηλάτου, προκειμένου να αποφευχθεί η προσφορά προϊόντος με διαστάσεις που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Υπηρεσίας σας.

- Σχετικά με την προδιαγραφή 22, η οποία ορίζει:

«Τα μεγάλα μεγέθους καρότσια να έχουν διαστάσεις περίπου 90-95 x 60-65 x 100-110cm και διπλή σειρά συρταριών. Οι διαστάσεις των συρταριών, πλην του ύψους να είναι ανάλογες του μεγέθους του καροτσιού.»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Τα μεγάλα μεγέθους καρότσια να έχουν διαστάσεις περίπου 90-95 x 60-65 x 100-115cm και διπλή σειρά συρταριών. Οι διαστάσεις των συρταριών, πλην του ύψους να είναι ανάλογες του μεγέθους του καροτσιού.»

Για την εν λόγω προδιαγραφή προτείνουμε να αυξηθεί ελαφρώς το μέγιστο αποδεκτό ύψος του τροχηλάτου με την διπλή σειρά συρταριών, προκειμένου να ευνοηθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των εταιρειών κατά την διαγωνιστική διαδικασία.

- Σχετικά με την προδιαγραφή 23, η οποία ορίζει:

«Το χρώμα των συρταριών να είναι γκρι ή μπλε»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Να υπάρχει η επιλογή τοποθέτησης έγχρωμης φάσας συρταριού επιλογής τουλάχιστον δέκα αποχρώσεων (απαραιτήτως γκρι - μπλε - κόκκινο - κίτρινο). Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών αποχρώσεων ανά συρτάρι. Να κατατεθεί χρωματολόγιο.»

Στο πλαίσιο αναβάθμισης της εν λόγω προδιαγραφής, για λόγους σήμανσης και καλαισθησίας που θα καταστήσουν το περιβάλλον περισσότερο φιλικό προς τον ασθενή και ευκολότερης κατάταξης των τροχηλάτων ανά Τμήμα του Νοσοκομείου, προτείνουμε να υπάρχουν περισσότερες χρωματικές επιλογές για την Υπηρεσία σας, αλλά και δυνατότητα διαφορετικών αποχρώσεων ανά συρτάρι.

Ευελπιστούμε ότι οι προτάσεις μας θα γίνουν δεκτές προκειμένου να διασφαλιστούν τα επίπεδα ύψιστης ποιότητας που επιθυμούμε αμφότεροι.

Με εκτίμηση,

Λεωνίδας Ψηλιάκος