

Σχόλιο

Όνομα

INSIDE MEDICAL

Email

info@insidemedical.gr

Δημοσιεύθηκε

25-04-2025

Αρθρο

Παρατηρήσεις στην Δεύτερη (B') Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ταχ. Κωδ. 73300

Πληροφορίες: Ε. Αλυγιάκη

Τηλέφωνο: 28210-22322

Email: efali@chaniahospital.gr

Θέμα : Παρατηρήσεις στην Δεύτερη (B') Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «Χειρουργικών οργάνων /Λαπαροσκοπικών» (CPV 33169000-2) με δέσμευση ΚΑΕ 1311, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.395,92 ευρώ συμπ. ΦΠΑ (13% και 24%) για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 296.791,84 συμπ. ΦΠΑ (13% και 24%) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Αξιότιμοι κύριοι,

Σχόλιο

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ΠΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Διεύθυνση: Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ.: 73300

Πληροφορίες: Ε. Αλυγιζάκη

Τηλέφωνο: 28210-22322

Email: efiali@chaniahospital.gr

Θέμα : Παρατηρήσεις στην Δεύτερη (Β') Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «Χειρουργικών οργάνων –Λαπαροσκοπικών» (CPV 33169000-2) με δέσμευση ΚΑΕ 1311, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.395,92 ευρώ συμπ. ΦΠΑ (13% και 24%) για ένα έτος με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 296.791,84 συμπ. ΦΠΑ (13% και 24%) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Αξιότιμοι κύριοι,

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δεύτερης (Β') Δημόσιας Διαβούλευσης, ημερομηνία 11/04/2025, για την προμήθεια των ειδών «Χειρουργικών οργάνων –Λαπαροσκοπικών» σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με την διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών στον επικείμενο Δημόσιο Διαγωνισμό χωρίς να περιορίζεται ο ανταγωνισμός.

Αναλυτικά:

Στο είδος Α/Α 1) «ΣΕΤ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ» συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών όπως τα τροκάρ να διαθέτουν «κάνουλα CO2 τριών δρόμων», «Εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου 10mm με βεντουζοθύλακες» και «η Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης με δυο μηχανισμούς κλειδώματος» φωτογραφίζουν υλικά συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείουν τον ανταγωνισμό.

Στο είδος Α/Α 2) «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ» συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών όπως «με αντοχή πίεσης διάτρησης 3,17psi, αντοχή τάσης 9500psi και αντοχή συγκόλλησης άνω των 3.6lbs», «χωρητικότητας 190cc» το απόλυτο, χωρίς καμία απόκλιση, «διαστάσεων 6,35cm x 15,24cm» το απόλυτο, χωρίς καμία απόκλιση, «Με στευλεό εφαρμογής από polycarbonate 29,5cm» το απόλυτο, χωρίς καμία απόκλιση, και «με ενσωματωμένη λεπίδα κοπής του ράμματος», φωτογραφίζουν υλικά συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείουν τον ανταγωνισμό.

Στο είδος A/A 3) «ΣΕΤ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ» συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών όπως τα τροκάρ να διαθέτουν «σπόγγο στο εσωτερικό της κεφαλής της κάνουλας», «διαθέτοντας 17 ή 33 εγκάρσιες ομόκεντρες ραβδώσεις σταθεροποίησης στην κάνουλα», «Αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο απολίνωσης αγγείων με μήκος του κλειστού κλιπ να είναι μεγαλύτερο από 8,7mm και το άνοιγμά του από 3,5m», φωτογραφίζουν υλικά συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείουν τον ανταγωνισμό.

Στο είδος A/A 4) «ΣΕΤ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ» συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών όπως τα τροκάρ να διαθέτουν «κάνουλα CO2 τριών δρόμων», «η ατραυματική λαβίδα σύλληψης με δυο μηχανισμούς κλειδώματος και δύο σκανδάλες», «Μήκους 31 εκ.» το απόλυτο, χωρίς καμία απόκλιση και «Λαπαροσκοπικό ηλεκτρόδιο με άκρο σχήματος J Hook Tip με επικάλυψη PTFE, μήκος εργασίας 36 cm, διαμέτρου 4,8mm, με μόνωση πολυοφελίνης», φωτογραφίζουν υλικά συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείουν τον ανταγωνισμό.

Στο είδος A/A 5) «ΣΕΤ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ» συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών όπως τα τροκάρ να διαθέτουν «σπόγγο στο εσωτερικό της κεφαλής της κάνουλας», «διαθέτοντας 33 εγκάρσιες ομόκεντρες ραβδώσεις σταθεροποίησης στην κάνουλα», «Αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο απολίνωσης αγγείων με μήκος του κλειστού κλιπ να είναι μεγαλύτερο από 8,7mm και το άνοιγμά του από 3,5m», φωτογραφίζουν υλικά συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείουν τον ανταγωνισμό.

Στο είδος A/A 6) «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΙΠΑΔΟΡΟΙ» συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των τεχνικών προδιαγραφών όπως το «Εργαλείο να είναι «με βεντουζοθύλακες» φωτογραφίζει υλικό συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείει τον ανταγωνισμό.

Στο είδος A/A 7) «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΙΠΑΔΟΡΟΙ» συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των τεχνικών προδιαγραφών όπως το «μήκος του κλειστού κλιπ να είναι μεγαλύτερο από 8,7mm και το άνοιγμά του από 3,5m» φωτογραφίζει υλικό συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείει τον ανταγωνισμό.

Στο είδος A/A 8) «ΤΡΟΚΑΡ Μ.Χ.» συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των τεχνικών προδιαγραφών όπως το τροκάρ να διαθέτει «κάνουλα CO2 τριών δρόμων» φωτογραφίζει υλικό συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείει τον ανταγωνισμό.

Στο είδος A/A 9) «ΤΡΟΚΑΡ Μ.Χ.» συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των τεχνικών προδιαγραφών όπως το τροκάρ να διαθέτει «κάνουλα CO2 τριών δρόμων» φωτογραφίζει υλικό συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείει τον ανταγωνισμό.

Στο είδος A/A 10) «ΤΡΟΚΑΡ Μ.Χ.» συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των τεχνικών προδιαγραφών όπως το τροκάρ να διαθέτει «κάνουλα CO2 τριών δρόμων» φωτογραφίζει υλικό συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείει τον ανταγωνισμό.

Στο είδος A/A 11) «ΤΡΟΚΑΡ Μ.Χ.» συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των τεχνικών προδιαγραφών όπως το τροκάρ να διαθέτει «κάνουλα CO2 τριών δρόμων» φωτογραφίζει υλικό συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείει τον ανταγωνισμό.

Στο είδος A/A 12) «ΤΡΟΚΑΡ Μ.Χ.» συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών όπως τα τροκάρ να διαθέτουν «σπόγγο στο εσωτερικό της κεφαλής της κάνουλας» και «διαθέτοντας 33 εγκάρσιες ομόκεντρες ραβδώσεις σταθεροποίησης στην κάνουλα» φωτογραφίζουν υλικό συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείουν τον ανταγωνισμό.

Στο είδος A/A 13) «ΤΡΟΚΑΡ Μ.Χ.» συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών όπως τα τροκάρ να διαθέτουν «σπόγγο στο εσωτερικό της κεφαλής της κάνουλας» και «διαθέτοντας 33 εγκάρσιες ομόκεντρες ραβδώσεις σταθεροποίησης στην κάνουλα» φωτογραφίζουν υλικό συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείουν τον ανταγωνισμό.

Στο είδος A/A 14) «ΤΡΟΚΑΡ Μ.Χ.» συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των τεχνικών προδιαγραφών όπως το τροκάρ «διαθέτοντας 33 εγκάρσιες ομόκεντρες ραβδώσεις σταθεροποίησης στην κάνουλα» φωτογραφίζει υλικό συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείει τον ανταγωνισμό.

Στο είδος A/A 15) «ΤΡΟΚΑΡ Μ.Χ.» συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών όπως τα τροκάρ να διαθέτουν «σπόγγο στο εσωτερικό της κεφαλής της κάνουλας» και «διαθέτοντας 33 εγκάρσιες ομόκεντρες ραβδώσεις σταθεροποίησης στην κάνουλα» φωτογραφίζουν υλικό συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείουν τον ανταγωνισμό.

Στο είδος A/A 16) «ΤΡΟΚΑΡ Μ.Χ.» συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών όπως τα τροκάρ να διαθέτουν «σπόγγο στο εσωτερικό της κεφαλής της κάνουλας» και «διαθέτοντας 33 εγκάρσιες ομόκεντρες ραβδώσεις σταθεροποίησης στην κάνουλα» φωτογραφίζουν υλικό συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείουν τον ανταγωνισμό.

Στο είδος A/A 31) «ΓΕΝΙΚΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ» συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των τεχνικών προδιαγραφών όπως το να διατίθεται σε «σετ 3τμχ.» φωτογραφίζει υλικό συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείει τον ανταγωνισμό.

Στο είδος A/A 34) «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ» συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών όπως «με αντοχή πίεσης διάτρησης 3,67psi», «χωρητικότητας 1500cc» το απόλυτο, χωρίς καμία απόκλιση, «διαστάσεων 12,7cm x 22,86cm» το απόλυτο, χωρίς καμία απόκλιση, και «με ενσωματωμένη λεπίδα κοπής του ράμματος», φωτογραφίζουν υλικά συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείουν τον ανταγωνισμό.

Στο είδος A/A 35) «ΓΕΝΙΚΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ» συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των τεχνικών προδιαγραφών όπως το να διατίθεται με «διαθερμία χωρίς άκρο L-HOOK » φωτογραφίζει υλικό συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αποκλείει τον ανταγωνισμό.

Επιπλέον, προτείνεται να αφαιρεθεί το A/A 2) των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ όπου ζητείται «Να κατατεθεί κλινική βιβλιογραφία όπου υπάρχει και να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο δημοσιευμένες κλινικές μελέτες για το κάθε προσφερόμενο είδος ή κλινικές μελέτες με προϊόντα του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα και με MDR article 61 Clinical Evaluation annex III, Clinical Evaluation and Post Market Clinical Follow up annex XIV και τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων» καθώς, κατά την έννοια των διατάξεων της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, οι βασικές απαιτήσεις, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, ρυθμίζονται από την ίδια την οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στα οποία συγκαταλέγονται και τα είδη που περιλαμβάνονται στην εν λόγω προδιαγραφή, εφόσον ανταποκρίνονται στα εναρμονισμένα πρότυπα και έχουν πιστοποιηθεί βάσει των διαδικασιών που προβλέπει η εν λόγω οδηγία, τεκμαίρεται ότι συμφωνούν με τις εν λόγω απαιτήσεις και ως εκ τούτου πρέπει να θεωρούνται κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται και να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την κοινότητα, η σχετική δε υποχρέωση των κρατών μελών, η οποία απορρέει από το κοινοτικό δίκαιο βαρύνει και την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή δεν θεσπίζει τεχνικές προδιαγραφές επιπρόσθετες των προβλεπομένων από τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η απαίτηση της εν λόγω Προδιαγραφής για προσκόμιση δημοσιευμένων κλινικών μελετών, αν θεωρηθεί επιπρόσθετη, έναντι των προτύπων, τεχνική προδιαγραφή, δεν είναι συμβατή προς τις διατάξεις της οδηγίας, διότι θα ισοδυναμούσε με παρεμβολή εμποδίων, που μπορούν να φθάσουν μέχρι τον αποκλεισμό διάθεσης στο εμπόριο, προϊόντων που φέρουν σήμανση CE.

και να αφαιρεθεί το A/A 9) των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ όπου ζητείται «Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο/πιστοποιημένο προσωπικό από την κατασκευάστρια εταιρεία (πιστοποίηση έως 2 προηγούμενα έτη) για την τεχνική υποστήριξη στο χειρουργείο και εξουσιοδοτημένο τμήμα service με 24ωρη κάλυψη για

πιθανό απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό που απαιτείται» καθώς καλύπτεται από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α/Α 6) των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ.

Παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη όλα τα ανωτέρω και αφαιρεθούν από τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων τα χαρακτηριστικά που φωτογραφίζουν υλικά συγκεκριμένων εταιρειών με σκοπό να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περεταίρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Μαρία Πιτσικούλη

Υπεύθυνη Πωλήσεων

Σχόλιο

Όνομα

BECTON DICKINSON HELLAS AE

Email

tendershellas@bd.com

Δημοσιεύθηκε

25-04-2025

Αρθρο

Προτάσεις επί των τεχν. προδ/φων της Β' Δημ. Διαβίωσης "Χειρουργικών Οργάνων-Λαπκ

ΚΟΛΛΙΝΣΤΕΡΤΙΤΟΖΗ

Μουρνιές Κυδωνίας
73300 Χανιά, Κρήτη
Γραφείο Προμηθειών
Υπόψη κας Ε. Αλυζινάκη

Αργυρούπολη, 25 Απριλίου 2025

Θέμα: Πρόσκληση Δευτέρης (Β') Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «Χειρουργικών Οργάνων-Λαπαροσκοπικών» (CPV 33169000-2) με δέσμευση ΚΑΕ 1311. εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.395,92 ευρώ συμπ. ΦΠΑ (13% και 24%) για ένα έτος με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 296.791,84 συμπ. ΦΠΑ (13% και 24%) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, με Αρ. Δημοσίευσής στο ΕΣΗΔΗΣ 2025ΔΙΑΒ30315 και ημ/νία λήξης υποβολής 26/04/2025.

Προς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«Ο ΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Μουρνιές Κυδωνίας
73300 Χανιά, Κρήτη
Γραφείο Προμηθειών
Υπόψη κας Ε. Αλυζιγάκη

Αργυρούπολη, 25

Απριλίου 2025

Θέμα: Πρόσκληση Δεύτερης (Β') Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «Χειρουργικών Οργάνων-Λαπαροσκοπικών» (CPV 33169000-2) με δέσμευση ΚΑΕ 1311, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.395,92 ευρώ συμπ. ΦΠΑ (13% και 24%) για ένα έτος με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 296.791,84 συμπ. ΦΠΑ (13% και 24%) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, με Αρ. Δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ 2025ΔΙΑΒ30315 και ημ/νία λήξης υποβολής 26/04/2025.

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση της ανακοίνωσης του φορέα σας και ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας σε ανοικτή Δεύτερη (Β') Δημόσια Διαβούλευση με μοναδικό αριθμό 2025ΔΙΑΒ30315, μη δεσμευτικής συμμετοχής, με σκοπό την συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω στο θέμα, έχοντας ως γνώμονα την βέλτιστη κάλυψη των αναγκών των ασθενών και την υποστήριξη του συστήματος δημόσιας υγείας προς όφελος όλων, η εταιρεία μας θέτει υπόψη σας τα ακόλουθα: Με στόχο: α) την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης χωρίς να περιορίζεται η ευρύτητα συμμετοχής των οικονομικών φορέων στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης, β) την διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του κλάδου, γ) την βελτιστοποίηση και πληρότητα των περιγραφόμενων τεχνικών όρων των διακηρύξεων, δ) την δυνατότητα προμήθειας της αναθέτουσας αρχής με όλα τα προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας για την χρήση και το σκοπό που προορίζονται και ε) την διατήρηση της ανώτερης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος της διαβούλευσης, οι

κάτωθι Προτάσεις Ποιοτικών Κριτηρίων επιλογής/ Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών κατά την έννοια του άρθρου 54 Ν.4412/2016:

Προτείνουμε τα εξής:

Στον Α/Α 41 ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟ να τροποποιηθεί η σχετική προδιαγραφή ως εξής:

Απορροφήσιμο λαπαροσκοπικό σύστημα καθήλωσης πλέγματος διαμέτρου 5mm, μήκους 36cm, με 15 ή 30 απορροφήσιμα ατραυματικά κλιπς σε μορφή διάτρητης βίδας για καλύτερη στήριξη μέσω ινοβλάστησης και με ένδειξη μετρητή των καταναλωθέντων κλιπς.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

- Το απορροφήσιμο ατραυματικό κλιπ σε μορφή βίδας επιτρέπει την ήπια εισαγωγή στους ιστούς χωρίς να τους συμπιέζει με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα μετεγχειρητικού και χρόνιου πόνου.
- Ταυτόχρονα η κεφαλή μεγάλης διαμέτρου (σχεδιασμός σε μορφή βίδας) εξασφαλίζει την ασφαλή και δυνατή συγκράτηση του πλέγματος στους ιστούς κατά το πρώτο κρίσιμο χρονικό διάστημα της ενσωμάτωσης, ενώ η λεία επιφάνεια της δεν ευνοεί την πιθανότητα δημιουργίας συμφύσεων με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα μετεγχειρητικού και χρόνιου πόνου για τον ασθενή ή/και άλλων επιπρόσθετων επιπλοκών
- Η δύναμη συγκράτησης αυξάνεται συνεχώς καθώς ο νέος ιστός δημιουργείται γύρω και μέσα από το κλιπ (διάτρητο στο κέντρο).
- Το μεγάλο μήκος των κλιπ παρέχει καλύτερη στήριξη στον ιστό και αποφυγή μετανάστευσης του πλέγματος που μπορεί να οδηγήσει σε επανεπέμβαση του ασθενούς.
- Τέλος η ένδειξη των καταναλωθέντων κλιπς διευκολύνει τον χειρουργό ώστε να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό κλιπ που έχει στην διάθεσή του για να ολοκληρώσει την καθήλωση του πλέγματος.

Κατ' επέκταση το νοσοκομείο αποφεύγει το επιπλέον κόστος από πιθανή παρατεταμένη νοσηλεία, επανεπέμβαση, χρήση επιπρόσθετων φαρμάκων κτλ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ανά τεμάχιο ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% : 420,00 €

Στον Α/Α 42 ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟ να τροποποιηθεί η σχετική προδιαγραφή ως εξής:

Σύστημα Καθήλωσης Πλέγματος μήκους 37cm, διαμέτρου 5mm, με 15 ή 30 ατραυματικά μη απορροφήσιμα κλιπ από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι, με ελικοειδή μορφή, με επικαλυμμένο άκρο (PEEK) για την αποφυγή των συμφύσεων και με ένδειξη μετρητή των καταναλωθέντων κλιπ. Να παρέχεται η δυνατότητα αφαίρεσης του κλιπ από τους ιστούς.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

- Με την χρήση των ελικοειδών κλιπ που διαθέτουν λεία κεφαλή μεγαλύτερης διαμέτρου, ο χειρουργός μπορεί να καθηλώσει επιτυχώς και με ασφάλεια κάθε τύπο πλέγματος (ημιαπορροφήσιμο, αραιής και πυκνής πλέξης) μειώνοντας το ενδεχόμενο σχετικών επιπλοκών.
- Ειδικότερα, το ατραυματικό κλιπ με ελικοειδή μορφή επιτρέπει την ήπια εισαγωγή στους ιστούς χωρίς να τους συμπιέζει με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα μετεγχειρητικού και χρόνιου πόνου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ανά τεμάχιο ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% : 240,00 €

Υπεύθυνοι επικοινωνίας τεχνικών προδιαγραφών: κ. Νικόλαος Καστάνης, Sales Representative Surgery, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6970-340139.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Για την BD Hellas S.A. (πρώην Bard Hellas A.E.)

Εμμανουήλ Τριποδιανός

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Σχόλιο

Όνομα

ANAXIS MIKE

Email

info@anaxis.gr

Δημοσιεύθηκε

25-04-2025

Άρθρο

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ANAXIS ΓΙΑ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΓ

Κύριοι,

Σε συνέχεια της ανάρτησης του Νοσοκομείου σας, σας αναφορικά με τη Πρόσκληση Δεύτερης (Β') Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «Χειρουργικών οργάνων Λαπαροσκοπικών» (CPV 33169000-2) με δέσμευση ΚΑΕ 1311, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.395,92 ευρώ συμπ. ΦΠΑ (13% και 24%) για ένα έτος με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 296.791,84 συμπ. ΦΠΑ (13% και 24%) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, με μοναδικό



Κύριοι,

Σε συνέχεια της ανάρτησης του Νοσοκομείου σας, σας αναφορικά με τη Πρόσκληση Δεύτερης (Β') Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «Χειρουργικών οργάνων – Λαπαροσκοπικών» (CPV 33169000-2) με δέσμευση ΚΑΕ 1311, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.395,92 ευρώ συμπ. ΦΠΑ (13% και 24%) για ένα έτος με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 296.791,84 συμπ. ΦΠΑ (13% και 24%) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, με μοναδικό κωδικό 2025DIAB30315, η εταιρεία μας επιθυμεί να συμμετάσχει καταθέτοντας τα δικά της σχόλια-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υλικά για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών.

Επομένως, θα θέλαμε να προστεθούν και οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές ως ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ:

- «Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης, πιστολοειδούς σχήματος, με 30 βιοαπορροφήσιμα ελικοειδή κλιπ από PLGA (Poly(L-lactide-co-glycolide)) σε μορφή βίδας κυανού χρώματος για ορατή και εύκολη εφαρμογή, με μήκος στυλεού 36 cm και διαμέτρου 5 mm, από ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικό»
- «Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης, πιστολοειδούς σχήματος, με 15 βιοαπορροφήσιμα ελικοειδή κλιπ από PLGA (Poly(L-lactide-co-glycolide)) σε μορφή βίδας κυανού χρώματος για ορατή και εύκολη εφαρμογή, με μήκος στυλεού 36 cm και διαμέτρου 5 mm, από ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικό»

Τα προαναφερθέντα προϊόντα κρίνονται απαραίτητα για την καθήλωση πλέγματος σε λαπαροσκοπικές και ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις, λόγω των ιδιοτήτων του:

Με μήκος εργαλείου 36 cm που καθιστά την στερέωση του πλέγματος εφικτή καθώς διευκολύνει την πρόσβαση ακόμα και σε δύσκολα ανατομικές περιοχές, το κλιπ είναι από PLGA (Poly(L-Lactide-Co-Glycolide)), υλικό που είναι απόλυτα βιοσυμβατό, χωρίς τον κίνδυνο πρόκλησης ανεπιθύμητων αντιδράσεων, είναι βιοαπορροφήσιμο εντός 52 εβδομάδων, καθώς μεταβολίζεται σε γλυκολικό και γαλακτικό οξύ και αποβάλλεται από το ανθρώπινο σώμα, είναι σε μορφή βίδας που επιτρέπει την ομαλή εισαγωγή αυτού στους

ιστούς, αποφεύγοντας τον εκτεταμένο τραυματισμό τους, δίχως την άσκηση πίεσης σε μεγάλες επιφάνειες, μειώνοντας έτσι τον μετεγχειρητικό πόνο, επιτρέποντας την καθήλωση του πλέγματος με ασφάλεια, διατηρεί το σχήμα του έως και 26 εβδομάδες καθώς και την τάση καθήλωσης για τουλάχιστον 12 εβδομάδες.

Τέλος, λόγω κυανού χρώματος του κλιπ, διευκολύνει τον χειρουργό κατά την χρήση, καθώς επιτρέποντας την ορατή εφαρμογή και παρακολούθηση του.

- «Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για ανοικτή και λαπαροσκοπική χειρουργική αποκατάσταση κήλης, πιστολοειδούς σχήματος, με 30 ελικοειδή κλιπ τιτανίου σε μορφή βίδας διαμέτρου 4mm και μήκους 3,8 mm, με μήκος στυλεού 36 cm και διαμέτρου 5 mm, από ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικό»

Για τους ανωτέρω λόγους και λαμβάνοντας υπόψη πως amφότεροι επιθυμούμε την διεύρυνση των επιλογών των προσφερόμενων υλικών, θεωρούμε πως θα ήταν ορθό να δοθεί η αρμόζουσα προσοχή και να συμπεριληφθεί ως επιλογή, η προτεινόμενη περιγραφή στις αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διαβούλευσης, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Για την ANAXIS MIKE

Σχόλιο

Όνομα

AXION HEALTH

Άρθρο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AXION HEA

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Email

info@axionhealth.gr

Δημοσιεύθηκε

25-04-2025

Για τα παραπάνω προσφερόμενα υλικά μας, υπάρχει πλήθος κλινικών μελετών, που αποδεικνύουν την υψηλή ποιότητα τους και τα χειρουργικά αποτελέσματα που επιφέρουν.

Δεδομένου πως με γνώμονα πρωτίστως την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, επιθυμούμε αμφότεροι την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, με υψηλής ποιότητας υλικά που θα επιφέρουν ταυτόχρονα άριστα χειρουργικά αποτελέσματα καθώς και εξοικονόμηση πόρων στο Νοσοκομείο σας (εξοικονόμηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, χειρουργικών υλικών, εργατικών χειρουργικών ωρών και αποδέσμευση αισθυσίων χειρουργείου και κλινών ΜΕΘ, προκειμένου για διενέργεια επαντετεμβάσεων για αντιμετώπιση παρενεργειών), παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές, για την προμήθεια των περιγραφόμενων υλικών.

Με εκτίμηση

Για την AXION HEALTH



Κύριοι,

Σε συνέχεια της ανάρτησης του Νοσοκομείου σας αναφορικά με τη Πρόσκληση Δεύτερης (Β') Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «Χειρουργικών οργάνων – Λαπαροσκοπικών» (CPV 33169000-2) με δέσμευση ΚΑΕ 1311, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.395,92 ευρώ συμπ. ΦΠΑ (13% και 24%) για ένα έτος με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 296.791,84 συμπ. ΦΠΑ (13% και 24%) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, με μοναδικό κωδικό 2025DIAB30315, η εταιρεία μας επιθυμεί να συμμετάσχει καταθέτοντας τα δικά της σχόλια-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υλικά για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών.

Επομένως, θα θέλαμε να προστεθούν οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές ως ΝΕΑ ΕΙΔΗ:

- «Λαπαροσκοπικό καθήλωτικό ατραυματικής καθήλωσης πλέγματος και συγκόλλησης περιτόναιου, πιστολοειδούς σχήματος, με διάμετρο στυλεού 5 mm και μήκους 35,5 cm, με εφαρμογή κυανοακρυλικής κόλλας (n-butyl-2-cyanocrylate), ενσωματωμένη στην συσκευή με ειδικό αποστειρωμένο φιαλίδιο, χαμηλής εξωθερμικής αντίδρασης <20 °C, με ένδειξη δοσομετρητή και αποθήκευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, άνω των 33 δόσεων»
- «Καθήλωτικό πλέγματος, ατραυματικής καθήλωσης και τοπικού κλεισίματος χειρουργικής τομής, μιας χρήσης με εφαρμογή κυανοακρυλικής κόλλας (n-butyl-2-cyanocrylate), ενσωματωμένη στην συσκευή με ειδικό αποστειρωμένο φιαλίδιο, χαμηλής εξωθερμικής αντίδρασης <20 °C, 45 δόσεων με ένδειξη δοσομετρητή και αποθήκευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, πιστολοειδούς σχήματος»

Τα προτεινόμενα ατραυματικά συστήματα καθήλωσης πλέγματος με χρήση κυανοακρυλικής κόλλας, τα οποία υποστηρίζονται και από Κλινικές Μελέτες, θα θέλαμε να αναφέρουμε πως πρόκειται για συσκευές σύγχρονης τεχνολογίας και ατραυματικής καθήλωσης, λόγω της καινοτόμου εφαρμογής καθήλωσης με την χρήση κυανοακρυλικής κόλλας, η οποία επιτυγχάνεται χωρίς διεύδυση στους ιστούς, αποφεύγοντας τον μηχανικό τραυματισμό και μειώνοντας τόσο τον κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών, όσο και τον μετεγχειρητικό πόνο του ασθενούς σε αντίθεση με τις υπόλοιπες συσκευές καθήλωσης.

Για τα παραπάνω προσφερόμενα υλικά μας, υπάρχει πλήθος κλινικών μελετών, που αποδεικνύουν την υψηλή ποιότητα τους και τα χειρουργικά αποτελέσματα που επιφέρουν.

Δεδομένου πως με γνώμονα πρωτίστως την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, επιθυμούμε αμφότεροι την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, με υψηλής ποιότητας υλικά που θα επιφέρουν ταυτόχρονα άριστα χειρουργικά αποτελέσματα καθώς και εξοικονόμηση πόρων στο Νοσοκομείο σας (εξοικονόμηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, χειρουργικών υλικών, εργατικών χειρουργικών ωρών και αποδέσμευση αιθουσών χειρουργείου και κλινών ΜΕΘ, προκειμένου για διενέργεια επανεπεμβάσεων για αντιμετώπιση παρενεργειών), παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν σας τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές, για την προμήθεια των περιγραφόμενων υλικών.

Με εκτίμηση

Για την AXION HEALTH

Όνομα	Email	Δημοσιεύθηκε
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.	sales@mavrogenis.com	25-04-2025

Άρθρο

Υποβολή παρατηρήσεων στην Πρόσκληση Δεύτερης (Β') Δημόσιας Διαβούλευσης για τ

ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
Διεύθυνση : Μουρνιές Κιθωνίας
Ταχ. Κωδ. : 73300
Πληροφορίες : Ε. Αλυγιάκη
Τηλέφωνο : 28210- 22322
Email : efati@chaniahospital.gr



ΠΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73300

Πληροφορίες : Ε. Αλυγιζάκη

Τηλέφωνο : 28210- 22322

Email : efiali@chaniahospital.gr

ΘΕΜΑ: «Υποβολή παρατηρήσεων στην Πρόσκληση Δεύτερης (Β') Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «Χειρουργικών οργάνων –Λαπαροσκοπικών» (CPV 33169000-2) με δέσμευση ΚΑΕ 1311, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.395,92 ευρώ συμπ. ΦΠΑ (13% και 24%) για ένα έτος με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 296.791,84 συμπ. ΦΠΑ (13% και 24%) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων»

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια μας Πρόσκλησής μας ημ/νίας 11/04/2025 με αρ. 2025DIA830315 για την Δεύτερη (Β') Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια «Χειρουργικών οργάνων – Λαπαροσκοπικών» (CPV 33169000-2), μας παραθέτουμε μας παρατηρήσεις μας εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας στην ελληνική αγορά των προϊόντων του οίκου COVIDIEN/MEDTRONIC USA (ΗΠΑ) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα «Χειρουργικά όργανα Λαπαροσκοπικά» που ζητούνται στην εν λόγω διαβούλευση. Εκτελεί σημαντικό αριθμό αντίστοιχων συμβάσεων, που μας έχουν κατακυρωθεί από διάφορα Νοσοκομεία, περαιτέρω δε, συμμετέχει σε σημαντικό αριθμό αντίστοιχων διαγωνισμών και μας είναι προμηθευτής του νοσοκομείου μας επί σειρά ετών για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας μας ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την

ύπαρξη πληθώρας επιλογών για το χειρουργό και πάντα με γνώμονα το καλό του ασθενούς, μας παραθέτουμε μας παρατηρήσεις μας εταιρείας μας.

Παρατηρήσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια
«Χειρουργικών οργάνων –Λαπαροσκοπικών» (CPV 33169000-2)

Αναφορικά με την Β' δημόσια διαβούλευση " ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ" του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" σας παραθέτουμε τα παρακάτω σχόλια.

Στη Β' διαβούλευση του εν λόγω διαγωνισμού έχουν προστεθεί προδιαγραφές και ποσότητες σε είδη που φέρουν φωτογραφικές προδιαγραφές, ενώ για αυτά δεν είχαν υποβληθεί σχόλια από κάποια εταιρεία. Μάλιστα, ελέγχοντας τις αναρτήσεις του Νοσοκομείου σας στην πλατφόρμα I-SUPPLIES το έτος 2024 παρατηρήσαμε ότι αυτά τα είδη δεν έχουν καν χρησιμοποιηθεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα από το Νοσοκομείο σας, ενώ οι ποσότητες που ζητούνται για αυτά στη Β' Διαβούλευση είναι αρκετά μεγάλες για να καλύψουν τις περισσότερες λαπαροσκοπικές χειρουργικές πράξεις που διενεργούνται στα χειρουργεία.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Για το διαβουλευμένο είδος με α/α 3 του πίνακα με περιγραφή "ΣΕΤ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ" η ποσότητα που ζητείται είναι 73τμχ όταν οι αγορές για το 2024 ήταν μηδενικές και για το τρέχον έτος έχουν αγοραστεί μόλις 10τμχ από το Νοσοκομείο. Επίσης, οι προδιαγραφές που έχουν αναρτηθεί σε αυτό το είδος " σπόγγο στο εσωτερικό της κεφαλής της κάνουλας", "το άκρο της κάνουλας να είναι οβάλ σχηματίζοντας γωνία 45ο", "διαθέτοντας 17 ή 33 εγκάρσιες ομόκεντρες ραβδώσεις", "το μήκος του κλειστού κλιπ να είναι μεγαλύτερο από 8,7mm και το άνοιγμά του από 3,5mm" φωτογραφίζουν υλικά από

συγκεκριμένη εταιρεία θέτοντας εκτός την δυνατότητα να προσφέρουν και να συμμετάσχουν στη διαδικασία του διαγωνισμού και άλλες εταιρείες.

Επίσης όλα τα παρακάτω είδη φωτογραφίζουν υλικά από συγκεκριμένη εταιρεία στερώντας την δυνατότητα σε άλλες εταιρείες να προσφέρουν και να συμμετάσχουν στη διαδικασία του εν λόγω διαγωνισμού.

2. Για το είδος με α/α 5 ΣΕΤ ΣΚΩΛΗΚΩΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ οι προδιαγραφές " σπόγγο στο εσωτερικό της κεφαλής της κάνουλας", "το άκρο της κάνουλας να είναι οβάλ σχηματίζοντας γωνία 45ο", "διαθέτοντας 33 εγκάρσιες ομόκεντρες ραβδώσεις", "με κλιπς από κράμα τιτανίου (να περιέχει 2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο)",

3. Για το είδος με α/α 7 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΙΠΑΔΟΡΟΙ οι προδιαγραφές "το μήκος του κλειστού κλιπ να είναι μεγαλύτερο από 8,7mm και το άνοιγμά του από 3,5mm".

4. Για τα είδη με α/α 13,14,15,16 οι προδιαγραφές όπως, ω " σπόγγο στο εσωτερικό της κεφαλής της κάνουλας", "το άκρο της κάνουλας να είναι οβάλ σχηματίζοντας γωνία 45ο", "διαθέτοντας 17 ή 33 εγκάρσιες ομόκεντρες ραβδώσεις"

5. Για το είδος με α/α 42 οι προδιαγραφές όπως, "κλιπ τιτανίου ύψους 3,8mm και πλάτους 4.0mm"

6. Για το είδος με α/α 43 οι προδιαγραφές όπως, "κλιπ πολυδιοξανόνης/πολυγλακτίνης σχήματος διπλής άγκυρας"

7. Για το είδος με α/α 44 οι προδιαγραφές όπως, "κλιπ σε μορφή βίδας από πολυλακτογλυκόλη ύψους 5,16mm και πλάτους 5,08mm"

Οι παραπάνω προδιαγραφές μειώνουν την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού φωτογραφίζοντας προϊόντα συγκεκριμένων εταιρειών και στερούν την δυνατότητα σε άλλες εταιρείες να προσφέρουν και να συμμετάσχουν στη διαδικασία του εν λόγω διαγωνισμού.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.

Ιωάννης Διαμαντόπουλος

Business Unit Manager Medtronic Surgical Innovations

& Head of Technical Service Department

Σχόλιο

Όνομα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ

Email

a.skiani@hospital-line.gr

Δημοσιεύθηκε

24-04-2025

Άρθρο

σχόλια διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών "Χειρουργικών Οργάνων - Λαπαροσκοπ

Προς:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Αθήνα, 24/04/2025

Γραφείο Προμηθειών



4



Προς:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Αθήνα, 24/04/2025

Γραφείο Προμηθειών

Υπ' όψιν κ. Ε. Αλυγιζάκη

Θέμα: δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Χειρουργικών Οργάνων - Λαπαροσκοπικών»

Μοναδικός κωδικός: 2025DIAB30315

Κύριοι,

Συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «Χειρουργικών Οργάνων - Λαπαροσκοπικών», η εταιρεία μας ανταποκρινόμενη στην εν λόγω διαδικασία και συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, επιθυμώντας να παρέχει στους ασθενείς του τις πλέον σύγχρονες ιατρικές υπηρεσίες, πιστεύουμε ότι θα πρέπει στα ζητούμενα είδη να προστεθούν τα παρακάτω:

-Σύστημα σύγκλισης τροκάρ

Σύστημα σύγκλισης για την οπή του τροκαρ, να αποτελείται από ένα οδηγό εισαγωγής με σταθεροποιητή και από ένα βελονοκάτοχο σύλληψης ράμματος. Μιάς χρήσης

Προτεινόμενη Τιμή: 80,00 ευρώ

-Σύστημα αυτόματης συρραφής - περιτομής μίας χρήσης. Με ελαστική αντισπαστική επικάλυψη στην πιστολοειδή λαβή, πλαϊνό, συρταρωτό μηχανισμό ασφαλούς πυροδότησης, παράθυρο επιλογής συμπίεσης κλιπ σε διαμέτρους 15,18,22,26,29,34 χιλ.

Προτεινόμενη Τιμή: 260,00 ευρώ

5

-Διαστολείς κοιλιακών τοιχωμάτων και προστασίας τραύματος χωρίς LATEX μιας χρήσης Να διατίθεται σε οκτώ (8) τουλάχιστον μεγέθη. Να φέρουν δύο (2) δακτυλίους στην μία πλευρά για εύκολη τοποθέτηση και ένα (1) δακτύλιο στην άλλη χρωματισμένο για ένδειξη του μέρους εισαγωγής στην τομή και ταινία με ένα δακτύλιο για την εξαγωγή του κάτω δακτυλίου μετά το πέρας της επέμβασης.

Να διατίθεται και με καπάκι στο οποίο υπάρχουν προσηματισμένες οπές εισαγωγής εργαλείων. Μιάς χρήσης

Να διατίθενται σε μεγέθη ως ακολούθως:

XX-Small 35x30mm

X-Small, 50x150mm

Small 70x150mm

Medium 110x250mm

Προτεινόμενη Τιμή: 90,00 ευρώ

Large 140x250mm

X-Large 180x250mm

Προτεινόμενη Τιμή: 120,00 ευρώ

-Κλιπ απολίνωσης αγγείων, από πολυοξυμεθυλένιο (πολυμερές) για ανοικτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις για χρήση με λαβίδα πολλαπλών χρήσεων, που αποστειρώνεται στον κλίβανο, σε κασέτα των 5 κλιπ. Να διατίθεται σε μεγέθη:

ML green

L purple

XL brown

Να συνοδεύεται από ενδοσκοπικό εργαλείο τοποθέτησης κλιπ απολίνωσης από πολυμερές. Να διαθέτει κεκαμμένο άκρο 20/45 μοίρες και δυνατότητα περιστροφής 360 μοίρες. Να είναι πολλαπλών χρήσεων, κατασκευασμένο από stainless steel και να διαθέτει χρωματικό κώδικα ανάλογο με το μέγεθος κλιπ που υποστηρίζει.

Προτεινόμενη Τιμή: 30,00 ευρώ

-Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης Allis Grasping, διπλής δράσης μήκους 33cm και διαμέτρου 5mm. Να φέρει σύνδεση διαθερμίας και μονωμένο στυλεό που περιστρέφεται κατά 360ο. Να διαθέτει εργονομική λαβή με μηχανισμό ισχυρού κλειδώματος και δεύτερο μηχανισμό απελευθέρωσης. Μιάς χρήσης

Προτεινόμενη Τιμή: 27,00 ευρώ

-Ενδοσκοπική διπολική λαβίδα ευθέα fenestrated με μαχαίρι κοπής και δύο τρόπους λειτουργίας, ratchet ή ελεύθερη, με επιλογή από κουμπί, να είναι διαμέτρου 5 mm και μήκος 33 cm και να φέρει πλήρως μονωμένο με PTFE στυλεό. Να διαθέτει ξεχωριστή σκανδάλη για τη προώθηση του νυστεριού ενσωματωμένο μη αφαιρούμενο καλώδιο για σύνδεση με διπολική διαθερμία. Να φέρει εργονομική λαβή για εύκολο χειρισμό.

Προτεινόμενη τιμή: 180,00 €

-Λαπαροσκοπικό τροκάρ ανοικτής χειρουργικής τύπου Hasson 12X100χιλ. με ατραυματικό τυφλό άκρο και λεία κάνουλα, και να διαθέτει σύστημα συγκράτησης με μπαλόνι στα 15χιλ. από το έσω άκρο της κάνουλας πληρούμενο με 10ml ορό ή 15ml αέρα. Η κάνουλα να διαθέτει ρυθμιζόμενο και κλειδούμενο κωνικό σύστημα σταθεροποίησης με ενσωματωμένες θέσεις σταθεροποίησης ραμμάτων, μετατροπέα για πρόσβαση εργαλείων μικρότερης διαμέτρου καθώς και βαλβίδα ασφαλείας CO2 2 δρόμων. Να παρέχεται δυνατότητα αφαίρεσης του άνω άκρου με ένα χέρι (Μηχανισμός απελευθέρωσης με κουμπί) για εύκολη εξαγωγή του παρασκευάσματος.

Προτεινόμενη τιμή: 42,00 €

-Συσκευή πλύσης αναρρόφησης τύπου τρομπέτα, πλήρως προσυναρμολογημένη, με ενσωματωμένες διπλούς σωλήνες για σύνδεση με την αναρρόφηση και με δύο φιάλες ορού για πλύση. Να φέρει στυλεό πλύσης αναρρόφησης 5mm/33cm, με δυνατότητα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης του στυλεού για τη γρήγορη απομάκρυνση μεγάλων δομών ή πηγμάτων. Να διαθέτει κομβία πλύσης και αναρρόφησης και να μπορεί να προσαρμοστεί σε δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες ιατρούς. Να διαθέτει ειδική υποδοχή για στερέωσή σε θήκη εργαλείων χειρουργικού πεδίου.

Προτεινόμενη τιμή: 26,50 €

-Ενδοσκοπικός σάκος περισυλλογής να διαθέτει στυλεό εισαγωγής 12mm x 330mm με ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος και εξωτερικό χειρισμό και έχει χωρητικότητα 1000ml.

Προτεινόμενη τιμή: 26,00 €

-Λαβίδα διαχωρισμού ιστών (dissector), 5mm μιας χρήσεως μήκος 33cm. Να φέρει στυλεό, ο οποίος περιστρέφεται κατά 360°. Φέρει υποδοχή σύνδεσης με ταυτόχρονη αρσενική και θηλυκή διαθερμία.

Προτεινόμενη τιμή: 24,00

-Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης ισχυρή clinch, διπλής δράσης, μήκους 33cm και διαμέτρου 5mm. Φέρει σύνδεση διαθερμίας και μονωμένο στυλεό που περιστρέφεται κατά 360°. Διαθέτει εργονομική λαβή με μηχανισμού ισχυρού κλειδώματος και δεύτερο μηχανισμό απελευθέρωσης.

Προτεινόμενη τιμή: 24,00

-Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης fenestrated, ατραυματική, διπλής δράσης, μήκους 33cm και διαμέτρου 5mm. Να φέρει σύνδεση διαθερμίας και μονωμένο στυλεό που περιστρέφεται κατά 360°. Να διαθέτει εργονομική λαβή με μηχανισμό ισχυρού κλειδώματος και δεύτερο μηχανισμό απελευθέρωσης.

Προτεινόμενη τιμή: 24,00

-Λαπαροσκοπικό μονοπολικό κυρτό ψαλίδι 5mm και μήκος 33 cm, με περιστρεφόμενο ηλεκτρικά πλήρως μονωμένο με PTFE στυλεό περιστρεφόμενο κατά 360°. Να είναι υψηλής μόνωσης και διπλής δράσης. Να φέρει σύνδεση με ταυτόχρονη θηλυκή και αρσενική μονοπολική διαθερμία άκρα κυρτά τύπου Metzenbaum από ανοξείδωτο χάλυβα με την ίδια κοπτική ικανότητα σε όλο το μήκος των σιαγώνων. Να φέρει εργονομική λαβή για εύκολο χειρισμό.

Προτεινόμενη τιμή: 24,00

-Ενδοσκοπικό εργαλείο απολίνωσης αγγείων χαμηλού προφίλ με 20 κλιπς τιτανίου medium/large με ειδική σχεδίαση για αποφυγή ολίσθησης του ιστού από το κλιπ και περιστρεφόμενο κατά 360° με στυλεό 10mm. Να έχει τη δυνατότητα πλήρους κλεισίματος ή μερικού για την καθήλωση καθετήρα χολαγγειογραφίας. Να διαθέτει ηχητική ένδειξη για την σωστή σύγκλιση του κλιπ και η φόρτωση – πυροδότηση να γίνεται σε 2 στάδια. Να διαθέτει χρωματική ένδειξη (κίτρινη ένδειξη) για τη διαθεσιμότητα των πέντε τελευταίων

κλιπ. Να διαθέτει εσωτερική χάραξη για μεγαλύτερη ασφάλεια και αποφυγή ολίσθησης του ιστού από το κλιπ δίκην βεντουζοθυλάκων.

Προτεινόμενη τιμή: 98,00 €

-Αιμοστατική σκόνη ως βοηθητικό υλικό για τον έλεγχο τριχοειδικών, φλεβικών και αρτηριακών αιμορραγιών, όπου τα συμβατικά μέσα αιμόστασης (πίεση, συρραφή, κλπ.) είναι αναποτελεσματικά ή ανεπαρκή. ν' αποτελείται από φυτικό άμυλο πατάτας τεχνολογίας αντίστροφου γαλακτοματοποιητικού δεσμού, σχηματίζοντας μικροδομές διαμέτρου μεταξύ 30,8 και 97mm. αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου. να μετατοπίζεται από τον οργανισμό εντός 14 ημέρων σε νερό και CO₂, και να είναι απολύτως βιοσυμβατή. η αιμόσταση ν' αρχίζει αμέσως με την επαφή ανεξαρτήτως της κατάστασης πήξης του ασθενούς και να επιτυγχάνεται αιμόσταση εντός 1 λεπτού. να δρα με την απορρόφηση νερού από το αίμα με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός gel που δρα ως φυσικός φραγμός για την αιμορραγία, και ταυτόχρονα ν' αυξάνεται η τοπική συγκέντρωση αιμοπεταλίων και παραγόντων πήξης ενισχύοντας τον ενδογενή μηχανισμό αιμόστασης. να διατίθεται σε ειδική συσκευασία εφαρμογής τύπου «φυσαρμόνικας» 3 gr & 5 gr σκόνης και να συνοδεύεται από ρύγχος εφαρμογής

Προτεινόμενη τιμή: 280,00 ΕΥΡΩ

Ευχαριστούμε

Με εκτίμηση

«ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ»

